



Olsztyn, 20.05.2022 r.

L.dz. 11/812.../2022/DZP

*Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu*

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania nr 176/2022/TP/DZP o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia na potrzeby jednostek Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), przedstawia odpowiedzi na otrzymane zapytania:

Pytanie nr 1:

dotyczy części nr 5 – W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania nr 176/2022/TP/DZP pt. „Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia na potrzeby jednostek Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, uprzejmie prosimy o wyjaśnienie w zakresie część 5: Demineralizator HLP czy Zamawiający wymaga w dostawie : - Dodatkowego punktu poboru wody III-klasy montowany w bezpośrednim otoczeniu stacji HLP pod zmywarkę lub autoklaw Czy tylko możliwości : „- Możliwość instalacji dodatkowego punktu poboru wody ogólnolaboratoryjnej – trzecia klasa czystości wg PN-EN ISO 3696: 1999 (z przeznaczeniem do mycia szkła, zasilania zmywarki laboratoryjnej, autoklawu, itp.). - Możliwość podłączenia do zmywarki, autoklawu, itp. „, Brak dodatkowego „punktu poboru wody ogólnolaboratoryjnej – trzecia klasa czystości wg PN-EN ISO 3696: 1999” w dostawie będzie wymagało dodatkowej interwencji serwisowej.?

Odpowiedź:

Zamawiający **wymaga**, aby zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt posiadał takie funkcjonalności jak:

-możliwość instalacji dodatkowego punktu poboru wody ogólnolaboratoryjnej – trzecia klasa czystości wg PN-EN ISO 3696: 1999 (z przeznaczeniem do mycia szkła, zasilania zmywarki laboratoryjnej, autoklawu, itp.).

-możliwość podłączenia do zmywarki, autoklawu, itp.

Z poważaniem,


Sporządziła: Aneta Borkowska


KANCLERZ
mgr inż. Bogusław Stec

