



UNIWERSYTET  
WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

mgr inż.

**Bogusław Stec**

KANCLERZ

UWM.DZP.243.285.2024  
Postępowanie nr: 81/2024/TP/DZP

Olsztyn 28 lutego 2024 r.

**Do wszystkich Wykonawców  
uczestniczących w postępowaniu**

### PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: „Dostawa nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”.

Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) przedstawia uprzejmie odpowiedź na otrzymane zapytanie:

#### Pytanie nr 1

Dot. Cz. 5 - komora laminarna z filtrami HEPA - szt. 1

Czy Zamawiający dopuści komorę o wymiarach obszaru roboczego (szer. x gł. x wys.) 920 x 620 x 650 mm ?

**Odpowiedź: Zamawiający uprzejmie informuje, że nie wyraża zgody na dopuszczenie komory o wymiarach obszaru roboczego (szer. x gł. x wys.) 920 x 620 x 650 mm.**

Łączę wyrazi szacunku

**KANCLERZ**

*mgr inż. Bogusław Stec*

(podpisano elektronicznie)

Sprawę prowadzi:

Wioleta Pszenna

Tel.: 89 524 51 11

e-mail: wioleta.pszenna@uwm.edu.pl

**UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE**

ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn  
tel. (89) 523 37 66, (89) 523 33 44      kanclerz@uwm.edu.pl  
fax (89) 523 43 66                      www.uwm.edu.pl