

L.dz.90-0902/463/AO/2020

Olsztyn dn. 19.03.2020r.

Nr postępowania: 69/2020/PN/DZP

***Do wiadomości
wszystkich uczestników
postępowania***

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Sprzedaż wraz z dostawą, instalacją oraz szkoleniem fabrycznie nowej aparatury badawczej i laboratoryjnej dla Wydziału Nauk o Żywności w ramach projektu pt. „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

PYTANIA I ODPOWIEDZI _2

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania.

Część nr 3

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści dostawę wraz z urządzeniem instrukcji w języku angielskim?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza dostawę urządzenia wraz z instrukcją w języku angielskim. Jednakże część instrukcji, która dotyczy podstawowej obsługi przedmiotu umowy, tj. włączenia/ wyłączenia urządzenia, ustawienia kalibracji i protokołu pomiaru, odczytu wyników musi zostać przetłumaczona na j. polski.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści wydłużenie terminu na usunięcie przez Sprzedawcę wad lub usterek przedmiotu umowy – ujawnionych w czasie gwarancji do 21 dni roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wydłużenia terminu przeznaczanego na usunięcie wad i usterek przedmiotu umowy.

Część nr 19

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści wirówkę laboratoryjną o mocy równej 250W, spełniającą wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza wirówkę laboratoryjną o mocy równej 250W spełniającą wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego.

Z poważaniem

p.o. KANCLARZ
mgr Andrzej Góź



Sporządzili: Anna Opalach, Marek Aljewicz, Katarzyna Tkacz