



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22 | NIP 725-10-19-093 | REGON 000288774
Tel. 42 677 68 34 | Fax 42 678 11 76

www.barlicki.pl

Łódź, dnia 16.06.2023 r.

SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
e-mail: aleksandra.niedzialkowska@barlicki.pl
Tel. 42 677-68-24

Dotyczy przetargu nieograniczonego 53/PN/ZP/D/2023, na: „Zakup aparatu RTG do radiografii cyfrowej i adaptacja pomieszczenia”

Umowa o dofinansowanie nr POIS.11.03.00-00-0084/22-00

Projekt pn. „Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia poprzez zakup wyposażenia do pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się diagnostyką, współpracujących z oddziałami szpitalnymi i jednostkami działalności medycznej USK nr 1 im. Barlickiego w Łodzi” nr POIS.11.03.00-00-0084/22 w ramach 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

W związku ze zgłoszonymi na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z zm.) pytaniami dotyczącymi Specyfikacji warunków zamówienia, Zamawiający udziela odpowiedzi na **następujące** pytania i na podstawie art. 137 ustawy zmienia zapisy dotyczące SWZ.:

1. Zamawiający ustala nowy termin składania ofert – do dnia **27.06.2023 r.** godz. **09.00**.
2. Zamawiający ustala nowy termin otwarcia ofert – w dniu **27.06.2023 r.** o godz. **10.30**.
3. Zamawiający ustala nowy termin wpłaty wadium – do dnia **27.06.2023 r.** o godz. **09.00**.
4. Termin związania ofertą – **do dnia 24.09.2023 r.**

- A. **Poprawiony formularz ofertowy w załączeniu.**
- B. **Poprawiony wzór umowy – załącznik 4 do SWZ w załączeniu.**
- C. **Ochrona ppoż – pliki w załączeniu**
- D. **Ochrona radiologiczna - pliki w załączeniu**
- E. **Konstrukcja / elektryka – pliki w załączeniu**

F. Ponadto:

1. Zamawiający ustala nowe brzmienie zapisu rozdz. X ust. 2 SWZ:

Zamawiający wymaga dla każdego dostarczonego urządzenia medycznego wykonania integracji z systemem PACS/RIS/HIS posiadany przez Zamawiającego (DICOM, HL7). System PACS / RIS obsługiwany przez firmę Pixel Technology, HIS obsługiwany przez firmę Nexus Polska. Koszt integracji, licencji oraz oprogramowania w całości ponosi Wykonawca

G. Ponadto

1. Zamawiający dopisuje do § 1 wzoru umowy (zał. 4. do SWZ) ust. 6 w następującym brzmieniu:

„6. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego aktualizowania, w tym dostosowywania do aktualnie obowiązujących przepisów prawa i norm, deklaracji zgodności dostarczanych towarów i przedkładania Zamawiającemu zaktualizowanych deklaracji w terminie 7 dni od daty zaistnienia okoliczności uzasadniających aktualizację. Wykonawca jest także zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu deklaracji zgodności dostarczanych towarów, w odniesieniu do których obowiązek ich posiadania powstał w trakcie realizacji niniejszej umowy, w terminie 14 dni od daty wejścia w życie obowiązku posiadania deklaracji.”



2. Zamawiający ustala § 3 ust. 11 wzoru umowy (zał. 4 do SWZ) w następującym brzmieniu:

„11. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar, który spełnia wszystkie określone przepisami prawa wymogi w zakresie dopuszczenia do obrotu i do używania, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 974 – t.j. ze zm.) – dotyczy wyrobów medycznych, na co Wykonawca posiada przez czas trwania umowy wszystkie aktualne dokumenty, które złoży wraz z ofertą i w terminie wskazanym w umowie oraz ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody powstałe u Zamawiającego lub osób trzecich w związku z zastosowaniem dostarczonego przez Wykonawcę towaru nie spełniającego przedmiotowych wymogów.”

3. Zamawiający ustala § 5 ust. 2 lit d) wzoru umowy (zał. 4 do SWZ) w następującym brzmieniu:

d) dokument „Informacja dotycząca narażenia związanego z aparatem, właściwego stosowania, testowania i konserwacji aparatu w zakresie dopuszczonym przez producenta do wykonywania samodzielnie przez użytkownika oraz wykazująca, że konstrukcja aparatu pozwala ograniczyć narażenie do najniższego rozsądnie osiągalnego poziomu, a także informacja dotycząca oceny ryzyka dla pacjentów oraz dostępnych elementów oceny klinicznej aparatu

4. Zamawiający dopisuje do § 5 ust. 2 lit e) wzoru umowy (zał. 4 do SWZ) w następującym brzmieniu:

„e) deklaracje zgodności - na nośniku CD/DVD bądź przesłane na adres e-mailowy sekcja.aparatury@barlicki.pl”

5. Zamawiający ustala nowe brzmienie § 9 ust. 11 wzoru umowy (zał. 4 do SWZ) następująco:

„11. Łączna wysokość kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć 30% całkowitej ceny przedmiotu umowy brutto, określonej w § 2 ust. 1 umowy.”

6. Zamawiający dopisuje do §9 wzoru umowy (zał. 4 do SWZ) ust. 12 w następującym brzmieniu:

„12. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej z tytułu niewykonania obowiązku określonego w § 1 ust. 6 umowy w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do każdej deklaracji. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że w razie, gdyby kara umowna nie pokryła poniesionej przez Zamawiającego w w/w tytułu szkody (w szczególności nałożonych na Zamawiającego przez uprawnione organy lub podmioty kar), będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

W dniu 02.06.2023 r. wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1

1. Dot. SWZ roz. II.A pkt. 1 a-c

Czy Zamawiający wymaga dołączenia dokumentów dla głównego przedmiotu zamówienia (aparatu RTG), czy też dla wszystkich oferowanych wyrobów medycznych?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów do wszystkich wyrobów medycznych

Pytanie 2

2. Dot. SWZ roz. II.A pkt. 1 d

Czy z uwagi na to, że w instrukcjach, katalogach, ulotkach, folderach przedstawiona jest tylko część parametrów i funkcjonalności sprzętu, Zamawiający w odniesieniu do wymaganych przez siebie parametrów, które nie są prezentowane w tych dokumentach dopuści ich potwierdzenie oświadczeniem podmiotu posiadającego pisemną autoryzację producenta dla serwisu i sprzedaży oferowanego aparatu RTG?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuści

Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia parametrów technicznych tylko dla głównego przedmiotu zamówienia (aparatu RTG wraz ze stacją), czy też dla wyposażenia dodatkowego (np. fartuchy itp.)?

Odpowiedź Zgodnie z SWZ

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga potwierdzenia usług np. wykonania zezłomowania starego aparatu, testy akceptacyjne itp. Spełnienie takich wymagań Wykonawca potwierdza poprzez deklaracje w tabeli technicznej.

Odpowiedź TAK Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą dokumentów zgodnie z SWZ roz. II A pkt 1d, natomiast dokumenty dotyczące usług mają być dostarczone po ich wykonaniu np. zezłomowanie, testy itp.

Pytanie 3

3. Dot. Zał. 1a1 do SWZ pkt. 3

Prosimy o potwierdzenie, że pod pojęciem rejestracji w urzędzie Zamawiający ma na myśli potwierdzenie spełnienia wymogów ustawy o wyrobach medycznych odnośnie Zgłoszenia i powiadomienia dotyczące wyrobów (w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych).

Odpowiedź: TAK Zgodnie z SWZ.

Pytanie 4

4. Prosimy o podanie nazwy oraz dostawców systemów HIS/RIS/PACS, a który mają zostać integrowane dostarczone urządzenia.

**Odpowiedź: HIS – dostawca: Nexus, system: Eskulap
RIS – dostawca: Pixel, system: Hazon
PACS – dostawca Pixel, system: PACS**

Proszę o informację, czy Zamawiający posiada wolne licencje w tym zakresie.

Odpowiedź: Szpital nie posiada wolnych licencji na integrację w ww. systemami.

Prosimy o i informację czy Zamawiający posiada z dostawcami PACS, RIS ważną umowę na obsługę serwisową tych systemów, która umożliwi nienaliczanie dodatkowych kosztów gwarancji na integrację ze strony dostawców systemów PACS-RIS.

Odpowiedź: Szpital nie posiada umów serwisowych umożliwiających nienaliczanie kosztów integracji.

Pytanie 5

5. Dot. Zał. 4 do SWZ wzoru umowy par. 4 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na poniższy:

„Termin zapłaty uznaje się za spełniony z chwilą wpływu wynagrodzenia Wykonawcy na jego rachunek bankowy.”?

Uzasadnienie: Dług pieniężny, zgodnie z art. 454 Kodeksu cywilnego, jest długiem oddawczym, a zatem świadczenie uznaje się za spełnione z chwilą wpływu wynagrodzenia Wykonawcy na jego rachunek bankowy

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6

6. Dot. Zał. 4 do SWZ wzoru umowy par. 8 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie i doprecyzowanie:

„Gwarancja obejmuje wady konstrukcyjne i materiałowe powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym sprzęcie.”?

Co wynika z brzmienia art. 578 kodeksu cywilnego.”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7

7. Dot. Zał. 4 do SWZ wzoru umowy par. 8A ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie i doprecyzowanie, że *„gwarancja obejmuje wady konstrukcyjne i materiałowe powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym sprzęcie”?*

Wynika to z art. 578 kc.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8

8. Dot. Zał. 4 do SWZ wzoru umowy par. 9 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę obniżenie stawki do 0,1% - tj. stawki powszechnie przyjmowane w umowach zawieranych na zasadach pzp w sektorze medycznym.

Zwracamy uwagę, że zgodnie z orzecznictwem zarówno sądów cywilnych (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 11.10.2016, sygn. akt I ACa 1673/15, wyrok Sądu Najwyższego z 25.11.2016 sygn. Akt V CSK 123/16), jak również Krajowej Izby Odwoławczej (wyrok KIO z 15.02.2018 r), kara umowna, pełniąc funkcje odszkodowawczo – kompensacyjne, nie może być rażąco wygórowana. Zbyt represyjne reguły odpowiedzialności w karach umownych mogą zniechęcać do składania ofert i być przyczyną niewielkiego zainteresowania wykonawców zamówieniem. To z kolei wpłynie na konkurencyjność postępowań, a niekiedy nawet zmusi do ich unieważnienia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9

9. Dot. Zał. 4 do SWZ wzoru umowy par. 9 ust.6 i 11

Prosimy o doprecyzowanie jednej wysokości maksymalnych kar umownych (20% lub 30%).

Odpowiedź: : Zamawiający ustala nowe brzmienie § 9 ust. 11 następująco:

„11.Łączna wysokość kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć 30% całkowitej ceny przedmiotu umowy brutto, określonej w § 2 ust. 1 umowy.”

Pytanie 10

10. Dot. Zał. 4 do SWZ wzoru umowy par. 9 ust.7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę dodanie zapisu:

„[...] Z zastrzeżeniem, że Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentem.”?

Uzasadnienie: Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11

11. Dot. Zał. 4 do SWZ wzoru umowy par. 11 ust.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę dodanie zapisu:

„Odstąpienie winno być poprzedzone pisemnym wezwaniem do należytego w tym terminowego wykonania umowy i wyznaczeniem terminu dodatkowego.”?

Uzasadnienie:

Tego rodzaju wcześniejsze wezwanie – w formie pisemnej i z wyznaczeniem odpowiedniego terminu - Wykonawcy do należytego wykonania umowy, zanim dojdzie do odstąpienia od umowy - które jest „najdrastyczniejszą” (nadmierzającą) formą rozwiązania problemów występujących w trakcie wykonywania umowy - jest wskazaną, powszechną i należytą praktyką występującą tak na rynku umów prywatnych, jak i umów publicznych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12

12. Dot. Zał. 4A do SWZ par. 5. Ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia na poniższe:

„Podmiot przetwarzający w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy zobowiązany jest do przedstawienia Administratorowi wykazu pracowników, którzy będą upoważnieni do przetwarzania powierzonych Podmiotowi przetwarzającemu danych osobowych. Ponadto Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do niezwłocznego zaktualizowania wykazu pracowników, o którym mowa, w przypadku, gdy uległo on zmianie. Jednocześnie podmiot przetwarzający dostarcza a Administrator przyjmuje do akceptującej wiadomości listę subprocesorów, z których korzysta.”?

Mając na uwadze oczekiwany przez Państwa standard usług serwisowych, w tym krótkie czasy reakcji i naprawy, globalne koncerty wykorzystują do świadczenia tych usług spółki ze swoich grup kapitałowych, w szczególności spółki będące producentami urządzeń (które mogą mieć siedzibę poza EOG) – z ich unikalną wiedzą o danym produkcie/urządzeniu. Ewentualny dostęp do danych na urządzeniach zawsze odbywa się z poszanowaniem zasad wynikających z RODO.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy ponieważ pragnie sprawować bieżącą kontrolę nad powierzaniem i ewentualnym podpowierzaniem swoich danych osobowych i w przypadku wystąpienia takiej konieczności udzielać ich każdorazowo, dysponując pełną ewidencją tych czynności.

Pytanie 13

13. Dot. SWZ roz. II pkt. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na poniższy?

„przekazanie dokumentu „Informacja dotycząca narażenia związanego z aparatem, właściwego stosowania, testowania i konserwacji aparatu w zakresie dopuszczonym przez producenta do wykonywania samodzielnie przez użytkownika oraz wykazująca, że konstrukcja aparatu pozwala ograniczyć narażenie do najniższego rozsądnie osiągalnego poziomu, a także informacja dotycząca oceny ryzyka dla pacjentów oraz dostępnych elementów oceny klinicznej aparatu.”

Odpowiedź: TAK Zamawiający wyrazi zgodę. Jednocześnie Zamawiający zmienia zapis §5 ust. 2 lit d) wzoru umowy następująco:

„d) dokument „Informacja dotycząca narażenia związanego z aparatem, właściwego stosowania, testowania i konserwacji aparatu w zakresie dopuszczonym przez producenta do wykonywania samodzielnie przez użytkownika oraz wykazująca, że konstrukcja aparatu pozwala ograniczyć

narażenie do najniższego rozsądnie osiągalnego poziomu, a także informacja dotycząca oceny ryzyka dla pacjentów oraz dostępnych elementów oceny klinicznej aparatu."

Pytanie 14

14. Dot. Zał. 4 do SWZ wzoru umowy par. 8 ust. 4 c

Prosimy o rezygnację z tego wymagania, która uzasadniona jest faktem, że urządzenia takie jak objęte przedmiotowym postępowaniem składają się z setek i tysięcy części, oprogramowań i podzespołów. Wymiana całego urządzenia, w sytuacji kiedy konieczna jest wymiana jedynie konkretnej części lub podzespołu byłaby niezasadna tak pod względem ekonomicznym, jak również organizacyjnym, logistycznym i terminowym.

Odpowiedź: TAK. Zamawiający wykreśla z wzoru umowy §8 ust. 4 pkt c). Numeracja pozostaje bez zmian.

Pytanie 15

15. Dot. Zał. 4 do SWZ wzoru umowy par. 8 ust. 4 d

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na poniższy

„Wykonawca udziela 12-miesięcznej gwarancji na części instalowane w ostatnim roku **podstawowej gwarancji**”?

Odpowiedź: NIE Zgodnie z SWZ

Pytanie 16

16. Dot. Zał. 4 do SWZ wzoru umowy par. 8 ust.5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na poniższy

„Okres dostępności części zamiennych dla wszystkich składowych przedmiotów zamówienia od daty sprzedaży przez min. 10 lat. Powyższe nie dotyczy oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla którego Wykonawca zapewnia 5 letnią dostępność części zamiennych.”?

Przedmiotowa prośba ma na celu doprecyzowanie obowiązków Wykonawcy. Zwracamy uwagę, że żadne przepisy prawa ani krajowego (ustawa z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych) ani unijnego (dyrektywa Rady 93/42/EEC z 14.06.1993 roku dotycząca wyrobów medycznych) nie regulują kwestii dostępności części zamiennych i nie wskazują wprost jakiegokolwiek okresu ich gwarantowanej dostępności. Z uwagi na postęp technologiczny wyroby IT tj. komputery i oprogramowanie do nich, podlegają ciągłym zmianom i standardem jest ich wymiana na nowsze modele wcześniej, niż po 10 latach. Istotnym jest również fakt, że producenci komputerów i oprogramowania m.in. z uwagi na tak szybki postęp technologiczny, zazwyczaj nie utrzymują ich na stanie magazynowym w tak długim okresie. Z uwagi na powyższe zobowiązanie do zapewnienia 10 letniej dostępności komputerów, części zamiennych do nich oraz oprogramowania w wersjach tożsamych z dostarczonymi przez Wykonawcę w wykonaniu niniejszej umowy, jest zobowiązaniem praktycznie niemożliwym do wykonania.

Mając powyższe na uwadze uprzejmie prosimy o zmianę zapisu umownego zgodnie z powyższą propozycją.

Odpowiedź: NIE Zgodnie z SWZ

Pytanie 17

17.Mając na uwadze dobro Zamawiającego, ciągłość pracy szpitala i działanie w sposób jak najmniej uciążliwy ze względu na specyfikę prac adaptacyjnych, prosimy Zamawiającego o zmianę czasu na wykonanie prac adaptacyjnych, liczonego nie od daty podpisania umowy, proponujemy liczyć czas od daty przekazania i przygotowania pomieszczeń przez Zamawiającego. Zwracamy uwagę, że przed przystąpieniem do prac należy poczynić ustalenia z odpowiednimi Działami wskazanymi przez Zamawiającego, co również wpływa na czas realizacji tego zakresu. Jednocześnie zapewniamy, że wszelkie prace zostaną wykonane z zachowaniem maksymalnych możliwych starań, aby w jak najmniejszym stopniu wpływały na normalne funkcjonowanie szpitala.

Odpowiedź: Przedmiot umowy będzie zrealizowany w całości (potwierdzony podpisanym protokołem zdawczo-odbiorczym bez zastrzeżeń) w terminie do dnia 30.11.2023 r..

Pytanie 18

18. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający we własnym zakresie zorganizuje demontaż, montaż oraz inne czynności związane z aparatem RTG do zdjęć szczęki znajdującym się w pomieszczeniu RTG objętym postępowaniem (na czas realizacji zadania).

Odpowiedź: TAK. Zamawiający potwierdza

Pytanie 19

19. Czy istniejący w pomieszczeniu 23 aparat do RTG szczęki i związane z nim instalacje w tym wlv, rozdzielnica pozostają i Zamawiający nie przewiduje żadnych prac z nimi związanych?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający potwierdza, że aparat zostaje zdemontowany tylko na czas remontu

Pytanie 20

20. Prosimy o udostępnienie na stronie dokumentacji powykonawczej wzmocnienia stropu dla istniejącego aparatu.

Odpowiedź: Plik PDF w załączeniu.

Pytanie 21

21. Prosimy o udostępnienie projektu konstrukcji fragmentu budynku w którym jest planowana adaptacja wraz z obliczeniami statycznymi.

Odpowiedź: Plik PDF w załączeniu. Brak obliczeń statycznych

Pytanie 22

22. Czy budynek w którym będzie prowadzona adaptacja jest pod ochrona konserwatora budynku?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 23

23. Czy zamawiający przewiduje wykorzystanie istniejącej instalacji elektrycznej i teletechnicznej? Jeżeli nie, to prosimy o podanie odległości do najbliższej rozdzielnicy do której można podłączyć zasilanie do RTG oraz najbliższy punkt dystrybucyjny sieci IT z wolnymi punktami do rozbudowy systemu?

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje wykorzystanie istniejącej instalacji elektrycznej i teletechnicznej

Pytanie 24

24. W jakiej odległości od przedmiotowego obszaru znajduje się punkt dystrybucyjny sieci LAN i czy posiada on wolne porty na patchpanelu i w switchu?

Odpowiedź: 30 metrów. Brak dodatkowych wolnych miejsc na patchpanelu i w switchu.

Pytanie 25

25. Zamawiający przewiduje około 163m² do adaptacji. Suma metrów pomieszczeń sali rtg, sterówki i pomieszczenia technicznego centrali wentylacyjnej nie pokrywają się, dlatego też prosimy o udostępnienie rzutów architektonicznych z rzutami wyżej wymienionych pomieszczeń.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że powierzchnia przewidzianych do adaptacji pomieszczeń sali rtg, sterówki wynosi łącznie 45,70 m².

Pytanie 26

26. Zamawiający wymaga dostawy i wymiany systemu KD - kontrola dostępu. prosimy o podanie nazwy systemu istniejącego w szpitalu w celu integracji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga .

Pytanie 27

27. Prosimy o potwierdzenie wymogu zaprojektowania i wykonania systemu klimatyzacji i wentylacji jak w PFU W pkt. II.2.d.1

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza wymóg zaprojektowania i wykonania systemu wentylacji w pomieszczeniach RTG

Pytanie 28

28. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga wykonanie nowego systemu ssp? Jeżeli tak, prosimy o podanie nazwy istniejącego systemu ssp oraz czy centrala posiada miejsca rozbudowy systemu i w jakiej jest odległości od adaptowanych pomieszczeń.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wpięcia nowych czujek systemu SSP do istniejącego systemu szpitala. Informacje na temat systemu POLON działającego w szpitalu, miejsc do rozbudowy w centrali oraz odległości zakładu radiologii przekaże firma serwisująca system

Pytanie 29

29. Prosimy o podanie firmy serwisującej system ssp w szpitalu.

Odpowiedź: Firma Perfekt Z.P.H.U. M. Forgacz

Pytanie 30

30. Czy w obszarze remontu istnieje system DSO i czy ma być rozbudowany? Jeżeli tak jaki to system?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że istnieje system DSO i nie wymaga rozbudowy.

Pytanie 31

31. Prosimy o podanie na stronie aktualnej ekspertyzy przeciwpożarowej w budynku adaptowanych pomieszczeń.

Odpowiedź: Załączono plik w formacie PDF. (w załączeniu)

Pytanie 32

32. Prosimy o doprecyzowanie czy instalacja gazów medycznych ulega rozbudowie jeśli tak to o jakie gazy i ile punktów?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że instalacja gazów medycznych ulega rozbudowie o jeden komplet punktów poboru (tlen, sprężone powietrze, próżnia, podtlenek azotu).

Pytanie 33

33. Czy Zamawiający oczekuje wykonania dokumentacji projektowej wszystkich branż z uzgodnieniami rzeczoznawców: sanepid i PPOŻ? a co za tym idzie zgłoszenie do urzędu lub uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje dokumentacji powykonawczej

Pytanie 34

34. Czy Zamawiający będzie wymagał dostawy i montażu zasilania UPS?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga

Pytanie 35

35. Czy Zamawiający oczekują dostawę mebli stałych i ruchomych? Jeżeli tak, prosimy o wyszczególnienie rodzaju oraz ilości.

Odpowiedź: Nie wymaga

Pytanie 36

36. Prosimy o udostępnienie istniejącego projektu osłon stałych.

Odpowiedź: Załączono plik w formie PDF (w załączeniu).

Pytanie 37

37. Czy Zamawiający wymaga wymiany punktów sanitarnych?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wymiany umywalki z baterią oraz fartucha sanitarnego.

Pytanie 38

38. Czy Zamawiający wymaga wymiany grzejników?

Odpowiedź: NIE.

Pytanie 39

39. Czy Zamawiający wymaga dodatkowej systemowej ochrony ścian i narożników?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dodatkowej ochrony ścian i narożników.

Pytanie 40

40. Czy Zamawiający przewiduje wymianę oświetlenia?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wymiany oświetlenia.

Pytanie 41

Dotyczy terminu realizacji zadania

41. Prosimy o wyjaśnienie terminu realizacji zadania. zamawiający podaje że termin wykonania zadania jest do 30.11.2023 a czas na wykonanie jest 30dni. Dlaczego przy tak długim terminie zamawiający przewiduje tylko 30 dni na realizację?

Odpowiedź: ADAPTACJA POMIESZCZENIA WRAZ Z DOSTAWĄ APARATU – DO DNIA 30.11.2023 R.

Jednocześnie Zamawiający zmienia zapis § 3 ust. 1 wzoru umowy następująco:

1. „Przedmiot umowy będzie zrealizowany w całości (potwierdzony podpisany protokołem zdawczo-odbiorczym bez zastrzeżeń) w terminie do dnia 30.11.2023 r. Dostawa musi być ustalona pisemnie z Zamawiającym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

Wykonanie prac adaptacyjnych odbędzie się zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy, zgodnie z pkt 1 załączonego harmonogramu (Załącznik nr 4 do umowy). Zainstalowanie (montaż i uruchomienie) towaru i przeszkolenie personelu nastąpią w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, w ramach terminu, o którym mowa w zd. 1.;”

Pytanie 42

42. Czy projektowana KD w drzwiach ma być autonomiczna czy połączona z istniejącym w Szpitalu systemem? Jeżeli tak, jaki to jest system?

Odpowiedź: Nie dotyczy.

Pytanie 43

43. Czy oprawy oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego w adaptowanych pomieszczeniach podlegają wymianie w ramach prac? Jeżeli tak, to czy oświetlenie awaryjne w Szpitalu posiada centralną baterię lub centralne zarządzanie, czy to są oprawy autonomiczne?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wymiany opraw oświetlenia awaryjnego i podstawowego w adaptowanych pomieszczeniach. Oświetlenie posiada oprawy autonomiczne.

W dniu 05.06.2023 r. wpłynęły następujące zapytania

Pytanie 1

Zmawiający Wymaga:

Punkt 2. Deklaracja zgodności na całość aparatu, nie na części składowe.

Prosimy o dopuszczenie przedstawienia deklaracji zgodności na detektory oraz osobnego na pozostałe elementy składowe aparatu.

Oferowany przez nas aparat może być konfigurowany z kilkoma typami detektorów w zależności od potrzeb użytkownika. Detektory te są produkowane specjalnie dla naszego producenta przez poddostawców i są oznakowane logiem producenta i posiadają oryginalne oprogramowanie producenta. W zależności od konfiguracji dostarczamy deklaracje aparatu rtg i wybranych detektorów. Wszystkie typy detektorów są w pełni zwalidowane, zintegrowane z sprzętem i oprogramowaniem producenta na poziomie produkcji i realizacji zamówień.

Odpowiedź: NIE. Zgodnie z SWZ

Pytanie 2

Zmawiający Wymaga:

Punkt 51. Długość blatu stołu ≥ 230 cm.

Prosimy o dopuszczenie stołu o długości blatu wynoszącym 220 cm.

W połączeniu z większym od wymaganego przez Zamawiającego zakresu ruchu blatu stołu oraz zakresu ruchu kieszeni detektora, oferowany przez nas stół diagnostyczny z blatem 220 cm, oferuje pokrycie obszaru prześwietlenia do 200 cm. Wartość ta jest znacznie większa od wymaganej przez Zamawiającego. Umożliwia ona swobodne wykonanie zdjęć pacjentowi bez konieczności jego przemieszczania na blacie, na długości 200 cm.

Odpowiedź: TAK Zamawiający dopuszcza

Pytanie 3

Zmawiający Wymaga:

Punkt 59. Minimalna wysokość blatu od podłogi ≤ 53 cm.

Prosimy o dopuszczenie stołu o minimalnej wysokości blatu od podłogi wynoszącej 55 cm.

Oferowana wartość nieznacznie różni się wymaganej i nie wpływa na ergonomię pracy aparatu rtg.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 4

Zmawiający Wymaga:

Punkt 64. Minimalna możliwa odległość środka detektora, licząc od podłogi ≤ 30 cm.

Prosimy o dopuszczenie aparatu dla którego minimalna możliwa odległość środka detektora od podłogi wynosi 33,5 cm.

Jest to wielkość nieznacznie różniąca się od wymaganej. Nieznaczna różnica w żaden sposób nie wpływa na wykonywanie wymaganych procedur medycznych. W przypadku wykonywania badań blisko podłogi (np. stopy pod obciążeniem) nie ma znaczenia odległość od podłogi dolnej krawędzi aktywnej detektora. W praktyce wymagane jest, aby pacjent i tak stanął na podwyższeniu, podeście lub schodku.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 5

Zmawiający Wymaga:

Punkt 69. Pochłanianie płyty statywu – ekwiwalent Al.(przy 100 kV) $\leq 0,6$ mm Al.

Prosimy o dopuszczenie aparatu o wartości ekwiwalentu wynoszącym 0,7 mm.

Jest to wielkość nieznacznie większa od oczekiwanej.

Odpowiedź: TAK Zamawiający dopuszcza

Pytanie 6

Dotyczy prac adaptacyjnych

Zwracamy się z prośbą o podanie informacji w zakresie ilości planowanych ekspozycji w ciągu 1 tygodnia w pracowni rtg.

Odpowiedź: 100/tyg.



Pytanie 7

Dotyczy prac adaptacyjnych

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie na stronie aktualnych projektów osłon stałych dla pracowni rtg.

Odpowiedź Załączono plik w formacie PDF (w załączeniu)

Pytania 8

Dotyczy prac adaptacyjnych

Zwracamy się z prośbą o informację jaką funkcję pełnią pomieszczenia pod i nad pomieszczeniami pracowni rtg oraz je otaczające. Jak długo przebywają osoby w tych pomieszczeniach?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pod pomieszczeniami objętymi adaptacją są pomieszczenia magazynowo -gospodarcze, w których pracownicy przebywają jednorazowo do kilkunastu minut. Pomieszczenia nad pracownią objętą pracami są pomieszczeniami oddziału szpitalnego użytkowanymi całodobowo.

Pytanie 9

Dotyczy prac adaptacyjnych

Zwracamy się z prośbą o informację jakiego rodzaju i przekroju jest kabel zasilający obecne aparat rtg?

Odpowiedź: Plik pdf w załączeniu

Pytanie 10

Dotyczy prac adaptacyjnych

z kablami RJ-45 internetowymi, w pomieszczeniu pracowni rtg i w serwerowni Zwracamy się z prośbą o informację czy Zamawiający posiada wystarczającą ilość gniazd logicznych , aby wpiąć się?

Odpowiedź: Brak wolnych gniazd w pracowni RTG i w pracowni.

Pytanie 11

Dotyczy prac adaptacyjnych

Zwracamy się z prośbą o informację czy Zamawiający będzie wymagał montażu klimatyzatora/klimatyzatorów w pracowni rtg i sterówce? Jeżeli tak, to proszę podać ilość klimatyzatorów i określić ich moc.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga montażu 1 klimatyzatora w pracowni rtg o mocy minimum 5 kW.

Pytanie 12

Dotyczy prac adaptacyjnych

Zwracamy się z prośbą o informację na temat instalacji telefonicznej i komputerowej oraz zabezpieczenie wynikającego z p.poż. . Czy w/w opisane instalacje i zabezpieczenia są sprawne w pracowni rtg? Czy będą wymagały modernizacji lub wymianie?

Odpowiedź: Obecnie instalacje są sprawne. W razie konieczności mogą wymagać modernizacji lub wymiany.

Pytanie 13

Dotyczy prac adaptacyjnych

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy wentylacja w pomieszczeniach pracowni rtg spełnia wymogi obowiązujących przepisów ? Czy jest zachowana wartość 1,5 krotności wymiany na godzinę?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w pomieszczeniach RTG brak wentylacji

Pytanie 14

Dotyczy prac adaptacyjnych

Zwracamy się z prośbą o informację czy Zamawiający posiada aktualny pomiar skuteczności wentylacji dla pracowni rtg? Jeżeli nie, czy wykonawca ma uwzględnić ten pomiar przy projekcie?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w pomieszczeniach RTG brak wentylacji.

Pytanie 15

Dotyczy prac adaptacyjnych

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy w przypadku niesprawnej wentylacji w pracowni rtg, czy Zamawiający dokona usprawnień we własnym zakresie, czy oczekuje wykonania prac od oferenta?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza wymóg zaprojektowania i wykonania systemu wentylacji w pomieszczeniach RTG

Pytanie 16

Dotyczy prac adaptacyjnych

Zwracamy się z prośbą o informację czy Zamawiający oczekuje wymiany instalacji oświetleniowej i wymiany osprzętu oraz lamp w pracowni rtg? Proszę podać założone ilości dla każdej pracowni rtg oddzielnie.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wymiany opraw oświetlenia awaryjnego i podstawowego w adaptowanych pomieszczeniach. Oświetlenie posiada oprawy autonomiczne.

Pytanie 17

Dotyczy prac adaptacyjnych

Zwracamy się z prośbą o zgodę na przejęcie przez Zamawiającego odpowiedzialności za uzyskanie wszelkich zgód administracyjnych, w szczególności uzyskania pozwolenia na budowę (jeżeli jest wymóg) i ponowne uruchomienie pracowni rtg przez lokalną WSSE (oczywiście przy pełnym wsparciu wykonawcy) i wyłączenie zapisu z zakresu umowy.

Wykonawca nie jest stroną dla organów administracji, WSSE. Prosimy o przychylne rozważenie naszej prośby. Przy tak krótkim czasie realizacji, analogicznie wydłuża czas oczekiwania na wydanie wszelkim zgód i zezwoleń w przypadku starania się o nie przez wykonawcę.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 18

Dotyczy prac adaptacyjnych

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie czasu potrzebnego na uzyskanie zgód administracyjnych z czasu liczonego na realizację umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 19

Dotyczy prac adaptacyjnych

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w zakresie dostawy nowego aparatu rtg, oferent nie ma obowiązku dostarczenia mebli lub innego wyposażenia ruchomego niż opisany w SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dostawy mebli stałych i ruchomych

Pytanie 20

Dotyczy prac adaptacyjnych

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że zatwierdzenie projektu osłon stałych w WSSE będzie leżało w gestii Zamawiającego.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 21

Dotyczy prac adaptacyjnych

Zwracamy się z prośbą o informację czy Zamawiający oczekuje wymiany okna rtg w sterowni rtg w pracowni rtg? Proszę podać założone ilości dla pracowni rtg.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga wymiany okien w pracowniach RTG.

Pytanie 22

Dotyczy prac adaptacyjnych

Zwracamy się z prośbą o informację czy Zamawiający oczekuje wymiany stolarki okiennej w pracowni rtg z wyszczególnieniem wszystkich pomieszczeń dodatkowych? Proszę podać założone ilości dla pracowni rtg.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga wymiany stolarki okiennej w pracowniach RTG

Pytanie 23

Dotyczy prac adaptacyjnych

Zwracamy się z prośbą o informację czy Zamawiający oczekuje wraz z demontażem „starego aparatu rtg”, równocześnie zdemontować skaner/y kaset CR, które funkcjonują w pracowni rtg? Jeżeli tak, to proszę napisać w czyjej gestii jest demontaż lub odpowiednie zabezpieczenie skanerów CR wraz z kasetami na czas adaptacji i instalacji nowego aparatu rtg w pracowni rtg?

Odpowiedź: Zabezpieczenie skanerów CR wraz z kasetami na czas adaptacji i instalacji nowego aparatu rtg w pracowni rtg – po stronie Zamawiającego.

Pytanie 24

Dotyczy prac adaptacyjnych

Zwracamy się z prośbą o informację czy Zamawiający oczekuje demontażu „zębowego aparatu rtg”? Jeżeli tak, to proszę napisać w czyjej gestii jest demontaż lub odpowiednie zabezpieczenie „zębowego aparatu rtg” na czas adaptacji i instalacji nowego aparatu rtg w pracowni rtg?

Odpowiedź: Po stronie Zamawiającego

Pytanie 25

Czy Zamawiający wydzieli, wyznaczy i zabezpieczy drogę dostawy aparatu rtg zgodnie z przyjętymi ogólnymi zasadami bezpieczeństwa, a w szczególności drogę dojazdu, możliwość manewru samochodem ciężarowym i wózkiem widłowym?

Odpowiedź: Zamawiający stworzy odpowiednie warunki dostawy sprzętu.



W dniu 05.06.2023 r. wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1

Dotyczy SWZ, II.A. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

„c. Kopia ważnych posiadanych dopuszczeń do obrotu zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022, poz. 974)“

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że powyższy wymóg odnosi się jedynie do sprzętu głównego tj. aparatu RTG, nie do dostarczanej wraz z nim stacji opisowej lekarskiej.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 2

Dotyczy SWZ, II.A. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

„d. Informacje (np. katalogi, prospekty, ulotki, instrukcje użytkowania) nt. parametrów oferowanego towaru, potwierdzające zgodność z przedmiotem zamówienia, określonym w Formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik nr 2 do SWZ) i w Parametrach technicznych (załącznik nr 1a1/1a2 do SWZ). Prosimy o zaznaczenie na poszczególnych dokumentach/plikach, której pozycji one dotyczą.“

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że powyższy wymóg odnosi się jedynie do sprzętu głównego tj. aparatu RTG, nie do dostarczanej wraz z nim stacji opisowej lekarskiej.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 3

Dotyczy Załącznik 1a1 do SWZ, Lp. 2, Lp. 105

„Deklaracja zgodności na całość aparatu, nie na części składowe“

„Stanowisko obrazowo-opisowe dla radiologa, zrealizowane jako oddzielna stacja lub dołączone jako stacja kliencka do serwera aplikacyjnego/systemu PACS posiadanego przez Zamawiającego.“

W przypadku zaoferowania stanowiska obrazowo-opisowego dla radiologa jako oddzielnej stacji, prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie opisowej stacji lekarskiej, której oprogramowanie jest zgodne z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022, poz. 974), nie cała stacja.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 4

Dotyczy Załącznik 1a1 do SWZ, Lp. 114

„ Pakiet oprogramowania do opisywania badań RTG, umożliwiający:

a) prekonfigurowane layouty dla różnych widoków“

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie poprzez funkcjonalność „prekonfigurowane layouty dla różnych widoków“

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje możliwości utworzenia i późniejszego korzystania z szybkiego wyboru wstępnie zdefiniowanych widoków zdjęć np. AP/ bocznych, badania bieżące/poprzednie dla efektywnej oceny dużej ilości powtarzalnych badań

Pytanie nr 5

Dotyczy Załącznik 1a1 do SWZ, Lp. 114

„ Pakiet oprogramowania do opisywania badań RTG, umożliwiający:

a) prekonfigurowane layouty dla różnych widoków“

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu posiadania przez pakiet oprogramowania do opisywania badań RTG prekonfigurowanych layoutów dla różnych widoków.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 6

Dotyczy Załącznik 1a1 do SWZ, Lp. 133

„c) automatyczna segmentacja struktury kostnej, z możliwością usunięcia“

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu posiadania przez oprogramowanie automatycznej segmentacji struktury kostnej, z możliwością jej usunięcia.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 7

Dotyczy Załącznik 1a1 do SWZ, Lp. 135

„ a) automatyczne numerowanie w badaniach CT kręgów kręgosłupa oraz żeber:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie oprogramowania z półautomatycznym numerowaniem w badaniach CT kręgów kręgosłupa oraz z ręcznym numerowaniem żeber.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ





Pytanie nr 8

Dotyczy Załącznik 1a1 do SWZ, Lp. 135

„ b) ocena zmian onkologicznych zgodna z RECIST, WHO, Lung-RADS, TNM”

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie oprogramowania umożliwiającego ocenę zmian onkologicznych zgodnie z Recist 1.0, Recist 1.1, WHO, Choi, Percist, mRecist oraz mPercist.

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 9

Dotyczy Załącznik 1a1 do SWZ, Lp. 135

„d) możliwość oceny badań naczyniowych CT, automatyczne usuwanie kości/stołu, śledzenie naczyń, wyświetlanie krzywoliniowe”

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu posiadania przez oprogramowanie funkcji wyświetlania krzywoliniowego.

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 10

Dotyczy Załącznik 1a1 do SWZ, Lp. 135

„d) możliwość oceny badań naczyniowych CT, automatyczne usuwanie kości/stołu, śledzenie naczyń, wyświetlanie krzywoliniowe”

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie poprzez funkcjonalność „wyświetlanie krzywoliniowe”.

Odpowiedź: Zamawiający premiuje zaoferowanie aplikacji do oceny badań naczyniowych CT, w szczególności realizujące wyświetlanie przebiegu naczynia z odwzorowaniem krętości (krzywoliniowość) na płaszczyźnie.

Pytanie nr 11

Dotyczy Załącznik 1a1 do SWZ, Lp. 136

„ c) automatyczne numerowanie w badaniach MR kręgów kręgosłupa”

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie oprogramowania z półautomatycznym numerowaniem w badaniach MR kręgów kręgosłupa.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 12

Dotyczy Załącznik 1a1 do SWZ, Lp. 136

„ g) narzędzia oceny obrazów MR: wyostrzanie, subtrakcja, usuwanie zniekształceń 2D/3D”

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu posiadania przez oprogramowanie funkcji usuwania zniekształceń 2D/3D.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 13

Dotyczy Załącznik nr 4 wzór umowy, § 6

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, ile osób należy przeszkolić.

Odpowiedź: 30 osób

Pytanie nr 14

Dotyczy Załącznik Nr 4.1 wzór umowy § 8 ust. 4 lit. a)

„czas reakcji serwisu wynosi do 2 dni roboczych, czas naprawy wynosi do 4 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii, w przypadkach szczególnych (np. konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy) do 7 dni roboczych; za dni robocze uważa się w niniejszej umowie dni od pon do pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,”

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu naprawy do 14 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 15

Dotyczy Załącznik Nr 4.1 wzór umowy § 8 ust. 6

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że przeglądy gwarancyjne wymagane są jedynie dla sprzętu głównego jakim jest aparat RTG.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

p.o. Kierownik
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia Medycznego
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1
im. N. Barlickiego w Łodzi
mgr Anna Pietrzyk

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Załącznik nr 4

**PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,
KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY**

UMOWA Nr 53/PN/ZP/D/2023 – WZÓR

stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 53/PN/ZP/D/2023
– art. 132 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, t.j., ze zm.)

Zawarta w dniu w Łodzi, pomiędzy:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, przy ul. Kopcińskiego 22, (90-153 Łódź), wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021295, NIP 725-10-19-093, REGON 000288774, BDO 000015897 reprezentowanym przez:

Dr n med. Monikę Domarecką – Dyrektora Szpitala
zwanym dalej „Zamawiającym”

a
..... z siedzibą w przy ul....., (kod:), wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla, Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS....., NIP....., REGON, kapitał zakładowy zł, BDO, reprezentowaną przez:

1.

2.

zwaną dalej „Wykonawcą”.

§ 1

Przedmiot Zamówienia

1. Przedmiotem umowy jest: **Zakup aparatu RTG do radiografii cyfrowej (zwanego dalej sprzętem/towarem/urządzeniem), wraz z adaptacją pomieszczenia**, szczegółowo określonego w Załączniku nr 1 do umowy - Formularz Oferty Wykonawcy wraz z załącznikiem nr 1a) – „Parametry techniczne”, w Załączniku nr 2 do umowy - Formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącymi integralną część niniejszej umowy. Zakres prac adaptacyjnych, obowiązki Wykonawcy z tym związane, terminy, zakres dokumentacji powykonawczej szczegółowo określa Program funkcjonalno-użytkowy stanowiący załącznik nr 3 do umowy
2. Wykonawca oświadcza, że towar, o którym mowa w ust. 1, jest fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, kompletny, w pełni sprawny, odpowiada standardom jakościowym i technicznym, wynikającym z funkcji i przeznaczenia, jest także wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych, fizycznych i prawnych, spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia, nie jest obciążony żadnymi prawami na rzecz osób trzecich oraz nie jest prototypem.
3. Ponadto Wykonawca oświadcza, że sprzęt medyczny wymieniony w §1 ust. 1 umowy:
 - a. przekazany zostanie Zamawiającemu w stanie kompletnym i nienaruszonym, obejmującym w szczególności oryginalne opakowanie, zabezpieczające przed uszkodzeniem, z oznaczeniem towaru co do jego tożsamości, umożliwiającym normalne z niego korzystanie zgodnie z jego przeznaczeniem,
 - b. posiada wszelkie parametry techniczne oraz funkcje niezbędne do korzystania z niego zgodnie z ich przeznaczeniem, a w szczególności wymagane w Załączniku 1a1 do SWZ stanowiącym integralną część umowy,
 - c. spełnia warunki zgodności wynikające z normy CE
 - d. jest dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa oraz odpowiada wymogom określonym tymi przepisami,
 - e. nie jest przedmiotem jakichkolwiek ograniczonych praw rzeczowych ustanowionych na rzecz osób trzecich, jak również nie jest przedmiotem jakichkolwiek postępowań sądowych, administracyjnych, czy też sądowno-administracyjnych, których konsekwencją jest (mogłoby być) ograniczenie czy też wyłączenie prawa Wykonawcy rozporządzania nim.
4. Wraz z towarem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:
 - a. karty gwarancyjne producenta,
 - b. zalecenia producenta co do konieczności wykonywania przeglądów. W przypadku wymaganych przeglądów podać częstotliwość oraz zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów,
 - c. autoryzację Producenta dla wskazanych przedstawicieli serwisowych w zakresie wykonywania czynności przeglądów dla przedmiotu zamówienia (oświadczenie należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego),
 - d. autoryzację Producenta, udzieloną Wykonawcy, w zakresie dystrybucji, instalacji i serwisu oferowanego przedmiotu zamówienia (oświadczenie należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego),
 - e. instrukcję obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej
 - f. wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie kraju.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19
53/PN/ZP/D/2023 – „Zakup aparatu RTG do radiografii cyfrowej i adaptacja pomieszczenia”

- W ramach realizacji zamówienia szczegółowo opisanego w ofercie Wykonawcy złożonej w postępowaniu 53/PN/ZP/D/2023, Wykonawca dokona wpisu w paszport techniczny potwierdzający uruchomienie sprzętu.
- Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego aktualizowania, w tym dostosowywania do aktualnie obowiązujących przepisów prawa i norm, deklaracji zgodności dostarczanych towarów i przedkładania Zamawiającemu zaktualizowanych deklaracji w terminie 7 dni od daty zaistnienia okoliczności uzasadniających aktualizację. Wykonawca jest także zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu deklaracji zgodności dostarczanych towarów, w odniesieniu do których obowiązek ich posiadania powstał w trakcie realizacji niniejszej umowy, w terminie 14 dni od daty wejścia w życie obowiązku posiadania deklaracji.

§ 1A

Oświadczenia Wykonawcy

- Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się ze wszystkimi warunkami i okolicznościami, które są niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.
- Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia, zaświadczenia, pozwolenia, zgody do sprzedaży wyrobów medycznych oferowanych Zamawiającemu, oraz że produkty te są wolne od wszelkich wad, praw osób trzecich i spełniają wszelkie normy stawiane przez prawo polskie w tym zakresie, oraz że wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca oświadcza, że posiada świadectwa dopuszczające do obrotu wyrobów medycznych, znajdujące się w siedzibie Wykonawcy, do wglądu przez Zamawiającego na żądanie w każdym terminie.

§ 2

- Całkowita wartość przedmiotu umowy (cena)** wymienionego w § 1 ust. 1 wynosi złotych brutto (słownie: zł^{00/}), w tym wartość netto w wysokości złotych, w tym:
1.1 Całkowita wartość towaru wymienionego w § 1 ust. 1 wynosi złotych brutto (słownie: zł^{00/}), w tym wartość netto w wysokości złotych
1.2 Całkowita wartość adaptacji pomieszczenia wymienionego w § 1 ust. 1 wynosi złotych brutto (słownie: zł^{00/}), w tym wartość netto w wysokości złotych
Cenę towaru i adaptacji pomieszczenia określono w Formularzu asortymentowo- cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
- Cena obejmuje wszystkie koszty związane z adaptacją pomieszczenia, z dostawą i ubezpieczeniem towaru (do czasu wydania Zamawiającemu). Cena obejmuje również: koszty transportu krajowego i zagranicznego do siedziby Zamawiającego, rozładunku, załadunku, koszty ubezpieczenia w kraju i zagranicą, opłaty celne i graniczne, montażu, uruchomienia, wszelkie rabaty, upusty, podatki, wszystkie koszty związane z warunkami stawianymi przez Zamawiającego oraz wszelkie inne koszty niewymienione, a konieczne do wykonania zamówienia. Opłata za opakowanie wliczona jest w cenę towaru.
- Towar dostarczony będzie do Zamawiającego w opakowaniu producenta, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
- Strony ustalają, że całkowita cena Towaru w PLN, o której mowa w ust. 1, jest ceną ostateczną.

§ 3

- Przedmiot umowy będzie zrealizowany w całości (potwierdzony podpisanym protokołem zdawczo-odbiorczym bez zastrzeżeń) w terminie do dnia 30.11.2023 r.** Dostawa musi być ustalona pisemnie z Zamawiającym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonanie prac adaptacyjnych odbędzie się zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy, zgodnie z pkt 1 załączonego harmonogramu (Załącznik nr 4 do umowy).
Zainstalowanie (montaż i uruchomienie) towaru i przeszkolenie personelu nastąpią w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, w ramach terminu, o którym mowa w zd. 1.
- Wykonanie prac adaptacyjnych, dostawa (dostarczenie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego całości przedmiotu umowy), zainstalowanie (montaż i uruchomienie) towaru oraz przeszkolenie personelu, muszą być potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym bez zastrzeżeń przez upoważnionych pracowników Zamawiającego i Wykonawcy czytelnymi podpisami, wraz z podanymi przez nich zajmowanymi stanowiskami.
- Wykonawca dostarczy towar własnym środkiem transportu bądź za pośrednictwem profesjonalnej firmy transportowej na własne ryzyko. W przypadku powierzenia transportu osobom trzecim odpowiada za ich działania i zaniechania jak za własne..
- Wykonawca zobowiązany jest do dokonania rozładunku dostarczonego towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
- Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie towaru do użytkowania.
- Za dzień realizacji umowy, tj. wykonania prac adaptacyjnych, dostawy, montażu i uruchomienia towaru oraz przeszkolenia wybranego personelu Zamawiającego, uważa się datę sporządzenia i podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego, bez zastrzeżeń.
- Ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia towaru w całości lub jego części jak również zaginięcia całości lub części przechodzi na Zamawiającego dopiero z chwilą jego protokolarnego przekazania po jego zamontowaniu i uruchomieniu.
- Miejscem prowadzenia prac adaptacyjnych, dostawy, montażu i instalacji sprzętu jest pomieszczenie zlokalizowane w Łodzi w budynku przy ul. Kopcińskiego 22.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

53/PN/ZP/D/2023 – „Zakup aparatu RTG do radiografii cyfrowej i adaptacja pomieszczenia”

9. Protokół zdawczo-odbiorczy musi zawierać:
 - przedmiot zakupu (producent towaru, SN, rok produkcji, model typ, dla wszystkich składowych części towaru)*
* o ile dotyczy;
 - nazwę towaru;
 - datę dostawy;
 - potwierdzenie prawidłowości wykonania prac adaptacyjnych,
 - potwierdzenie kompletności dostawy zgodnie z parametrami, montażu i uruchomieniu Towaru;
 - potwierdzenie przeprowadzenia szkolenia personelu;
 - informację o przekazaniu dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 4 Umowy.
10. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego, tj.: Sekcją Aparatury (tel. 42 67-76-826, mail: sekcja.aparatury@barlicki.pl) Zamawiającego z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem o terminie dostawy, zainstalowaniu (montażu i uruchomieniu) towaru oraz przeszkoleniu personelu.
11. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar, który spełnia wszystkie określone przepisami prawa wymogi w zakresie dopuszczenia do obrotu i do używania, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 974 – t.j. ze zm.) – dotyczy wyrobów medycznych, na co Wykonawca posiada przez czas trwania umowy wszystkie aktualne dokumenty, które złożył wraz z ofertą i w terminie wskazanym w umowie oraz ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody powstałe u Zamawiającego lub osób trzecich w związku z zastosowaniem dostarczonego przez Wykonawcę towaru nie spełniającego przedmiotowych wymogów.
12. Przez instalację sprzętu należy rozumieć: ustawienie we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, podłączenie do urządzeń współpracujących oraz sprawdzenie prawidłowości jego działania

§ 4

1. Wszystkie rozliczenia pomiędzy stronami będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
2. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci całkowitą cenę, określoną w § 2 ust. 1, zgodnie z ceną jednostkową określoną w „Formularzu asortymentowo- cenowym” – Załącznik nr 2 do umowy.
3. **Zamawiający zapłaci za realizowaną dostawę towaru i adaptację pomieszczenia przelewem w terminie: 30 dni**, od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur, na warunkach i zgodnie z postanowieniami umowy, po dostawie wraz z posadowieniem, instalacją (montaż, uruchomienie) i podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń. Jako dzień zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego (rozliczeniowego) Zamawiającego. **Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu faktury nie później niż do 7.12.2023 r., po wcześniejszym podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego i Wykonawcę bez zastrzeżeń.**
4. Datą zapłaty jest dzień, w którym Zamawiający poleci swemu bankowi przelać na wskazane konto kwotę z prawidłowo wystawionej faktury.
5. **Złożenie faktury następuje w formie pisemnej lub w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem <https://efaktura.gov.pl>, PEF NIP 7251019093**
6. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, przyjętej do określenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z § 1 ust. 1, która zacznie obowiązywać po dniu zawarcia umowy, wynagrodzenie Wykonawcy, w ujęciu brutto, ulegnie odpowiedniej zmianie przez zastosowanie zmienionej stawki podatku od towarów i usług – bez sporządzania aneksu do umowy. Zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie umowy w okresie od dnia obowiązywania zmienionej stawki podatku, przy czym zmiana dotyczyć będzie wyłącznie tej części wynagrodzenia Wykonawcy, do której zgodnie z przepisami prawa powinna być stosowana zmieniona stawka podatku.
7. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności, jaką ma u Zamawiającego z tytułu niniejszej umowy, bez jego uprzedniej pisemnej zgody, jak również bez zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego, pod rygorem nieważności.
8. Strony niniejszej umowy zgodnie ustalają, że w przypadku, gdy zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca powierzy wykonanie podwykonawcy elementów przedmiotu umowy o charakterze pomocniczym, za rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą odpowiada tylko i wyłącznie Wykonawca. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji niniejszej umowy zobowiązany jest do podania Zamawiającemu nazw, danych kontaktowych oraz przedstawicieli podwykonawców zaangażowanych w realizację niniejszej umowy, o ile są oni już Wykonawcy znani. Niezależnie od powyższego, Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa we wcześniejszym zdaniu, w trakcie realizacji umowy, a także przekazuje Zamawiającemu wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć wykonanie elementów przedmiotu umowy o charakterze pomocniczym. Strony niniejszej umowy zgodnie przy tym ustalają, że za ewentualne zachowania (działania bądź też zaniechania) podwykonawcy, Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego jak za zachowania (działania bądź też zaniechania) własne.

§ 5

Czynności Odbiorowe

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt będący przedmiotem niniejszej umowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Termin montażu i instalacji zostanie uzgodniony z Zamawiającym z uwzględnieniem zapisu § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dniu odbioru przedmiotu zamówienia n.w. dokumentację w języku polskim:
 - a. instrukcję użytkownika towaru - wersję papierową oraz na nośniku CD/DVD bądź przesłania na adres e-mailowy sekcja.aparatury@barlicki.pl

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

53/PN/ZP/D/2023 – „Zakup aparatu RTG do radiografii cyfrowej i adaptacja pomieszczenia”

- b. karty gwarancyjne/warunki gwarancji (zgodne z zawartą umową)
 - c. paszport techniczny – wpis dotyczący uruchomienia przedmiotu zamówienia do paszportu technicznego, który jest wystawiany przez Zamawiającego,
 - d. **dokument „Informacja dotycząca narażenia związanego z aparatem, właściwego stosowania, testowania i konserwacji aparatu w zakresie dopuszczonym przez producenta do wykonywania samodzielnie przez użytkownika oraz wykazująca, że konstrukcja aparatu pozwala ograniczyć narażenie do najniższego rozsądnie osiągalnego poziomu, a także informacja dotycząca oceny ryzyka dla pacjentów oraz dostępnych elementów oceny klinicznej aparatu.”**
 - e. **deklaracje zgodności - na nośniku CD/DVD bądź przesłane na adres e-mailowy sekcja.aparatury@barlicki.pl**
3. Odbiór towaru przez Zamawiającego nastąpi po wykonaniu prac adaptacyjnych, dostawie, montażu i instalacji.
 4. Odbiór prac adaptacyjnych ze strony Zamawiającego dokonany będzie przez
 5. Odbiór sprzętu ze strony Zamawiającego dokonany będzie przez Pracownika Sekcji Aparatury Medycznej. W trakcie odbioru przedstawiciele dokonają sprawdzenia prawidłowości instalacji, tj. zapewniających prawidłowe i bezawaryjne funkcjonowanie z użyciem wszystkich wymaganych, zgodnych z warunkami jego funkcji.
 6. Jeżeli w toku czynności odbiorowych stwierdzone zostaną okoliczności uniemożliwiające dokonanie odbioru z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający przedstawi je Wykonawcy na piśmie. Do czasu usunięcia przeszkód w odbiorze Przedstawiciel Zamawiającego przerwie czynności odbiorowe, a Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego usunięcia przeszkód w realizacji odbioru.
 7. Po usunięciu przeszkód w realizacji odbioru Wykonawca ponownie zgłosi Zamawiającemu na piśmie gotowość do odbioru, a Przedstawiciel Zamawiającego wznowi czynności odbiorowe.
 8. Z odbioru towaru strony sporządzą protokół zdawczo-odbiorczy.
 9. Protokół zdawczo-odbiorczy musi zawierać:
 - a. dane sprzętu ,
 - b. wartość sprzętu i datę dostarczenia,
 - c. potwierdzenie prawidłowości i kompletności wykonania prac adaptacyjnych,
 - d. potwierdzenie kompletności sprzętu, jego montażu, instalacji,
 - e. informację o producencie sprzętu,
 - f. potwierdzenie przekazania dokumentów, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

§ 6

Szkolenia

1. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania i obsługi sprzętu będącego przedmiotem umowy, szkolenie potwierdzone zostanie protokołem.
2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić szkolenie aplikacyjne personelu (technicy, lekarze, pielęgniarki) z zakresu użytkowania i obsługi, przeprowadzane w siedzibie Zamawiającego, potwierdzone protokołem, minimum 3 dni.
3. Terminy szkoleń zostaną uzgodnione z Zamawiającym.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia zaświadczeń o przebytych przeszkoleniach dla pracowników Zamawiającego.

§ 7

Przetwarzanie danych osobowych i Poufność

1. Zamawiający powierza Wykonawcy na mocy odrębnie zawartej umowy powierzenia, przetwarzanie danych osobowych pacjentów oraz pracowników – w związku z § 7 umowy, których Zamawiający jest administratorem, w zakresie i w celu związanym wyłącznie z wykonywaniem niniejszej umowy, a w szczególności świadczenia usług gwarancyjnych i serwisowych.
2. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy, także po zakończeniu jej realizacji. Obowiązek ten nie dotyczy informacji, co do których Zamawiający ma nałożony ustawowy obowiązek publikacji lub która stanowi informację jawną, publiczną opublikowaną przez Zamawiającego.
3. Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i faktów, z którymi zapoznali się w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, a zwłaszcza dotyczących pacjentów Zamawiającego.

§ 8

GWARANCJA I RĘKOJMIA - SPRZĘT

1. Wykonawca udziela na towar gwarancji i rękojmi za wady towaru na okres **miesiące** od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, po uprzednim montażu i instalacji sprzętu zgodnie z §2 ust. 2 umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że sprzęt będący przedmiotem umowy, jest fabrycznie nowy, jest wyprodukowany wr. i składa się z oryginalnych części.
3. Przeglądy i serwis sprzętów wykonuje firma (kontakt do serwisu: adres, nr telefonu, faksu, e-mail) tel., faks:..... e-mail.....

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

53/PN/ZP/D/2023 – „Zakup aparatu RTG do radiografii cyfrowej i adaptacja pomieszczenia”

4. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do naprawy przedmiotu zamówienia na następujących warunkach:
 - a) czas reakcji serwisu wynosi do 2 dni roboczych, czas naprawy wynosi do 4 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii, w przypadkach szczególnych (np. konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy) do 7 dni roboczych; za dni robocze uważa się w niniejszej umowie dni od pon do pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
 - b) w przypadku 3-krotnej (z przyczyn niezależnych od Użytkownika) naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub podzespołu, wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element, podzespół na nowy wolny od wad,
 - c) **(skreślony)**,
 - d) Wykonawca udziela **12-miesięcznej** gwarancji na części instalowane w ostatnim roku gwarancji,
 - e) Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych, związanych z ewentualną wymianą przedmiotu zamówienia na nowy, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem, lub z importem części zamiennych i oprogramowania, we własnym zakresie – bez udziału Zamawiającego. W przypadku konieczności naprawy poza siedzibą Zamawiającego wszelkie koszty dotyczące transportu i naprawy pokrywa Wykonawca,
 - f) czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia, potwierdzone wpisem w paszporcie,
 - g) naprawy będą wykonywane przez serwis gwarancyjny tylko w czasie uzgodnionym z Zamawiającym,
 - h) koszt dojazdu do Zamawiającego celem wykonania obowiązku gwarancyjnego jest wliczony w koszt naprawy,
 - i) możliwość zgłaszania awarii 24h/dobę przez cały rok.
5. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia w części zamienne na okres 10 lat od daty uruchomienia sprzętu, z tym zastrzeżeniem, że okres dostępności części dla sprzętu komputerowego powinien wynosić 5 lat, z zastrzeżeniem zachowania funkcjonalności urządzenia przez 10 lat.
6. Wykonawca zobowiązuje się nadto do wykonania w ramach gwarancji:
 - a. przeglądów (potwierdzonych wpisem w paszport techniczny) przedmiotu zamówienia w ilości przynajmniej raz w roku lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta i w zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z bezpłatną wymianą wszystkich części podlegających gwarancji i niezbędnych do wykonania przeglądu. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji (oświadczenie Wykonawcy należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego),
7. Zamawiający zastrzega sobie korzystanie z uprawnienia wynikającego z art. 579 kodeksu cywilnego, to jest korzystania z rękopisów niezależnie od gwarancji.
8. Wykonawca będzie dokonywać wymiany towaru objętego gwarancją, o której mowa w ust.1 niniejszego paragrafu zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu w siedzibie Zamawiającego w ciągu trzech tygodni od dnia zgłoszenia wadliwości.

§ 8A

GWARANCJA I RĘKOJMIA – NA Roboty Adaptacyjne

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu **gwarancji na wykonanie robót adaptacyjnych (na wszystkie wykonane roboty budowlane i instalacyjne oraz materiały użyte do ich wykonania oraz zamontowane urządzenia, wyposażenie) na okres 48 miesięcy**, licząc od dnia odbioru robót w całości bez zastrzeżeń.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych przeglądów, napraw i konserwacji zamontowanych towarów i urządzeń oraz wykonanych robót budowlanych i materiałów użytych do ich wykonania, w okresie gwarancji bez dodatkowych kosztów z tego tytułu dla Zamawiającego.
3. Niezależnie od gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
4. Odpowiedzialność z tytułu **rękojmi** za wady przedmiotu umowy wynosi **48 miesięcy**, licząc od dnia odbioru robót w całości bez zastrzeżeń.
5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie określonym w ust. 1 i 4, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady przedmiotu Umowy. W toku czynności odbiorowych i w okresie gwarancji jakości Wykonawca usunie stwierdzone wady na własny koszt.
7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego, to Zamawiający może usunąć wady we własnym zakresie lub zlecić usunięcie ich stronie trzeciej i obciążyć kosztami Wykonawcę. Powyższe działanie Zamawiającego nie skutkuje utratą uprawnień z tytułu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi.
8. O zauważonych wadach w okresie gwarancji jakości i rękojmi w przedmiocie Umowy, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w terminie 14 dni od ich ujawnienia.
9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy / usunięcia wad w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia.
10. Po odbiorze robót związanych z usunięciem wad z tytułu gwarancji i rękojmi, okres gwarancji i rękojmi ulega wydłużeniu o czas od zgłoszenia do usunięcia wady.
11. Jeżeli w okresie gwarancji, zamontowane urządzenia lub wyposażenie było co najmniej dwukrotnie naprawiane, a naprawy obejmują tę samą wadę lub usterkę, przy trzecim zgłoszeniu Wykonawca zobowiązany jest do ich wymiany na nowe, o parametrach zgodnych z podanymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia trzeciej usterki lub wady.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19
53/PN/ZP/D/2023 – „Zakup aparatu RTG do radiografii cyfrowej i adaptacja pomieszczenia”

§ 9

Kary Umowne

1. Za zwłokę w dostarczeniu sprzętu lub jego instalacji, nieprzeszkolenie personelu w terminie wskazanym w §6, niewydanie Zamawiającemu instrukcji obsługi w języku polskim, dokumentu gwarancyjnego i innych dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 2 umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, jednak łącznie nie więcej niż 10% wartości łącznego wynagrodzenia brutto.
2. Za zwłokę w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 8 ust. 4 lit. a), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, jednak łącznie nie więcej niż 10% wartości łącznego wynagrodzenia brutto.
3. Za zwłokę w wykonaniu adaptacji pomieszczenia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, jednak łącznie nie więcej niż 10% wartości łącznego wynagrodzenia brutto
4. W razie zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi i/lub w wykonaniu naprawy gwarancyjnej, bądź przeglądu lub konserwacji przedmiot umowy ponad terminy określone w § 8 i §8A, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, jednak łącznie nie więcej niż 10% wartości łącznego wynagrodzenia brutto.
5. W przypadku odstąpienia od umowy w całości lub w części przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% wartości łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1.
6. Kary umowne są niezależne od siebie, ale ich łączna wysokość nie może przekroczyć 30 % kwoty łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust.1 umowy.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego niezależnie od zastrzeżeń w niniejszym paragrafie kar umownych, w tym do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
8. Odstąpienie przez którąkolwiek ze stron od zawartej umowy nie powoduje uchylecia obowiązku zapłaty kar umownych z tytułu zdarzeń zaistniałych w okresie jej obowiązywania.
9. W przypadku opóźnienia lub odmowy usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji, Zamawiający ma prawo, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, dokonać zastępczego usunięcia wad, którego kosztami obciąży Wykonawcę.
10. Za okres trwania czynności odbiorowych, tj. od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru do dnia jego zakończenia lub dnia przerwania czynności odbiorowych zgodnie z zapisami § 5 umowy kary umowne nie będą naliczane.
11. Łączna wysokość kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć 30% całkowitej ceny przedmiotu umowy brutto, określonej w § 2 ust. 1 umowy.
12. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej z tytułu niewykonania obowiązku określonego w § 1 ust. 6 umowy w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do każdej deklaracji. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że w razie, gdyby kara umowna nie pokryła poniesionej przez Zamawiającego z w/w tytułu szkody (w szczególności nałożonych na Zamawiającego przez uprawnione organy lub podmioty kar), będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 10

Zmiana postanowień umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w art. 455 z zachowaniem zasad o których mowa w art. 454 i 455 ustawy Pzp.
2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje zmianę postanowień zawartej umowy oraz określa warunki tych zmian poprzez wprowadzenie do zawartej umowy możliwości zmian:
 - 1) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego,
 - 2) zmiany umówionego terminu wykonania zamówienia z powodu okoliczności siły wyższej,
 - 3) wprowadzenia ceny promocyjnej lub obniżenia ceny dla produktu wskazanego w Formularzu cenowym;
3. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 1 okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń wykonawcy do ich dokonania.
4. Ewentualna zmiana umowy nastąpi z uwzględnieniem wpływu, jaki wywiera wystąpienie okoliczności uzasadniającej modyfikację na dotychczasowy kształt zobowiązania umownego.

§ 11 Odstąpienie

1. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym oraz wypadków wymienionych we wcześniejszych paragrafach niniejszej umowy Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części w sytuacji
 - 1.1. powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu - w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności;

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

53/PN/ZP/D/2023 – „Zakup aparatu RTG do radiografii cyfrowej i adaptacja pomieszczenia”

- 1.2. utraty przez Zamawiającego środków finansowych umożliwiających sfinansowanie zamówienia w całości bądź w części bądź przesunięcia źródeł tego finansowania.
- 1.3. w przypadku gdy w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczęta likwidacja Wykonawcy,
- 1.4. gdy Wykonawca realizuje umowę niezgodnie z jej postanowieniami, warunkami technicznymi lub w sposób niegwarantujący terminowego wykonania przedmiotu umowy w szczególności:
 - 1.4.1. gdy Wykonawca, bez uzasadnionych przyczyn, mimo pisemnego wezwania Zamawiającego, nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy,
 - 1.4.2. gdy Wykonawca przerwał, bez uzgodnienia z Zamawiającym, realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa nieprzerwanie dłużej niż 7 dni,
 - 1.4.3. gdy Wykonawca, mimo zgłoszenia mu na piśmie przez Zamawiającego, dwóch kolejnych wezwań do realizacji umowy zgodnie z warunkami umowy, realizuje ją wbrew uzgodnieniom umownym lub zaniebując zobowiązania umowne,
 - 1.4.4. gdy Wykonawca, mimo pisemnego wezwania Zamawiającego i wyznaczenia mu dodatkowego terminu, opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy powyżej 7 dni, licząc od dnia następnego po upływie terminu umownego na wykonanie przedmiotu umowy,

dostarczenia innego przedmiotu zamówienia niż przedstawiony w ofercie; przy czym Strony zgodnie oświadczają, że odstąpienie od umowy w całości lub części z przyczyn wskazanych w pkt 1.4 powyżej uznaje się za odstąpienie z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.

2. Ilekroć w niniejszej umowie przewidziane jest prawo do odstąpienia od Umowy, oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. Z prawa odstąpienia można skorzystać w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zdarzeniach stanowiących podstawę odstąpienia.
3. W przypadku zwłoki lub odmowy naprawy stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji wad/awarii/błędów/usterek, zwłoki lub odmowy wykonania rozpatrzenia reklamacji Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, dokonać zastępczego usunięcia wad / awarii / błędów / usterek, którego kosztami obciąży Wykonawcę, bez utraty uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi.

§ 12

Podwykonawstwo – jeśli dotyczy

1. Wykonawca może realizować przedmiot Umowy korzystając z podwykonawstwa na zasadach określonych w niniejszym paragrafie oraz w zakresie wskazanym w ofercie.
2. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu Umowy. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne działania i zaniechania.
3. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a Wykonawcą.
4. Wykonawca jest obowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach w danych swoich podwykonawców (nazwa, imię nazwisko, adres, dane kontaktowe) przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu Umowy oraz w trakcie realizacji Umowy przekazywać informacje o nowych podwykonawcach, którym zamierza powierzyć realizację przedmiotu Umowy.
5. Wykaz podwykonawców, w tym innych podmiotów, na zdolności których Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, określony jest w ust. 10.
6. Zgodnie z treścią art. 462 ust. 7 ustawy Pzp, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.
7. Zmiana podwykonawcy umieszczonego w wykazie, o którym mowa w ust. 4, wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.
8. W celu dokonania zmiany, o której mowa w ust. 6, Wykonawca złoży wniosek o zmianę podwykonawcy przed przystąpieniem nowego podwykonawcy do realizacji części Umowy powierzonej podwykonawcy, w terminie umożliwiającym jego ocenę zgodnie z ust 5.
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, do wniosku, o którym mowa w ust. 7, Wykonawca załączy dokumenty odpowiednio potwierdzające spełnianie przez podwykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, w stopniu nie mniejszym niż wymagane w trakcie tego postępowania, zgodnie ze Specyfikacją warunków zamówienia.
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, jeżeli Zamawiający stwierdzi, że zdolności techniczne lub zawodowe nie potwierdzają spełniania przez danego podwykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podwykonawcy podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił tego podwykonawcę innym podwykonawcą lub podwykonawcami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

53/PN/ZP/D/2023 – „Zakup aparatu RTG do radiografii cyfrowej i adaptacja pomieszczenia”

11. Następujący podwykonawcy, w tym inne podmioty na zasoby których Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu Umowy:

Nazwa i adres podwykonawcy	Warunek udziału w postępowaniu spełniony poprzez zdolności innego podmiotu (<i>doświadczenie</i>)	Zakres przedmiotu Umowy podzlecony

§ 13

1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa zamówień publicznych, ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 - j.t. ze zm.) oraz postanowienia SWZ postępowania, w wyniku którego rozstrzygnięcia zawarta została niniejsza umowa.
2. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
3. Spory wynikające z zawartej umowy, będą rozstrzygały sądy powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą dokonywane przez strony w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
5. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i Zamawiającego.
6. Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są:
 - Załącznik nr 1 - Formularz oferty wraz z załącznikami:
Załącznik nr 1a - Parametry techniczne;
 - Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy;
 - Załącznik nr 3 – Program funkcjonalno-użytkowy (PFU);
 - Załącznik nr 4 – Harmonogram wykonania przedmiotu umowy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY