

Kraków, 05.05.2022

DZ.271.18.363.2022
Dział Zamówień Publicznych
tel. 0-12 614 22 61
e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl

dotyczy: DZ.271.18.2021 – Dostawa i instalacja: tomografu komputerowego, dwóch myjni do narzędzi oraz komory dezynfekcyjnej do wyposażenia łóżek pacjentów.

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie, powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem, zostały zadane następujące pytanie,

Dot. Zadanie nr 1 – tomograf komputerowy:

Pytanie nr 1:

Dot. Załącznik nr 3 do SWZ – OPZ, Pkt 23

Zamawiający w pkt. 23 załącznika nr 3 do SWZ wymaga odległości: ognisko lampy rtg – detektor, max. 100 [cm]

Czy Zamawiający dopuści tomograf komputerowy z odległością ognisko lampy – detektor 104 cm? Wartość ta jest pochodną szerszego niż standardowy otworu gantry i wynika z dopracowania konstrukcji. Zmiana parametru **nie pogorszy** w żaden sposób **funkcjonalności dla Zamawiającego**. Zmiana parametru zwiększy krąg Wykonawców mogących ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia, a tym samym przełoży się na korzystną cenę jaką Zamawiający uzyska w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania.

Odp.: Zamawiający modyfikuje odpowiedź na pytanie z 29.04.2022 nr pisma DZ.271.18.349.2022. Odpowiedź na powyższe pytanie brzmi „TAK, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w pkt 23 załącznika nr 3 do SWZ, tomografu komputerowego, z odległością ognisko lampy – detektor 104 cm”.

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji


mgr Lucyna Stanuch