

Kraków, 28.07.2022 r.

DZ.271.55.07.2022

Dział Zamówień Publicznych
tel. 0-12 614 34 84
e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl

dotyczy: postępowania DZ.271.55.2022 – Zakup i dostawa sprzętu medycznego, aparatury i wyposażenia współfinansowanego z dotacji.

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie, powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem, zostały zadane następujące pytania:

Pytanie 1.

dotyczy Załącznika nr 4 – Formularz ofertowy – Wartość oferty dla pakietów III-VIII
Czy w przypadku mieszanej stawki VAT (np. 8% i 23%) w pozycji przewidzianej na kwoty netto i brutto należy podać odpowiednio wartość netto i brutto odpowiadającą danej stawce podatku VAT oraz rodzaj asortymentu?

Odp.: TAK, w przypadku mieszanej stawki VAT (np. 8% i 23%) w pozycji przewidzianej na kwoty netto i brutto należy podać odpowiednio wartość netto i brutto odpowiadającą danej stawce podatku VAT oraz rodzaj asortymentu.

PAKIET I - Aparat do znieczulania - 2 sztuki

Pytanie 2.

Pkt. 96 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wskazany termin dotyczy dni roboczych, tj. dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odp.: Zamawiający potwierdza, że wskazany termin dotyczy dni roboczych, tj. dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.


Pytanie 3.

Pkt. 97 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wskazany termin dotyczy dni roboczych, tj. dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Dodatkowo zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu naprawy do 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy.

Odp.: Zamawiający potwierdza, że wskazany termin dotyczy dni roboczych, tj. dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy.

Pytanie 4.

Pkt. 96 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację czasu przystąpienia do naprawy na max. 72 godziny w dni robocze (od poniedziałku do piątku, bez sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy) od zgłoszenia konieczności naprawy?





Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację czasu przystąpienia do naprawy na max. 72 godziny w dni robocze (od poniedziałku do piątku, bez sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy) od zgłoszenia konieczności naprawy.

Pytanie 5.

Pkt. 97 – w przypadku określonych napraw zachodzi konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, co (zwłaszcza w obecnie dynamicznie rozwijającej się sytuacji w kraju oraz na świecie) może wydłużyć czas naprawy do 14 dni. Wobec powyższego zwracamy się z prośbą o dodanie do w/w punktu następującego zastrzeżenia: „a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy: do 14 dni”

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 6.

Pkt. 97 – w przypadku braku zgody na powyższe pytanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację czasu naprawy na: „max. 7 dni roboczych (od poniedziałku do piątku, bez sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy od daty zgłoszenia konieczności naprawy”?

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

PAKIET II - Zamrażarka niskotemperaturowa - 1 sztuka

Pytanie 7.

Czy Zamawiający zaakceptuje zamrażarkę o pojemności użytkowej komory wynoszącej 333 litry?

Odp.: TAK, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania zamrażarkę o pojemności użytkowej komory wynoszącej 333 litry.

Pytanie 8.

Czy zamawiający dopuści zamrażarkę o wymiarach zewnętrznych 785mm x 1041mm x 1947mm (WxSxG)?

Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9.

Czy zamawiający dopuści zamrażarkę o wymiarach wewnętrznych 440mm x 696mm x 1266mm (WxSxG)?

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 10.

Czy zamawiający dopuści zamrażarkę której wnętrze wykonane jest ze stali nierdzewnej?

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 11.

Czy zamawiający dopuści urządzenie w którym podłoga wykonana jest ze stali nierdzewnej?

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 12.

Czy zamawiający dopuści zamrażarkę wyposażoną w dwa niezależnie działające układy chłodzenia. Jest to rozwiązanie bezpieczniejsze dla użytkownika niż system kaskadowy, ponieważ w przypadku awarii jednego kompresora drugi utrzyma temperaturę na poziomie -70°C?

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 13.



Czy zamawiający dopuści zamrażarkę wyposażoną w dotykowy wyświetlacz LCD?

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 14.

Czy zamawiający dopuści zamrażarkę, której panel kontrolny znajduje się na drzwiach?

Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 15.

Czy zamawiający dopuści zamrażarkę bez systemu zliczania czasu pracy komponentów zużywalnych?

Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 16.

Czy zamawiający dopuści zamrażarkę wyposażoną w jeden port kablowy?

Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 17.

Czy zamawiający dopuści zamrażarkę o dobowym zużyciu energii 9,2kWh?

Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

PAKIET IV - Platformy do oceny parametrów hemodynamicznych pacjenta

Pytanie 18.

Punkt 41

Zwracamy się zapytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie platformy do oceny parametrów hemodynamicznych pacjenta II typu z możliwością rozbudowy o moduł do oceny hemodynamicznej układu krążenia metodą termodylucji: za pomocą cewnika Swan-Ganza, za pomocą cewnika Swan-Ganza CCO?

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 19.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie IV - platformy do oceny parametrów hemodynamicznych pacjenta: Poz. 1 Platforma do oceny parametrów hemodynamicznych pacjenta I typu - 1 sztuka 1. produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2022 2.urządzenie do oceny stanu hemodynamicznego Pacjenta w oparciu o pomiar parametrów hemodynamicznych metodą analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi 3. Wykorzystanie dotychczas stosowanych systemów i procedur pomiaru ciśnienia inwazyjnego - bez konieczności stosowania dodatkowych czujników j. uż. 4. Ciągłe monitorowanie ciśnienia tętniczego metodą nieinwazyjną (funkcja opcjonalna do rozbudowy) 5. Ciągłe monitorowanie głębokości znieczulenia metodą BIS (funkcja opcjonalna do rozbudowy) 6. Parametry monitorowane lub wyliczane: a) ciśnienie: średnie ciśnienie tętnicze (MAP), skurczowe (SYS) i rozkurczowe (DIA); b) częstość akcji serca (HR); c) zmienność akcji serca (HRV); d) objętość wyrzutowa serca (SV; SVI); e) pojemność minutowa serca (CO, CI); f) układowy opór naczyniowy (SVR, SVRI); g) dynamiczne parametry obciążenia wstępnego serca: zmiany ciśnienia tętna (PPV) i objętości wyrzutowej (SVV) h) Oxygen Delivery (DO2) (Index); I) Oxygen Consumption (VO2) (Index; j) Bispectral Index (BIS); k) Signal Quality Indicator (SQI); l) EMG; m) Suppression Ratio (SR) 7. Monitorowanie parametrów w czasie rzeczywistym: w cyklu skurcz-skurcz, bez uśrednienia wartości i z możliwością uśrednienia 8. Monitorowanie parametrów w postaci graficznej (trendy) i cyfrowej (tabelarycznej) 9. Możliwość ustawienia znacznika wartości wyjściowych lub docelowych monitorowanych parametrów 10. Jednoczesne wyświetlanie cyfrowych i graficznych parametrów na ekranie monitora 11. Ekran monitora: dotykowy, kolorowy LCD, min. 15" (381 mm) 12. Wejścia/wyjścia transmisyjne: RS232, USB, RJ-45, analogowe 13. Zasilanie akumulatorowe monitora na min 6 godziny ciągłej pracy 14. Możliwość przesyłania



monitorowanych parametrów do zewnętrznego systemu (do dalszej obróbki) lub JPG 15. Pełna polska wersja językowa tj oprogramowanie, menu, opisy na obudowie, instrukcja obsługi itp. 16. Statyw jezdny do zamontowania monitora 17. W zestawie przewody podłączeniowe i moduł IBP 18. Pakiet startowy - karty eksploatacyjne z czasowym chipowym mikroprocesorem do identyfikacji pacjenta i zapisu danych metodą małowazyjną (opak. 5 szt.) Poz. 2 Platforma do oceny parametrów hemodynamicznych pacjenta II typu - 1 sztuka 1. produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2022 2. urządzenie do oceny stanu hemodynamicznego Pacjenta w oparciu o pomiar parametrów hemodynamicznych metodą analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi 3. Wykorzystanie dotychczas stosowanych systemów i procedur pomiaru ciśnienia inwazyjnego – bez konieczności stosowania dodatkowych czujników j. uż. 4. Ciągłe monitorowanie ciśnienia tętniczego metodą nieinwazyjną 5. Ciągłe monitorowanie głębokości znieczulenia metodą BIS (funkcja opcjonalna do rozbudowy) 6. Parametry monitorowane lub wyliczane: a) ciśnienie: średnie ciśnienie tętnicze (MAP), skurczowe (SYS) i rozkurczowe (DIA); b) częstość akcji serca (HR); c) zmienność akcji serca (HRV); d) objętość wyrzutowa serca (SV; SVI); e) pojemność minutowa serca (CO, CI); f) układowy opór naczyniowy (SVR, SVRI); g) dynamiczne parametry obciążenia wstępnego serca: zmiany ciśnienia tętna (PPV) i objętości wyrzutowej (SVV) h) Oxygen Delivery (DO2) (Index); I) Oxygen Consumption (VO2) (Index; j) Bispectral Index (BIS); k) Signal Quality Indicator (SQI); l) EMG; m) Suppression Ratio (SR) 7. Ciągły pomiar parametrów hemodynamicznych wykorzystujący zaawansowaną technologię ciągłego nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia w tętnicy ramiennej na podstawie krzywej ciśnienia tętniczego w palcu 8. Monitorowanie parametrów w czasie rzeczywistym: w cyklu skurcz-skurcz, bez uśrednienia wartości i z możliwością uśrednienia 9. Monitorowanie parametrów w postaci graficznej (trendy) i cyfrowej (tabelarycznej) 10. Możliwość ustawienia znacznika wartości wyjściowych lub docelowych monitorowanych parametrów 11. Jednoczesne wyświetlanie cyfrowych i graficznych parametrów na ekranie monitora 12. Ekran monitora: dotykowy, kolorowy LCD, 15" (381 mm) 13. Wejścia/wyjścia transmisyjne: RS232, USB, RJ-45, analogowe 14. Zasilanie akumulatorowe monitora na min 6 godziny ciągłej pracy 15. Możliwość przesyłania monitorowanych parametrów do zewnętrznego systemu (do dalszej obróbki) lub JPG 16. Pełna polska wersja językowa tj oprogramowanie, menu, opisy na obudowie, instrukcja obsługi itp. 17. Statyw jezdny do zamontowania monitora 18. W zestawie przewody podłączeniowe, moduł IBP i moduł CNAP wraz z osprzętem w tym mankiety i czujniki do pomiarów hemodynamicznych metodą nieinwazyjną po 3 szt. 19. Pakiet startowy - karty eksploatacyjne z czasowym chipowym mikroprocesorem do identyfikacji pacjenta i zapisu danych metodą nieinwazyjną (opak. 5 szt.).

Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

PAKIET V - Aparaty RTG przyłóżkowe

Pytanie 20.

Wnosimy o wydzielenie osobnych pakietów, osobno na: 2 przyłóżkowe analogowe oraz 1 cyfrowy. Zwiększy to konkurencyjność procedury przetargowej i pozwoli uzyskać Zamawiającemu korzystniejsze ceny.

Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 21.

Pakiet V.1 pkt 18 Czy Zamawiający dopuści aparat ładujący się w ciągu 5 godzin? Przeważnie aparaty podczas postoju są podłączane do zasilania co pozwala utrzymać poziom naładowania baterii na wysokim poziomie. Częstą praktyką jest pozostawianie aparatu na noc podłączonego do ładowania co pozwoli na bezproblemowe użytkowanie w ciągu dnia.

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 22.

Pakiet V.1 pkt 19,20 Czy Zamawiający zrezygnuje z poniższych wymogów ponieważ są one zależne od zbyt wielu czynników, aby mógł zostać poprawnie zmierzony/oceniony. Czas pracy będzie inny dla aparatu który będzie jedynie jeździł, tylko robił zdjęcia bez użycia silników, oraz wykonywał te dwie funkcje w kombinacji.

Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 23.

Pakiet V.1 pkt 21 Prosimy o poprawienie omyłki pisarskiej rozdzielczości minimalnej z 120x1024 na 1280x1024. Czy Zamawiający dopuści aparat z monitorem dotykowym bez możliwości regulacji kąta pochylania ? Tego typu funkcjonalności są dostępne w małym zakresie co nie wpływa istotnie na walory użytkowe aparatu.

Odp.: Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską. Rozdzielczość powinna być, min. 1280x1024 zamiast 120x1024.

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania aparat z monitorem dotykowym bez możliwości regulacji kąta pochylania.

Pytanie 24.

Pakiet V.1 pkt 33 Czy Zamawiający dopuści aparat RTG bez opisanej funkcjonalności? Zmotoryzowany ruch pionowy jest jedynie elementem podnoszącym koszty produkcji i utrzymania pogwarancyjnego, a nie wnoszącym wiele zalet w codziennej pracy technika.

Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 25.

Pakiet V.1 pkt 34 Czy Zamawiający dopuści aparat RTG o minimalnej wysokości ogniska lampy od podłogi 69,1 cm? Pacjenci leżący na łóżkach są przeważnie na takiej wysokości lub wyższej więc nie ma potrzeby, aby aparat miał niższą pozycję.

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 26.

Pakiet V.1 pkt 39 Czy Zamawiający dopuści aparat RTG bez takiego przycisku? Oferowana konstrukcja jest w pełni zrównoważona i nie wymaga stosowania hamulców.

Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 27.

Pakiet V.1 pkt 40 Czy Zamawiający dopuści aparat RTG o wysuwie ramienia w poziomie 107 cm? Szerokość łóżka pacjenta przeważnie nie przekracza tej wartości.

Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 28.

Pakiet V.1 pkt 41 Czy Zamawiający dopuści aparat o wadze 440 kg? Przy zastosowaniu silników elektrycznych do realizacji ruchu aparatu różnica w wadze nie jest odczuwalna i nie ma dużego znaczenia.

Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 29.

Pakiet V.1 pkt 42 Czy Zamawiający dopuści aparat o wysokości w pozycji transportowej 136? Kolumna tej wysokości nie przesłania widoku do przodu osobie prowadzącej.

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 30.

Pakiet V.1 pkt 45 Czy Zamawiający dopuści aparat RTG bez opisanej funkcjonalności?

Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 31.



Pakiet V.1 pkt 46 Czy Zamawiający dopuści aparat RTG bez opisanej funkcjonalności? Informacja o naładowaniu akumulatora znajduje się na wyświetlaczu.

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 32.

Pakiet V.1 pkt 59 Czy Zamawiający dopuści aparat RTG z detektorem cyfrowym o rozdzielczości liniowej 3,5 lp/mm?

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 33.

Pakiet V.1 pkt 60 Czy Zamawiający dopuści aparat RTG z detektorem o rozmiarze pixela 139um? Taki rozmiar to idealny kompromis pomiędzy wysoką rozdzielczością a zaszumieniem obrazu.

Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 34.

Pakiet V.1 pkt 81 Czy Zamawiający dopuści aparat RTG bez opisanej funkcjonalności?

Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 35.

Pakiet V.1 pkt 82 Czy Zamawiający dopuści aparat RTG bez opisanej funkcjonalności?

Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 36.

Pakiet V.2 pkt 22 Czy Zamawiający dopuści aparat RTG o pojemności cieplnej anody 107 kHU ? Różnica pomiędzy wartością wymaganą a oferowana jest niewielka i nie będzie odczuwalna podczas użytkowania aparatu.

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 37.

Dotyczy tabeli cenowej w załączniku nr 4- wartość oferty

Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób Wykonawca w kolumnie 5 (stawka VAT [%]) ma podać stawkę VAT, w sytuacji kiedy zaoferowany przedmiot zamówienia objęty jest różnymi stawkami podatku?

Prosimy o dopuszczenie modyfikacji tabeli cenowej jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce.

Proponujemy poniższą modyfikację formularza w zakresie prezentacji stawki VAT, przykład:

1	2	3	4	5	6
lp.	nazwa urządzenia	ilość	cena jednostkowa netto [PLN]	stawka VAT [%]	CENA [PLN] (kolumna 3x4xwspółczynnik stawki podatku vat)
1	Aparat RTG przyłóżkowy cyfrowy	1		8%	
	j.w.			23%	
2	Aparat RTG przyłóżkowy analogowy	2		8%	
	j.w			23%	



RAZEM CENA	
-------------------	--

Uzasadnienie:

Wykonawcę składającego ofertę w postępowaniu mogą obowiązywać różne stawki podatku VAT zgodnie z obowiązującymi go przepisami podatkowymi. Pozostawienie zapisów tabeli cenowej bez podania w jaki sposób Wykonawca ma wskazać cenę z podatkiem i wyszczególnić stawkę zgodnie z zapisami tabeli może uniemożliwić złożenie oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Odp.: Zamawiający informuje, że w przypadku mieszanej stawki VAT (np. 8% i 23%) w pozycji przewidzianej na kwoty netto i brutto należy podać odpowiednio wartość netto i brutto odpowiadającą danej stawce podatku VAT oraz rodzaj asortymentu.

Zamawiający informuje, że dopuszcza modyfikację tabeli cenowej jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce.

Zamawiający informuje, że dopuszcza ww. modyfikację formularza w zakresie prezentacji stawki VAT.

Pytanie 38.

Prosimy o wyjaśnienie czy podwykonawca nie będący podmiotem używającym zasób, ale np. będący dostawcą będzie badany przez Zamawiającego pod kątem przesłanek wykluczenia na etapie składania oferty? Niestety nie możemy znaleźć jednoznacznej odpowiedzi w SWZ.

Będziemy wdzięczni za odpowiedź.

Odp.: Nie, podwykonawcy nie będący podmiotem używającym zasobów nie będą badani przez Zamawiającego pod kątem przesłanek wykluczenia.

Pytanie 39.

Generator pkt.9 „zakres ustawień mAs co najmniej w przedziale, min. 0,1 - 320 mAs”

Czy Zamawiający dopuści aparat z generatorem o zakresie prądowo-czasowym 0,32-320 mAs ?

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 40.

Generator pkt.18 „czas pełnego naładowania akumulatora po całkowitym rozładowaniu, max. 100 min.”

Czy Zamawiający dopuści aparat, którego czas pełnego naładowania po całkowitym rozładowaniu wynosi 180 min?

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 41.

Generator pkt.19 „czas pracy aparatu (nie w trybie standby) na w pełni naładowanym akumulatorze, min. 8 godz.”

Czy Zamawiający dopuści aparat, którego czas pracy (nie w trybie standby) na w pełni naładowanym akumulatorze wynosi 4 godz.?

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 42.

Generator pkt.20 „przy całkowitym rozładowaniu akumulatora, możliwość szybkiego naładowania przez 10 minut pozwalająca na pracę aparatu przez min. 50 min.”

Czy Zamawiający dopuści aparat bez opisanej możliwości?

Aparat który zamierzamy zaoferować umożliwi wykonanie na zasilaniu akumulatorowym bez konieczności ładowania aż 200 ekspozycji co pozwoli Zamawiającemu zaplanować pracę bez żadnych utrudnień.

Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 43.

Generator pkt.21 „wbudowany w aparat monitor dotykowy LCD o przekątnej ekranu min. 17 cali i rozdzielczości min. 120x1024 z regulacją kąta pochylania”

Czy Zamawiający dopuści aparat z wbudowanym monitorem dotykowym LCD o wymaganych parametrach (1280x1024, 19”) bez regulacji kąta pochylania?

W treści wymagania najprawdopodobniej wkradł się błąd w rozdzielczości, prosimy o zmianę na: 1280x1024.

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że poprawia oczywistą omyłkę pisarską. Rozdzielczość powinna być, min. 1280x1024 zamiast 120x1024.

Pytanie 44.

Lampa pkt.27 „obrót lampy wokół osi pionowej, min. 100°”

Czy Zamawiający dopuści aparat w którym obrót lampy wokół osi pionowej wynosi +/- 90°?

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 45.

Lampa pkt.28 „rozmiar małego ogniska: maks. 0,6 mm”

Czy Zamawiający dopuści aparat RTG, którego rozmiar małego ogniska wynosi 0,7mm ?

Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 46.

Jednostka jezdna pkt.34 „min. wysokość ogniska lampy od podłogi ≤ 54 cm”

Czy Zamawiający dopuści aparat w którym wysokość ogniska lampy od podłogi wynosi 68 cm?

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 47.

Jednostka jezdna pkt.41 „waga aparatu maks. 330 kg”

Czy Zamawiający dopuści aparat o wadze 440 kg?

Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 48.

Jednostka jezdna pkt.42 „wysokość transportowa aparatu maks. 125 cm”

Czy Zamawiający dopuści aparat w którym wysokość transportowa wynosi 127 cm?

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 49.

Jednostka jezdna pkt.45 „regulowany w pionie uchwyt do prowadzenia aparatu podczas transportu w zakresie, min. 97 - 105 cm”

Czy Zamawiający dopuści aparat z regulowanym uchwytem w zakresie 95-102 cm?

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 50.

Detektor cyfrowy pkt.54 „wodoodporność detektora w klasie min. IP54”

Czy Zamawiający dopuści detektor cyfrowy z klasą wodoodporności IPX6?

Klasa ta informuje, iż detektor jest wyjątkowo odporny na strumienie wody o zwiększonym ciśnieniu, co potwierdzają warunki w jakich był testowany dla uzyskania klasy IPX6 - 100 l/min przy ciśnieniu 100 kN/m² przez 3 minuty z odległości 3 m.

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 51.

Detektor cyfrowy pkt.59 „rozdzielczość liniowa, min. 3,9 lp/mm”

Czy Zamawiający dopuści detektor cyfrowy, którego rozdzielczość liniowa wynosi 3,3 lp/mm?

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 52.

Detektor cyfrowy pkt.60 „rozmiar piksela, max. 125 μm ”

Czy Zamawiający dopuści detektor cyfrowy, którego rozmiar piksela wynosi 150 μm ?

Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 53.

Detektor cyfrowy pkt.61 „możliwość wykonania ekspozycji RTG u pacjenta o wadze, min. 300 kg stojącego bezpośrednio na detektorze bez jego dodatkowej osłony”

Czy Zamawiający dopuści detektor cyfrowy, którego wytrzymałość na obciążenie punktowe ($\phi 40\text{mm}$) wynosi 160 kg a na całej powierzchni 310 kg?

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 54.

Wypożyczenie dodatkowe pkt.79 „włącznik ekspozycji na kablu o długości min. 5m”

Czy Zamawiający dopuści włącznik ekspozycji na kablu o długości 4,5m?

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 55.

Wypożyczenie dodatkowe pkt.82 „karta umożliwiająca dostęp do aparatu bez konieczności logowania się”

Czy Zamawiający dopuści aparat bez opisanej w wymaganiu możliwości?

Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

PAKIET VII - Aparat USG - 1 sztuka

Pytanie 56.

dotyczy Załącznika nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, PAKIET VII, poz. 132-134

Prosimy o podanie wymaganej liczby roboczogodzin niezbędnych do uzyskania integracji oraz wszelkich prac instalacyjnych i konfiguracyjnych w zakresie komunikacji RIS/PACS ?

Odp.: Zamawiający informuje, że określenie i przewidzenie liczby roboczogodzin niezbędnych do uzyskania integracji oraz wszelkich prac instalacyjnych i konfiguracyjnych w zakresie komunikacji RIS/PACS leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie 57.

dotyczy Załącznika nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, PAKIET VII, poz. 132-134

Prosimy o informację czy Zamawiający posiada stosowną umowę serwisową z firmą dostarczającą oprogramowanie RIS/PACS w ramach której firma CompuGroup zobowiązuje się do świadczenia usług Zamawiającemu bezpłatnie lub po określonych stawkach ?

Odp.: TAK, Zamawiający posiada stosowną umowę serwisową z firmą dostarczającą oprogramowanie RIS/PACS w ramach której firma CompuGroup zobowiązuje się do świadczenia usług Zamawiającemu bezpłatnie lub po określonych stawkach.

Pytanie 58.

dotyczy Załącznika nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, PAKIET VII, poz. 132-134

Jeśli Zamawiający potwierdza iż posiada stosowną umowę serwisową czy ta umowa pokrywa swoim zakresem warunki serwisowe przewidywane w tym postępowaniu w kontekście integracji oraz wszelkich prac instalacyjnych i konfiguracyjnych w zakresie komunikacji RIS/PACS ?

Odp.: Zamawiający informuje, że ww. umowa nie pokrywa swoim zakresem warunki serwisowe przewidywane w tym postępowaniu w kontekście integracji





oraz wszelkich prac instalacyjnych i konfiguracyjnych w zakresie komunikacji RIS/PACS.

Zamawiający informuje, że wszystkie czynności i koszty wymienione w pozycjach 132, 133 oraz 134 leżą po stronie Wykonawcy.

Pytanie 59.

dotyczy Załącznika nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, *PAKIET VII, poz. 121-123*

Czy poprawną interpretacją jest, że Zamawiający nie wymaga zakupu wymienionych równoważnych głowic w przypadku braku kompatybilności, a jedynie zestawu głowic opisanych w pozycjach 91-116?

Odp.: TAK, poprawną interpretacją jest, że Zamawiający nie wymaga zakupu wymienionych równoważnych głowic w przypadku braku kompatybilności, a jedynie zestawu głowic opisanych w pozycjach 91-116.

Pytanie 60.

dotyczy Załącznika nr 3, OPZ, pakiety nr VII i VIII

Czy Zamawiający dopuszcza podłączenie aparatu do zdalnego serwisu online producenta poprzez udostępnioną sieć internetową. Podłączenie do zdalnego serwisu pozwalające na świadczenie zdalnych usług serwisowych na terenie Polski przez autoryzowany serwis producenta umożliwia zapewnienie bezpiecznej i stałej opieki serwisowej szczególnie w przypadku sytuacji epidemiologicznej uniemożliwiającej swobodne przemieszczanie się między państwami bądź regionami.

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

PAKIET VIII - Aparat echokardiograficzny - 1 sztuka

Pytanie 61.

dotyczy Załącznika nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, *PAKIET VIII, poz. 56*

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości aparat ultrasonograficzny renomowanej firmy, bez funkcji elektronicznej rotacji płaszczyzny obrazowania bez konieczności obrotu głowicą w zakresie 360 stopni na głowicy przezprzełykowej; uzyskiwanie projekcji AP4, AP3 i AP2 bez obrotu głowicy z tego samego okna akustycznego za pomocą jednego kliknięcia? Ponieważ ta funkcja jest tylko dostępna na projekcjach przeklatkowych na głowicach do obrazowania 3D.

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 62.

dotyczy Załącznika nr 3, OPZ, pakiety nr VII i VIII

Czy Zamawiający dopuszcza podłączenie aparatu do zdalnego serwisu online producenta poprzez udostępnioną sieć internetową. Podłączenie do zdalnego serwisu pozwalające na świadczenie zdalnych usług serwisowych na terenie Polski przez autoryzowany serwis producenta umożliwia zapewnienie bezpiecznej i stałej opieki serwisowej szczególnie w przypadku sytuacji epidemiologicznej uniemożliwiającej swobodne przemieszczanie się między państwami bądź regionami.

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

PAKIET IX -

Pytanie 63.

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny Aparat EKG o parametrach:

Aparat EKG 12-kanałowy z analizą i interpretacją danych z badań.

Tryby pracy:

- 1) automatyczny,
- 2) ręczny.

Wykonywanie pomiarów HR, PR, QRS, QT, QTc oraz pomiarów osi P, R, T.	
CMR >100dB	
Pomiar HR 30-300	
Automatyczna interpretacja wyników badań z podaniem kryterium rozpoznania.	
Algorytm interpretacji 12-kanalowego zapisu EKG, uwzględniający wiek i płeć osoby badanej – dorosłych i dzieci.	
Kolorowy, wysokiej rozdzielczości, ekran LCD, min 7" 800x480	
Klawiatura mechaniczna alfanumeryczna wraz z klawiszami funkcyjnymi	
Wyświetlanie na ekranie LCD:	
1) aktualnego czasu;	
2) częstości rytmu;	
3) czułości, prędkości zapisu i rodzaju filtru.	
4) Kontaktu elektrod	
Pamięć wewnętrzna do przechowywania minimum 100 zapisów EKG, wykonanych w trybie automatycznym	
Interfejs USB, umożliwiający zapis EKG na nośniku PenDrive.	
Pasmo przenoszenia: minimum 0,05 ÷ 300 Hz.	
Kontrola kontaktu każdej elektrody ze skórą pacjenta.	
1	Wyświetlanie na ekranie LCD ostrzeżeń o braku kontaktu elektrody ze skórą pacjenta.
Wyświetlanie na ekranie LCD komunikatu informującego o ostrym zawale serca pacjenta.	
Drukarka termiczna 8 pkt/mm, wbudowana w aparat, papier 210 x 295 mm, składanka	
Prędkość zapisu: 5, 10, 25 i 50 mm/s.	
Jednoczesna rejestracja sygnału EKG z 3-ech, 6-ciu i 12-tu odprowadzeń.	
Formaty wydruku: 12 x 1, 6x2, 3x4, 3x4 +1, 3x4 + 3	
Wydruki w trybie ręcznym: 3, 6,12 kanałów z konfigurowaną grupą kanałów.	
Wydruk daty i godziny badania.	
Czułość: 5, 10 i 20 mm/mV.	
Filtr zakłóceń pochodzących od elektroenergetycznej sieci zasilającej.	
Cyfrowe filtry zakłóceń mięśniowych(25/40/150 Hz) i pływania linii izoelektrycznej.	
Obwody wejściowe aparatu zabezpieczone przed impulsami defibrylatora.	
Wykrywanie impulsów stymulatora.	
1	Częstotliwość próbkowania dla detekcji impulsów stymulatora: minimum 32 000 próbek /s / kanał.
Częstotliwość cyfrowego próbkowania EKG dla analizy i zapisu: minimum 1000 próbek / s / kanał.	
Rozdzielczość przetwarzania: minimum 24 bitów.	
Komunikacja 2x USB, LAN	
Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do analizy, archiwizacji badań EKG zainstalowanego na serwerze użytkownika lub na dysku wirtualnym	
Format danych SCP-PDF, XML	
Możliwość rozbudowy pamięci do 1000 badań	
Możliwość rozbudowy o moduł Wi-Fi	
Możliwość rozbudowy eksportu danych w formatach DICOM, HL7	
Możliwość rozbudowy o czytnik kodów kreskowych i kart magnetycznych	
Komunikacja użytkownika z aparatem w języku polskim.	
Zasilanie aparatu z elektroenergetycznej sieci 230 V AC 50 Hz i z wewnętrznego bezobsługowego akumulatora.	
1	Możliwość wykonania minimum 500 badań w trybie automatycznym przy zasilaniu

aparatu z wewnętrznego akumulatora.
Aparat przenośny, zainstalowany na wózku z koszem na akcesoria
Masa aparatu z akumulatorem, bez kabla pacjenta, papieru i wózka: poniżej 2,7 kg.
Wymiary aparatu 396 x 290 x 80 mm
Instrukcja obsługi w języku polskim w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej na płycie CD.
Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu.
Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE.
Okres gwarancji: 24 miesiące
Autoryzowany serwis na terenie Polski.
Aparat zainstalowany na dedykowanym wózku medycznym z wysięgnikiem na kable i koszem na akcesoria.

Odp.: NIE, Zamawiający zapisy SWZ w pakiecie IX pozostawia bez zmian.

WZÓR UMOWY

Pytanie 64.

Dotyczy załącznika nr 2 – wzór umowy

Z uwagi na brak regulacji dot. siły wyższej w projektowanych postanowieniach umowy, proponujemy dodanie następujących postanowień jako odrębny, dodatkowy paragraf:

„1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, bądź też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany nadzwyczajne, zagrożenia epidemicznego lub epidemii, itp.

2. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.

3. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe.”

Odp.: NIE, Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.

Pytanie 65.

Dotyczy załącznika nr 2 – wzór umowy

Par. 1 ust. 3 – gwarancja jakości dotyczy odpowiedzialności gwaranta za pewnego rodzaju niezgodność towaru z umową, wadliwość towaru. Brzmienie postanowienia nie uwzględnia sytuacji, w których powstała awaria/usterka spowodowana została np. okolicznościami siły wyższej, normalnego zużycia, ingerencją w sprzęt osób trzecich. Powoduje to niemożność lub istotne utrudnienie wyliczenia kosztu usługi (może prowadzić do zawyżenia kosztu usługi wskutek konieczności objęcia dużego zakresu ryzyka) i ryzyka po stronie Wykonawcy.

Czy w związku z tym Zamawiający wyraża zgodę na dodanie postanowienia precyzującego w/w okoliczności, które odzwierciedla przyjęte rynkowo standardy wyłączające/ograniczające ryzyko Wykonawcy, a także naturę gwarancji:

„Gwarancja określona niniejszą umową nie obejmuje awarii/usterek wynikających z:

a. niewłaściwego użytkownika urządzenia, w tym niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją użytkownika;

- b. mechanicznego uszkodzenia urządzenia, powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady;*
- c. samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);*
- d. jakiegokolwiek ingerencji osób trzecich;*
- e. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej (pożar, powódź,*
- f. normalnego zużycia wymienionych części *

Odp.: NIE, Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.

Pytanie 66.

Dotyczy załącznika nr 2 – wzór umowy

Par. 4 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu 0,2% za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu zamówienia.

Odp.: NIE, Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.

Pytanie 67.

Dotyczy załącznika nr 2 – wzór umowy

Par. 4 ust. 4 Zwracamy uwagę, że limitu kar ustalony na poziomie 40% wartości brutto umowy może doprowadzić do powstania kary rażąco wygórowanej. Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz należytego wykonania zamówienia to uregulowania dotyczące kar umownych nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego oraz naruszenia zasady proporcjonalności. Wskazać należy, iż celem art. 436 pkt 3) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019) i wprowadzenie obowiązku przewidywania łącznej maksymalnej wysokości kar umownych, których mogą dochodzić Strony, było właśnie uniknięcie sytuacji naliczania rażąco wygórowanych. Zastosowanie kary na poziomie 40 % wynagrodzenia Wykonawcy jest sprzeczne z celem tego postanowienia.

W związku z tym, proponujemy określenie limitu kar umownych do wysokości 20 % wartości brutto umowy , co umożliwi również wykonawcom właściwą ocenę ryzyka i należyłą wycenę oferty.

Odp.: NIE, Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.

Pytanie 68.

Dotyczy załącznika nr 2 – wzór umowy

Par. 4 Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączenie rękojmi w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, Wykonawca proponuje wskazanie, że rękojmia jest udzielana na okres wynikający z Kodeksu cywilnego oraz uprawnienie do odstąpienia od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone. Wskazujemy, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjne na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Zwracamy się z prośbą o dodanie ust. 9 do par. 4 o następującej treści:

9. „*Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiającemu przysługuje prawo wykorzystania uprawnień z rękojmi – na zasadach ogólnych, z wyłączeniem prawa do odstąpienia od umowy.*”

Odp.: NIE, Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.





Pytanie 69.

Dotyczy załącznika nr 2 a – wzór umowy RODO

Par. 2 ust. 10 pkt. c Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu na zgłoszenie naruszenia do 48 godzin

Odp.: NIE, Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.

Pytanie 70.

dotyczy Załącznika nr 2, Wzór umowy dla pakietów III-VIII, kary umowne, pakiety nr VII i VIII

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości brutto umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty.

Odp.: NIE, Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.

Pytanie 71.

dotyczy Załącznika nr 2, Wzór umowy dla pakietów III-VIII, kary umowne, pakiety nr VII i VIII

W §3 ust. 2 projektu umowy Zamawiający zastrzegł, że podstawą wystawienia faktury VAT będzie „protokół odbioru, o którym mowa w ust.1, z którego wynika, że Zamawiający nie zgłasza żadnych zastrzeżeń co do realizacji przedmiotu umowy” podpisany przez Strony.

Czy Zamawiający wykreślił z ww. punktów frazę „nie zgłasza żadnych zastrzeżeń co do realizacji przedmiotu umowy”? W ocenie Wykonawcy jak i zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, nie można uzależniać zapłaty wynagrodzenia od podpisania protokołu bez jakichkolwiek wad/usterek/zastrzeżeń. Przyjęcie odmiennego stanowiska naruszałoby równowagę między zamawiającym a wykonawcą, uzależniając odbiór, a tym samym płatność wynagrodzenia od wykluczenia istnieją jakiegokolwiek wady w chwili oddania przedmiotu zamówienia jak i umożliwiając naliczanie kary umownej za niedotrzymanie terminu realizacji umowy warunkowanej przedstawianiem przedmiotu umowy do odbioru w stanie idealnym, co w praktyce jest trudne do realizacji. W konsekwencji przyjmuje się, że strony nie mogą uzależnić wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek (por. wyrok SN z dnia 5 marca 1997 r. o sygn. II CKN 28/97, z dnia 26 lutego 1998 r. o sygn. I CKN 520/97, z dnia 30 października 2002 r. o sygn. V CKN 1287/00, z dnia 7 marca 2013 r. o sygn. II CSK 476/12).

Odp.: NIE, Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.

Pytanie 72.

dotyczy Załącznika nr 2, Wzór umowy dla pakietów III-VIII, pakiety nr VII i VIII

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samym czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następująca treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nieprzekraczającej wynagrodzenia określonego w §.....umowy.” Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń.

Odp.: NIE, Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.

Pytanie 73.

dotyczy Załącznika nr 2, Wzór umowy dla pakietów III-VIII, pakiety nr VII i VIII
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniżej zaproponowanych zmian w umowie odnośnie naruszenia praw własności intelektualnej?

1. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności Zamawiającego wobec roszczeń, zarzucających, że urządzenia wchodzące w skład Przedmiotu umowy („Produkty”) bezpośrednio naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich pod warunkiem, że Zamawiający,

(a) przekaze Wykonawcy bezzwłoczne zawiadomienie o roszczeniu, oraz

(b) udzieli Wykonawcy pełnej i wyczerpującej informacji i pomocy niezbędnej Wykonawcy przy obronie przez roszczeniem, zawarciu ugody w przedmiocie roszczenia lub uniknięciu roszczenia, oraz

(c) przekaze Wykonawcy wyłączną kontrolę nad obroną, ugoda lub uniknięciem roszczenia.

2. Zamawiający zobowiązuje się nie zawierać jakiejkolwiek ugody w związku z roszczeniem ani ponosić kosztów lub wydatków na rachunek Wykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy.

3. Wykonawca nie będzie miał żadnego zobowiązania do zwolnienia z odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu jakiegokolwiek roszczenia o naruszenie wynikającego w przypadku gdy takie roszczenie wynika z: (a) zachowania przez Wykonawcę zgodności z projektami, specyfikacjami lub instrukcjami Zamawiającego, (b) skorzystania przez Wykonawcę z informacji technicznych lub technologii dostarczonych przez Zamawiającego; (c) modyfikacji Produktów przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli, niezatwierdzonych przez Wykonawcę; wykorzystania Produktów w sposób inny niż zgodnie ze specyfikacjami Produktów lub stosownymi pisemnymi instrukcjami Produktów; (d) wykorzystania Produktów wraz z jakimkolwiek innym produktem lub oprogramowaniem, jeśli naruszenia można było uniknąć poprzez użycie aktualnej niezmienionej wersji któregośkolwiek z Produktów, lub wykorzystania Produktów po tym, jak Wykonawca zalecił Zamawiającemu na piśmie zaprzestanie używania Produktów ze względu na zarzucane naruszenie; (e) niestosowania się przez Zamawiającego do zalecanych harmonogramów konserwacji oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz instrukcji oraz/lub niewprowadzenia obowiązkowych działań (bezpieczeństwa).

4. W przypadku wniesienia roszczenia z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej Wykonawca będzie miał prawo, wedle własnego wyboru, do (a) zapewnienia Zamawiającemu prawa do dalszego korzystania z Produktów, (ii) zastąpienia lub zmodyfikowania Produktów w celu uniknięcia naruszenia lub (iii) zwrócenia Zamawiającemu proporcjonalnej części ceny nabycia Produktów z chwilą zwrócenia oryginalnych Produktów.

5. Odpowiedzialność odszkodowawcza i zobowiązania Wykonawcy w niniejszym punkcie mają zastosowanie do oprogramowania osób trzecich jedynie w takim zakresie, w jakim Wykonawca, na podstawie umowy licencyjnej lub umowy nabycia zawartej z taką osobą trzecią, uprawniony jest do zwolnienia z roszczeń w przypadku takich naruszeń.


6. Zamawiający zobowiązuje się nie dodawać, usuwać lub zmieniać jakichkolwiek oznaczeń na Produktach związanych z patentami, znakami towarowymi lub prawami autorskimi.

7. Warunki niniejszego punktu określają całość zobowiązania Wykonawcy i odpowiedzialności za roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej, a także stanowią wyłączny środek jaki przysługuje Zamawiającemu w przypadku roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej.

Odp.: NIE, Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.

Pytanie 74.

dotyczy Załącznika nr 2, Wzór umowy dla pakietów III-VIII, pakiety nr VII i VIII





Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy?

Odp.: NIE, Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.

Pytanie 75.

dotyczy Załącznika 2a Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (dot. pakietów III-VIII), par. 2 pkt 14

Wnosimy o usunięcie par. 2 pkt 14. Wykonawca niezależnie oświadcza, że zapewnia bezpieczeństwo i zobowiązuje się do stałego jego zachowania.

Ewentualnie zwracamy się z prośbą o dopisanie w pkt. a) iż dostarczenie poświadczonych kopii dokumentów, które stanowią przesłankę legalności tego działania (np. dokument zawartych standardowych klauzul umownych z podmiotem przetwarzającym działającym na rzecz Zleceniobiorcy) będzie również odbywać się „na żądanie Zlecającego”.

Odp.: NIE, Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.

Pytanie 76.

Dotyczy umowy załącznik nr 2, par. 4 ust. 4

Wnosimy o obniżenie łącznej wartości kar umownych jakich mogą dochodzić strony z 40 % na 20%.

Uzasadnienie: Standardem rynkowym w umowach na dostawę jest limit na poziomie 20 %.

Odp.: NIE, Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.

Pytanie 77.

Prosimy o informację w obecnej sytuacji epidemiologicznej Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy z Wykonawcą w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 78 Kodeksu Cywilnego? Lub też złożenie podpisu chociaż przez jedną ze stron podpisem kwalifikowanym.

Odp.: NIE, Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.

Pytanie 78.

Dotyczy umowy załącznik nr 2

Wnosimy o modyfikację zapisów umowy par 4 ust. 7

*„W razie dostarczenia wadliwego towaru, Wykonawca jest zobowiązany do wymiany na wolny od wad niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 21 dni roboczych licząc od daty złożenia zastrzeżenia. W razie niezrealizowania przez wykonawcę powyższego obowiązku w terminie, zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości **0,5 % kwoty określonej w § 2 ust. 1**, w ramach którego dostarczono wadliwy towar, za każdy dzień zwłoki”.*

Pragniemy zwrócić uwagę iż w ramach dostawy w pakiecie 5 należy dostarczyć łącznie 3 aparaty, które mogą być dostarczone w różnym czasookresie w zależności od ustaleń pomiędzy stronami. Kara liczona od całości wynagrodzenia w sytuacji braku dostawy jednego aparatu lub opóźnienia w tej materii jest nad wyraz wygórowana.

Proponujemy zapis:

*„W razie dostarczenia wadliwego towaru, Wykonawca jest zobowiązany do wymiany na wolny od wad niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 21 dni roboczych licząc od daty złożenia zastrzeżenia. W razie niezrealizowania przez wykonawcę powyższego obowiązku w terminie, zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości **0,5 % kwoty wartości danego aparatu wskazaną w formularzu cenowym będącym załącznikiem do umowy**, w ramach którego dostarczono wadliwy towar, za każdy dzień zwłoki”.*

Odp.: NIE, Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.

Pytanie 79.

Pytania do wzoru umowy Załącznik nr 2b: dla pakietu 1: Aparat do znieczulenia 2 szt
Dotyczy wzoru umowy § 3

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odp.: NIE, Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.

Pytanie 80.

Pytania do wzoru umowy Załącznik nr 2b: dla pakietu 1: Aparat do znieczulenia 2 szt
Dotyczy wzoru umowy § 4

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o poprawienie omyłki pisarskiej polegającej na numeracji ustępów w/w paragrafu. W obecnym brzmieniu ustęp początkowy paragrafu czwartego ma cyfrę 9.

Odp.: TAK, Zamawiający poprawi oczywistą omyłkę pisarską.

Pytanie 81.

Pytania do wzoru umowy Załącznik nr 2b: dla pakietu 1: Aparat do znieczulenia 2 szt
Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 1 i 2 (w obecnym brzmieniu 9 i 10)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości brutto przedmiotu umowy (urządzenia), którego dotyczy zwłoka (a nie od całkowitej wartości umowy)? Jeśli dostawa przedmiotu umowy będzie w zdecydowanej mierze zrealizowana, to naliczanie kary umownej od całkowitej wartości umowy, będzie miało charakter rażąco zawyżony, umożliwiając Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej.

Odp.: NIE, Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.

Pytanie 82.

Pytania do wzoru umowy Załącznik nr 2b: dla pakietu 1: Aparat do znieczulenia 2 szt
Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 1 oraz ust. 7 (w obecnym brzmieniu ust. 9 i 15)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do: 0,2% kwoty brutto urządzenia, którego zwłoka dotyczy?

Odp.: NIE, Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.

Pytanie 83.

Pytania do wzoru umowy Załącznik nr 2b: dla pakietu 1: Aparat do znieczulenia 2 szt
Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 3 (w obecnym brzmieniu ust. 11)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości brutto przedmiotu umowy (urządzenia), którego dotyczy zwłoka (a nie od całkowitej wartości umowy)? Jeśli zobowiązania z tyt. gwarancji i rękojmi czy innych obowiązków określonych umowie będą w zdecydowanej mierze zrealizowane (a zwłoka będzie dot. jednego urządzenia), to naliczanie kary umownej od całkowitej wartości umowy, będzie miało charakter rażąco zawyżony, umożliwiając Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej

Odp.: NIE, Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.





Pytanie 84.

Pytania do wzoru umowy Załącznik nr 2b: dla pakietu 1: Aparat do znieczulenia 2 szt
Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 4 (w obecnym brzmieniu ust. 12)

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby maksymalna wysokość kar umownych, którą mogą dochodzić strony wynosiła 10% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w par. 2 ust.1 Umowy?

Odp.: NIE, Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.

Pytanie 85.

Pytania do wzoru umowy Załącznik nr 2b: dla pakietu 1: Aparat do znieczulenia 2 szt
Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 8 (w obecnym brzmieniu ust. 16)

Opisana w w/w ustępie kara jest naszym zdaniem rażąco wysoka. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary do wysokości 5% wartości zamówienia w przypadku zaistnienia którejkolwiek z przesłanek opisanych w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) NR 833/2014 z dnia 31 lipca 2014r. oraz do wysokości 10% wartości zamówienia opisanego w par. 2 ust.1 za zaniechanie przez Wykonawcę zawiadomienia Zamawiającego o zaistnieniu zdarzenia opisanego powyżej?

Odp.: NIE, Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.

Pytanie 86.

Pytania do wzoru umowy Załącznik nr 2b: dla pakietu 1: Aparat do znieczulenia 2 szt
Dotyczy wzoru umowy § 5

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją na świecie oraz w kraju proponujemy dodatnie Paragrafu o treści:

1. *Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrożenia epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp.*

2. *Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.*

3. *W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej.*

Odp.: NIE, Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.

Pytanie 87.

Pytania do wzoru umowy Załącznik nr 2b: dla pakietu 1: Aparat do znieczulenia 2 szt
Dotyczy wzoru umowy § 4 pkt 3 (w obecnym brzmieniu pkt. 11)

Prosimy o doprecyzowanie kary umownej poprzez uprzednie wezwanie do przystąpienia do realizacji naprawy gwarancyjnej, przed naliczeniem kary umownej.

Odp.: NIE, Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.

Pytanie 88.

Czy dla Pakietu nr 1 Zamawiający przewiduje zawarcie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych?



W przypadku pozytywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w umowie następujących zapisów:

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu na zgłoszenie naruszenia do 72 lub 48 lub 36 godzin, o czym mowa w §2 ust. 10 lit. C w umowie dla pakietów nr III-VIII)
- Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie ustępu o brzmieniu:

„Zlecający i Zleceniobiorca nie ponoszą odpowiedzialności wobec drugiej strony za szkody, utratę zysków, przewidywanych oszczędności, wartości firmy, reputacji, ani za szkody przypadkowe lub wtórne, wynikające z:

- nieautoryzowanego dostępu do sieci lub produktu, pomimo zastosowania przez stronę środków bezpieczeństwa zgodnie z Art. 32 RODO,
- wszelkich działań egzekucyjnych wszczętych przeciwko drugiej stronie przez jakiegokolwiek organ regulacyjny, wynikających z naruszenia przez jedną ze stron swoich zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.”?

Odp.: Zamawiający informuje, że zgodnie zapisami w SWZ dla Pakietu nr 1 Zamawiający nie przewiduje zawarcia Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

WZSTĘPCA DYREKTORA
Dz. Finansowych i Administracji
Lucyna Stanuch
Lucyna Stanuch

