

Centrum Zamówień Publicznych
Dział Zamówień PublicznychDO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ

zestaw nr 1

Dotyczy: postępowania nr 5750.291.1.67.2023.BR prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę liofilizatora laboratoryjnego wraz z wyposażeniem dla Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego”.

W odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, przesłane do przedmiotowego postępowania, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), udziela wyjaśnień uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	Czy Zamawiający dopuści kondensator lodu w formie spirali zainstalowanej na zewnątrz?	Zamawiający nie wyraża zgody.
2.	Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości programowania? Liofilizator który chcemy zaoferować automatycznie po włączeniu funkcji rozmrażania dąży do jak najszybszego rozmrożenia kondensatora.	Zamawiający nie wyraża zgody.
3.	Czy Zamawiający dopuści sterowanie mikroprocesorowe z kolorowym ekranem dotykowym minimum 5"?	Zamawiający wyraża zgodę i zmienia treść opisu przedmiotu zamówienia w pkt 7) załącznika nr 5 do SWZ.
4.	Czy Zamawiający dopuści język obsługi i programowania angielski?	Zamawiający nie wyraża zgody.
5.	Czy Zamawiający dopuści możliwość pracy tylko w stopniach °C?	Zamawiający nie wyraża zgody.

6.	Czy Zamawiający dopuści możliwość zabezpieczenia dostępu do panelu sterowania za pomocą hasła, 2 poziomy dostępu?	Zamawiający nie wyraża zgody.
7.	Czy Zamawiający dopuści czujnik próżni typu Pirani, montowany wewnątrz sprzętu?	Zamawiający nie wyraża zgody.
8.	Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez sygnalizacji terminów obsługi serwisowej?	Zamawiający nie wyraża zgody.
9.	Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez zadawania czasu wstępnego grzania pompy próżniowej?	Zamawiający nie wyraża zgody.
10.	Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez programowania okresów pracy między wymianami oleju, ale z licznikiem godzin pracy dla pompy próżniowej?	Zamawiający nie wyraża zgody.
11.	Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez sygnalizacji konieczności wymiany oleju w pompie próżniowej, bez możliwości przeprowadzenia przez użytkownika automatycznego testu pełnej sprawności liofilizatora, wyświetlanie wyniku testu, bez rejestracji czasu pracy podzespołów liofilizatora: agregatów chłodniczych, pompy próżniowej, zaworu regulacji próżni, ale z licznikiem godzin pracy dla pompy próżniowej?	Zamawiający nie wyraża zgody.
12.	Czy Zamawiający dopuści cylinder akrylowy o średnicy 315 mm i wysokości 440 mm, stojak z 3 półkami z aluminium o średnicy 240 mm, odległość między półkami 70 mm, z możliwością zmian odległości między półkami?	Zamawiający nie wyraża zgody.
13.	Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez elektrycznego podnośnika cylindra mocowany do sprzętu, bez możliwości jego obsługi ze sterownika liofilizatora ?	Zamawiający nie wyraża zgody.

W związku z udzieleniem wyjaśnień, Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia, następująco:

1. Rozdział XII pkt 4 SWZ:

było:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16.06.2023 r. do godz. 09:00.

zapis zostaje zmieniony na:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia ²¹.....06.2023 r. do godz. 09:00.

2. Rozdział XIII pkt 1:

było:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.06.2023 r. o godz. 09:05, jednak nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert wskazany w rozdziale XII pkt 4 SWZ.

zapis zostaje zmieniony na:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu ²¹.....06.2023 r. o godz. 09:05, jednak nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert wskazany w rozdziale XII pkt 4 SWZ.

3. Pkt 7) Opisu przedmiotu zamówienia – załącznika nr 5 do SWZ:

było:

Sterowanie mikroprocesorowe z kolorowym ekranem dotykowym minimum 5,7".

zapis zostaje zmieniony na:

Sterowanie mikroprocesorowe z kolorowym ekranem dotykowym **minimum 5"**.

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 6 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert w następujący sposób:

- ofertę należy złożyć w terminie do dnia ²¹.....06.2023 r. do godz. 09:00.
- otwarcie ofert nastąpi w dniu ²¹.....06.2023 r. o godz. 09:05, jednak nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert wskazany w rozdziale XII pkt 4 SWZ.

Tym samym zmianie ulega również termin związania ofertą, określony w rozdz. XIV pkt 1 SWZ.

W związku z powyższym Zamawiający wprowadza zmodyfikowane następujące dokumenty:

- 1) SWZ o nazwie „**SWZ po zmianie z dnia ⁰⁷07.06.2023 r.**”, która zastępuje dotychczasową SWZ,
- 2) Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5 do SWZ o nazwie „**Opis przedmiotu zamówienia po zmianie z dnia ⁰⁷07.06.2023 r.**”, który zastępuje dotychczasowy Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5 do SWZ.

Wprowadzone nowe dokumenty są obowiązujące dla prawidłowo złożonej oferty.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

PROREKTOR
Zakładu Naukowych
[Podpis]
Prof. dr hab. Wiesław Łaskowski

