



Znak sprawy: DZA.381.35.3.2023

**Do wszystkich
Wykonawców**

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) – zakup aparatury medycznej i urządzeń medycznych.

Zamawiający informuje, że Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie 1

Pakiet 3 - KARDIOMONITOR 1 Z PODSTAWĄ JEZDNĄ – 3 SZT
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Punkt 1

Czy Zamawiający dopuści urządzenie nowe, rok produkcji 2023 r.

Punkt 6

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor wyposażony w ekran o przekątnej minimum 12”, dotykowy?

Punkt 6

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor wyposażony w ekran o rozdzielczości minimum 1024x800 pikseli?

Punkt 61

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor wyposażony w wózek do kardiomonitora o minimalnym wymiarze podstawy wózka wynoszącym 560 mm?

Punkt 62

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor wyposażony w wózek do kardiomonitora o minimalnej wysokości całkowitej wózka 1100 mm?

Punkt 58

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor wyposażony w wózek do kardiomonitora na podstawie pięcioramiennej wyposażony w kółka jezdne z minimum dwoma kółkami wyposażonymi w blokadę?

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie dopuszcza kardiomonitora 1 z podstawą jezdną o wyżej proponowanych parametrach.

Pytanie 2

Pakiet 4 - KARDIOMONITOR 2 Z PODSTAWĄ JEZDNĄ – 3 SZT
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Punkt 1

Czy Zamawiający dopuści urządzenie nowe, rok produkcji 2023 r.

Punkt 6

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor modułowy z możliwością komunikacji z użytkownikiem minimum poprzez dotykowy ekran?



Punkt 20

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor modułowy wyposażony w funkcję automatycznego pomiaru NIBP w odstępach minimum: 1/2/2.5/3/5/10/15/20/30min, 1/1.5/2/3/4/8 godz.?

Punkt 30

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor modułowy o wymiarach minimum: 396×310×198mm +/- 3 mm?

Punkt 31

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor modułowy o masie poniżej 6 kilogramów?

Punkt 34

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor wyposażony w wózek do kardiomonitora na podstawie pięcioramiennej wyposażony w kółka jezdne z minimum dwoma kółkami wyposażonymi w blokadę?

Punkt 37

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor wyposażony w wózek do kardiomonitora o minimalnym wymiarze podstawy wózka wynoszącym 560 mm?

Punkt 38

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor wyposażony w wózek do kardiomonitora o minimalnej wysokości całkowitej wózka 1100 mm?

Punkt 4

Czy Zamawiający będzie wymagał zaoferowania kardiomonitora o minimalnej przekątnej 15" oraz minimalnej rozdzielczości 1920×1080 pikseli?

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie dopuszcza kardiomonitora 2 z podstawą jezdną o wyżej proponowanych parametrach.

Pytanie 3

Pakiet 4 - KARDIOMONITOR 2 Z PODSTAWĄ JEZDĄ – 3 SZT
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Punkt 1

Czy Zamawiający dopuści urządzenie nowe, rok produkcji 2021 r.

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie dopuszcza kardiomonitora 2 z podstawą jezdną z 2021 roku.

Pytanie 4

Załącznik nr 2 do SWZ

Czy zamawiający dopuści do złożenia oferty na:

L. p.	Opis wymaganych parametrów	Pytania
1.	2.	3.
5.	Funkcja automatycznego rozpoznawania drenu wraz z automatyczną aktywacją procedur wykorzystujących dany dren.	Funkcja automatycznego rozpoznawania drenu uniwersalnego do wszystkich procedur endoskopowych
6.	Regulacja prędkości płukania podczas histeroskopii w zakresie min. 200 - 600 ml/min.	Regulacja prędkości płukania podczas histeroskopii w zakresie min. 50 - 500 ml/min.
7.	Wyświetlanie zadanej prędkości płukania podczas histeroskopii w formie graficznej i cyfrowej na monitorze dotykowym	Wyświetlanie zadanej prędkości płukania podczas histeroskopii w formie cyfrowej na monitorze dotykowym
8.	Animacja wyświetlana na monitorze dotykowym instruująca sposób zakładania drenu	Oznaczenie kierunkowe drenu na części aktywnej wskazujące właściwy i prawidłowy kierunek połączenia drenu



ul. Szpitalna 40

41-250 Czeladź

NIP: 6252247223 REGON: 278209300

Nr rejestrowy BDO 000006287



sekretariat.czeladz@pzzoz.bedzin.pl



www.pzzoz.bedzin.pl



Wyjaśniamy:

Zamawiający nie dopuszcza kardiomonitora 2 z podstawą jezdną o wyżej proponowanych parametrach.

Pytanie 5

Pytania do pakietu nr 4 – Kardiomonitor 2 z podstawą jezdną – 3 szt.

Ad. pkt. 6. Czy Zamawiający dopuści komunikację z użytkownikiem poprzez sam ekran dotykowy?

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie dopuszcza kardiomonitora 2 z podstawą jezdną o wyżej proponowanych parametrach.

Pytanie 6

Pytania do pakietu nr 4 – Kardiomonitor 2 z podstawą jezdną – 3 szt.

Ad. pkt. 9. Czy Zamawiający dopuści zapis 1000 zdarzeń alarmowych?

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie dopuszcza kardiomonitora 2 z podstawą jezdną o wyżej proponowanych parametrach.

Pytanie 7

Pytania do pakietu nr 4 – Kardiomonitor 2 z podstawą jezdną – 3 szt.

Ad. pkt. 24. Czy Zamawiający dopuści pomiar min. 0-50 stopni C bez 32-122 stopni F?

Wyjaśniamy:

Zamawiający wymaga zakres pomiaru min. 0-50 stopni C lub 32-122 stopni F.

Pytanie 8

Pytania do pakietu nr 4 – Kardiomonitor 2 z podstawą jezdną – 3 szt.

Ad. pkt. 25. Czy Zamawiający dopuści pomiar tylko w stopniach C?

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie dopuszcza kardiomonitora 2 z podstawą jezdną o wyżej proponowanych parametrach.

Pytanie 9

Pytania do pakietu nr 4 – Kardiomonitor 2 z podstawą jezdną – 3 szt.

Ad. pkt. 30. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor o wymiarach xyz: 355x307x205mm?

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie dopuszcza kardiomonitora 2 z podstawą jezdną o wyżej proponowanych parametrach.

Pytanie 10

Pytania oferenta do pakietu nr 4 – Kardiomonitor 2 z podstawą jezdną – 3 szt.

Ad. pkt. 34. Czy Zamawiający dopuści bardziej stabilną podstawę sześcioramienną na kółkach jezdnych z hamulcem?

Wyjaśniamy:

Zamawiający dopuszcza kardiomonitor z podstawą sześcioramienną na kółkach jezdnych z hamulcem.





Pytanie 11

Pytania do pakietu nr 4 – Kardiomonitor 2 z podstawą jezdną – 3 szt.

Prosimy o wyjaśnienie czy wymagana w punkcie 32 do każdego kardiomonitora podstawa jezdna z uchwytem i koszykiem została tylko szczegółowo opisana w punktach 33-38?

Wyjaśniamy:

Zamawiający wyjaśnia, iż wymagana w punkcie 32 do każdego kardiomonitora podstawa jezdna z uchwytem i koszykiem została szczegółowo opisana w punktach 33-38.

DYREKTOR

**Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
41-250 Czeladź, ul. Szpitalna 40**

mgr Aldona Sylwa