

## Zakup manekinów wysokiej wierności do symulacji medycznej

Znak DZP-RJ-TP.006.2021

Załącznik nr 1.3

### Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część 3 – Manekin do symulacji porodu nagłego

l.p.	Parametry wymagane przez Zamawiającego – 1 szt.
1.	Manekin do symulacji porodu nagłego – oddający anatomiczną budowę mięśni krocza oraz dna miednicy, z możliwością odsłonięcia brzucha manekina w celu obserwacji zachowania płodu i jego pozycji. 1 szt.
2.	Symulacja porodu od momentu pierwszych skurczy aż do urodzenia łożyska.
3.	Możliwość symulacji porodu fizjologicznego prawidłowego, pośladowego, kleszczowego lub próżniowego, poród dziecka z dystorsją barkową, rodzenie łożyska.
4.	Możliwość umieszczania cewnika moczowego.
5.	Możliwość wstrzyknięć domięśniowych,
6.	Odłączany model noworodka.
7.	W zestawie: a) Model noworodka donoszonego z wyczuwalnym ciemiączkiem, linią szwu, obojczykami i łopatkami b) Model noworodka pozwalający na przeprowadzenie symulacji porodów z różnymi rodzajami ułożeń (twarzyczkowe, pośladowe, miednicowe i poprzeczne)
8.	Wyjmowane łożysko wraz z pępowiną.
9.	Wytrzymała, rozciągliwa skóra i mięśnie.
10.	Podstawa z pasami umożliwiającymi mocowanie do stołu lub łóżka porodowego.
11.	Model ciężarnej posiadający rozciągliwe krocze, kanał porodowy, szyjkę kulszową, część kręgosłupa i kość łonową.
12.	Model noworodka zawierający przewód pępowinowy, łożysko, wyraźnie zarysowane ciemiączko, w pełni ruchomą głowę, ręce i nogi.
13.	Zawiera łożysko, środek nawilżający.
14.	Torba transportowa do przechowywania manekina.
15.	Instrukcja obsługi w języku polskim.
16.	Gwarancja min. 24 miesiące