

Kamienna Góra, 01.09.2023 r.

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Nazwa postępowania: **Dostawa odczynników wraz z dzierżawą sprzętu do badań serologicznych dla Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z o.o. w Kamiennej Górze**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: **DI-Z.26.28.2023**

- I. Działając na podstawie art.284 ust.2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz.1710 z późn.zm.) Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania o następującej treści:

### **Pytanie nr 4:**

Dotyczy SWZ, str. 5, rozdział 25., pkt 25.1 ppkt 6. Przedmiotowe środki dowodowe, Część II SWZ rozdział B; pkt 12., Część IV SWZ Projekt umowy paragraf 4 pkt. 1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga CE oraz dokumentów dopuszczających do obrotu tylko dla tych produktów, dla których jest to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami i tym samym nie stawia wymagań dla produktów sklasyfikowanych jako ogólnolaboratoryjne takich jak: pipety, końcówki do pipet, dyspenser do diluentu.

### **Odpowiedź na pytanie nr 4:**

Zamawiający potwierdza, że wymóg dotyczący dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu produktów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami nie dotyczy produktów sklasyfikowanych jako ogólnolaboratoryjne, takich jak: pipety, końcówki do pipet, dyspenser do diluentu.

### **Pytanie nr 5:**

Dotyczy Część II SWZ, rozdział A. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, załącznik nr B Formularz asortymentowo-cenowy.

Uprzejmie prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający oczekuje w tabeli poz. nr 1 zaoferowania kart do potwierdzenia grupy krwi dorosłego (tzw. Druga ręka)?

### **Odpowiedź na pytanie nr 5:**

Zamawiający pozostawia wymóg zgodny z SWZ.

### **Pytanie nr 6:**

Dotyczy Część III SWZ, Załącznik A do Formularza Oferty; Wymagania i oferowane parametry jakościowo-techniczne oferowanych odczynników oraz sprzętu do badań serologicznych pkt. 2 i 6.

Uprzejmie prosimy o możliwość zaoferowania kart składających się z 8 mikrokolumn.

### **Odpowiedź na pytanie nr 6:**

Zamawiający pozostawia w tym zakresie wymogi SWZ bez zmian.

### **Pytanie nr 7:**

Dotyczy Część II SWZ; Przedmiot zamówienia, Rozdział A -Tabela pkt 2, Część III SWZ, Załącznik A do Formularza Oferty; Wymagania i oferowane parametry jakościowo-techniczne oferowanych odczynników oraz sprzętu do badań serologicznych pkt. 3.

Uprzejmie prosimy o możliwość zaoferowania badania przeglądowego przeciwciał pośrednim testem antyglobulinowym na 4 krwinkach wzorcowych.

### **Odpowiedź na pytanie nr 7:**

Zamawiający pozostawia w tym zakresie wymogi SWZ bez zmian.

### **Pytanie nr 8:**

Dotyczy Część II SWZ; Przedmiot zamówienia, Rozdział A - Tabela pkt. 3 oraz Załącznik B do Formularz oferty; Formularz asortymentowo-cenowy.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że wiersz z nazwą „Próba zgodności krzyżowej” i liczba oznaczeń na 36 miesięcy – 1950, dotyczy tylko właściwej próby krzyżowej.

**Odpowiedź na pytanie nr 8:**

Zamawiający potwierdza, że wiersz z nazwą „Próba zgodności krzyżowej” i liczba oznaczeń na 36 miesięcy – 1950, dotyczy tylko właściwej próby krzyżowej.

**Pytanie nr 9:**

Dotyczy Część II SWZ; Przedmiot zamówienia, Rozdział A - Tabela pkt. 6, Część II SWZ; Formularz oferty - Wymagania i oferowane parametry jakościowo-techniczne oferowanych odczynników oraz sprzętu do badań serologicznych pkt. 10 oraz Załącznik B do Formularza oferty, Rozdział I - Wartość odczynników/sprzętu pkt. 6. Uprzejmie prosimy o możliwość zaoferowania Kontroli zewnątrzlaboratoryjnej z IHiT Warszawa.

**Odpowiedź na pytanie nr 9:**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania Kontroli zewnątrzlaboratoryjnej z IHiT Warszawa.

**Pytanie nr 10:**

Dotyczy Część II SWZ; Przedmiot zamówienia, Rozdział A - Tabela pkt. 6, Część II SWZ; Formularz oferty - Wymagania i oferowane parametry jakościowo-techniczne oferowanych odczynników oraz sprzętu do badań serologicznych pkt. 10 oraz Załącznik B do Formularza oferty, Rozdział I - Wartość odczynników/sprzętu pkt. 6 Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje w związku z przewidywanym czasem trwania umowy wynoszącym 3 lata (36 miesięcy) 12 sprawdzianów kontrolnych.

**Odpowiedź na pytanie nr 10:**

Zamawiający – zgodnie z SWZ – wymaga 8 sprawdzianów kontrolnych.

**Pytanie nr 11:**

Dotyczy Część II SWZ; Przedmiot Zamówienia oraz załącznik nr B - Formularz asortymentowo-cenowy. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający podając ilość badań umieszczonych w tabelach zawarł ilości na codzienną kontrolę jakości.

**Odpowiedź na pytanie nr 11:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 12:**

Dotyczy Część II SWZ; Przedmiot zamówienia, Rozdział A - Tabela pkt. 9, Część III; Formularz oferty, Załącznik A - Wymagania i oferowane parametry jakościowo-techniczne oferowanych odczynników oraz sprzętu do badań serologicznych pkt. 17 oraz Załącznik B do Formularza oferty Rozdział II - Wartość dzierżawy sprzętu. Uprzejmie prosimy o dopuszczenie zaoferowania 2 szt. wirówek na 24 karty bez możliwości wirowania próbek oraz dodatkowej wirówki dedykowanej dla probówek.

**Odpowiedź na pytanie nr 12:**

Zamawiający pozostawia w tym zakresie wymogi SWZ bez zmian.

**Pytanie nr 13:**

Dotyczy Część III SWZ; Formularz oferty, Załącznik A - Wymagania i oferowane parametry jakościowo-techniczne oferowanych odczynników oraz sprzętu do badań serologicznych pkt. 15. Uprzejmie prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pipet, końcówek do pipet, dozownika do diluentu, kontroli zewnątrzlaboratoryjnej oraz wirówki dedykowanej do probówek od innego producenta, kompatybilnych z oferowanym systemem?

**Odpowiedź na pytanie nr 13:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kontroli zewnątrzlaboratoryjnej od innego producenta.

**Pytanie nr 14:**

Dotyczy Część II SWZ; pkt 5 oraz Część III Formularz oferty, Załącznik A - Wymagania i oferowane parametry jakościowo-techniczne oferowanych odczynników oraz sprzętu do badań serologicznych pkt. 9, Część IV SWZ; Projekt umowy paragraf 4 pkt. 1.

Uprzejmie prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający dopuści zaoferowanie krwinek wzorcowych z terminem ważności 4-5 tygodni od daty dostawy i kart pakowanych maksymalnie po 50 sztuk z terminem ważności minimum 6 miesięcy od daty dostawy?

**Odpowiedź na pytanie nr 14:**

Zamawiający pozostawia w tym zakresie wymogi SWZ bez zmian.

**Pytanie nr 15:**

Dotyczy Część IV SWZ: Projekt umowy paragraf 4 pkt. 5.

W paragrafie 4 pkt. 5 Zamawiający zawarł zapis: „W przypadku wystąpienia trzech udokumentowanych reklamacji, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym.”

Pragniemy w tym miejscu wskazać, że reklamacje, mogą wystąpić z powodu szeregu okoliczności, w głównej mierze niezależnych od Wykonawcy sankcja rozwiązania umowy z winy wykonawcy po wystąpieniu trzech reklamacji, wydaje się niewspółmierna i sprzeczna z art. 431 PZP - mówiącym o obowiązku współdziałania Zamawiającego i Wykonawcy w celu należytej realizacji zamówienia.

Mając na uwadze powyższe, prosimy o usunięcie wyżej wymienionego zapisu.

**Odpowiedź na pytanie nr 15:**

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

- 
- II. Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

**Prezes Zarządu**

**Artur Mazur**