

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
Plac Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
tel.: 71 36-89-601, 71 36-89-602;
faks: 71 36-89-219
NIP: 899-22-28-100, Regon: 000290096, KRS: 0000087868



62
EZP/...../20

Wrocław, 21.01.2020

Wg rozdzielnika

Dot.: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego „Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych i konserwacji oraz bieżących napraw diagnostycznego sprzętu medycznego RTG Eidos RF439 (telekomando) produkcji firmy Meccall, Włochy, znajdującego się w siedzibie Zamawiającego”, Oznaczenie sprawy: ZP/PN/01/20/LZE/JG

Pytanie 1

Dotyczy: SIWZ, pkt 4, ppkt 4.1:

Prosimy o wyjaśnienie przez ile dni/miesiący Wykonawca zobowiązany będzie wypełniać obowiązki z tytułu umowy zawartej w wyniku wyboru oferty złożonej w niniejszym postępowaniu. Brak określenia czasu trwania umowy uniemożliwia złożenie rzetelnej oferty cenowej.

Odpowiedź zamawiającego

Zamawiający uważa, iż wykonawca jest w stanie sam obliczyć „przez ile dni/miesiący zobowiązany będzie wypełniać obowiązki z tytułu umowy zawartej w wyniku wyboru oferty złożonej w niniejszym postępowaniu”. Zamawiający deklaruje niezwłoczne podpisanie umowy zgodnie z terminami z art. 94 ustawy Pzp.

Pytanie 2

Dotyczy: SIWZ, pkt 5, ppkt 5.1.2.2:

zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że min. 1 osoba skierowana przez wykonawcę do realizacji zamówienia posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia tj.: Inżynier serwisowy posiadający świadectwo potwierdzające przeszkolenie w zakresie serwisu urządzenia aparat cyfrowy RTG (telekomando) Eidos RF 439

Prosimy o potwierdzenie, że podmiotem uprawnionym do wystawienia świadectwa potwierdzającego przeszkolenie jest wyłącznie producent aparatu RTG typ EIDOS RF439 lub jego autoryzowany przedstawiciel oraz że - w przypadku złożenia świadectwa wystawionego przez autoryzowanego przedstawiciela producenta - należy dołączyć świadectwo autoryzacji wystawione przez producenta aparatu RTG typ EIDOS RF439.

Odpowiedź zamawiającego

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 3

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, Rozdział I:

Komputerowe stacje opisowe – 2 szt.			
Osprzęt elektryczny dostarczony wraz z aparatem			

Prosimy o usunięcie z tabeli oraz z umowy *komputerowych stacji opisowych 2 szt. oraz osprzętu elektrycznego dostarczonego wraz z aparatem*, tj. urządzeń niezgodnych z przedmiotem zamówienia, którym jest: „wykonywanie okresowych przeglądów technicznych i konserwacji oraz bieżących napraw

Przygotowała:
Jolanta Harłacz-Przestalska

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
Plac Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
tel.: 71 36-89-601, 71 36-89-602;
faks: 71 36-89-219
NIP: 899-22-28-100, Regon: 000290096, KRS: 0000087868



diagnostycznego sprzętu medycznego RTG Eidos RF439 (telekomando) produkcji firmy Mecall, Włochy, znajdującego się w siedzibie Zamawiającego.”
Przedmiotem postępowania jest serwisowanie aparatu RTG typ EIDOS RF439. Komputerowe stacje opisowe oraz osprzęt elektryczny nie stanowią części składowych aparatu RTG typ EIDOS RF439.
Jedyną częścią składową stacjonarnego cyfrowego aparatu RTG TELEKOMANDO typ EIDOS RF439, jaka została wyszczególniona w Rozdziale I Zestawienia sprzętu, jest generator DEIMOS 80 R/F (prawidłowy numer seryjny AM18872A15).

Odpowiedź zamawiającego

Zamawiający zmienia zapis w załączniku nr 1 do SIWZ tj. w OPZ następująco:

a) Wykreśla 2 ostatnie wiersze z tabeli w rozdziale I.

Zamawiający zamieszcza zmieniony OPZ na stronie internetowej.

Pytanie 4

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, Rozdział I:

generator DEIMOS 80 R/F AM 18872A1

Prosimy o weryfikację zapisu. Aparat RTG typ EIDOS RF439 nr seryjny 001/274 dostarczony został do Zamawiającego z generatorem typ DEIMOS 80 R/F o numerze seryjnym nr AM18872A15.

Odpowiedź zamawiającego

Zamawiający koryguje omyłkę i poprawia nr generatora na: AM18872A15 w Załączniku nr 1 do SIWZ, Rozdział I.

Pytanie 5

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, Rozdział II, pkt 2, ppkt. 5:

Sprawdzenie akumulatorów i/lub UPS-ów. Wymiana na nowe – jeśli konieczne.

Prosimy o potwierdzenie, że wymiana akumulatorów lub/i UPS-ów wykonywana jest za zgodą Zamawiającego, zgodnie z zapisem rozdziału III pkt 2 lit d. oraz zgodnie z zapisem rozdziału II lit G. ppkt 1. Wyjaśniamy, iż producent nie wymaga wymiany akumulatorów i/lub UPS-ów podczas każdego z przeglądów, a jedynie w przypadku stwierdzenia utraty przez nie parametrów technicznych.

Odpowiedź zamawiającego

Zamawiający potwierdza, że „wymiana akumulatorów lub/i UPS-ów wykonywana jest za zgodą Zamawiającego, zgodnie z zapisem rozdziału III pkt 2 lit d. oraz zgodnie z zapisem rozdziału II lit G. ppkt 1” tj. na wniosek wykonawcy, po akceptacji zamawiającego.

Pytanie 6

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SIWZ, Rozdział II, § 4. ust. 4

Prosimy o potwierdzenie, że oferowana cena brutto obejmuje wyłącznie koszty części i materiałów zużywalnych należnych - zgodnie z procedurami producenta - do wymiany podczas przeglądów.

Odpowiedź zamawiającego

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 7

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SIWZ, § 4 ust. 4.8:

Zamawiający dopuszcza również możliwość otrzymywania od Wykonawcy e-faktur. W takiej sytuacji, na jego wniosek, w trybie roboczym, prześle Wykonawcy wszystkie informacje dot. procedury.

W związku z przepisami o elektronicznym fakturowaniu w dostawach publicznych prosimy o podanie w umowie – oprócz podanych już danych adresowych do przesyłania faktur w formie papierowej (ust. 4.6), również danych do przesyłania faktur ustrukturyzowanych (typ numeru PEPPOL, nazwa platformy).

Odpowiedź zamawiającego

Dane do przesyłania e-faktur zostaną przekazane w toku realizacji umowy.

Pytanie 8

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SIWZ, § 4:

W związku z określeniem wynagrodzenia w kwocie ryczałtowej za pełen miesiąc prosimy o potwierdzenie i ew. zawarcie zapisu w umowie, że za niepełny miesiąc trwania umowy wynagrodzenie należne wykonawcy wyliczane będzie w oparciu o ww. stawkę ryczałtu i liczbę dni miesiąca, przyjmując że miesiąc ma 30 dni.

Odpowiedź zamawiającego

Zamawiający potwierdza powyższy sposób obliczenia wynagrodzenia za niepełny miesiąc.

Pytanie 9

Dotyczy: Ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 008-014117, SEKCJA II pkt II.2.7)

Prosimy o potwierdzenie, że termin realizacji zamówienia zgodnie z siwz pkt. 4 jest: od dnia zawarcia umowy – do 08.09.2021 r. (data w ogłoszeniu: 08.09.2020 r.).

Odpowiedź zamawiającego

Zamawiający potwierdza, że końcową datą jest 08.09.2021.

Pytanie 10

Dotyczy: SIWZ, pkt 14, ppkt 14.2 dotyczący ilości i doświadczenia personelu serwisu:

(...)Informacje zawarte w Załączniku nr 6 do SIWZ nie podlegają uzupełnieniu, zatem jeżeli Wykonawca nie złoży ww. załącznika, nie wypełni go w całości lub części, przyjmuje, że Wykonawca nie zaoferował personelu z doświadczeniem mierzonym ponad minimum wynikające z warunków udziału w postępowaniu i otrzyma liczbę punktów wynikających z danych zawartych w załączniku nr 6 (w skrajnym przypadku 0 punktów) w ocenie ofert.

w powiązaniu z pkt 5, ppkt 5.1.2.2:

5.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: (...)

5.1.2.2. zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że min. 1 osoba skierowana przez wykonawcę do realizacji zamówienia posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia tj.: Inżynier serwisowy posiadający świadectwo potwierdzające przeszkolenie w zakresie serwisu urządzenia aparat cyfrowy RTG (telekomando) Eidos RF 439

Prosimy o potwierdzenie, że oferta bez dołączonego załącznika nr 6 do SIWZ wykazującego min. 1. osobę posiadającą świadectwo potwierdzające przeszkolenie w zakresie serwisu urządzenia aparat cyfrowy RTG (telekomando) Eidos RF 439, zostanie odrzucona jako niespełniająca warunków udziału w postępowaniu.

Odpowiedź zamawiającego

Zamawiający potwierdza, że wymaga przedstawienia świadectwa przeszkolenia co najmniej jednej osoby w zakresie serwisu aparatu cyfrowego RTG Eidos RF 439. Oferta bez dołączonego załącznika nr 6 zawierającego takie potwierdzenie zostanie odrzucona.

Pytanie 11

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, ROZDZIAŁ II, pkt 3

W kontekście wyszczególnienia w ww. punkcie niektórych prac należnych do wykonania, w tym m.in. kalibracji systemu obrazowania (pkt 2), prosimy o wyszczególnienie czynności zasadniczej, jaką jest kalibracja detektora. Kalibracja detektora jest czynnością zapewniającą należyty stan techniczny detektora - podzespołu o dużej wartości cenowej. Zaniechanie lub nieumiejętne wykonanie kalibracji skutkuje szybkim zużyciem ww. podzespołu, przekroczeniem dawki promieniowania RTG i błędami diagnostycznymi. W przypadku woli uzyskania pewności (a nie tylko deklaracji w tym zakresie), iż Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie wykona ww. czynność, prosimy o modyfikację punktu w następujący sposób:

2. *Sprawdzenie jakości obrazowania. Kalibracja systemu obrazowania. Po każdym przeglądzie kalibracja detektora potwierdzona raportem z kalibracji (wydruk z aparatu RTG).*

Odpowiedź zamawiającego

**Zamawiający uzupełnia wpis w Załączniku nr 1 OPZ do SIWZ, Rozdział II, pkt. 2.
Zamawiający zamieszcza zmieniony OPZ na stronie internetowej.**

Pytanie 12

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, ROZDZIAŁ III, pkt 3

W kontekście wyszczególnienia w ww. punkcie niektórych prac należnych do wykonania, w tym m.in. sprawdzenie jakości obrazu (pkt 1), prosimy o wyszczególnienie czynności zasadniczej, jaką jest kalibracja detektora - działanie zapewniające należyty stan techniczny detektora - podzespołu o dużej wartości cenowej. W przypadku woli uzyskania pewności (a nie tylko deklaracji w tym zakresie), iż Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie wykona ww. czynność, prosimy o dodanie w tabeli poniższego wiersza:

4) c. Kalibracja systemu obrazowania. Po każdym przeglądzie kalibracja detektora potwierdzona raportem z kalibracji (wydruk z aparatu RTG).	●
---	---

Odpowiedź zamawiającego

**Zamawiający uzupełnia wpis w Załączniku nr 1 OPZ do SIWZ, Rozdział III, pkt. 3d.
Zamawiający zamieszcza zmieniony OPZ na stronie internetowej.**

Pytanie 13

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SIWZ, § 7 ust. 7.1 zdanie pierwsze:

Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na wymienione części zamienne na okres miesięcy (minimum 12).

Prosimy o ujednoczenie zapisów załącznika nr 4 do SIWZ z wymogami zawartymi w SIWZ. Zgodnie z pkt 14 SIWZ, ppkt 14.2 odnoszącym się do okresu gwarancji na wykonaną usługę naprawy i wymienione części zmienne, najkrótszy możliwy okres gwarancji wynosi 6 miesięcy.

Jednocześnie informujemy, iż producent udziela 6 miesięcy gwarancji na większość części zamiennych.

Odpowiedź zamawiającego

**Zamawiający koryguje wpis w Załączniku nr 4 do SIWZ, ust. 7.1 zmieniając 12 na 6.
Zamawiający zamieszcza zmieniony Załącznik nr 4 do SIWZ na stronie internetowej.**

Pytanie 14

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SIWZ, § 7 ust. 7.2:

Prosimy o dodanie kolejnego punktu o poniższej treści:

d) uszkodzeń wynikających z naturalnego zużycia elementów i/lub spowodowanych przyczynami niezawinionymi przez Wykonawcę.

Jak wiadomo, niektóre części naturalnie tracą swoje właściwości (parametry techniczne) w toku eksploatacji.

Odpowiedź zamawiającego

Zamawiający dodaje ten zapis w Załączniku nr 4 do SIWZ, ust. 7.1 d) .

Zamawiający zamieszcza zmieniony Załącznik nr 4 do SIWZ na stronie internetowej.

Pytanie 15

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, ROZDZIAŁ II, pkt 2., ppkt 4 i 6.

Prosimy o potwierdzenie, że ww. zapisy stawiają wykonawcy wymóg wyłącznie kontroli bezpieczeństwa elektrycznego aparatu RTG przeprowadzanej zgodnie z procedurami producenta oraz przeprowadzanej dodatkowo zgodnie z normą PN-EN 62353.

Odpowiedź zamawiającego

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 16

Dotyczy: Załącznik Nr 4 do SIWZ, § 6 ust. 6.19.

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zgody na wniosek wykonawcy o wydłużenie czasu naprawy poza 10 dni roboczych kary za ew. zwłokę od 10 dnia do deklarowanego (wydłużonego) czasu naprawy nie będą naliczane.

Odpowiedź zamawiającego

Zamawiający potwierdza, iż przypadku zgody na wniosek wykonawcy o wydłużenie czasu naprawy poza 10 dni roboczych kary za ew. zwłokę od 10 dnia do deklarowanego (wydłużonego) czasu naprawy nie będą naliczane.

Pytanie 17

Dotyczy: Załącznik Nr 4 do SIWZ, § 8 ust. 8.1 pkt b w powiązaniu z Załącznik nr 1 do SIWZ, Rozdział II pkt J) ppkt 1.

Prosimy o potwierdzenie, że poprzez „dni” należy rozumieć dni robocze (pn.-pt.), tak jak w pozostałych zapisach SIWZ (biorąc pod uwagę niewykonywanie napraw w dni kalendarzowe takie jak soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy).

Odpowiedź zamawiającego

Zamawiający potwierdza – w powyższych zapisach poprzez „dni” należy rozumieć dni robocze

Pytanie 18

Dotyczy: Załącznik nr 5 do SIWZ

(...) 2 (dwóch) zamówień odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia. Za zamówienie odpowiadające swym rodzajem i wartością zamawiający uzna wykonywaniu przez okres co najmniej 12 miesięcy okresowych przeglądów technicznych i konserwacji oraz bieżących napraw aparatury i sprzętu

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
Plac Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
tel.: 71 36-89-601, 71 36-89-602;
faks: 71 36-89-219
NIP: 899-22-28-100, Regon: 000290096, KRS: 0000087868



medycznego, analogicznego co do rodzaju i modelu wymienionego w OPZ, tj. aparat cyfrowy RTG Eidos RF 439 (telekomando) o wartości usługi min. 20 tys. zł. brutto każde.

Prosimy o ujenoliczenie zapisów dotyczących wykazania przez Wykonawcę usług zgodnie z zapisami SIWZ, pkt 5 ppkt 5.1.2.1. tj.:

2 zamówień odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia. Za zamówienie odpowiadające swym rodzajem i wartością zamawiający uzna wykonywaniu przez okres co najmniej 12 miesięcy okresowych przeglądów technicznych i konserwacji oraz bieżących napraw aparatury i sprzętu RTG, w tym aparat typu telekomando, o wartości usługi min. 30.000,00 zł brutto.

Odpowiedź zamawiającego

Zamawiający ujednotolica kwotę w powyższych zapisach na 30.000 zł brutto. Zamawiający koryguje zatem zapis w załączniku nr 5 do SIWZ następująco:

„(...) 2 (dwóch) zamówień odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia. Za zamówienie odpowiadające swym rodzajem i wartością zamawiający uzna wykonywaniu przez okres co najmniej 12 miesięcy okresowych przeglądów technicznych i konserwacji oraz bieżących napraw aparatury i sprzętu medycznego, analogicznego co do rodzaju i modelu wymienionego w OPZ, tj. aparat cyfrowy RTG Eidos RF 439 (telekomando) o wartości usługi min. 30 tys. zł. brutto każde”

Pytanie 19

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SIWZ, §2 ust. 2.5.:

Obowiązki gwarancyjne należą do przedmiotu umowy.

Prosimy o wyjaśnienie powyższego zapisu lub jego usunięcie. Należy podkreślić, że przedmiotem umowy nie jest udzielenie gwarancji na aparat RTG typ EIDOS RF439 przez okres trwania umowy.

Odpowiedź zamawiającego

Zamawiający wyjaśnia, że „obowiązki gwarancyjne” wykonawcy są związane z gwarancją na wykonaną usługę naprawy i wymienione części zamienne zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ, § 7 ust. 7.

Pytanie 20

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SIWZ, §7 ust. 7.5.:

W przypadku odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może złożyć wniosek o przeprowadzenie ekspertyzy przez wybranego przez siebie eksperta. Jeżeli reklamacja w ocenie eksperta uznana będzie za uzasadnioną, Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli eksperta posiadającego kwalifikacje nadane przez producenta.

Odpowiedź zamawiającego

Zamawiający ma na myśli eksperta posiadającego kwalifikacje nadane przez producenta lub biegłego sądowego w zakresie aparatury medycznej rtg.

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust.4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. 2017. 1579.) zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 06.02.2020 r. godz. 10:00/10:15.

SPECJALISTA
do Zamówień Publicznych
Przygotowała:
Jolanta Harlać-Przestańska

ZASTĘPCA
dyrektora
Dolnośląskiego
Centrum Onkologii
we Wrocławiu