



ADM-ZP.272.2.507.2022

Lublin, dnia 12.12.2022 r.

Uczestnicy postępowania

Odpowiedź na zapytanie III

Zamawiający, Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Lublinie informuje, że do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów Zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), na:

Dostawa urządzeń laboratoryjnych; waga analityczna, chłodziarka laboratoryjna, mikroskop optyczny laboratoryjny.

Treść wspomnianej prośby oraz odpowiedź są następujące:

Dot. zadanie nr II

1. *Czy Zamawiający zgodzi się na dostawę chłodziarki bez termostatu bezpieczeństwa, spełniającą wszystkie pozostałe wymagania?*

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza chłodziarki bez termostatu bezpieczeństwa.

Sporządziła: Anna Mianowany

p.o. Z-cy Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w Lublinie
mgr inż. Józef Klajda

p.o. Z-cy Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Lublinie

/-/ mgr inż. Józef Klajda