



Ldz. 1463/2022

Olsztyn, dnia 28.09.2022 r.

*Do wszystkich Wykonawców  
uczestniczących w postępowaniu*

### PYTANIA I ODPOWIEDZI

***Dotyczy: postępowania nr 353/2022/TP/DZP o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pt. „Dostawa jednorazowa specjalistycznych odczynników chemicznych oraz asortymentu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.”***

Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia odpowiedzi na otrzymane zapytania:

**Pytanie nr 1:**

**Dot. części 19- Paski do moczu**

Poprosimy o doprecyzowanie, ilu parametrowe paski testowe Zamawiający ma na myśli oraz czy Zamawiający będzie prowadził analizę moczu manualnie czy za pomocą analizatora/czytnika (jakiego)?

**Odpowiedź:** Zamawiający uprzejmie informuje że wymaga Paski do moczu 10 parametrowe  
Analiza moczu na czytnikach :

- Clinitek Status+ firmy Siemens
- Clinitek50 firmy Bayer.

Z poważaniem

KANCLERZ  
mgr inż. Bogusław Stec

Sporządziła: Sylwia Niemiec

SYLWIA NIEMIEC