



WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU



DYREKTOR tel. 56 679 35 00

NACZELNY LEKARZ tel. 56 679 35 01

Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH. tel. 56 654 33 77

ul. Św. Józefa 53-59, 87-107 Toruń 9

skrytka pocztowa 7, www.wszcz.torun.pl

tel. 56 679 31 00, fax 56 654 40 54, 56 659 61 28

Toruń, dnia 30...-07-2018 r.

W.Sz.Z: TZ-280-78/18

W/g listy adresowej

dotyczy: postępowania na dostawę wyrobów i płynów do dializy nerkowej oraz cewników.

W związku z otrzymanym zapytaniem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie Nr 1, dot. Zadania Nr 1, poz. 9

Czy w opisie przedmiotu zamówienia nie doszło do omyłki pisarskiej, ponieważ komponenty zestawu wskazują jednoznacznie, że jest przeznaczony do ciągłej hemodializy z regionalną antykoagulacją cytrynianową, natomiast napisano „do ciągłej hemofiltracji”?

Odpowiedź:

W opisie przedmiotu zamówienia w Zadaniu Nr 1 poz. 9 doszło do omyłki pisarskiej. W załączeniu aktualnie obowiązujący Załącznik Nr 1 do SIWZ.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno-Technicznych
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
w TORUNIU
mgr Marcin Bobaczewski

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa
i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia – Zadanie Nr 1

L.p.	Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu	Przewidywana ilość zamawiana w okresie 24 miesięcy	Jednostka miary	Nazwa handlowa, producent, nr katalogowy, opis oferowanego wyrobu (określić i opisać parametry techn.-użytkowe odpowiednio do wymogów Zamawiającego zamieszczonych obok w kolumnie 2)	Cena jedn. netto za jednostkę miary	Stawka podatku VAT	Wartość netto ogółem	Wartość VAT	Wartość brutto ogółem
1	Igła do hemodializy tętnicza 15GA/16GA	100	szt.						
2	Igła do hemodializy żylna 15GA/16GA	100	szt.						
3.	Linie krwi tętniczo - żyłne z wkładem zawirowującym i workiem zbiorczym do aparatów HD Fresenius 5008S	1000	szt.						
4	Dializator wysokoprzepływowo – FX 60 o pow. 1,4m ² . Błona polisulfanowa. Sterylizacja parą wodną. Współczynnik ultrafiltracji 40ml/H/mmHg	300	szt.						
5	Komponenta zasadowa koncentratu do dializ do aparatu HD Fresenius 5008S – 650g	1000	szt.						
6	Igły plastikowe typu Spike o długości 72mm (op. 100 szt.)	2000	szt.						

7	Strykawki do heparyny3-częściowe do pomp aparatów HD Fresenius 5008S	200	szt.						
8	Dializator wyskoprzepływowo - HdF 100S, o pow.2,4m ² . Polisulfone.	50	szt.						
9	Zestawy do ciągłej hemodializy z regionalną antykoagulacją cytrynianową składające się z jałowych, pakowanych osobno następujących elementów: - zmodyfikowanej kasyety integrującej 5 drenów: tętniczy, żylny, filtratu, cytrynianu (z końcówką Safe Lock), roztworu wapnia (z igłą „spike” z napowietrzaniem) - hemofiltera z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o pow.1,8m ² drenu dializatu	50	zestaw						
10	Wodorowęglanowy dializat (wyrób medyczny) opakowanie – 5 litrowy worek dwukomorowy z wielowarstwowej folii bez PVC, połączenie zawartości komór musi być wykonane przez ucisk na jedną z nich. Worek powinien posiadać dwa porty do pobierania płynu (wylotowe); - typu LuerLock; typu SaveLock oraz port z membraną do nakłucia igłą w celu modyfikacji składu Skład elektrolitowy; - potas 2 lub 4 mmol/L (w zależności od potrzeb zamawiającego) - sód 133mmol/L - wapń 0 mmol/L (bezwapniowy) - magnez 0,75 lub 1,0 mmol/L (w zależności od potrzeb zamawiającego) - wodorowęglan 20 mmol/L	200	szt.						

