

ZAMAWIAJĄCY:
12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
ul. Okólna 37
87-100 Toruń

Toruń, ¹⁹ września 2020r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

INFORMACJA W ZAKRESIE UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ WNIESIONYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU ZAREJESTROWANYM POD NUMEREM REFERENCYJNYM - P/31/IW/20/A NA: DOSTAWĘ INDYWIDUALNYCH PAKIETÓW MEDYCZNYCH IPMED

- I. W nawiązaniu do zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień zgodnie z poniższym:

Pytanie nr 1

Dotyczy taśmy samozaczepnej opakowania IPMED

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie taśmy samozaczepnej o następujących parametrach przy zachowaniu pozostałych wymagań WTT, gdyż światowy producent taśm samozaczepnych zmienił parametry aktualnie produkowanej taśmy na niższe, a poprzednie taśmy nie są już dostępne.

- całkowita wysokość rozdzielonej taśmy haczyk: 2,1mm (+/-0,2mm)
- całkowita wysokość rozdzielonej taśmy pętelka: 2,2 mm (+/- 0,3 mm)
- gramatura haczyk: 325 gr/ m² (+/-10%)
- gramatura pętelka: 320 gr/ m² (+/-10%)

Propozycja wyjaśnienia:

Zgodnie z treścią SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 2

Dotyczy nici opakowania IPMED

Czy Zamawiający dopuści nici techniczne o gęstości liniowej 224 * 3 dtex przy zachowaniu pozostałych wymagań WET? *Wymagane nici nie są już dostępne u producentów, gdyż zmieniono parametry produkcji.*

Propozycja wyjaśnienia:

Zgodnie z treścią SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 3

Dotyczy nici opakowania IPMED

Czy Zamawiający dopuści nici techniczne o gęstości liniowej 400x2 dtex ±5% i poniższych parametrach?

Wymagane nici nie są już dostępne u producentów, gdyż zmieniono parametry produkcji.

- rdzeń poliestrowy z bawełnianym opłotem

- wytrzymałość na zrywanie: 3400 cN ±5%

- rozciągliwość: 20-25% – kolor: zielony (dopasowany do maskowania wz. 93)

- atest dotyczący braku szkodliwości dla człowieka, dopuszczalny jest dokument/oświadczenie wystawione przez producenta zgodnie z wymogami konwencji REACH

Propozycja wyjaśnienia:

Zgodnie z treścią SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 4:

Dotyczy rękawiczek medycznych zestawu IPMED

Czy Zamawiający dopuść zaoferowanie rękawiczek jednorazowych, spełniających wymagane parametry, również w innych rozmiarach niż „L”?

Obecna sytuacja spowodowana pandemią Covid-19 znacznie utrudnia dostęp do rękawiczek, towar jest wręcz deficytowy.

Prosimy o wyrażenie zgody na powyższe.

Propozycja wyjaśnienia:

Zgodnie z treścią SIWZ. Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z treścią WE-T dopuszcza rękawiczki w rozmiarze L i XL.

Pytanie nr 5

Dotyczy rękawiczek medycznych

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawiczek spełniających wymagane parametry lecz nie posiadających przedłużonego mankietu?

Propozycja wyjaśnienia:

Zgodnie z treścią SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający odstąpi od wymogi dostarczenia produktów z datą produkcji 2020 rok?

Prosimy o wprowadzenie zapisu minimum 80% całkowitego okresu ważności w dniu dostawy do siedziby Zamawiającego, jak jest to w większości postępowań na zestawy IPMED.

Propozycja wyjaśnienia:

Zgodnie z treścią SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 7 :

Czy Zamawiający modyfikuje minimalny punktowany okres dostawy z 20 dni na 30 dni? Obecny wymóg realizacji w ciągu min. 20 dni jest zbyt krótki do realizacji zamówienia, należy także wziąć pod uwagę czas potrzebny na odbiór RPW, który jest wymagany w siwz. Uprzejmie prosimy o zmianę minimalnego wymaganego terminu dostawy na 30 dni.

Propozycja wyjaśnienia:

Zamawiający wyraża zgodę za zmianę. Zamawiający modyfikuje treść rozdziału XIII ust. 3 SIWZ w zakresie kryterium oceny ofert i nadaje mu następujące brzmienie:

Rozdział XIII Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest możliwe z obiektywnych przyczyn, zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego.

3. Za kryterium termin dostawy zamówienia przyznane będą punkty od 0-40 wg zasady:

3.1. Termin dostawy: do 40 dni – 0 pkt;

3.2. Termin dostawy: do 35 dni – 20 pkt;

3.3. Termin dostawy: do 30 dni – 40 pkt.

Na skutek ww. pytania modyfikacji uległ także załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty.

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gazy wypełniającej spełniającej wszystkie zapis określone w WET z datą produkcji w 2019 roku, posiadającą 8 letni całkowity okres ważności, w dniu dostawy do Zamawiającego spełnienie minimum 80% całkowitego okresu ważności?

Propozycja wyjaśnienia:

Zamawiający zmienia treść SIWZ zgodnie z poniższym:

Załącznik nr 6 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia p. 8 otrzymuje brzmienie „*Wszystkie produkty muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2020 roku, za wyjątkiem gazy wypełniającej, dla której dopuszczalna jest data produkcji w 2019 roku przy zachowaniu wymogów określonych w ust. 9*”.

Załącznik nr 2 do SIWZ Projekt umowy § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „*Dostarczone pakiety powinny być fabrycznie nowe, bez znamion użytkowania oraz być pełnowartościowe, kompletne, w pierwszej kategorii, wyprodukowane w 2020 r. za wyjątkiem gazy wypełniającej, dla której dopuszczalna jest data produkcji w 2019 roku, przy zachowaniu wymogu, o którym mowa w ust. 6*”.

II. ZMIANA (MODYFIKACJA) TREŚCI SIWZ (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA):
(jeżeli wniosek podlega rozpoznaniu)

Tak (adekwatnie do propozycji wyjaśnień)

Nie

III. ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:
(jeżeli wniosek podlega rozpoznaniu)

Tak (na podstawie treści zmienionej/zmodyfikowanej SIWZ)

Nie

IV. PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
(jeżeli wniosek podlega rozpoznaniu)

Tak, komisja wyznaczyła nowy termin:

składania ofert: 06.10.2020r., godz. 10:30

otwarcia ofert: 06.10.2020r., godz. 11:00

Nie

KOMENDANT

płk Janusz KRYSZPIN

Wykonano w 1 egz.:

Egz. Nr 1 – ad acta (T-2712 - teczka przetargowa P/31/IW/20)+ skan (strona internetowa Zamawiającego)

Olga MIKULAK
28.09.2020 r.

