

Dreźnie, dnia 16 maja 2024 roku

Do Wykonawców,
ubiegających się o zamówienie

P1

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników laboratoryjnych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Dreźnie, nr sprawy: PCZSzp/PN/8/2024, Dz.U. Unii Europejskiej 2024/S 88-268521 z dnia 2024-05-06

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, w trybie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, *zwaną dalej Ustawą* udziela następujących wyjaśnień treści SWZ:

Pytanie 1 **pakiet 2 pkt. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora przystawką ISE, gdzie kalibracje elektrod wykonywane są w pełni automatycznie w interwałach co 15 minut (dla kalibracji 1-punktowej) i 2 godziny (dla kalibracji dwupunktowej)?

Odp. do pytania 1

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na analizator z przystawką ISE, w którym trwałość kalibracji jest krótsza niż 24 godziny, pod warunkiem, że proces kalibracji nie wymaga wykonywania żadnych czynności po stronie osoby obsługującej analizator – analizator prowadzi tą kalibracją automatycznie.

Pytanie 2 **pakiet 2 pkt. 15**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby objętość martwa próbki w kubeczku próbkowym (pediatrycznym) wynosiła 100µl?

Odp. do pytania 2

Wymaga się złożenia oferty zgodnie ze SWZ.

Pytanie 3 **pakiet 2 pkt. 7**

W związku z faktem iż oferowany analizator nie wymaga bezpośredniego podłączenia do stacji uzdatniania wody i kanalizacji, prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający posiada własnościową stację uzdatniania wody i wyraża zgodę na partycypację w kosztach eksploatacji takiej stacji w celu utrzymania wymaganych parametrów wody? Jeśli tak, prosimy o podanie Producenta i modelu stacji uzdatniania wody. Ewentualnie czy Zamawiający ma możliwość pozyskiwania wody destylowanej/dejonizowanej z innego źródła niż stacja uzdatniania wody, np.: w baniakach z innej jednostki szpitala?

Odp. do pytania 3

Zamawiający wyjaśnia, że nie posiada stacji uzdatniania wody i nie ma możliwości pozyskiwania wody destylowanej z innego źródła.

Pytanie 4 **pakiet 4**

Prosimy o doprecyzowanie, czy wewnątrzlaboratoryjna kontrola powinna być wykonywana automatycznie czy przy użyciu ampulek?

Odp. do pytania 4

Zamawiający nie stawia wymagań w ww. zakresie.

Pytanie 5

SWZ pkt. 28.1

Prosimy o potwierdzenie, że przeglądy nie będą wymagane przez Zamawiającego w przypadku analizatorów, które decyzją producenta takim przeglądom nie podlegają. Wykonawca przedłoży na etapie realizacji stosowne pismo.

Odp. do pytania 5

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie ze SWZ wymaga przeprowadzania okresowych przeglądów technicznych przedmiotu najmu z częstotliwością nie rzadziej niż 1 raz na 12 miesięcy.

Pytanie 6

pakiet 4

Ze względu na specyfikę cyklu produkcyjnego, prosimy o skrócenie minimalnego wymaganego terminu ważności dla kartridży pomiarowych, kaset płuczaco-zlewkowych oraz kartridży automatycznej kontroli jakości do 4 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego. Oferent zapewnia stałą dostępność wskazanych pozycji asortymentowych wobec czego nie ma potrzeby tworzenia dodatkowych zapasów odczynnika po stronie Zamawiającego, przy jednoczesnym braku ryzyka niedostępności.

Odp. do pytania 6

Zamawiający dopuszcza możliwość, aby odczynniki, materiały kontrolne i kalibracyjne w pakiecie 4 miały termin ważności minimum 4 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego.

W związku z powyższym wprowadza się zmianę w §2 ust. 8 projektowanych postanowień umowy. Treść po zmianie

„Wykonawca gwarantuje, że dostarczany asortyment objęty będzie terminem ważności/sterylizacji:

- a) minimum 4 miesięcznym – pakiet 4,
- b) minimum 6 miesięcznym – pozostałe pakiety,

licząc od daty dostarczenia do Zamawiającego oraz posiada wymagane prawem polskim dokumenty dopuszczające go do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z jego klasyfikacją.”

Pytanie 7

SWZ pkt. 6.10.8

Wnioskujemy o doprecyzowanie w treści zapisu zgodnie ze standardami serwisowymi winno być: „trzy awarie tego samego podzespołu”.

Odp. do pytania 7

Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany.

Pytanie 8

Dotycz wzoru pełnomocnictwa

W związku z wymaganiami organizacyjnymi czy zamawiający dopuści załączenie do oferty aktualnego pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy na własnym druku firmowym w wymaganym zakresie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego?

Odp. do pytania 8

Zamawiający wyjaśnia, że SWZ zawiera zapisy w ww. zakresie. W pkt. 23.9.6 SWZ zawarto zapis: „Wzór pełnomocnictwa załączony do SWZ stanowi tylko propozycję, którą Wykonawca może wykorzystać na potrzeby niniejszego postępowania. Wykonawca może złożyć wraz z ofertą pełnomocnictwo wg własnej treści, z zakresem udzielanego danej osobie umocowania.”

Pytanie 9

Na podstawie art. 439 ust. 1 i 2 ustawy PZP wnioskujemy o dodanie n/w zapisu do projektu umowy celem doprecyzowania warunków świadczeń serwisowych dla personelu zajmującego się jego obsługą: W celu wykonania usług serwisowych analizatora/ów personel Wykonawcy uzyska nieograniczony dostęp do analizatora/ów stanowiących przedmiot dzierżawy w uzgodnionych wcześniej przez Strony terminach. Zamawiający zapewni, że analizator/y jak również pomieszczenia, w których analizator/y jest zainstalowany nie będą zanieczyszczone krwią, innymi płynami ustrojowymi ani jakimikolwiek substancjami zanieczyszczającymi, aktywnymi biologicznie lub chemicznie. Uchybienie powyższemu obowiązkowi uprawnia Wykonawcę do odmowy wykonania usług serwisowych.”

Odp. do pytania 9

Zamawiający wyjaśnia, że w projektowanych postanowieniach umowy najmu zawarty jest zapis:

„Celem wykonania usług serwisowych Wykonawca uzyska dostęp do przedmiotu umowy w czasie ustalonym z Zamawiającym.”

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Zamawiającego pracuje wg obowiązujących standardów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Personel Zamawiającego realizuje swoje zadania w sposób, który nie stwarza zagrożenia epidemiologicznego. Infrastruktura laboratorium „nie ocieka” krwią lub innymi płynami ustrojowymi ani jakimikolwiek substancjami zanieczyszczającymi, aktywnymi biologicznie lub chemicznie.

W załączeniu zmieniony dodatek nr 2 do SWZ

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Agnieszka Banaszek

W trybie art. 135 ust. 6 Ustawy wyjaśnienia zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania dnia 16.05.2024 r.