

Wymogi dotyczące programu komputerowego do sczytywania pamięci pompy:

1. Aktualne bazy (wszystkie możliwe z jednego sczytania pompy, na wykresach lub w tabelach dokładna dawka, czas – z dokładnością podawania bazy przez pompę)
2. Stosowane wartości przeliczników z ustalonymi przedziałami czasu w kalkulatorach bolusów,
3. Historia bolusów (dokładnie podany rodzaj bolusa, dawka, i godzina ich podania)
4. Historia wypełnień drenu
5. Wykresy dzienne, na których muszą być przedstawione:
 - stosowana w tym dniu baza podstawowa,
 - czasowa zmiana bazy -wskazane oznaczenie innym kolorem,
 - zaznaczenie momentu zatrzymania i włączenia pompy
 - zaznaczenie momentu wypełnień drenu,
 - wszystkie podane bolusy z rozróżnieniem rodzaju i oznaczeniem czasu podania bolusa, w tym przedłużonego– wskazane zaznaczenie bolusów innymi kolorami,
6. Historia alarmów
7. Udostępnienie programu pacjentom

.....
Data

.....
podpis Wykonawcy

Wymogi dotyczące informacji zawartych na stronie internetowej:

- 1) Numer infolinii, pod którym osoby korzystające z pomp otrzymają całodobową informację dotyczącą problemów technicznych związanych z korzystaniem z pompy insulinowej
- 2) Telefony lokalnych przedstawicieli firm z godzinami ich pracy
- 3) Zasady obsługi pompy insulinowej
- 4) Dane dotyczące osprzętu do pomp (rodzaje wkłuc, strzykawek, baterii i ich cen itp.)
- 5) Instruktażowe filmy wymiany oferowanych rodzajów wkłuc i sensora CGMS – jeżeli firma go oferuje

.....
Data

.....
podpis Wykonawcy