UNIWERSYTET ROLNICZY im. HUGONA KOŁŁĄTAJA
BUDYNEK WYDZIAŁU TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI
UL. BALICKA 122, 30-149 KRAKÓW
POM. -1.6 KATEDRY ŻYWIENIA CZŁOWIEKA I DIETETYKI
INSTALACJE GAZÓW TECHNICZNYCH
SCHEMAT SYGNALIZACJI NIEDOBORU DWUTLENKU WĘGLA



PROJEKTOWANE WĘZŁY REDUKCYJNE GAZÓW TECHNICZNYCH WG RYSUNKU NR GT-3

OZNACZENIA PRZEWODÓW PROJEKTOWANYCH INSTALACJI GAZÓW TECHNICZNYCH:

- PRZEWÓD INSTALACJI DWUTLENKU WĘGLA 4.5
- PRZEWÓD INSTALACJI TLENU 5.0

UWAGI:

1. URZĄDZENIE KONTROLNO-OSTRZEGAWCZE, PANEL SYGNALIZACYJNY SYSTEMU SYGNALIZACJI NIEDOBORU GAZÓW, WCHODZI W ZAKRES PROJIEKTU INSTALACJI GAZÓW TECHNICZNYCH
2. ZASILANIE ELEMENTÓW SYSTEMU SYGNALIZACJI NIEDOBORU GAZÓW WCHODZI W ZAKRES DOSTAWY
3. OKABLOWANIE ELEMENTÓW SYSTEMU SYGNALIZACJI NIEDOBORU GAZÓW WCHODZI W ZAKRES DOSTAWY
4. MANOMETRY KONTAKTOWE MONTOWANE W PANELACH REDUKCYJNYCH WCHODZĄ W ZAKRES PROJEKTU INSTALACJI GAZÓW TECHNICZNYCH

WYKAZ SYMBOLI UŻYTYCH W SCHEMACIE

- REDUKTOR
- ZAWÓR ODCINAJĄCY
- ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA
- ZAWÓR ZWROTNY
- ZAWÓR ODCINAJĄCY Z GŁOWICĄ ELEKTROMAGNETYCZNĄ
- BEZPIECZNIK OGNIOWY
- ŁĄCZNIK BUTLOWY
- ZAWÓR BUTLOWY

PANEL REDUKCYJNY GAZÓW CZYSTYCH NA DWIE BUTLE – JEDNOSTOPNIOWY, PÓŁAUTOMATYCZNY Z ZAMONTOWANYMI MANOMETRAMI KONTAKTOWYMI SYSTEMU SYGNALIZACJI NIEDOBORU GAZÓW

PANEL DGM-SK 2N SYSTEMU SYGNALIZACJI NIEDOBORU CO2

URZĄDZENIE KONTROLNO-OSTRZEGAWCZE, PANEL SYGNALIZACYJNY SYSTEMU SYGNALIZACJI GAZÓW WERSJA 4 KANAŁOWA (4 MANOMETRY KONTAKTOWE)

PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ KOMISARZ

Projektowanie instalacji gazów medycznych, technicznych i laboratoryjnych.

EN ISO 13485:2016

Os. Sienkiewicza 1/3, 32-020 Wieliczka

komgamed@poczta.onet.pl, tel. 509-374-932, 516-109-970



INWESTOR:	UNIWERSYTET ROLNICZY im. HUGONA KOŁŁĄTAJA AL. A. MICKIEWICZA 21, 31-120 KRAKÓW	PROJEKTOWAŁ: NR UPR.	inż. ANDRZEJ KOMISARZ upr. bud. 167/99		
INWESTYCJA:	BUDYNEK WYDZIAŁU TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE UL. BALICKA 122, 30-149 KRAKÓW	OPRACOWAŁ: NR UPR.	mgr inż. JUSTYNA KOT		
		SPRAWDZIŁ: NR UPR.	mgr inż. ANNA PIEROG upr. nr MAP/0293/ PWBS/17		
TEMAT:	PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI GAZÓW TECHNICZNYCH W POMIESZCZENIU NR 1.6 KATEDRY ŻYWIENIA CZŁOWIEKA I DIETETYKI W BUDYNKU WYDZIAŁU TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI	SKALA:	BRANŻA:	FAZA:	NR RYS.
		–	GT	PW	GT-5
TYTUŁ RYSUNKU:	SCHEMAT IDEOWY SYSTEMU SYGNALIZACJI NIEDOBORU DWUTLENKU WĘGLA	DATA:	LIPIEC 2011 r.	NR PROJEKTU:	KR-UR-01-06-22-PW-GT