

Nr sprawy **6/2024/TP**

Bydgoszcz 07.03.2024 r.

Strona internetowa prowadzonego postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.:
DOSTAWY MATERIAŁÓW DO TERAPII NERKOZASTĘPCZEJ

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.– dalej „Pzp”) w odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej „SWZ), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Dotyczy zał. nr 4 projekt umowy § 3 punkt 2: W związku ze znaczną odległością pomiędzy magazynem Dostawcy a siedzibą Zamawiającego oraz koniecznością dostarczania produktów wchodzących w zakres pakietu nr 2 specjalistycznymi ciężkimi środkami transportu prosimy Zamawiającego o prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu dostawy do 48 godzin w dni robocze – produkty wchodzące w skład terapii nerkozastępczej posiadają długi okres ważności, ich ilość na jeden zabieg jest wystandaryzowana i dlatego można je w sposób przewidywalny zabezpieczyć na kolejne cykle terapii. Nadmieniamy, że wszystkie spływające do naszego Działu Obsługi Klienta zamówienia są bezpośrednio po wpłynięciu kierowane do realizacji, jednakże dostawa jest uzależniona od cyklu logistycznego związanego z dystrybucją na tak duże odległości i dostawa w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia nie jest możliwa do wykonania.

Odpowiedź:


Zamawiający w załączniku nr 4 do SWZ – Projekcie umowy, zmienia treść w § 3 ust. 2, który otrzymuje brzmienie:

„2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dostawę w zakresie części 1 w ciągu 24 godzin* / w zakresie części 2 w ciągu 48 godzin* od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego od poniedziałku do piątku”

Pytanie 2

Pytanie 1 związku z postępowaniem przetargowym nr 6/2024/TP pakiet 1 dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia, pragniemy zgłosić poważne obawy dotyczące naruszenia zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania przez Zamawiającego. Niniejszym przedstawiam fakt, że Zamawiający wprowadził do specyfikacji szczegółowy opis, włączając w to dokładne cechy oraz rozmiary, co w sposób istotny utrudnia innym dostawcom uczestnictwo w postępowaniu przetargowym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zamówień publicznych, jednym z kluczowych założeń postępowań przetargowych jest zapewnienie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wszystkich potencjalnych dostawców. Zamawiający ma obowiązek stworzenia warunków umożliwiających szeroki dostęp do udziału w przetargu, co obejmuje również dostęp do informacji o przedmiocie zamówienia w sposób, który nie faworyzuje żadnego z uczestników.

Zamawiający w pakiecie 9 umieścił produkty różnej tożsamości i przeznaczeniu. Zgodnie z wiedzą wykonawcy niedopuszczenie rozwiązań równoważnych przy zachowaniu sztywnych cech technicznych jest sprzeczne ze sposobem opisywania przedmiotu zamówienia określonym przez przepisy art. 29-31 ustawy. PZP takie działania: podlegają art 305KK (po nowelizacji) i ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych



Z uwagi na powyższe czy Zamawiający wydzieli do oddzielnego pakietu pozycję 9?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie zmieni treści SWZ w w/w zakresie. Przedmiotem zamówienia są materiały do aparatów nerkozastępczych posiadanych przez Zamawiającego z podziałem na 2 części. Zestawy muszą być kompatybilne ze sobą i z posiadanym sprzętem. Rozbicie zamówienia na dodatkowe części mogłoby spowodować realizację zamówienia o niejednorodnym charakterze przez różne podmioty, a co za tym idzie – wprowadzałoby możliwość unikania odpowiedzialności za efekt zastosowanego zestawu oraz nadmierne trudności w ich dostawach. Ponadto, zgodnie z komentarzem do ustawy Prawo zamówień publicznych cyt. "Wielkość i przedmiot poszczególnych części zamówienia mogą być dowolnie określone przez zamawiającego". Przepis art. 91 ust. 1 i 2 ustawy oznacza, że Zamawiający ma obowiązek rozważenia celowości podziału zamówień na części, jednocześnie zachowując swobodę autonomicznego podejmowania decyzji o ewentualnym podziale i powodach tego podziału. Dopuszczenie możliwości składania ofert częściowych jest zatem wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego, nie obowiązkiem.

Pytanie 3

Dotyczy pakietu 1 poz. 9. Czy Zamawiający dopuści cewniki o tej samej funkcjonalności leczniczej, lecz o niewielkich różnicach technicznych?



Pytanie 1 Czy Zamawiający Cewnik czasowy do hemodializ dwuświatłowy 12F i 14F, wykonany z termoaktywnego poliuretanu, w dostępnych długościach 15,20,24cm, końcówka nieprzepuszczalna dla promieni rentgenowskich, zmniejszająca ryzyko urazu ściany naczynia, otwory boczne, końcówki luer oznaczone kolorami, nasadka barierowa ograniczająca przenoszenie drobnoustrojów, przewodnik z nitinolową końcówką w kształcie litery J z dozownikiem pokrętła zapewniającym łatwą kontrolę 0,35" x 70cm, igła wprowadzająca 18G x 7cm z zaworem bocznym pozwala na bezkrwawe wprowadzenie cewnika, rozszerzacz z powłoką hydrofilową 10Fr x 11cm, rozszerzacz z powłoką hydrofilową 12Fr x 14cm, strzykawka 5ml, skaplel, czapki wtryskowe, Poziom objętości wypełnienia oznaczony na zaciskach.

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie zmieni treści SWZ w w/w zakresie.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający w pozycji część 1 pozycja 9 dopuści do postępowania cewnik dializacyjny dwuświatłowy wysokoprzepływowo (High Flow), z poliuretanu bez otworów bocznych bez powłoki antybakteryjnej o średnicy 11 Fr lub 13 Fr ramiona proste i długościach: 15 cm, 20 cm, 25 cm do wyboru przez Zamawiającego?

Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex
- radiocieniujący szaft cewnika
- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu
- przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów
- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry
- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” 0,98 mm x 700 mm/0,97 mm x 700 mm z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadło 11Fr/ 13 Fr
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- opakowanie zawiera 3 szt.

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie zmieni treści SWZ w w/w zakresie.



Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 9 z części 1 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Odpowiedź: NIE. Patrz odpowiedź na pytanie nr 2.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 11 i 12 z pakietu 1 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie zmieni treści SWZ w w/w zakresie.

ZMIANA TREŚCI SWZ

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, dokonuje zmiany zapisów:

- 1) W Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ, w § 3 ust. 2

W związku z powyższym Zamawiający przekazuje:

- 1) „**ZAMIENNY**” projekt umowy z dnia **07.03.2024**.

Niniejsze pismo stanowi integralną część:

- 1) Specyfikacji Warunków Zamówienia dot. powyższego zamówienia;
- 2) Ogłoszenia o zamówieniu nr 2023/BZP 00126147/01 z dnia 2023-03-08.

Termin oraz godzina składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie:

11.03.2024 r.

godz. **09:00** – składanie ofert

godz. **09:15** – otwarcie ofert.

z up. Dyrektora
Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego
im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zakupów
Agata Walencykowska

Sporządził: Magdalena Błaszek
Dział Zamówień Publicznych i Zakupów
Tel. 797008535, 52 326 21 04



Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
jest Jednością Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego