

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W MYŚLENICACH**

32-400 Myślenice ul. Szpitalna 2 **Informacja** (012) 27-30-355, 27-30-205

sekretariat 37-20-670, 37-20-671 **fax.** 272-18-55

NIP: 681-169-06-68, **REGON:** 000300570,

Myślenice, dnia 18.08.2022r.

**Do wszystkich
Wykonawców**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, PYTANIA, ODPOWIEDZI I MODYFIKACJE

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 z póź. zm.), którego przedmiotem dostawa pompy płuczącej i odkurzacza endoskopowego. Nr sprawy 29/TP/22

Pytania wykonawcy pierwszego:

Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ:

1. Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający w pkt. 4, wymaga dostarczenia, jednorazowych drenów do pompy w ilości 50 szt, czy 2x50 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga 50 szt. jednorazowych drenów. W załączeniu obowiązuje załącznik nr 1 dla części 1 Pompa płucząca.

2. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie z jakiego typu procesorem ma być kompatybilna oferowana pompa?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby pompa była kompatybilna z procesorem CV-190. W załączeniu obowiązuje załącznik nr 1 dla części 1 Pompa płucząca.

3. Dotyczy roku produkcji: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zaoferowany sprzęt był fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do użytkowania, pozbawiony wad technicznych i na najwyższym poziomie technologicznym obecnie promowanym na rynku, z gwarancją liczoną od daty instalacji bez określenia roku produkcji? *Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu.*

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza sprzęt wyprodukowany w 2021 r.,, z zastrzeżeniem iż sprzęt odpowiada technologicznie sprzętowi wyprodukowanemu w 2022r.

Dotyczy załącznika nr 4a do SWZ:

1. Czy Zamawiający w celu ujednoczenia zapisów wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w § 8 ust. 5:

„Ustala się, że Wykonawca usunie awarię/ usterkę przedmiotu umowy w terminie do 5 dni roboczych a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza granic Polski do 10 dni roboczych od chwili zgłoszenia awarii/ usterki. Moment zgłoszenia to data i godzina wysłania e-maila przez Zamawiającego na adres Wykonawcy Czas reakcji w odpowiedzi na zgłoszenie awarii – w okresie gwarancyjnym – max. 48 godz. (w dni robocze). Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego sprzęt zastępczy (równoważny sprzętowi naprawianemu) po trzech dniach roboczych od dnia zgłoszenia awarii przez Zamawiającego w trybie o którym mowa w zdaniu 2.”

Na zapis następującej treści:

„Ustala się, że Wykonawca usunie awarię/ usterkę przedmiotu umowy w terminie do 5 dni roboczych a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza granic Polski do 14 dni roboczych od chwili zgłoszenia awarii/ usterki. Moment zgłoszenia to data i godzina wysłania e-maila przez Zamawiającego na adres Wykonawcy Czas reakcji w odpowiedzi na zgłoszenie awarii – w okresie gwarancyjnym – max. 48 godz. (w dni robocze). Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego sprzęt zastępczy (równoważny sprzętowi naprawianemu) po trzech dniach roboczych od dnia zgłoszenia awarii przez Zamawiającego w trybie o którym mowa w zdaniu 2.”?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na w/w zmianę.

2. Czy Zamawiający w celu ujednoczenia zapisów wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w § 8 ust. 8:

„W okresie pogwarancyjnym Wykonawca zapewni możliwość odpłatnej (zgodnie z aktualnym cennikiem Wykonawcy) naprawy urządzenia i zapewni materiały eksploatacyjne.”

Na zapis następującej treści:

„W okresie pogwarancyjnym przez okres do 8 lat, Wykonawca zapewni możliwość odpłatnej (zgodnie z aktualnym cennikiem Wykonawcy) naprawy urządzenia i zapewni materiały eksploatacyjne.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na w/w zmianę

3. Czy Zamawiający w celu ujednoczenia zapisów wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w § 8 ust. 11:

„Trzykrotna usterka tego samego rodzaju lub tej samej części urządzenia powoduje

wymianę aparatu na nowy, wolny od wad lub odstąpienie od umowy i zwrot kosztów za

zakup urządzenia.”

Na zapis następującej treści:

„Trzykrotna usterka gwarancyjna tej samej części/podzespołu urządzenia powoduje wymianę części/podzespołu na nowy.”?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów umowy.

Dotyczy postępowania:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu składania ofert?

Odpowiedź: Zamawiający, zgodnie z wyjaśnieniami z dnia 17.08.2022 r. wydłużył termin składania ofert. Oferty należy złożyć w terminie do 24.08.2022.

W załączeniu Obowiązujący załącznik nr 1 dla części 1 – Pompa płucząca.

W załączeniu Obowiązujący wzór umowy dla części 1 Pompa płucząca.- załącznik 4a

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany, które stanowią integralną część SWZ, podczas sporządzania oferty

Podpis.....

Zamieszczono na stronie internetowej (platforma zakupowa zamawiającego)

.....