

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z FORMULARZEM CENOWYM

1. Formularz cenowy

| L.p. | Nazwa materiału | Ilość całkowita [szt.] | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [PLN] (kol. 3x4x5) |
|------|---|------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Nabój do sterylizacji tlenkiem etylenu EO 8-170 3M™ Steri-Gas™ lub <u>równoważny*</u> | 288 | | | |

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 288 szt. naboji do sterylizacji tlenkiem etylenu typu EO 8-170 3M™ Steri-Gas™ lub naboji o parametrach *równoważnych do sterylizacji w sterylizatorze 3M Steri-Vac 8XL.

Zamawiający posiada sterylizator firmy 3M Steri-Vac 8XL. Naboję muszą być dedykowane do procesu sterylizacji wyrobów medycznych oraz pojemności komory sterylizatora, która wynosi 224 L. Naboję muszą zawierać 100 % tlenek etylenu (EO), ciężar gazu 170 g przy czym minimalny ciężar brutto 185 g.

Zamawiający w trakcie trwania umowy przewidują dostawę trzech partii naboji w ilości 96 szt. w odstępach około 4 miesięcznych z uwagi na ograniczoną pojemność dedykowanego magazynu.

Poniżej proszę określić termin realizacji poszczególnych partii zamówienia:

- do 14 dni roboczych – 10 pkt.
 od 15 do 28 dni roboczych – 5 pkt.
 od 29 do 42 dni roboczych – 0 pkt.

Zamawiający żąda pod rygorem odrzucenia oferty, określenia terminu realizacji zamówienia poprzez wpisanie **deklarowanego terminu realizacji poszczególnych partii zamówienia**. Zaoferowanie terminu realizacji zamówienia **powyżej 42 dni roboczych** spowoduje odrzucenie oferty.

Termin związania ofertą upływa w dniu:

Data końcowa związania ofertą, nie może być krótsza niż 3 tygodnie od daty złożenia oferty.

Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z treścią Zapytania ofertowego i akceptuję(my) w całości warunki w nim zawarte.

.....
podpis Wykonawcy