



WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU



DYREKTOR tel. 56 679 35 00

NACZELNY LEKARZ tel. 56 679 35 01

Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH. tel. 56 654 33 77

ul. Św. Józefa 53-59, 87-107 Toruń 9

skrytka pocztowa 7, www.wszz.torun.pl

tel. 56 679 31 00, fax 56 654 40 54, 56 659 61 28

Toruń, dnia 15.-07-2019 r.

W.Sz.Z.: TZ-280-68/19

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę stymulatorów serca, elektrod, wszczepialnych kardiowerterów wraz z osprzętem

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), informuje, że w w/w postępowaniu podjęto decyzję o **odrzuconiu oferty** złożonej przez Wykonawcę: **Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa** w zakresie Zadania Nr 7.

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Ofertę w/w Wykonawcy odrzucono w zakresie Zadania Nr 7 na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zgodnie z treścią SIWZ przedmiotem zamówienia w zadaniu Nr 7 były „wszczepialne kardiowertery defibrylatory wraz z osprzętem” W załączniku Nr 2/7a część 1 poz. 3, części 2 poz. 3 i części 3 poz. 3 Zamawiający wymagał wagi ≤ 75 g. Wykonawca zaoferował wagi 77g oraz 80g co nie jest zgodne z treścią SIWZ.

Mając na względzie powyższe okoliczności Zamawiający zobowiązany jest do odrzucenia oferty w zakresie Zadania Nr 7, w oparciu o podstawy określone jak na wstępie.

Z poważaniem

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w TORUNIU

Sylvia Sobczak



Województwo
Kujawsko-Pomorskie