



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LĘBORKU



e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl

84-300 LĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCJA TEL. 59 8635 325

ZP.261.14.01.2019

Lębork, dn. 16.05.2019 r.

Uczestnicy postępowania ZP-PN/UE/10/19

dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy sprzętu medycznego na Blok Operacyjny Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku.

Znak sprawy: ZP-PN/UE/10/19.

Komisja przetargowa Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku w odpowiedzi na otrzymane pytania dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Pytanie 1: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 47:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych myjek do higieny pacjenta o rozmiarze 155mm x 210mm, wykonana z bardzo miękkiej, niestrzępiącej się tkaniny o gramaturze 75g/m² (50% wiskoza, 50% poliester), posiadająca dodatkowo wzmocniony zgrzew boczny zwiększający wytrzymałość myjki?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż wykreśla w/w zadanie z postępowania.**

Pytanie 2: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 47, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjki typu rękawica do mycia i pielęgnacji skóry bez użycia wody. Myjka o wymiarach 21 x 16 cm wykonane z polipropylenu, o gramaturze 75g/m². Oferowany produkt myje i pielęgnuje bez użycia wody, zawiera w składzie m.in. dichlorowodorek oktenidyny, alantoinę. Produkt utrzymuje naturalne /kwaśne/ pH skóry co utrudnia kolonizację. Produkt nie zawiera barwników i substancji zapachowych. Kosmetyk, opakowanie handlowe zawiera 10 sztuk myjek z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż wykreśla w/w zadanie z postępowania.**

Pytanie 3: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ:

Z uwagi na małą wartość cen jednostkowych, gdy ilość podano w sztukach chusteczek, prosimy o wyrażenie zgody na podanie cen z dokładnością do 4 miejsc po przecinku. Ceny za opakowanie, wartość netto i wartość brutto pakietu zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż wyraża zgodę na podanie cen z dokładnością do 4 miejsc po przecinku, gdy ilość podano w sztukach chusteczek, natomiast Ceny za opakowanie, wartość netto i wartość brutto pakietu zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.**

Pytanie 4: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 31, poz. 2:

Czy zamawiający wydzieli z pakietu pozycję 2 i dopuści Przewód elektrody powrotnej pacjenta z klipsem o szerokości styku 2,5 cm, długość przewodu 4,5m kompatybilny z generatorem Valleylab, kabel wielorazowy przeznaczony do min 300cykli sterylizacji w ilości 6szt?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 5: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 31, poz. 3:

Czy zamawiający wydzieli z pakietu pozycję 3 i dopuści Elektroda neutralna jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, powierzchnia 110cm², wymiary 122x174mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części

brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg / opakowanie 100 szt?

- Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 22, poz. 3:

Czy zamawiający wydzieli z pakietu pozycję 3 i dopuści Elektroda neutralna jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, powierzchnia 110cm², wymiary 122x174mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg / opakowanie 100 szt?

- Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 7: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 22, poz. 4:

Czy zamawiający wydzieli z pakietu pozycję 4 i dopuści kompatybilny Kabel do elektrod neutralnych, długość 4,5m, od strony elektrody zakończony klipsem 2,5cm, od strony aparatu wtyczka 1-bolcowa Ø6,3mm; przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji?

- Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 8: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 42, poz. 2:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty 3 częściowej osłony na ramię C sterylna, składającej się z : 2 pokrowce typu BERET ściągane gumką o śr. 91cm, 1 część foliowa z klipsami - możliwością zabezpieczenia ramienia 220x50cm +/- 30. Do aparatu: SIREMOBIL COMPACT; BV PULSERA.

- Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza do zaoferowania 3 częściowej osłony na ramię C sterylna, składającej się z : 2 pokrowce typu BERET ściągane gumką o śr. 91cm, 1 część foliowa z klipsami - możliwością zabezpieczenia ramienia 220x50cm +/- 30. Do aparatu: SIREMOBIL COMPACT; BV PULSERA.

Pytanie 9: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 42, poz. 6:

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego pakietu pozycję nr 6 w celu złożenia większej ilości ofert.

- Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 10: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 21, poz. 8:

Czy Zamawiający ma na myśli zaoferowanie 30 szt elektrod jednorazowego użytku czy 30 opakowań?

- Komisja Przetargowa informuje, iż wykreśla w/w zadanie z postępowania.

Pytanie 11: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 21, poz. 8:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrody pakowane po 50 szt w opakowaniu handlowym?

- Komisja Przetargowa informuje, iż wykreśla w/w zadanie z postępowania.

Pytanie 12: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 39, poz. 1:

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie staplerów z dł. trzpienia 23cm kompatybilnych z ładunkami prostymi i artikulacyjnymi w rozmiarach 30, 45, 60mm.

- Komisja Przetargowa informuje, iż wykreśla w/w zadanie z postępowania.

Pytanie 13: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 39, poz. 1:

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie ładunków staplerów wyposażonych w zszywki o zróżnicowanej potrójnej wysokości, zamykające się na 1,0 ; 1,3 ; 1,5 mm lub na 1,5 ; 1,88 ; 2,25mm oraz stopniowane kowadełko.

- Komisja Przetargowa informuje, iż wykreśla w/w zadanie z postępowania.

Pytanie 14: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 23, poz. 1, pkt. 1.5:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w zadaniu nr 23, część 1, punkt 1.5 śrub w zakresie długości od 4mm do 20mm, przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów.

- Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza do zaoferowania śrub w zakresie długości od 4mm do 20mm, przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów.

Pytanie 15: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 23, poz. 1, pkt. 1.7:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w zadaniu nr 23, część 1, punkt 1.7 płyty o długości 45 mm zamiast 71 mm, przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów.

- Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza do zaoferowania płyty o długości 45 mm zamiast 71 mm, przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów.

Pytanie 16: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 43:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do znieczuleń lędźwiowych z serwetą w rozm. 75x45cm w miejsce wymaganej serwety w rozm. 75x50 cm?

- Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza do zaoferowania zestaw do znieczuleń lędźwiowych z serwetą w rozm. 75x45cm w miejsce wymaganej serwety w rozm. 75x50 cm.

Pytanie 17: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 47 – po zmianie z dnia 18.04.2019 r. Zadanie nr 45:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjek w rozm. 18x22,5 cm, wykonanych z laminatu folii i taśmy chłonnej, masa 1 myjki = 5 g ?

- Komisja Przetargowa informuje, iż wykreśla w/w zadanie z postępowania.

Pytanie 18: Dotyczy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności z 90 dnia na 60 dni? Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013 poz. 403) maksymalny termin płatności dla podmiotów publicznych będących podmiotami leczniczymi wynosi 60 dni.

- Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniła termin płatności na 60 dni.

Pytanie 19: Dotyczy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia rozliczenia oraz korespondencja dokonywane były z członkiem Konsorcjum?

- Komisja Przetargowa informuje, iż wyraża zgodę aby w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia rozliczenia oraz korespondencja dokonywane były z członkiem Konsorcjum.

Pytanie 20: Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ:

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

- Komisja Przetargowa informuje, iż wyraża zgodę by w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie.

Pytanie 21: Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ:

Czy Zamawiający dopuści realizowanie dostaw do godz. 15.00 (§2 ust. 2 i 3)?

- Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 22: Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ:

Czy Zamawiający zgadza się aby kara umowna określona w §7 ust. 1 pkt 1) wynosiła 2% wartości brutto wyrobów niedostarczonych za każdy dzień zwłoki?

- Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 23: Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ:

Czy Zamawiający zgadza się aby kara umowna określona w §7 ust. 1 pkt 2) wynosiła 5% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia ?

- Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 24: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 45, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu SPUNLACE o gramaturze 68 g/m². Przędź i rękawy fartucha wzmocnione nieprzemakalnym laminatem dwuwarstwowym (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze: 40g/m². Odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym: 246,2 cm H₂O, w obszarze niekrytycznym 226,2 mm H₂O. Wytrzymałość na wypychanie na sucho w strefie niekrytycznej 268,9 kPa, w strefie krytycznej 288,9 kPa i na mokro 282 kPa. Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu w okolicach szyi, zapięcie na rzep, mankiety o długości 7,5 cm, wykonane z poliestru. Fartuch pakowany w opakowanie papier-folia z dodatkowym owinięciem z włókniny o oraz z 2 ręcznikami wysoko chłonnymi o wymiarach 30 x 30 cm. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci kolorowej lamówki i nadruku na fartuchu pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiary: M–124cm, L-128cm, XL-138cm, XXL-157?

- Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 25: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 45, poz. 6:

Czy Zamawiający dopuści czepek wiązany na troki?

- Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 26: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 45, poz. 6:

Czy Zamawiający dopuści czepek o właściwościach:

WŁAŚCIWOŚCI:

- Czepek w kształcie furażerki, z gumką w części tylnej
- Część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia
- Wykonany z wytrzymałej włókniny Spunlace oraz włókniny polipropylenowej
- Zastosowana włóknina cechuje się wysoką chłonnością i wytrzymałością, a dodatkowo jest przyjemna w dotyku co wpływa na zwiększenie odczuwanego komfortu noszenia
- Zapewnia doskonałą oddychalność
- Opakowanie: wygodny w użytkowaniu kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk
- Nie zawiera lateksu
- Jednorazowego użytku
- Niejałowy



- Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 27: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 45, poz. 6:
Czy Zamawiający dopuści czepek o właściwościach:

WŁAŚCIWOŚCI:

- Czepek w kształcie furażerki, wiązany na troki
- Część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia
- Wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej
- Zapewnia doskonałą oddychalność i komfort noszenia
- Opakowanie: wygodny w użytkowaniu kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk
- Jednorazowego użytku
- Niejałowy




• **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 28: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 45, poz. 6:
Czy Zamawiający dopuści czepek o właściwościach:

WŁAŚCIWOŚCI:

- Czepek z wydłużoną częścią tylną, z gumką
- Posiada wstawkę antypotną w części czołowej
- Stanowi doskonałe zabezpieczenie dla osób z dłuższymi włosami
- Dzięki specjalnej konstrukcji świetnie podtrzymuje włosy oraz dopasowuje się do kształtu głowy
- Wykonany z włókniny Spunlace oraz włókniny polipropylenowej
- Opakowanie: wygodny w użytkowaniu kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk
- Nie zawiera lateksu
- Jednorazowego użytku
- Niejałowy



• **Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza czepek o w/w właściwościach.**

Pytanie 29: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 45, poz. 9:
Czy Zamawiający dopuści koszulę z włókniny polipropylenowej bez troków z przodu, pozostałe parametry jak w SIWZ?

• **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 30: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 45, poz. 9:
Czy Zamawiający dopuści koszulę w uniwersalnym rozmiarze L?

• **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 31: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 45, poz. 9:
Czy Zamawiający dopuści koszulę z włókniny miękkiej, nieprześwitującej włókniny SMS?

• **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 32: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 45, poz. 11:
Czy Zamawiający dopuści ubranie o gramaturze 47g/m² w kolorze niebieskim, pozostałe parametry jak w SIWZ?

• **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 33: Dotyczy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie

wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiegokolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.”

- **Komisja Przetargowa informuje, iż uznaje za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.**

Pytanie 34: Dotyczy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Rozdział III:

W związku z rozbieżnościami zapisów SIWZ prosimy o doprecyzowanie jaki jest termin wykonania zamówienia, (do 31.01.2021 r. czy 24 miesiące od dnia podpisania umowy)?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż termin wykonania zamówienia liczy się od dnia podpisania umowy do 31 stycznia 2021 r.**

Pytanie 35: Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ, § 7 ust 1:

Zwracamy się z prośbą o modyfikację ww. ustępu w następujący sposób:

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- 1) za zwłokę w wykonaniu zamówienia w wysokości 1% wartości netto wyrobów niedostarczonych w terminie za każdy dzień zwłoki;*
- 2) za odmowę dostarczenia zamówionego towaru w wysokości 1% wartości netto niezrealizowanego zamówienia, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zakupu u innego dostawcy i dodatkowego obciążenia Wykonawcy kosztami poniesionymi w związku z takim zakupem, w tym ceną produktu;*
- 3) z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% niezrealizowanej wartości netto zamówienia.*

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 36: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 1:

Proszę o podanie z jakim napędem mają współpracować wymienione ostrza?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż wymienione ostrza muszą być kompatybilne z napędem ACCULAN 3Ti.**
- **Ponadto Komisja Przetargowa informuje, iż dodała w/w informację pod Arkuszem asortymentowo-cenowym – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 1.**

Pytanie 37: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 45, poz. 1, 3-8, 10:

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1, 3-8,10 z pakietu 45. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 38: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 45, poz. 1:

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.**

Pytanie 39: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 45, poz. 1:
Czy zamawiający oczekuje czepek typu beret czy typu furazerka?

- Komisja Przetargowa informuje, iż wymaga czepek typu beret.

Pytanie 40: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 45, poz. 3:
Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

- Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie 41: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 45, poz. 3:
Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu na plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m², długi rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny, w rozmiarze uniwersalnym?

- Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza do zaoferowania fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu na plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m², długi rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny, w rozmiarze uniwersalnym.

Pytanie 42: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 45, poz. 3:
Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym ściągaczem?

- Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza do zaoferowania fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym ściągaczem.

Pytanie 43: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 45, poz. 4:
Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 w zakresie filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych?

- Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza do zaoferowania maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 w zakresie filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych.

Pytanie 44: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 45, poz. 4:
Czy zamawiający dopuści maskę trójwarstwową, wysokobarierową?

- Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza do zaoferowania maskę trójwarstwową, wysokobarierową.

Pytanie 45: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 45, poz. 4:
Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowane 50 szt. z przeliczeniem ilości do pełnych opakowań, pakowaną w kartoniku w formie podajnika?

- Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza wycenę za opakowane 50 szt. z przeliczeniem ilości do pełnych opakowań, pakowaną w kartoniku w formie podajnika.

Pytanie 46: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 45, poz. 5-7:
Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

- Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie 47: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 45, poz. 6:
Czy zamawiający dopuści czepek typu furazerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki,

wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 48: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 45, poz. 6-7: Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 49: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 45, poz. 7: Czy zamawiający dopuści czepkę typu beret, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 16 g/m², w kolorze zielonym, o wymiarach : w stanie luźnym: średnica wewnętrzna 16 cm, średnica zewnętrzna 30 cm ± 1 cm ; długość gumki po rozciągnięciu czepka – 50-53 cm ?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 50: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 45, poz. 8: Czy zamawiający dopuści poszwy o wymiarach: na koldrę 210 cm x 160 cm, na poduszkę 70 cm x 80 cm, prześcieradło 150 cm x 210 cm, o gramaturze 25 g/m², w kolorze zielonym, wykonana z włókniny polipropylenowej jednowarstwowej, z etykietą zgodną z przepisami regulującymi oznakowanie wyrobów medycznych?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza do zaoferowania poszwy o wymiarach: na koldrę 210 cm x 160 cm, na poduszkę 70 cm x 80 cm, prześcieradło 150 cm x 210 cm, o gramaturze 25 g/m², w kolorze zielonym, wykonana z włókniny polipropylenowej jednowarstwowej, z etykietą zgodną z przepisami regulującymi oznakowanie wyrobów medycznych.**

Pytanie 51: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 45, poz. 10: Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.**

Pytanie 52: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 45, poz. 10: Czy zamawiający dopuści majtki do kolonoskopi typu bokserki –spodenki z krótką nogawką, z otworem w badanym miejscu,, wykonane z włókniny polipropylenowej , w rozmiarze uniwersalnym?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza do zaoferowania majtki do kolonoskopi typu bokserki –spodenki z krótką nogawką, z otworem w badanym miejscu,, wykonane z włókniny polipropylenowej , w rozmiarze uniwersalnym.**

Pytanie 53: Dotyczy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Rozdział III, pkt. 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin dostawy dla pakietu nr 19 i 20 wynosił minimum 5 dni roboczych?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż wyraża zgodę, aby termin dostaw dla pakietu nr 19 i 20 wynosił minimum 5 dni roboczych.**

Pytanie 54: Dotyczy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Rozdział XI, pkt. 8:

Czy nie zaszła omyłka w sposobie składania oferty? Zgodnie z obowiązującymi przepisami oferta powinna być składana elektronicznie za pośrednictwem platformy. Prosimy o stosowną modyfikację SIWZ.

- Komisja Przetargowa informuje, iż zaszła w/w zapisach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami oferta powinna być składana elektronicznie za pośrednictwem platformy.

*Pytanie 55: Dotyczy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Rozdział XIII, pkt. 2, ppkt. 2:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin dostawy był liczony w dniach roboczych?*

- Komisja Przetargowa informuje, iż wyraża zgodę, aby termin dostawy był liczony w dniach roboczych.

Pytanie 56: Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ, §7, ust. 1 pkt. 1):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej do 2% wartości brutto wyrobów niedostarczonych w terminie za każdy dzień zwłoki?

- Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 57: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 10, poz. 1-6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w miejsce wstępnie opisanych w Zadaniu nr 10 w punktach 1- 6 narzędzi laparoskopowych czolowego światowego producenta, funkcjonalnie tożsamyh o nieco innych parametrach., z zachowaniem wymaganych ilości.:

- Igła laparoskopowa do punkcji pęcherzyka żółciowego z końcówką luer śr. 5 mm, dł. 360 mm,
- Elektroda monopolarna hakowa śr. 5 mm, dł. robocza 360 mm,
- Ssak laparoskopowy ssąco-płuczący śr. 5mm, dł. 360 mm,
- Dysektory laparoskopowe obrotowe monopolarne, wielorazowego użytku, średnica 5mm. Długość 360 mm Chwytające, rozbieralne. Rączka bez systemu zatraskowego,
- Klemy jelitowe miękkie laparoskopowe obrotowe wielorazowego użytku średnica 5mm. Długość 360 mm monopolarne, chwytające, rozbieralne. Rączka z systemem zatraskowym umożliwiającym jego zupełną dezaktywację za pomocą przycisku/dźwigni,
- Graspery laparoskopowe obrotowe i monopolarne, wielorazowego użytku średnica 5mm oraz dł. 360 mm, monopolarne, chwytające, rozbieralne. Rączka z systemem zatraskowym umożliwiającym jego zupełną dezaktywację za pomocą przycisku/dźwigni?

- Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszczamy do zaoferowania powyższe parametry.

Pytanie 58: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 10:

Czy w związku z przeznaczeniem i charakterem produktów zawartych w Zadaniu nr 10, które wymagają sprowadzenia z za granicy i nie są lekami ratującymi życie, Zamawiający wyrazi zgodę na określenie terminu realizacji zamówienia tych pozycji na 30 dni od daty złożenia zamówienia ?

- Komisja Przetargowa informuje, iż wyraża zgodę na określenie terminu realizacji zamówienia na 30 dni od daty złożenia zamówienia dla produktów, które wymagają sprowadzenia z za granicy i nie są lekami ratującymi życie.

*Pytanie 59: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 38, poz. 1:
Stapler okrężny o rozmiarze 24 lub 26 mm o okrągłym przekroju drutu?*

- Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

*Pytanie 60: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 38, poz. 2:
Stapler o okrągłym przekroju drutu? Pozostałe parametry bez zmian.*

- Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

*Pytanie 61: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 38, poz. 3:
Stapler o okrągłym przekroju drutu? Pozostałe parametry bez zmian.*

- Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 62: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 24:

Czy Zamawiający w Zad 24 wyrazi zgodę na złożenie oferty na: Worek do ewakuacji narzędzi litych wykonany z przeziernego poliuretanu nieprzepuszczającego płynów- wytrzymałość na wysokie naprężenia i ciśnienia, znanego amerykańskiego producenta, pojemność 200 mm- średnica 50 mm - długość 190 mm - do trokara 10 mm - wypychacz bez uchwytu na dwa palce obręcz pozwalający dostarczyć worek w dowolne miejsce jamy brzusznej, worek z pamięcią kształtu otwarcia dzięki drutowi wykonanemu z nitinolu?

- Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 63: Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ, §3, ust. 3:

Prosimy o uściślenie jakiego terminu płatności wymaga Zamawiający.

- Komisja Przetargowa informuje, iż wymaga 60 dniowego terminu płatności.

Pytanie 64: Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ, §7, ust. 1, pkt. 1):

Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 0,5% wartości nie dostarczonych w terminie produktów, co jest powszechnie stosowaną wysokością kar w analogicznych umowach. Obecnie Zamawiający ustanowił kary 20 razy wyższe.

- Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 65: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 45, poz. 2:

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania fartucha zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, z miękkiej, przewiewnej włókniny typu SPUNLACE 68 g/m2 spełniający wymagania SIWZ, z tą różnicą, przy parametrach do produktu z opisu „LUB „że:

- odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym wynosi: przód- 1190 mm H₂O; rękawy- 1980 mm H₂O, a w obszarze niekrytycznym 260 mm H₂O

- wytrzymałość na wypychanie na sucho w strefie niekrytycznej: ≥ 120 kPa, w strefie krytycznej 232 kPa, na mokro w strefie krytycznej 214 kPa

Dostępne rozmiary (+/- 5 cm) : S/M- 120 cm; L- 130 cm; XL- 150 cm; XL Long- 170 cm; XXL- 150 Large dla operatorów o zwiększonych obwodach.

- Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza do zaoferowania fartuch zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, z miękkiej, przewiewnej włókniny typu SPUNLACE 68 g/m2 spełniający wymagania SIWZ, z tą różnicą, przy parametrach do produktu z opisu „LUB „że:
 - odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym wynosi: przód- 1190 mm H₂O; rękawy- 1980 mm H₂O, a w obszarze niekrytycznym 260 mm H₂O
 - wytrzymałość na wypychanie na sucho w strefie niekrytycznej: ≥ 120 kPa, w strefie krytycznej 232 kPa, na mokro w strefie krytycznej 214 kPaDostępne rozmiary (+/- 5 cm) : S/M- 120 cm; L- 130 cm; XL- 150 cm; XL Long- 170 cm; XXL- 150 Large dla operatorów o zwiększonych obwodach.

Pytanie 66: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 45, poz. 5:

Czy Zamawiający do pozycji ochraniacze na obuwie foliowe miał na myśli ochraniacze które są wykonane z tkaniny włókninowo- foliowe , Polipropylen 40g/m2(biały) + polietylen 80 mikronów (niebieski) 40x16 cm , folia która jest w kontakcie z podłogą jest odpowiedniej grubości i nie ulega zniszczeniu w momencie użytku , pełni też funkcje antantypoślizgowe ; opakowanie A 100szt.

- Komisja Przetargowa informuje, iż miał na myśli ochraniacze na obuwie foliowe które są wykonane z tkaniny włókninowo- foliowe, Polipropylen 40g/m2(biały) + polietylen 80 mikronów (niebieski) 40x16 cm , folia która jest w kontakcie z podłogą jest odpowiedniej grubości i nie ulega zniszczeniu w momencie użytku , pełni też funkcje antantypoślizgowe ; opakowanie A 100szt.

Pytanie 67: Dotyczy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Rozdział I, pkt. 4:

Czy nie nastąpiła omyłka w zapisie o ofertach częściowych? Czy Zamawiający dopuści składanie ofert częściowych, przez część na jaką można złożyć oddzielną ofertę należy rozumieć zadanie, Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na poszczególne pozycje w zadaniu? Z dotychczasowego zapisu wynika, że Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na poszczególne zadania.

- Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniła zapis Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Rozdział I, pkt. 4.

Pytanie 68: Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ, §3, ust. 3:

Czy Zamawiający zmieni termin płatności określony w §3 ust. 3 z 90 dni na 60 dni?

- Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniła termin płatności na 60 dni.

Pytanie 69: Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ, §7, ust. 1, pkt. 1):

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §7 Ust. 1 pkt 1 z 10% na 1%?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych, bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt.7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obciążone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważnością czynności prawnej na podstawie przepisu art. 353¹ k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c.

Należy zauważyć, iż kara umowna, tracąc charakter surogatu odszkodowania (art. 483 §1 k.c.) prowadziłaby do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela (wyrok SN z 17 marca 1988 r., sygn. akt IV CR 58/88). Warto dodać, iż zgodnie z ustawą Kodeks cywilny kara umowna ma charakter odszkodowawczy, a nie prewencyjny. Ustalając wysokość kar umownych strony powinny brać pod uwagę jej zasadniczo kompensacyjny charakter. Tezę taką wyrażono w wyroku Zespołu Arbitrów z dnia 23 sierpnia 2007 r. (sygn. akt UZP/ZO/0-1030/07): „W zakresie zarzutu dotyczącego wysokości kar umownych Zespół Arbitrów zauważa, iż zgodnie z kodeksem cywilnym kara umowna ma charakter odszkodowawczy, kompensacyjny a nie prewencyjny jako silny środek oddziaływania na niesolidnych wykonawców, zapewniający należyte wykonanie umowy”. Obecne zapisy SIWZ nie oddają charakteru odszkodowawczego tej instytucji prawa cywilnego.

W rozumieniu art. 484 §1 k.c. (vide: wyrok SN z 20 maja 1980 r., sygn. akt I CR 229/80, OSNC 1980/12/243). Należy pamiętać, iż zastrzeżenie kary umownej podlega kontroli ze względu na ogólne zasady dotyczące treści czynności prawnych (art. 58 k.c.), jak i zakresu swobody stron w zakresie kształtowania stosunku prawnego (art. 353¹ k.c.). W konkretnych okolicznościach żądanie kary umownej może zostać uznane za sprzeczne z tymi zasadami. Żądanie kar umownych jedynie od wykonawcy oraz jednocześnie umniejszanie odpowiedzialności Zamawiającego nie znajduje żadnego uzasadnienia w charakterze stosunku prawnego łączącego strony w tej umowie. Takie działanie Zamawiającego jest niedopuszczalne. Zamawiający, korzystając w sposób nieuprawniony ze swojej silniejszej pozycji w ramach postępowania, narzuca treść umowy (w odniesieniu do wysokości kar umownych) w sposób sprzeczny z przeznaczeniem swojego prawa, dlatego takie działanie nie może korzystać z ochrony prawa.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

- Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 70: Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ, §8, ust. 1, pkt. 1):

Czy Zamawiający dookreślił w §8 ust. 1 pkt 1 iż zwłoka w dostawie uprawniająca do natychmiastowego rozwiązania umowy dotyczy trzech kolejnych po sobie dostaw?

Z uwagi na okres obowiązywania umowy koniecznym jest dookreślenie, iż zwłoka w realizacji 3 dostaw musi się odnosić do kolejnych po sobie dostaw a nie całego okresu obowiązywania umowy.

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczymi określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

- Komisja Przetargowa informuje, iż dookreśliła w/w zapis we Wzorze umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ, §8 ust. 1 pkt 1).

Pytanie 71: Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ, §14:

Czy Zamawiający dookreślił w §14, iż rozpoczęciem drogi polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zapłaty za dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty?

Obecny zapis wymaga doprecyzowania w celu prawidłowej realizacji umowy. Jednoznacznie brak jest przesłanek do tego aby występowała potrzeba przeprowadzania oddzielnego postępowania w części dotyczącej ustalenia terminu zapłaty za dostarczony towar.

- Komisja Przetargowa informuje, iż dookreśliła w/w zapis we Wzorze umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ, §14.

Pytanie 72: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 12, poz. 1:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, optyka dł. 302mm, pozostałe parametry bez zmian.

- Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 73: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 19, poz. 1:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, optyka śr. 4mm, dł. 302mm, pozostałe parametry bez zmian.

- Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 74: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 32, poz. 1:

Czy nie doszło do omyłki w opisie przedmiotu, w katalogu firmy R.Wolf nie ma optyki o podanych wymiarach.

- Komisja Przetargowa informuje, iż parametry zawarte w opisie określają średnicę optyki histeroskopowej.

Pytanie 75: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 21, poz. 8:

Czy Zamawiający dopuści Elektrode neutralna jednorazowa, dwudzielna o powierzchni całkowitej 168 cm², o powierzchni czynnej 103 cm² z pierścieniem okalającym pozwalającym na niekierunkową aplikację, z wyprowadzeniem do kabla ?

- Komisja Przetargowa informuje, iż wykreśliła w/w zadanie z postępowania.

Pytanie 76: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 43, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do wkluc lędźwiowych o bogatszym niż wymagany w SIWZ składzie? Dodatkowe komponenty usprawnią wykonanie zabiegu.

Skład zaoferowanego zestawu:

- 1 x serweta włókninowa, 75 x 90 cm (barierowa) gramatura 55g/m²
- 1 x serweta włókninowa, 75 x 90 cm, z otworem i przylepną krawędzią boczną (barierowa)
- 1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm
- 1 x strzykawka typu Luer Lock, 5 ml z tłokiem niskooporowym (zapakowana)
- 1 x igła 1,2 x 40 mm, 18G x 1 1/2, różowa (zapakowana)
- 1 x igła 0,7 x 30 mm, 22G x 1 1/4, czarna (zapakowana)

- 6 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki
- 1 x opatrunek jałowy, 7,2 x 5 cm

Opakowanie typu twarde blister.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza do zaoferowania powyższe parametry.**

Pytanie 77: Dotyczy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Rozdział V, pkt. 1 oraz Rozdział X, pkt. 1: Prosimy o potwierdzenie, że jedynie oświadczenie JEDZ należy złożyć poprzez platformę elektroniczną, natomiast pozostałą część oferty, w wersli papierowej należy przesać do Kancelarii Sekretariatu SPSZOZ.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż całą ofertę wraz z JEDZ należy złożyć poprzez Platformę Zakupową.**

Pytanie 78: Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ, §7, ust. 1, pkt. 1 i 2:

Wnosimy o obniżenie zapisanych w umowie kar umownych. Wykonawca nie kwestionuje prawa zastrzeżenia przez zamawiającego kary umownej, jednakże jej wysokość musi pozostawać w prawidłowej proporcji do wysokości potencjalnej szkody jaką może on ponieść. Wobec powyższego wnosimy o zmianę zapisów umowy § 7 ust. 1 pkt. 1 i 2 na następujące:

Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- 4) *za zwłokę w wykonaniu zamówienia w wysokości 1% wartości brutto wyrobów niedostarczonych w terminie za każdy dzień zwłoki;*
- 5) *za odmowę dostarczenia zamówionego towaru w wysokości 1% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zakupu u innego dostawcy i dodatkowego obciążenia Wykonawcy kosztami poniesionymi w związku z takim zakupem, w tym ceną produktu;*

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 79: Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ, §3, ust. 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 3 ust. 5 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniła treść zapisu Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ, §3, ust. 5 z „odsetki ustawowe” na zapis o treści „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”.**

Pytanie 80: Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ, §6, ust. 4:

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 6 ust. 4 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów „od otrzymania zawiadomienia” na „od daty uznania reklamacji”.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniła treść zapisu Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ, §6, ust. 4 z „od otrzymania zawiadomienia” na zapis o treści „od daty uznania reklamacji”.**

Pytanie 81: Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ, §7, ust. 1, pkt. 1):

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1 pkt 1):

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- 1) *za zwłokę w wykonaniu zamówienia w wysokości 0,5% wartości brutto wyrobów niedostarczonych w terminie za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wyrobów niedostarczonych w terminie;*

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 82: Dotyczy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o wykorzystaniu w pierwszej kolejności towarów z najkrótszym terminem ważności?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż wprowadziła zapis o wykorzystaniu w pierwszej kolejności towarów z najkrótszym terminem ważności.**

Pytanie 83: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 45, poz. 5, 8-10: Zwracamy się do Państwa z prośbą o wydzielenie z pakietu 45 pozycji 5, 8, 9, 10 oraz umieszczenie tego asortymentu w oddzielnym pakiecie. Podział pakietu nie narusza zapisów art. 32 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a spowoduje większą konkurencyjność, a więc pozwoli wyłonić dostawcę oferującego lepszy jakościowo towar po niższej cenie oraz umożliwi Zamawiającemu bardziej racjonalne wydatkowanie środków budżetowych.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 84: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 21:

Prosimy o podanie, z jaką diatermią mają współpracować akcesoria będące przedmiotem zamówienia?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż wykreśla w/w zadanie z postępowania.**

Pytanie 85: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 21, poz. 1:

Prosimy o dopuszczenie 300 cykli sterylizacji.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż wykreśla w/w zadanie z postępowania.**

Pytanie 86: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 21, poz. 8:

Prosimy o dopuszczenie produktu o parametrach równoważnych - elektrody piankowej, dzielonej o wymiarach 176 x 122 mm o powierzchni całkowitej 169 cm² i powierzchni przewodzącej 110 cm² systemem pętli Twin-Safe pozwalającym na równe rozproszenie prądu, pokrytej hydrożelem.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż wykreśla w/w zadanie z postępowania.**

Pytanie 87: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 22, poz. 6, 11:

Prosimy o wydzielenie poz. 6 i 11 do osobnego zadania, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 88: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 22, poz. 3:

Prosimy o dopuszczenie produktu o parametrach równoważnych - elektrody piankowej, dzielonej o wymiarach 176 x 122 mm o powierzchni całkowitej 169 cm² i powierzchni przewodzącej 110 cm² systemem pętli Twin-Safe pozwalającym na równe rozproszenie prądu, pokrytej hydrożelem.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 89: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 31, poz. 7:

Prosimy o wydzielenie poz. 7 do osobnego zadania, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 90: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 31, poz. 1:

Prosimy o dopuszczenie uchwytu z przyciskami, z kablem o długości 4m.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 91: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 31, poz. 3:

Prosimy o dopuszczenie produktu o parametrach równoważnych - elektrody piankowej, dzielonej o wymiarach 176 x 122 mm o powierzchni całkowitej 169 cm² i powierzchni przewodzącej 110 cm² systemem pętli Twin-Safe pozwalającym na równe rozproszenie prądu, pokrytej hydrożelem.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 92: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 44, poz. 1:

Czy Zamawiający, w myśl zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji dopuści zamiennie zestaw do wkluć centralnych trzykanałowy renomowanego producenta w rozmiarze 7F (kanały 16/18/18G) 20cm, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi znacznikami głębokości, ze zintegrowanymi z cewnikiem przezroczystymi i oznaczonymi przedłużeniami z kodowanymi kolorem łącznikami Luer Lock, oznaczeniami na poszczególnych kanałach zawierającymi informacje o rodzaju i średnicy poszczególnych kanałów, igła Seldingera 18Gx70, miękki cewnik poliuretanowy z atraumatyczną końcówką znacznikami długości i zaciskami ślizgowymi, prowadnica nitynolowa odporna na odkształcenia „J”, rozszerzadło dopasowanie do rozmiaru cewnika, koreczki z portami igłowymi IN-Stopper?

- Komisja Przetargowa informuje, iż wykreśla w/w zadanie z postępowania.

Pytanie 93: Dotyczy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Rozdział XI, pkt. 5:

Zwracamy się z prośbą o jednoznaczne określenie, w jakiej formie powinna być złożona oferta przetargowa. Zgodnie z rozdziałem XI pkt 5 SIWZ, „ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności”, w „zamkniętej, opisanej kopercie w Kancelarii...” (zgodnie z Rozdziałem X pkt 1 SIWZ), natomiast na stronie internetowej szpitala widnieje informacja „W przetargu ofertę musicie Państwo złożyć w formie elektronicznej, poprzez Platformę Zakupową...”.

W związku z powyższym, prosimy o wyjaśnienie, czy oferta ma być złożona w formie pisemnej, czy też elektronicznej.

- Komisja Przetargowa informuje, iż wymaga by oferta została złożona w formie elektronicznej poprzez Platformę Zakupową.

Komisja przetargowa informuje, że w związku z odpowiedziami na pytania dokonano zmian w SIWZ, w Arkuszu asortymentowo-cenowym – Załącznik nr 4 do SIWZ oraz we Wzorce umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ. Zmienione załączniki zostały umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. Wszystkie zmiany zostały zaznaczone kolorem niebieskim.

Ponadto Komisja Przetargowa informuje, iż w związku z odpowiedziami na pytania przedłuża termin składania ofert na dzień 31 maja 2019 r. na godzinę 10:00.

Z poważaniem
Sekretarz Komisji Przetargowej

INSPEKTOR
ds. Zamówień Publicznych
Bojarska
Aleksandra Bojarska