



Dział Zamówień Publicznych

L.dz. *M36*./2022

Olsztyn, dnia 03.08.2022 r.

**Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu**

***Dotyczy: postępowania nr 296/2022/TP/DZP prowadzonego w trybie podstawowym pt.
Dostawa sprzętu laboratoryjnego i badawczego na potrzeby jednostek organizacyjnych
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.***

PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 3

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 284 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania:

Pytanie nr 1. Dotyczy części nr 2.

Proszę o informację czy Zamawiający dopuści ofertę spektrofotometru, którego szerokość spektralna wynosi 2nm, źródłem światła jest lampa wolframowa, powtarzalność długości fali 0,2 nm o wymiarach 460x330x210 mm i wadze 11 kg?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza zmiany parametrów przedstawionych w pytaniu.

Z poważaniem,

KANCLERZ
mgr inż. *Bogusław Stec*

Odpowiedzi udzielili: Jan Laguna
Sporządziła: mgr Katarzyna Sądej

SPECJALISTA

mgr Katarzyna Sądej

UNIwersYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 312, 10-719 Olsztyn

tel. +48 89 524 51 81

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu>