

**Uczestnicy postępowania
wszyscy**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej progów unijnych w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Dostawa wieży laparoskopowej do Szpitala Powiatowego w Gryfinie.

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.) przekazujemy poniżej odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 01.04.2022r. w związku z przedmiotowym postępowaniem i wprowadza poniższe zmiany SWZ:

PYTANIE 1

Dot. przedmiotu zamówienia, zapisów SWZ, formularza ofertowego, projekt umowy par. 1 ust 10

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie niemedycznej podstawy jezdnej do monitora dla asysty, objętej stawką VAT 23% i nie posiadającej dokumentów dopuszczających?

ODPOWIEDŹ 1

Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie niemedycznej podstawy jezdnej do monitora dla asysty, objętej stawką VAT 23 % i nieposiadającej dokumentów dopuszczających i dokonuje zmiany SWZ w tym zakresie.

W załączeniu do niniejszych odpowiedzi Zamawiający dodaje zmodyfikowany formularz ofertowy.

PYTANIE 2

Dot. projektu umowy par. 3 ust. 3 pkt. 7)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 12 dni roboczych?

ODPOWIEDŹ 2

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na wydłużeniu terminu naprawy do 12 dni roboczych i dokonuje zmiany SWZ w tym zakresie w par. 3 ust. 3 pkt. 7) projektu umowy.

PYTANIE 3

Dot. projektu umowy par. 3 ust. 3 pkt. 9)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu na:

„w przypadku, gdy w okresie gwarancji, co najmniej trzykrotnie ulegnie awarii (która nie jest spowodowana użytkowaniem sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi) ten sam element urządzenia (...)”

ODPOWIEDŹ 3

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie zapisu umownego i dokonuje zmiany SWZ w tym zakresie w par. 3 ust. 3 pkt. 9) projektu umowy.

PYTANIE 4

Dot. projektu umowy par. 6 ust. 1 pkt. c)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu:

„w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego kara nie zostanie naliczona”?

ODPOWIEDŹ 4

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie zapisu umownego i dokonuje zmiany SWZ w tym zakresie w par. 6 ust. 1 pkt. c) projektu umowy.

PYTANIE 5

Dot. projektu umowy par. 6 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby maksymalna kwota z tytułu zapłaty kar umownych była ograniczona do 30 % maksymalnej wartości Umowy wskazanej w § 2 ust. 1?

ODPOWIEDŹ 5

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie maksymalnej kwoty z tytułu zapłaty kar umownych do 30 % i dokonuje zmiany SWZ w tym zakresie w par. 6 ust. 2 projektu umowy.