

## Zakup manekinów wysokiej wierności do symulacji medycznej

Znak DZP-RJ-TP.006.2021

Poznań, 16.09.2021r.

### Wykonawcy zainteresowani postępowaniem /strona internetowa prowadzonego postępowania

**Dotyczy:** Zakup manekinów wysokiej wierności do symulacji medycznej

Zamawiający informuje, że zostały złożone pytania do treści SWZ dotyczącej ww. postępowania. W związku z tym, zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami i informuje, że są one wiążące dla Wykonawców składających ofertę:

#### **Pytanie nr 1**

Część 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważny laryngoskop z światłowodem LED 2,5 V o średnicy 4,5 mm? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności laryngoskop z światłowodem LED 2,5 V o średnicy 4,5 mm.**

#### **Pytanie nr 2**

Część 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie rurek ustno-gardłowych jednorazowych w 6 rozmiarach – 4 komplety?

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga wielorazowych rurek ustno-gardłowych umożliwiających zachowanie drożności dróg oddechowych u pacjentów głęboko nieprzytomnych – zestaw 7 rozmiarów po 1 szt. oznaczony kolorem – 2 komplety.**