




Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
 Uniwersytecki Szpital Kliniczny  
 im. Wojskowej Akademii Medycznej  
 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  
 Centralny Szpital Weteranów



Łódź, dnia 23.01.2023 r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania,  
którzy pobrali SWZ**

**Dotyczy: postępowania nr 3/TP/ZP/U/2023-dostawy włókniny medycznej**

W związku z nadesłanymi pytaniami do SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnego Szpitala Weteranów, dotyczącymi SWZ:

- na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 – j.t. ze zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie nr 1:**

Prosimy o wyjaśnienie jakie właściwości ma posiadać czysciwo włókninowe przeznaczone do zalewania środkiem dezynfekcyjnym aby spełnić zapis/wymóg wyrób medyczny. To środek, który jest używany do zalewania czysciwa powinien mieć odpowiednie właściwości - samo czysciwo w postaci suchej nie musi posiadać statusu tzw. wyrobu medycznego. Wymóg ten w znaczny sposób ogranicza konkurencję i możliwość przystąpienia do przetargu (co nie jest zgodne z PZP). Czy chodzi tylko o zastosowanie w tym przypadku obniżonej preferencyjnej stawki Vat% na tzw wyroby medyczne? Prosimy o WYJASNIENIE przesłanek medycznych i użytkowych dla wymaganego w tym pakiecie wyrobu medycznego.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 2:**

Prosimy o dopuszczenie produktu równoważnego - suchych chusteczek w rolkach do nasączania dowolnym środkiem dezynfekującym. Przeznaczone do dezynfekcji lub osuszania skóry i powierzchni. Wykonane z wysokogatunkowej mieszanki celulozy, poliestru i wiskozy o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>. Produkt nie pyłący, nie pozostawia smug po użyciu. Chusteczki o rozmiarze 25 x 40 cm. Powierzchnia jednej chusteczki jest taka sama jak w przypadku OPZ –  $0,30 \times 0,34 = 0,102 \text{ m}^2$ ,  $0,25 \times 0,4 = 0,10 \text{ m}^2$ . Pozostałe właściwości bez zmian. Dopuszczenie powyższego produktu równoważnego umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert i pozwoli Zamawiającemu na wybór najkorzystniejszej oferty, osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie wyżej opisanego produktu równoważnego. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ**



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
 Uniwersytecki Szpital Kliniczny  
 im. Wojskowej Akademii Medycznej  
 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  
 Centralny Szpital Weteranów

### **Pytanie nr 3**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga 17 000 rolek po 100 szt., czy 17000 szt. chusteczek

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga 17 000 rolek po 100 szt.

- na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 – j.t. ze zm.) Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert:

Nowy termin składania ofert: 30.01.2023 r. godz. 08:30.

Nowy termin otwarcia ofert: 30.01.2023 r. godz. 09:00.

Termin związania ofertą: 28.02.2023 r.

Działając w oparciu o art. 271 ust. 1 i ust. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający w dniu 24.01.2023 r. zmienił w Biuletynie Zamówień Publicznych treść ogłoszenia.

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu – stosownie do regulacji zawartej w art. 271 ust. 4 PZP została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

**Zamawiający zwraca się z prośbą, aby w przypadku dopuszczenia parametrów / zapisów innych niż opisane w SWZ zaznaczyć, iż parametr /zapisy zostały dopuszczone w drodze udzielonych wyjaśnień treści SWZ.**

Z poważaniem

Kierownik Działu Zamówień Publicznych  
 Uniwersytecki Szpital Kliniczny  
 im. WAM - CSW

*Anna Pietrzyk*  
 mgr Anna Pietrzyk