ZOZ
Sucha Beskidzka
SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka
NIP: 552-12-74-352
REGON: 000304415
Nr konta: 37 8128 0005 0000 0521 2000 0010
Fax: 33 872 31 01

www.zozsuchabeskidzka.pl

centrala Sucha Beskidzka
+48 33 872 31 00

sekretariat@zozsuchabeskidzka.pl

centrala Maków Podhalański
+48 33 877 10 01

Nr sprawy: ZOZ.V.010/DZP/01/19 Sucha Beskidzka, dnia 06.03.2019r.

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku.(ZOZ.V.010/DZP/01/19).

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

Dotyczy części nr 26:

1. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 filtry, które nie są naładowane dodatnio na endotoksyny? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy części nr 34:

1. Prosimy o dopuszczenie do przetargu w pozycji 1 i 2 portu naczyniowego w kształcie „kratera", o podstawie okrągłej. Proponowane rozwiązanie należy do najbardziej rozpowszechnionych wśród konstrukcji portów naczyniowych. Pozwala w sposób wygodny i jednoznaczny rozpoznać ułożenie portu pod skórą pacjenta oraz wyznaczyć granice przegrody portu w celu prawidłowego nakłucia igłą.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2. Prosimy o dopuszczenie do przetargu w pozycji 1 portów o wysokości 11,4mm, masie 4,8g, objętości wypełnienia komory 0,3ml, z przegrodą silikonową o średnicy 9,5mm pozwalającą na wykonanie 1500 wkłuć. Proponowane wartości nie odbiegają znacząco od wymagań SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

3. Prosimy o dopuszczenie do przetargu w pozycji 2 portów o wysokości 14,6mm, masie 16g, objętości wypełnienia komory 0,5ml, z przegrodą silikonową o średnicy 11,4mm pozwalającą na wykonanie 2000 wkłuć. Proponowane wartości nie odbiegają znacząco od wymagań SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

4. Czy Zamawiający dopuści do przetargu w pozycji 1 i 2 porty z termoplastycznym cewnikiem poliuretanowym, przystosowanym do długotrwałego dostępu naczyniowego, o rozmiarze 7,8F (średnica wewn. 1,6mm, zewn. 2,6mm) i długości 76cm, cewnik od strony pacjenta zakończony jest atraumatyczne, a z drugiej ścięty prostopadle do osi cewnika (nie posiada łącznika bezigłowego), przystosowany do przepłukania dostępnymi w zestawie akcesoriami i podłączenia do dyszy portu. Zestaw z portem wyposażony jest m.in. w dwie strzykawki 12ml, igłę Seldingera, igły do płukania: prostą i zagiętą o rozmiarze 20G/22G x ¾"/1", tępą igłę do płukania cewnika, prowadnik typu J, koszulkę rozrywalną z introduktorem, hak do unoszenia żył, tunelizator.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

5. Prosimy o dopuszczenie do przetargu w pozycji 1 i 2 portu, w którym łącznik cewnika zintegrowany jest z dyszą portu, dzięki czemu nie ma konieczności stosowania wielu osobnych łączników w zestawie.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

6. Czy Zamawiający dopuści do przetargu w pozycji 1 i 2 porty zgodne z MRI, pozwalające na podaż przy ciśnieniu 300mmHg, nie przeznaczone do wykonywania badań CT?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

7. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby oferowane w pozycjach 1 i 2 zestawy porów wyposażone były również w igłę do długotrwałych infuzji, z drenem, z zabezpieczeniem przed samozakłuciem w postaci dźwigni, aktywującym się podczas usuwania igły z akustycznym potwierdzeniem zabezpieczonej pozycji igły?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

18. Czy ze względu bezpieczeństwa, zestawy z portem zawierające również igły do płukania mają być wyposażone w korki (kapturki) typu Lock do zabezpieczenia tych igieł po użyciu?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem:

Z-ca DYREKTORA
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej
mgr Janusz Baczewski

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych