

Nr sprawy **9/2024/TP**

Bydgoszcz, dnia 03.04.2024 r.

strona internetowa prowadzonego postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na:

ZAKUP DEFIBRYLATORÓW

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (*Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm. – dalej „ustawa Pzp”*) w odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Dotyczy: pkt. 7.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator wyposażony w funkcję defibrylacji manualnej, dwufazowy niskoenergetyczny, impuls defibrylacyjny zmiennoczasowy wykładniczy z regulacją energii w zakresie 1 - 360 J?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 2

Dotyczy: pkt. 9.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z możliwością zmiany protokołu defibrylacji na pediatryczny (ograniczenie poziomów energii) po zmianie kategorii pacjenta na dziecko?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 3

Dotyczy: pkt. 15.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator wyposażony w pełne sterowanie za pomocą przycisków na łyżkach defibrylacyjnych (wybór poziomu energii, ładowanie, wyzwolenie wstrząsu). Start/stop wydruku można włączyć/wyłączyć automatycznie lub inicjować przyciskiem drukarki.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 4

Dotyczy: pkt. 20.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator wyposażony w funkcję analizy arytmii u dzieci poniżej 8 roku życia, z automatycznym przełączeniem na pediatryczny algorytm analizy EKG po zmianie kategorii pacjenta na dziecko? Protokół zapewnia prawidłowe zalecenie wykonania lub niewykonania defibrylacji.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 5

Dotyczy: pkt. 37.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator wyposażony w moduł transmisji bezprzewodowej (Wi-fi)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 6

Dotyczy: pkt. 42.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator wyposażony w czujnik jakości RKO, komplet zewnętrznych łyżek do defibrylacji, komplet elektrod resuscytacyjnych dla dorosłych oraz komplet elektrod pediatrycznych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 7

Dotyczy: pkt. 33

Czy Zamawiający w pkt. 33 na zasadzie równoważności dopuści do postępowania defibrylator z wbudowanym rejestratorem termicznym EKG na papier o szerokości 90 mm z siatką o szerokości 80 mm?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8

Dotyczy: pkt. 42

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w pkt. 42 wymaga w wyposażeniu dodatkowym:

- twardych, wielorazowych, zewnętrznych łyżek;
- miękkich elektrod resuscytacyjnych dla dorosłych z czujnikiem jakości RKO;
- miękkich elektrod resuscytacyjnych dla dzieci z czujnikiem jakości RKO.

Odpowiedź: TAK. Zamawiający wymaga.



Zamawiający informuje, że w wyniku wprowadzenia powyższych zmian w treści dokumentów tj. w Formularzu cenowym (załącznik nr 2 do SWZ) oraz w Specyfikacji technicznej (załącznik nr 3 do SWZ), dołącza **ZAMIENNY Formularz cenowy oraz ZAMIENNA Specyfikację techniczną.**

Dokumenty te stanowią załączniki do niniejszego pisma i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Niniejsze pismo stanowi integralną część :

- 1) Specyfikacji Warunków Zamówienia dot. powyższego zamówienia;
- 2) Ogłoszenia o zamówieniu nr 2024/BZP 00258072/01 z dnia 25.03.2024 r.

Termin oraz godzina składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie:

05.04.2024 r.

godz. **09:00** – składanie ofert

godz. **09:15** – otwarcie ofert.

z up. Dyrektora
Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego
im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zakupów
Agata Walencykowska

Załączniki:

1. Formularz cenowy ZAMIENNY.
2. Specyfikacja techniczna ZAMIENNA.

Sprawę prowadzi: Joanna Przybył
Dział Zamówień Publicznych i Zakupów
Tel. 52 32 62 104, e-mail zamowienia-pub@wsd.org.pl



Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego