

## Załącznik nr 8 do SWZ

### Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia.

#### Dostawa implantów do osteosyntezy PN-24/2024

1. Zamawiający oczekuje instrumentarium posiadającego ważne świadectwo dopuszczenia do obrotu i używania na czas trwania umowy, a w przypadku uszkodzenia narzędzia w trakcie zabiegu – Wykonawca wymienia je na nowe nie obciążając szpitala kosztami naprawy.
2. Wykonawca zapewnia szkolenia personelu i materiały informacyjne z dokładnym opisem przedmiotu zamówienia w tym materiały informacyjne dotyczące techniki operacyjnej w języku polskim.
3. Zamawiający zastrzega sobie zamianę rozmiarów w zakresie przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający wymaga wyszczególnienia cen jednostkowych (netto, brutto) poszczególnych elementów implantów składających się na wartość kompletu (netto, brutto).
5. Zamawiający oczekuje instrukcji postępowania z instrumentarium po zabiegu operacyjnym w celu przeprowadzenia właściwej dezynfekcji i sterylizacji.
6. Zamawiający oczekuje 2 pełnych linii implantów stanowiących depozyt szpitala.
7. Zamawiający oczekuje zalaminowanych zdjęć tac/zestawów z narzędziami w 2 egzemplarzach.
8. Zamawiający oczekuje bezpłatnego udostępnienia instrumentarium niezbędnego do usunięcia stabilizacji po wygaśnięciu umowy przetargowej
9. Zamawiający oczekuje informacji o składzie chemicznym implantów oraz informacji o możliwości wykonania pacjentowi MRI po wszczępieniu implantu.
10. Zamawiający oczekuje faktur z dołączonym protokołem zużycia.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia ilościowego i wartościowego między poszczególnymi pakietami, na które podpisano umowę do wartości nie większej niż całkowita wartość umowy.

.....  
podpis i pieczęć Wykonawcy