



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu

ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn – Koźle

NIP: 749-17-90-304, REGON: 000314661

tel. +48 774 062 400, faks +48 774 062 544, spzoz@e-szpital.eu, www.e-szpital.eu

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych, ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel. +48 774 062 530, faks +48 774 062 567

Kędzierzyn – Koźle, dnia 15 stycznia 2021r.

AZ-P.2020.38

Uczestnicy postępowania

Pytania i wyjaśnienia do treści siwz - II

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu w związku z zapytaniem złożonym w postępowaniu, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), przekazuje treść pytań i wyjaśnień dotyczących postępowania na: **Dostawę sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu – 15 zadań częściowych.**

Dotyczy zadania częściowego nr 2 – Pompa infuzyjna strzykawkowa – 12 szt.

1. Pytanie nr 1:

Dot. Pkt. 7 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania pompy infuzyjne z programowaniem parametrów infuzji w jednostkach: Programowanie infuzji w jednostkach: ng/h, ng/kg/min, ng/kg/h, µg/min, µg/h, µg/kg/min, µg/kg/h, mg/min, mg/h, mg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h, mg/m²/h, mg/m²/24h, g/h, g/kg/min, g/kg/h, g/kg/24h, mmol/h, mmol/kg/h, mmol/kg/24h, mUnit/min, mUnit/kg/min, mUnit/kg/h, Unit/min, Unit/h, Unit/kg/min, Unit/kg/h, kcal/h, kcal/24h, kcal/kg/h, mEq/min, mEq/h, mEq/kg/min, mEq/kg/h, mL/kg/min, mL/kg/h, mL/kg/24h. pompa infuzyjna posiadająca jednostki U zamiennie w stosunku do jednostek IE.

Wyjaśnienia:

Zamawiający dopuszcza.

Zadanie częściowe nr 9 - Ssak – 5 sztuk

2. Pytanie nr 2:

Pkt. 3. Czy Zamawiający dopuści do przetargu ssak elektryczny z wydajnością ssania do 45 l na minutę z płynną regulacją siły ssania za pomocą pokrętła?

Wyjaśnienia:

Zamawiający dopuszcza.

3. Pytanie nr 3:

Pkt. 5. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak z precyzyjnym ustawianiem podciśnienia za pomocą regulatora przepływowego?

Wyjaśnienia:

Zamawiający dopuszcza.

4. Pytanie nr 4:

Pkt. 7. Czy Zamawiający dopuści do przetargu ssak z bezolejową, membranową pompą próżniową o dużej wydajności i bezawaryjności? Pompa nie wymaga konserwacji i objęta jest sześcioletnią gwarancją producenta.

Wyjaśnienia:

Zamawiający dopuszcza.

5. Pytanie nr 5:

Pkt. 8. Czy Zamawiający dopuści do przetargu ssak z trwałą obudową z tworzywa ,odpornego na środki dezynfekcyjne, z włącznikiem typu klik i wskaźnikiem zasilania LED?

Wyjaśnienia:

Zamawiający dopuszcza.

6. Pytanie nr 6:

Pkt. 10. Czy Zamawiający dopuści do przetargu ssak z wielostopniowym zabezpieczeniem przed przelaniem pompy – zbiornik zabezpieczający 0,2 litra?

Wyjaśnienia:

Zamawiający dopuszcza.

7. Pytanie nr 7:

Pkt. 12. Czy Zamawiający dopuści do przetargu ssak z włącznikiem/ wyłącznikiem nożnym na kablu, nie wbudowanym w podstawę jezdną? Zaoferowane rozwiązanie pozwala na umieszczenie włącznika/wyłącznika nożnego w dowolnym miejscu, wygodnym dla personelu, tak, by osoba obsługująca urządzenie nie musiała odwracać uwagi od pacjenta.

Wyjaśnienia:

Zamawiający dopuszcza.

8. Pytanie nr 8:

Pkt. 13, 14. Czy Zamawiający dopuści do przetargu ssak ze zbiornikiem 2 l z poliwęglanu wielorazowym, skalowanym co 100 ml do wkładów jednorazowych o pojemności 2 l z uchwytem naszynowym?

Wyjaśnienia:

Zamawiający dopuszcza.

9. Pytanie nr 9:

Pkt. 16. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak o masie 21 kg wraz z wózkiem?

Wyjaśnienia:

Zamawiający dopuszcza.

10. Pytanie nr 9:

W nawiązaniu do treści wyjaśnień z dnia 15.01.2021 r. oraz dwóch wykluczających się odpowiedzi na pytania w zakresie zadania częściowego Nr 13 (pytanie 47 oraz pytanie 62) prosimy Zamawiającego o udzielenie dodatkowych wyjaśnień. Pragniemy nadmienić, iż Zamawiający jednocześnie dopuścił szuflady wykonane z ABS (monochromatyczne, jak na udostępnionych zdjęciach poglądowych produktu), jak i uznał za obligatoryjną możliwość wyboru koloru szuflad wózka. Wobec powyższego prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający uzna za wystarczającą możliwość wyboru koloru oznaczeń szuflad, umożliwiających łatwą identyfikację zawartości. Mają one postać wymiennych nakładek dostępnych w 10 kolorach. Zaproponowane kodowanie kolorystyczne jest równoważne z oznaczeniem kolorystycznym frontów szuflad. Dodatkowo dla oferowanych wózków Zamawiający będzie miał możliwość wyboru kolorów boków spośród 9 wariantów kolorystycznych, jak wymagane w specyfikacji.

Wyjaśnienia:

Zamawiający uzna za wystarczającą możliwość wyboru koloru oznaczeń szuflad w postaci wymiennych nakładek, umożliwiających identyfikację zawartości.

Powyższe odpowiedzi i modyfikacje stanowią integralną część SIWZ i stają się wiążące dla Wykonawców.