



Szp/ZP-177/638/2022

Wrocław, dnia 26.07.2022 r.

INFORMACJA NR 6 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „Dostawa myjni dezynfektorów”

Pytanie nr 1

Zgodnie z pkt V SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia pkt.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego myjni dezynfektorów w ilości 7 sztuk zwanych dalej „sprzętem medycznym” wraz z montażem, instalacją i uruchomieniem w zakresie niezbędnym do właściwego działania urządzenia, przeznaczonych na:

- Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Pododdziałem Leczenia Zaburzeń Rytmu Serca i Pododdziałem Chorób Wewnętrznych - 1 szt.,
- Oddział Nefrologiczny z Pododdziałem Diabetologicznym, Pododdziałem Transplantacyjnym – 1 szt.,
- Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – 2 szt.,
- Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej – 1 szt.,
- Zamiejscowy Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej I – 1szt.,
- Oddział Dermatologiczny z Pododdziałem Dermatologii Dziecięcej – 1 szt.

Ponadto w pkt V SWZ ppkt 2 Zamawiający stawia jednoznaczny wymóg, że Wykonawca jest zobowiązany do wykonania niezbędnych prac budowlanych pozwalających na montaż oraz instalację urządzenia na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii polegających na:

- 1) Wykonaniu instalacji kanalizacyjnej f100
- 2) Wykonaniu instalacji elektrycznej tzw. siły trójfazowej
- 3) Wykonanie instalacji wody zimnej zasilającej urządzenie

Mając na uwadze powyższe jednoznaczne zapisy SWZ zwracam się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji i potwierdzenie, że w pozostałych miejscach gdzie mają być zainstalowane myjnie- dezynfektory tj. :

- Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
- Zamiejscowy Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej
- Oddział Dermatologiczny z Pododdziałem Dermatologii Dziecięcej
- Oddział Nefrologiczny z Pododdziałem Diabetologicznym, Pododdziałem Transplantacyjnym
- Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Pododdziałem Leczenia Zaburzeń Rytmu Serca i Pododdziałem Chorób Wewnętrznych

zgodnie z obowiązującą sztuką i ogólnie przyjętą praktyką dostawca urządzeń – „sprzętu medycznego” będzie miał przygotowane miejsca pod montaż i uruchomienie w/w urządzeń a wszystkie wymagane i potrzebne do prawidłowej pracy media i ich przyłącza zgodnie z DTR producenta urządzenia będą przygotowane w miejscach instalacji przez Zamawiającego tj. (ciepła i zimna woda wraz z systemem zaworów, odpływ do kanalizacji f100 oraz zasilanie 230V).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Wykonawca jest zobowiązany do montażu, instalacji i uruchomienia w zakresie niezbędnym do właściwego działania urządzeń w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego oraz dostosowanie wszystkich potrzebnych przyłączy do uruchomienia i prawidłowej pracy urządzeń.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

REFERENT
ds. Zamówień Publicznych

Magdalena Benda

STARSZY SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych

inż. Monika Wojciechowska

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA
Z-ca Dyrektora
ds. Finansów i Administracji

mgr Mariola Długomkowska-Dąbrowska