



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Wrocław, dnia 18.01.2024 r.

Uczestnicy postępowania

PN 106/23 DOSTAWA SPRZĘTU FIZJOTERAPEUTYCZNEGO

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (TJ Dz.U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Dot. Aparat do krioterapii

W myśl uczciwej konkurencji zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy dopuści aparat do krioterapii o wymiarach (wysokość x szerokość x głębokość) 645 x 390 x 680 mm i wadze 60 kg ? Parametry te nie mają żadnego wpływu na działanie aparatu oraz na jakość wykonywanego zabiegu. Pozostałe parametry zabiegowe spełniają wymagania Zamawiającego.

Odpowiedz nr 1:

Tak, Zamawiający dopuszcza aparat o innych wymiarach.

Nie, Zamawiający nie dopuszcza aparatu o tak wysokiej wadze. Ze względu na mobilny charakter tego aparatu, Zamawiający oczekuje, aby waga aparatu była jak najniższa.

Sporządziła: Agnieszka Bolewska

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław
NIP: 895-16-31-106 | Regon: 000290469
Sekretariat: 71 395 74 26 | fax 71 326 06 22
Centrala tel.: 71 326 13 25
sekretariat@szpital.wroc.pl

www.szpital.wroc.pl

