



Szp/FZ – 74/690/2021

Wrocław, dnia 15.12.2021r.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a, działając na podstawie art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania „dostawa urządzeń medycznych różnych”

### INFORMACJA NR 7

Pytanie 1, dot. pakietu nr 13, Fotel laryngologiczny – 1 szt., pkt 1 i 2:

Czy Zamawiający dopuści zakup fotela z silnikiem zintegrowanym w kolumnę, regulowana wysokość w zakresie 50-70 cm za pomocą kroćca umieszczonego z jednej strony podstawy, bez możliwości zamówienia fotela o wyższej wysokości siedziska?

**Odpowiedź: Zamawiający Informacją nr 4 dla Wykonawców z dnia 6-12-2021 wykreślił pkt nr 2. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie pkt 1 bez zmian.**

Pytanie 2, dot. pakietu nr 13, Fotel laryngologiczny – 1 szt., pkt 3 i 4:

Czy Zamawiający dopuści zakup fotela obrotowego z blokadą w 4 pozycjach – co 90 stopni bez możliwości zamówienia fotela z obrotem samego siedziska bez obrotu sekcji pleców i nóg?

**Odpowiedź: Zamawiający Informacją nr 4 dla Wykonawców z dnia 6-12-2021 wykreślił pkt nr 4. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie pkt 3 bez zmian.**

Pytanie 3, dot. pakietu nr 13, Fotel laryngologiczny – 1 szt., pkt 5:

Czy Zamawiający dopuści zakup fotela z regulacją oparcia w pełnym zakresie od 0° do 90°, z możliwością ustawienia oparcia +5° do przodu od pozycji pionowej?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.**

Pytanie 4, dot. pakietu nr 13, Fotel laryngologiczny – 1 szt., pkt 7:

Czy Zamawiający dopuści zakup fotela bez możliwości zamówienia zagłówka typu „oparacyjny”?

**Odpowiedź: Zamawiający Informacją nr 4 dla Wykonawców z dnia 6-12-2021 wykreślił pkt nr 7.**

Pytanie 5, dot. pakietu nr 13, Fotel laryngologiczny – 1 szt., pkt 8:

Czy Zamawiający dopuści zakup fotela bez możliwości sterownia pilotem jednak z możliwością regulacji elektrycznej przy użyciu przycisku nożnego?

**Odpowiedź: Zamawiający Informacją nr 4 dla Wykonawców z dnia 6-12-2021 wykreślił pkt nr 8.**

Pytanie 6, dot. pakietu nr 13, Fotel laryngologiczny – 1 szt., pkt 9, 10 i 11:

Czy Zamawiający dopuści zakup fotela o wadze 92 kg, dopuszczalnej wadze pacjenta 150 kg oraz długości po rozłożeniu 141 cm?

**Odpowiedź: wiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.**



## WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

Pytanie 7, dot. pakietu nr 13, Fotel laryngologiczny – 1 szt., pkt 12:

Czy Zamawiający dopuści zakup fotela bez możliwości zamówienia w opcji fotela obrotowego do obiektywizacji diagnostyki pacjentów z zawrotami głowy, obracanie elektromechaniczne w zakresie  $\pm 180^\circ$ ?

**Odpowiedź: Zamawiający Informacją nr 4 dla Wykonawców z dnia 6-12-2021 wykreślił pkt nr 12.**

Pytanie 8, dot. pakietu nr 13, Fotel laryngologiczny – 1 szt., pkt 14:

Czy Zamawiający dopuści zakup fotela bez możliwości samodzielnej wymiany tapicerki? Proponowane rozwiązanie posiada tapicerkę wykonaną z najwyższej jakości materiałów, bez wgłębień i miejsc trudno dostępnych nadających się do dezynfekcji środkami czynnymi powierzchniowo.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie fotela o powyższej funkcjonalności.**

*Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.*

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA  
Z-ca Dyrektora  
ds. Finansów i Administracji  
*mgr Mariola Dwornikowska-Dąbrowska*

Z-ca Kierownika Działu  
Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych  
*mgr inż. Jacek Banaszak*

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu  
ul. H. M. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław  
Infolinia 45 95 95 454  
Sekretariat tel. +48 71 32 70 101; e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl  
NIP 8951645574, REGON 000977893  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

