

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W MYŚLENICACH**

32-400 Myślenice ul. Szpitalna 2 **Informacja** (012) 27-30-355, 27-30-205

sekretariat 37-20-670, 37-20-671 **fax.** 272-18-55

NIP: 681-169-06-68, **REGON:** 000300570,

Myślenice, dnia 09.02.2023r.

**Do wszystkich
Wykonawców**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, PYTANIA, ODPOWIEDZI I MODYFIKACJE

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2022 poz. 1710 z póź. zm.), którego przedmiotem są dostawy materiałów jednorazowego użytku. Nr sprawy 1/TP/23

(1) Pytania Wykonawcy pierwszego:

Czy w **Części nr 5 w poz. 11** powinny być zaofertowane szczoteczki cytologiczne, których efektywność została klinicznie zweryfikowana?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na wydzielenie **z Części nr 5 poz. 9 i 11** do odrębnego pakietu. Pozostawienie pakietu w obecnym kształcie preferuje konkretne podmioty, ogranicza konkurencję wyłącznie do dużych hurtowni i eliminuje z możliwości uczestniczenia w postępowaniu podmioty wysoko wyspecjalizowane posiadające dużą wiedzę merytoryczną na temat oferowanych produktów i w sposób szczególny dbający o ich jakość. Dodatkowo wydzielenie z pakietu pozwoli na wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wydziela pozycji z części.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie **z Części nr 4 poz. 8** do odrębnego pakietu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wydziela pozycji z części.

(2) Pytania Wykonawcy drugiego:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w części 3 poz. 3 - STABILIZATOR DO RUREK INTUBACYJNYCH, jednoczęściowe mocowanie do rurek intubacyjnych, zapinane na rzepy o długości 72 cm umożliwiające zamontowanie każdego rozmiaru rurki intubacyjnej. Dodatkowy otwór umożliwiający odsysanie bez konieczności zdejmowania uchwytu. Specjalna pianka po wewnętrznej stronie zapewniająca dodatkowy komfort pacjenta. Bezłateksowe, bez zastosowania klejów, hipoalergiczne, neutralne dla bakterii, antyodleżynowe. Produkt z możliwością sterylizacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

(3) Pytania Wykonawcy trzeciego :

Dot. części nr 9, poz. 1:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaofertowanie szczypiec biopsyjnych jednorazowego użytku o długości roboczej 1200 mm zamiast 1150 mm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2

Dotyczy warunków umowy § 1 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Dopuszcza się możliwość złożenia przez Zamawiającego zamówienia w ilości mniejszej niż wynikająca z załącznika nr 1 w okresie obowiązywania umowy, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w przypadku niezrealizowania powyższej wartości w okresie obowiązywania niniejszej umowy i nie dokonania przez Zamawiającego zakupu całości sprzętu jednorazowego użytku określonego w załącznikach do umowy, przy czym minimalna wartość zamówienia wynosi 60 %”?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów umowy.

Pytanie 3

Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„(...) w terminie do 5 dni roboczych od złożenia zamówienia....”?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów umowy.

Pytanie 4

Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji należytego wykonania umowy, jeśli objęty zamówieniem produkt nie może być dostarczony przez Wykonawcę w terminie, wówczas Zamawiający będzie uprawniony do dokonania zakupu tego produktu u innego wybranego dowolnie przez Zamawiającego sprzedawcy/dostawcy, który zapewni terminowe dostarczenie danego produktu, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Dodatkowy koszt, jaki w związku z takim zakupem poniesie Zamawiający obciążać będzie Wykonawcę. Chodzić będzie o zapłatę przez Wykonawcę różnicy ceny zakupu u innego sprzedającego/dostawcy w stosunku do ceny ustalonej w ramach niniejszej umowy, jak również pokrycie wszelkich ewentualnie powstałych kosztów związanych z zakupem zastępczym, interwencyjnym”?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów umowy.

Pytanie 5

Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 7 dni roboczych dokonać wymiany przedmiotu umowy lub jego poszczególnych części dotkniętych wadą na pełnowartościowy pod rygorem nieuiszczenia zapłaty przez Zamawiającego należnej za wadliwe produkty ceny, aż do czasu dostarczenia przez Zamawiającego produktów pełnowartościowych oraz nałożeniem kary umownej przez Zamawiającego w wysokości 70 zł za każdy dzień opóźnienia w wymianie produktów”?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów umowy.

Pytanie 6

Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Niezależnie od uprawnień Zamawiającego opisanych w ust. 4 , po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji należytego wykonania umowy w przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy lub jego poszczególnej partii wolnych od wad w terminie 14 dni od daty złożenia przez Zamawiającego stosownego oświadczenia w przedmiocie wymiany przedmiotu umowy, Zamawiający w okresie kolejnego miesiąca może od niej odstąpić bez dochowania jakichkolwiek dodatkowych warunków”?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów umowy.

Pytanie 7

Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji należytego wykonania umowy, w przypadku nieterminowych realizacji dostaw lub dostaw niezgodnych pod względem towaru bądź ilości z zamówieniami – będzie naliczana przez Zamawiającego kara w wysokości 70 zł za każdy dzień zwłoki”?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów umowy.

Pytanie 8

Dotyczy warunków umowy § 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu i wprowadzeniu go do umowy:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/wymagalności wskazanego na fakturze”?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów umowy.

Pytanie 9

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca nie może przenieść wierzytelności na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”?

Odpowiedź: Zamawiający nie Zmienia zapisów umowy.

Pytanie 10

Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% na 7%”

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów umowy.

Pytanie 11

Dotyczy wzoru umowy

Z uwagi na charakter i okres obowiązywania umowy prosimy o ujęcie w treści projektu klauzul waloryzacyjnych

Odpowiedź: Klauzule waloryzacyjne zostały zawarte w §7 umowy.

(4) Pytania Wykonawcy czwartego:

Pytania do pakietu 4

Pytanie 1 Czy Zamawiający umożliwi składanie ofert na poszczególne pozycje w pakiecie 4 lub wydzieli do oddzielnego pakietu pozycję 7 jako nietożsamą z pozostałymi produktami umieszczonymi w pakiecie? Tak sporządzony opis będzie przejrzysty i nie wzbudzi podejrzliwości.

Art. 5 ust. 9 dyrektywy 2014/24/UE, który nakazuje, aby łącznym szacowaniem wartości dostaw obejmować nie tylko takie same dostawy, ale także dostawy podobne. W świetle motywu 19 dyrektywy 2014/24/UE przez pojęcie podobnych dostaw do celów szacowania należy rozumieć produkty o identycznym lub podobnym przeznaczeniu. Zdaniem wykonawcy produkty w pakiecie nr 4 są różnej funkcjonalności i przeznaczeniu, oraz innym kodzie CPV co jest sprzeczne z wyżej wymienionym zapisem oraz uniemożliwia składanie ofert większej ilości wykonawcom.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert na poszczególne pozycje, nie wydziela pozycji z części.

Pytanie 2 Jeśli Zamawiający wydzieli pozycję 7 do oddzielnego pakietu lub umożliwi składanie ofert na poszczególne pozycje, to czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści cewnik dwukanałowy długoterminowy 14F i 16F o długościach od mufki: 19,23,27,31,35,50cm, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich wykonany z biokompatybilnego karbotanu cewnik odporny na rozpuszczalniki i na wszystkie

powszechnie stosowane roztwory czyszczące na bazie jodu i alkoholu, wytrzymały na rozciąganie, elastyczny, odporny na załamania, posiadający solidne złącza typu luer i zaciski oznaczone kolorami, z nadrukiem objętości na ramionach, ramiona proste, obrotowe skrzydełka do mocowania, miękka stopniowana końcówka cewnika ułatwia płynne wprowadzanie i zmniejsza stopień recyrkulacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wydziela pozycji z części, dopuszcza w poz. 7 w/w cewnik

Pytanie 3 Wykonawca zaproponował produkt równoważny, gdyż w opisie znalazły

się cechy produktu charakterystyczne dla jednego wykonawcy. Zamawiający utrzymując parametry wykluczające i kierując się tylko własną chęcią posiadania konkretnego produktu i nie stwarzając warunków do składania ofert większej ilości wykonawców, musi mieć świadomość, że jest to działanie sprzeczne z zasadą konkurencyjności, polityką zakupową państwa i dlatego w oparciu o obiektywne potrzeby społeczne W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o samodzielne stworzenie granic równoważności przy zachowaniu zasad konkurencyjności lub wskazanie norm lub funkcjonalności produktu bez wskazywania konkretnych danych technicznych. Brak zakresów utrudnia dopasowanie produktu identycznego i ciężko określić co Zamawiający uważa za produkt równoważny w oparciu o artykuł 99 ust. 4-6 PZP

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt .

(5) **Pytania Wykonawcy piątego:**

Część 2, poz. 1 • Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego, medycznego PVC.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza komory kroplowej z pcv.

• Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź: Zamawiający niedopuszcza przyrządu bez dodatkowego zaczepu na zacisku.

• Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia. •

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza brak nazwy bezpośrednio na przyrządzie.

Czy Zamawiający dopuści przyrządy z ostrą igłą biorczą dwukanałową, trójplaszczynową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza przyrządu z ostrą igłą biorczą dwukanałową, trójplaszczynową – w kolorze białym.

Część 2, poz. 2 • Proszę o dopuszczenie przyrządów do dprzetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego, medycznego PVC •

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza komory kroplowej z pcv.

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepek na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego? •

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przyrząd do przetaczania krwi z zaczepek na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego.

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS o dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, a całkowita długość komory ok. 9,5 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej.

• Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza brak nazwy bezpośrednio na przyrządzie.

Część 2, poz. 3 • Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego, medycznego PVC.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza komory kroplowej z pcv.

• Czy Zamawiający

dopuszcza przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepek na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przyrząd do przetaczania krwi z zaczepek na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego.

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza brak nazwy bezpośrednio na przyrządzie.

Część 2, poz. 1-3,5,6 Czy zamawiający wydzieli poz. 1-3,5-6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla

Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli

Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej

konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zamawiający nie wydziela pozycji z części.

Część 5, poz. 5-11,13 Czy zamawiający wydzieli poz.5-11,13 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami

SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zamawiający nie wydziela pozycji z części.

(6) Pytania Wykonawcy szóstego:

Część nr 1 poz. 3, 4, 5

Czy Zamawiający dopuści długość igły PENCIL POINT 88 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część nr 1 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści cewnik 0,8 x 900 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opaskę do rurek tracheostomijnych mikrobiologicznie czystą, niesterylną?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część nr 3 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści stabilizator do rurek intubacyjnych mikrobiologicznie czysty, niesterylny?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

(7) Pytania Wykonawcy siódmego:

Część 2, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści przyrządy z komorą kroplową wykonaną z wysokiej jakości medycznego PCV?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza komory kroplowej z pcv.

Część 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z igłą ściętą w 4 płaszczyznach, wykonaną z ABS?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza .

Część 2, pozycja 1, 3

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów z komorą kroplową o długości 55mm w części przezroczystej i 60mm całkowitej?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Część 2, pozycja 5-6

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do pomp z pojedynczą skalą pomiarową, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza .

Część 2, pozycja 7-8

Czy Zamawiający dopuści przedłużacze do pomp o długości 150cm i sr. wew 1,24mm i zewn. 2,4mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza .

Część 2, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści kranik z drenem z optyczną zmianą położenia pokrętła?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza .

Część 2, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści cewniki pępowinowe w rozmiarach CH 4, 5, 6 i 8 spełniający pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza .

Część nr 5, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści woreczek do pobierania próbek moczu osobno dla dziewczynek i chłopców, do wyboru przez Zamawiającego pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza .

Część nr 5, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści wzierniki ginekologiczne sterylne, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza .

Część nr 5, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści sondy Sengstakena wykonane z silikonu o długości 850mm dostępne w rozmiarach CH 16, 18 i 20 jak dotychczas dostarczane?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza .

Część nr 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczulania łącznego z poniższymi parametrami:

W skład zestawu wchodzi:

- Strzykawka niskooporowa o pojemności 10ml o wygładzonym wnętrzu, kontrastującym tłoku ze standardową końcówką typu luer
- Cewnik epiduralny 20G o długości 100cm z 4 znacznikami głębokości oraz 3 otworami bocznymi, wykonany z poliamidu, z nitką radiacyjną na całej długości kontrastującą w promieniach RTG. Skalowany co 1cm (od 6cm do 17cm od strony dystalnej). Specjalna miękka, atraumatyczna końcówka pokryta w całości znacznikiem radioceniującym zapobiega uszkodzeniom naczyń i tkanek oraz zwiększa bezpieczeństwo wprowadzania cewnika.
- Dodatkowy łącznik ułatwiający wprowadzenie cewnika do igły Touhy
- Igła Touhy z mandrynem w rozmiarze 18G (różowa) o długości 90mm, skalowana co 1cm, wykonana ze stali nierdzewnej ze strzałkami na skrzydełkach wskazującymi prawidłowe ułożenie igły przy wkłuciu
- Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych (Pencil Point) 27G (szara) o długości 135 mm z możliwością wprowadzania do igły Touhy, wykonana ze stali nierdzewnej, z systemem blokującym SAFE-WAY, z możliwością regulacji wysunięcia igły w zakresie 0-10mm
- Płaski filtr epiduralny 0,2 µm odporny na ciśnienie 8 bar, z oznaczonym kierunkiem przepływu, obrotowym żeńskim łącznikiem luer-lock od strony cewnika epiduralnego oraz męskim łącznikiem luer-lock od strony strzykawki zabezpieczony fabrycznie koreczkiem (do 96 godz. nieprzerwanej pracy)
- Tępa igła do nabierania leków 18 G 38 mm z wbudowanym filtrem 0,5 µm. Ścięcie igły pod kątem 45°
- Łącznik do cewnika epiduralnego
- Piankowy stabilizator cewnika pokryty hipoalergicznym klejem z systemem zatraskowym zapobiegającym przypadkowemu wysunięciu cewnika z ciała pacjenta chroniąc jednocześnie cewnik przed zamknięciem światła w miejscu jego wprowadzenia do ciała
- Piankowy stabilizator filtra umożliwiający umocowanie filtra w dowolnym miejscu na ciele pacjenta
- Samoprzylepna naklejka na cewnik epiduralny



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza .

Część nr 8, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści przedłużacze do pomp o długości 100 cm z kranikiem trójdrożnym wykonanym z poliwęglanu z optyczną zmianą pozycji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza .

(8)Pytania Wykonawcy ósmego:

Pytanie nr 1

Dotyczy Części nr 1 poz. 4 Prosimy o dopuszczenie igły do znieczuleń podpajęczynówkowych, atraumatycznej z dwustrefowym szlifem; pakowana z prowadnicą, przezroczysty uchwyt pozwala na natychmiastową identyfikację wypływu płynu rdzeniowo-mózgowego, rozmiar: 26G x 88mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2

Dotyczy umowy § 2 ust. 6 Zwracamy się z prośbą o modyfikację w zakresie § 2 ust. 6 przez dodanie zapisu: „W przypadku dokonania zakupu zastępczego, Wykonawca zobowiązany jest wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę, np. zapłacić Zamawiającemu kwotę

stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towaru, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył zamówiony towar w terminie, a ceną towarów, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym), przy czym różnica nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i niedostarczonego towaru wynikającego z załącznika cenowego do niniejszej umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów umowy.

Pytanie nr 3 Dotyczy umowy § 3 ust. 9

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu § 3 ust. 9 dotyczącego naliczanych kar na następujący: „W przypadku nieterminowych realizacji dostaw lub dostaw niezgodnych pod względem towaru bądź ilości z zamówieniami – będzie naliczana przez Zamawiającego kara w wysokości 0,5% wartości niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki.” Pragniemy zwrócić uwagę, iż w zdecydowanej większości umów stosowane jest procentowe naliczanie kar za nieterminowe dostawy (takie też zapisy Zamawiający stosuje w innych umowach).

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów umowy.

Pytanie nr 4 Dotyczy umowy § 3 ust. 12 W związku z faktem, iż zwyczajowo suma kar umownych wynosi maksymalnie do 20%, prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisów umowy w zakresie § 3 ust. 12 w sposób następujący: „Możliwa do zastosowania maksymalna wysokość zastrzeżonych w ramach niniejszej umowy kara umownych nie może przekroczyć łącznie 20% wartości brutto umowy, o której mowa w § 1 ust. 3.”

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów umowy.

Pytanie nr 5 Dotyczy umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru umowy klauzuli waloryzacyjnej o następującej treści: „Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku: zmiany średniego kursu EURO ogłoszonego w dniu zawarcia umowy o 2%, lub zmiany średniego kursu USD ogłoszonego w dniu zawarcia umowy o 2%, lub po dniu zawarcia umowy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS przekroczy 3%. Odpowiedzi winne być udzielane w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania pisma, a cały proces negocjacji zakończony w terminie do 30 dni roboczych od daty złożenia wniosku inicjującego proces. Każdorazowo dokonana zmiana nie może skutkować podwyższeniem wynagrodzenia o 5% pierwotnej wartości Umowy.” Prośbę swą motywujemy tym, iż umowa będzie umową długoterminową i niewątpliwym jest, iż w okresie jej obowiązywania może nastąpić zmiana siły nabywczej pieniądza. Wprowadzenie klauzuli umożliwi zaktualizowanie wynagrodzenia Wykonawcy pod kątem rzeczywistej wartości ekonomicznej świadczonych dostaw, co przyczyni się zarówno do jak najpełniejszego wykonywania umowy, jak również sporządzenia właściwej kalkulacji oferty zobowiązania długoterminowego. Dodatkowo, z uwagi na ogólnoswiatową sytuację polityczno-gospodarczą spowodowaną działaniami zbrojnymi rozpoczętymi na terenie Ukrainy, przez wzgląd na wynikające z tego konsekwencje w postaci wyjątkowej niestabilności kursów walut, wnosimy o wprowadzenie do umowy zapisu dotyczącego możliwości zmiany umowy na wypadek ww. okoliczności.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów umowy.

(9) Pytania wykonawcy dziewiątego:

Pakiet 4 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści:

Cewnik naczyniowy permanentny w zestawie, dwuświatłowy, wykonany z poliuretanu o średnicy 14,5 Fr i 16 Fr. Cewnik 14,5 Fr o długości cewnika do mufy: 15, 19, 23, 27, 31, 35, 42 cm w wersji z ramionami prostymi i 14,5 Fr o długości 19, 23, 28,31 cm w wersji z ramionami zakrzywionymi. Przepływ do 500ml/min. Cewnik 16 Fr - długości cewnika do mufy: 19, 23, 27, 31, 35, 42 cm w wersji z ramionami prostymi i 16 Fr o długości 19, 24, 27 i 31 cm w wersji w wersji z ramionami zakrzywionymi. W wersji 16 Fr przepływ 500 ml/min nawet przy 15% okluzji. Końcówka cewnika rozdwojona. Objętość wypełnienia naniesiona na zaciskach. Światło wewnętrzne cewnika 2.3 mm. Otwory wycięte w systemie 360 st zapobiegające przyssaniu się cewnika do ściany

naczynia. Dla cewnika 14,5 Fr wprowadzacz o średnicy 15 Fr a dla cewnika 16 Fr wprowadzacz o średnicy 16,5 Fr. Oba rozmiary ze zintegrowanym zaworem hemostatycznym, nie wymagającym aktywacji, zapobiegającym przedostaniu się powietrza do światła naczynia i utraty krwi. Cewnik w zestawie do zakładania metodą Seldingera. 5 sztuk w opakowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

(10) Pytania Wykonawcy dziesiątego:

Pytania do Części nr 2

Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do przetoczeń płynów infuzyjnych firmy Margomed – aparatu nowej generacji, o ulepszonych parametrach techniczno-użytkowych: komora kroplowa bez PCV o długości min. 60 mm w części przezroczystej, igła biorcza wykonana z ABS, filtr w odpowietrzniku o wyższej skuteczności filtracji bakterii (BFE) - min. 99,999994 %- oraz wirusów (VFE) min. 99,99964%. (potwierdzone wynikiem badań wykonanych w niezależnym laboratorium dołączonym do oferty). Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów leków światłoczułych firmy Margomed - komora kroplowa wykonana z elastycznego tworzywa - bez PCV. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Poz. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kranika trójdrożnego z drenem do infuzji wykonanego z materiału odpornego na działanie nawet bardzo agresywnych leków - poliwęglan, z pokrętłem w kolorze niebieskim. Optyczna oraz wyczuwalna zmiana położenia pokrętła kranika co 45o. Produkt pakowany pojedynczo, sterylnie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zmianie ulega Rozdział III pkt. 2.1) SWZ:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14.02.2023 r. do godziny 12.30.

Zmianie ulega Rozdział III pkt. 3.1) SWZ:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.02.2023 r. o godz. 13.10 poprzez odszyfrowanie złożonych na Platformie ofert.

Zmianie ulega Rozdział III pkt. 4.1) SWZ

Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 15.03.2023r.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany, które stanowią integralną część SWZ, podczas sporządzania oferty

Podpis.....

Zamieszczono na stronie internetowej (platforma zakupowa zamawiającego)

.....
