

Toruń, dnia 12-01-2023 r.

**W.Sz.Z: TZ-280-126/22**

dotyczy: postępowania na **dostawę odczynników laboratoryjnych i materiałów eksploatacyjnych do wykonywania badań diagnostycznych, gazów specjalnych do chromatografii gazowej, czytnika oraz dzierżawę analizatorów i innego sprzętu laboratoryjnego.**

W związku z otrzymanymi zapytaniem do Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający zgodnie z art. 135 ust. 2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) zwanej dalej Pzp, udziela poniższych odpowiedzi oraz dokonuje zmiany treści SWZ:

**Pytanie Nr 1, dot. Zadania Nr 2:**

Dotyczy pkt. 27 specyfikacja techniczna oraz poz. 44 i 22 Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa: Prosimy Zamawiającego o informacje czy w specyfikacji technicznej w pkt. 27 nie zaszła omyłka pisarska i zamiast oznaczenia Anty-HBc IgM nie powinno być oznaczenie Anty-HBc total? W Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa Zamawiający wymaga tylko oznaczenie Anty-HBc total - pozycja 44 (ZDL ul. Konstytucji 3 Maja 42) i 22 (ZDL ul. Św. Józefa 53-59).

**Odpowiedź:**

W pozycji 27 nastąpiła omyłka Zamawiającego. Zamawiający wymaga tylko oznaczania Anty-HBc total, stąd w punkcie 27 specyfikacji technicznej powinno być oznaczanie Anty-HBc total zamiast Anti-HBc IgM. Zmianie ulega Załącznik Nr 2/2b do SWZ.

**Pytanie Nr 2, dot. Zadania Nr 2:**

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wewnątrzlaboratoryjnej kontroli dedykowanej także dla oznaczeń wirusów HBeAg (poz. 17, lokalizacja św. Józefa)?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wymaga dostarczenia kontroli wewnątrzlaboratoryjnej dedykowanej dla oznaczeń HBeAg.

*Wszelkie zmiany wynikające z powyższych odpowiedzi na pytania należy uwzględnić w składanych ofertach.*

Aktualny Załącznik Nr 2/2b do SWZ zostaje umieszczony na stronie prowadzonego postępowania Zamawiającego - [https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszz\\_torun](https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun)

Z poważaniem