



Czeladź, dnia 17 maja 2023 r.

Znak sprawy: DZA.381.18.2.2023

**Do wszystkich  
Wykonawców**

**Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm) – na dostawę mebli medycznych.**

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, 41-250 Czeladź, ul. Szpitalna 40 informuje, że Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

**Pytanie nr 1**

Pakiet 1 i Pakietu 2

Prosimy o dopuszczenie szafki o rozwiązaniach równoważnych, co pozwoli na złożenie oferty dużo korzystniejszej niż opisana szafka firmy Konkret Sp. z o.o. Sp. k.?



**wyjaśniamy:**

Zamawiający nie dopuszcza, w ramach Pakietu nr 1 i 2 szafki o rozwiązaniach równoważnych.

**Pytanie nr 2**

Pakiet 1 i Pakietu 2

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z szufladami o wysuwie jednostronnym (prowadnice rolkowe), z dostępem do nich zarówno z lewej, jak i prawej strony (odejmowany, przekładany blat boczny, który można zamontować z lewej lub prawej strony szafki, bez użycia narzędzi)?

**wyjaśniamy:**

Zamawiający nie dopuszcza, w ramach Pakietu nr 1 i 2 szafki o wyżej proponowanych rozwiązaniach.



ul. Szpitalna 40

41-250 Czeladź

NIP: 6252247223 REGON: 278209300

Nr rejestrowy BDO 000006287



(32) 763-76-38



sekretariat.czelandz@pzzoz.bedzin.pl



www.pzzoz.bedzin.pl



**Pytanie nr 3**

Pakiet 1 i Pakietu 2

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z korpusem wykonanym z profili aluminiowych, z ramkami szuflad oraz bokami szafki wykonanymi z ocynkowanej blachy stalowej malowanej proszkowo, z blatami oraz frontami szuflad wykonanymi z płyty tworzywowej typu HPL?

**wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza, w ramach Pakietu nr 1 i 2 szafkę o wyżej proponowanych rozwiązaniach.

**Pytanie nr 4**

Pakiet 1 i Pakietu 2

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wysokości 87,5 cm, szerokości 55,5 cm, głębokości 45,1 cm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

**wyjaśniamy:**

Zamawiający nie dopuszcza, w ramach Pakietu nr 1 i 2 szafki o wyżej proponowanych parametrach.

**Pytanie nr 5**

Pakiet 1 i Pakietu 2

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z regulacją wysokości blatu bocznego w zakresie 760-1110 mm?

**wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza, w ramach Pakietu nr 1 i 2 szafkę o wyżej proponowanych parametrach.

**Pytanie nr 6**

Pakiet 1 i Pakietu 2

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z otwartą półką między dwoma szufladami z dostępem do niej tylko od frontu szafki, co w większym stopniu zabezpiecza znajdujące się tam przedmioty?

**wyjaśniamy:**

Zamawiający nie dopuszcza, w ramach Pakietu nr 1 i 2 szafki o wyżej proponowanych rozwiązaniach.

**Pytanie nr 7**

Pakiet 1 i Pakietu 2

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z półką na basen wykonaną z ABS znajdującą się w dolnej części szafki?

**wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza, w ramach Pakietu nr 1 i 2 szafkę o wyżej proponowanych rozwiązaniach.

**Pytanie nr 8**

Pakiet 1 i Pakietu 2

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z kołami o średnicy 50 mm?

**wyjaśniamy:**

Zamawiający nie dopuszcza, w ramach Pakietu nr 1 i 2 szafki o wyżej proponowanych rozwiązaniach.



**Pytanie nr 9**

Pakiet 1 i Pakietu 2

Czy Zamawiający będzie oczekiwał aby szafka była wyposażona w dodatkowe koło podpierające blat boczny, co znacząco zwiększa użytkowość korzystania z blatu bocznego, opisanie rozwiązanie sprawia że przeważenie szafki jest mniej prawdopodobne niż w opisanym rozwiązaniu gdzie blat jest zamontowany do boku szafki bez podparcia?

**wyjaśniamy:**

Zamawiający nie oczekuje, w ramach Pakietu nr 1 i 2 szafki o wyżej proponowanych rozwiązaniach.

**Pytanie nr 10**

Pakiet 1 i Pakietu 2

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z indywidualna blokadą kół znajdującą się bezpośrednio przy kółkach?

**wyjaśniamy:**

Zamawiający nie dopuszcza, w ramach Pakietu nr 1 i 2 szafki o wyżej proponowanych rozwiązaniach.

**Pytanie nr 11**

Pakiet 1 i Pakietu 2

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową, której blat górny posiada na 2 bocznych krawędziach listwy aluminiowe w kształcie litery C oraz na tylnej krawędzi aluminiowy reling oraz blatem bocznym wyposażonym w 2 listwy aluminiowe w kształcie litery C?

**wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza, w ramach Pakietu nr 1 i 2 szafkę o wyżej proponowanych rozwiązaniach.

**Pytanie nr 12**

Pakiet 1 i Pakietu 2

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z możliwością pochylenia blatu bocznego o 30° i 60° w obie strony, co jest rozwiązaniem tożsamym z oczekiwanym przez Zamawiającego?

**wyjaśniamy:**

Zamawiający nie dopuszcza, w ramach Pakietu nr 1 i 2 szafki o wyżej proponowanych rozwiązaniach.

**Pytanie nr 13**

Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami z możliwością ich blokady za pośrednictwem dwóch suwaków każdy z nich?

**wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza, w ramach Pakietu nr 2 łóżko o wyżej proponowanych rozwiązaniach.

**Pytanie nr 14**

Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami poruszającymi się wraz z leżem?

**wyjaśniamy:**

Zamawiający nie dopuszcza, w ramach Pakietu nr 2 łóżka o wyżej proponowanych rozwiązaniach.





### Pytanie nr 15

Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami poruszającymi się wraz z segmentem pleców oraz barierkami nie poruszającymi się wraz z segmentami nożnymi? Barierki zabezpieczają pacjenta na całej długości łóżka to jest od szczytu głowy aż do szczytu nóg pacjenta oraz w pozycji siedzącej.

#### wyjaśniamy:

Zamawiający dopuszcza, w ramach Pakietu nr 2 łóżko o wyżej proponowanych rozwiązaniach.

### Pytanie nr 16

Pakiet 2

Czy w związku z pkt. 8 i 9 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi, z wyświetlaczem LCD (zewnętrzne panele sterownicze) wskazującymi osiągnięcie przez segment oparcia pleców kąta 15°, 30°, 45°, 60° oraz przechyłów wzdłużnych 6° i 12°?

#### wyjaśniamy:

Zamawiający nie dopuszcza, w ramach Pakietu nr 2 łóżka o wyżej proponowanych parametrach.

### Pytanie nr 17

Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem opartym na pantografie, co zapewnia więcej punktów podparcia niż dwie kolumny?

#### wyjaśniamy:

Zamawiający nie dopuszcza, w ramach Pakietu nr 2 łóżka o wyżej proponowanych rozwiązaniach.

### Pytanie nr 18

Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym płytami z polipropylenu (na każdy segment leża przypada jeden panel)?

#### wyjaśniamy:

Zamawiający dopuszcza, w ramach Pakietu nr 2 łóżko o wyżej proponowanych rozwiązaniach.

### Pytanie nr 19

Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez wskaźnika kąтового zintegrowanego z barierkami, wykorzystującego ciecz, gdyż proponowane rozwiązanie jest chronione patentem przez firmę LINET co stanowi rażące ograniczenie konkurencji ( w załączeniu fragment katalogu

The Eleganza 2 offers safety without compromise. The sideralls guarantee a high level of protection against a fall and a number of other safety features make the Eleganza 2 a bed with the highest possible level of safety.

SAFE Plus  
CONCEPT



#### PATENTED LIQUID-FILLED ANGLE INDICATORS

Accurately and clearly indicate the tilt of the backrest on the head sideralls and the mattress platform tilt on the foot sideralls.

Do pobrania pod adresem: <http://www.linnet.com/en/health-care/beds/universal-beds/eleganza-2>

#### wyjaśniamy:

Zamawiający dopuszcza, w ramach Pakietu nr 2 łóżko o wyżej proponowanych rozwiązaniach.



ul. Szpitalna 40

41-250 Czeladź

NIP: 6252247223 REGON: 278209300

Nr rejestrowy BDO 000006287



(32) 763-76-38



sekretariat.czelandz@pzzoz.bedzin.pl



www.pzzoz.bedzin.pl



### **Pytanie nr 20**

Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w panel centralny z wydzielonymi polami, intuicyjnego oraz prostego w użyciu, bez wykorzystania pól o różnych kolorów, co nie ma żadnego wpływu na jego funkcjonalność?

#### **wyjaśniamy:**

Zamawiający nie dopuszcza, w ramach Pakietu nr 2 łóżka o wyżej proponowanych rozwiązaniach.

### **Pytanie nr 21**

Pakiet 2

W nawiązaniu do pkt. 14 tabeli z parametrami technicznymi czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją pozycji kardiologicznej na panelu umiejscowionym w barierce bocznej od strony wewnętrznej (strony pacjenta), co w żaden sposób nie zagraża bezpieczeństwu pacjenta – nie jest to pozycja niebezpieczna? Wymienione funkcje dostępne są w barierkach bocznych od strony zewnętrznej (panel dla personelu medycznego)

#### **wyjaśniamy:**

Zamawiający nie dopuszcza, w ramach Pakietu nr 2 łóżka o wyżej proponowanych rozwiązaniach.

### **Pytanie nr 22**

Pakiet 2

W nawiązaniu do pkt. 14 tabeli z parametrami technicznymi czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcjami anty- i Trendelburga, CPR oraz antyszokowej nie dostępnymi na panelu w barierkach od strony pacjenta oraz dostępnymi na panelu zewnętrznym przeznaczonym dla personelu (funkcje te mogą zostać zablokowane przez personel medyczny)?

#### **wyjaśniamy:**

Zamawiający nie dopuszcza, w ramach Pakietu nr 2 łóżka o wyżej proponowanych rozwiązaniach.

### **Pytanie nr 23**

Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 236 cm oraz możliwością przedłużenia leża o 28 cm?

#### **wyjaśniamy:**

Zamawiający nie dopuszcza, w ramach Pakietu nr 2 łóżka o wyżej proponowanych parametrach.

### **Pytanie nr 24**

Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 997 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

#### **wyjaśniamy:**

Zamawiający nie dopuszcza, w ramach Pakietu nr 2 łóżko o wyżej proponowanych parametrach.

### **Pytanie nr 25**

Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 350-910 mm, co jest rozwiązaniem korzystniejszym dla Zamawiającego?





**wyjaśniamy:**

Zamawiający nie dopuszcza, w ramach Pakietu nr 2 łóżka o wyżej proponowanych parametrach.

**Pytanie nr 26**

Pakiet 2

W nawiązaniu do pkt. 20 tabeli z parametrami technicznymi czy Zamawiający dopuści łóżko z przyciskiem dedykowanym dla osiągnięcia kąta 30 stopni?

**wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza, w ramach Pakietu nr 2 łóżko o wyżej proponowanych rozwiązaniach.

**Pytanie nr 27**

Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie 0-70 stopni?

**wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza, w ramach Pakietu nr 2 łóżko o wyżej proponowanych rozwiązaniach.

**Pytanie nr 28**

Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu uda w zakresie 0-40 stopni?

**wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza, w ramach Pakietu nr 2 łóżko o wyżej proponowanych rozwiązaniach.

**Pytanie nr 29**

Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko z autoregresją w części lędźwiowej w zakresie 10 cm? Funkcja autoregresji nie ma nic wspólnego z odleżynami. Przy odleżynach wyższego stopnia w okolicach kości ogonowej nie powinno stosować się pozycji łamanych wysokich leża. Pacjenci z odleżynami powinni leżeć na leżu prostym i właściwym materacu przeciwoleżynowym zmiennociśnieniowym. Autoregresja służy tylko i wyłącznie do bezpiecznego załamywania się i nie zakleszczania materaca piankowego podkładowego oraz większego komfortu siedzenia. Dzięki autoregresji przedłużamy czas użytkowania materaca, który nie posiada ryflowań (nacięć) we właściwych miejscach załamań leża.

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający nie dopuszcza, w ramach Pakietu nr 2 łóżka o wyżej proponowanych rozwiązaniach.

**Pytanie nr 30**

Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko z Trendelenburgiem 14° i anty-Trendelenburgiem 15°?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający nie dopuszcza, w ramach Pakietu nr 2 łóżka o wyżej proponowanych parametrach.

**Pytanie nr 31**

Pakiet 2

Czy w związku z pkt. 32 Zamawiający dopuści łóżko z przyciskiem świadomego użytku znajdującym się tylko na panelu centralnym? Norma na łóżka medyczne definiuje jakie funkcje powinny mieć podwójne zabezpieczenie świadomego użycia, a wskazany zapis ogranicza konkurencję i wskazuje na jednego wykonawcę.





**wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza, w ramach Pakietu nr 2 łóżko o wyżej proponowanych rozwiązaniach.

**Pytanie nr 32**

Pakiet 2

W nawiązaniu do pkt. 33 i 34 tabeli z parametrami technicznymi Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, w którym wszystkie funkcje elektryczne odłączane są natychmiast po zaprzestaniu realizowania funkcji elektrycznej bez konieczności wykorzystywania przycisku odłączającego natychmiast wszystkie funkcje elektrycznych łóżka (poza ratującymi życie) i odłączenia po 180 sekundach? Prosimy o odstąpienie od powyższych zapisów, które nie mają żadnego uzasadnienia w funkcjonalności - łóżka medyczne nie mają prawa stwarzać zagrożenia dla pacjenta czy personelu, powinny posiadać automatyczne zatrzymanie funkcji podczas wykrycia błędu w działaniu łóżka. Jest to zapis który wskazuje na jednego wykonawcę.

**wyjaśniamy:**

Zamawiający nie dopuszcza, w ramach Pakietu nr 2 łóżka o wyżej proponowanych rozwiązaniach.

**Pytanie nr 33**

Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez tworzywowej osłony podwozia?

**wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza, w ramach Pakietu nr 2 łóżko o wyżej proponowanych rozwiązaniach.

**Pytanie nr 34**

Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez systemu pamięci ostatnich 1000 funkcji?

**wyjaśniamy:**

Zamawiający nie dopuszcza, w ramach Pakietu nr 2 łóżka o wyżej proponowanych rozwiązaniach.

**Pytanie nr 35**

Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści materac z zamkiem w kształcie litery L, na dwóch bokach materaca?

**wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza, w ramach Pakietu nr 2 materac o wyżej proponowanych rozwiązaniach.

**Pytanie nr 36**

Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami poruszającymi się wraz z leżem wyposażonymi w podwójne krążki odbojowe chroniące ściany i łóżko podczas ruchy w pionie i poziomie?

**wyjaśniamy:**

Zamawiający nie dopuszcza, w ramach Pakietu nr 2 łóżka o wyżej proponowanych rozwiązaniach.

**Pytanie nr 37**

Pakiet 2

Czy z racji zwiększenia funkcjonalności łóżka Zamawiający będzie oczekiwał aby łóżko było wyposażone w 3 zaprogramowane przyciski w barierkach 15, 30, 45 stopni? Rozwiązanie jest dużo bardziej korzystne i funkcjonalne niż opisane.



**wyjaśniamy:**

Zamawiający nie oczekuje, w ramach Pakietu nr 2 łóżka o wyżej proponowanych rozwiązaniach.

**Pytanie nr 38**

Pakiet 2

Czy Zamawiający będzie oczekiwał aby łóżko było wyposażone w wyświetlacz LCD w barierkach?  
Rozwiązanie dużo bardziej praktyczne i intuicyjne w obsłudze nie wpłynie na podniesienie kosztów łóżka a znacząco poprawi funkcjonalność.

**wyjaśniamy:**

Zamawiający nie oczekuje, w ramach Pakietu nr 2 łóżka o wyżej proponowanych rozwiązaniach.

DYREKTOR  
Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
41-250 Czeladź, ul. Szpitalna 40

mgr Aldona Sylwa