

505
EZP/...../20

Wrocław, 02.07.2020

Wg rozdzielnika

Sukcesywna dostawa preparatów dezynfekcyjnych z podziałem na 30 zadań, znak sprawy ZNAK SPRAWY PN/23/20/LPE/JHP

W związku z wpłynięciem pytań do SIWZ w przetargu nr ZP/PN/23/20/LPE/JHP Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu działając zgodnie z art. 38, ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada:

Pytanie nr 1

1. Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątplenia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy –klausul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie terminu dostawy na: w miarę dostępności u ich producenta?

Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści § 5 ust. 1 wzoru umowy Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycją z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób aby termin dostawy został dostosowany do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (stan epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia?

Odpowiedz Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. Ponadto obowiązujące przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw dają możliwość odpowiednich zmian umowy w razie wystąpienia określonych przesłanek.

2. Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii oraz skutki po ustąpieniu epidemii a także związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątplenia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków

umowy klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie wysokości lub w ogóle naliczania kar umownych?

Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści § 8 ust. 1 pkt 1.1 wzoru umowy Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycją z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób aby prawo do naliczania ewentualnych kar umownych za zwłokę w dostawie, zostało dostosowane do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (stan epidemii oraz stan po ustaniu epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia?

Odpowiedz Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. Ponadto obowiązujące przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw dają możliwość odpowiednich zmian umowy w razie wystąpienia określonych przesłanek.

3. Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy –klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie możliwości odstąpienia od umowy przez wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, ale spowodowanych czynnikami od niego niezależnymi?

Jeżeli tak to: Czy w związku z obecnym stanem epidemii oraz związanymi z tym implikacjami natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na możliwość realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, w treści § 8 ust. 6 wzoru umowy Zamawiający wprowadzi zapis pozwalający wykonawcy, w razie wystąpienia szczególnych okoliczności, z przyczyn leżących po jego stronie, ale niezależnych od niego, odstąpić jednostronnie od umowy o zamówienie publiczne bez ponoszenia przez niego negatywnych skutków natury prawno-finansowych z tym związanych?

Odpowiedz Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

4. Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy –klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie

możliwości waloryzacji cen ze względu na zmianę cen przez producenta, jeżeli wykonawca nie jest producentem?

Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści § 3 ust. 3 wzoru umowy Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycją z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób aby waloryzacja cen została dostosowana do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (stan epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia?

Odpowiedz Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. Ponadto obowiązujące przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw dają możliwość odpowiednich zmian umowy w razie wystąpienia określonych przesłanek.

Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. **Czy w poz. 15** – Zamawiający mógłby dopuścić opakowania zawierające 150 lub 300 szt. tabletek?

Odpowiedz Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

2. **Czy w poz. 16** – Zamawiający mógłby dopuścić chusteczki o spektrum działania B (łącznie z MRSA), F w czasie do 1 min., V (HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia) w czasie 30 sek., Papova/ Polyoma - 2 min., posiadające opinię dermatologiczną oraz pozytywną opinię producentów urządzeń ultrasonograficznych, opakowanie typu flow-pack 100 szt. chusteczek o wym. 20 cm x 22 cm o gramaturze 50g/m² wykonane z poliestru?

Odpowiedz Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

3. **Czy w poz. 17** – Zamawiający mógłby dopuścić chusteczki nasączone alkoholem (etanolem) do szybkiej dezynfekcji powierzchni wrażliwych, odpornych na działanie alkoholu, również nieinwazyjnych produktów medycznych, ekranów, klawiatur i paneli kontrolnych, o spektrum: B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV/BVDV) - 0,5 min., V(Rota, Noro/MNV) - 0,5 min., V(Vaccinia) - 1 min., V(Adeno) - 3 min., wykonane z gładkiej włókniny syntetycznej, o gramaturze ok 50 g/m², opakowanie typu flow-pack z plastikowym klipsem zamykającym, zawierające 100 szt. chusteczek?

Odpowiedz Zamawiającego
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 2

Pytanie 1

Czy Zamawiający w Zadaniu 4 dopuści:

Alkoholowe, chusteczki na bazie 70% propanolu, 0.5% chlorheksydydny i olejku nawilżającego do odkażania rąk, spectrum: B,F do 15 sekund, wymiar chusteczki 17x23cm, 100szt. w opakowaniu? lub

Alkoholowe, chusteczki na bazie 70% propanolu, 0.5% chlorheksydydny i olejku nawilżającego do odkażania rąk, spectrum: B,F do 15 sekund, wymiar chusteczki 12x18cm, 200szt. w opakowaniu? W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odpowiedz Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 2

Czy Zamawiający w Pakiecie 26a i 26b dopuści:

Chusteczki niskopyłowe, wykonane z mieszaniny wiskozy i poliestru i celulozy, o gramaturze 70g/m², wymiarze 30x34cm, dostarczane w zwojach perforowanych chusteczek, opakowanych folią wraz z etykietą. Przeznaczone do osuszania powierzchni lub po ich nasączeniu odpowiednim preparatem, do dezynfekcji i mycia wszelkich powierzchni i wyposażenia, Zwój 100szt. chusteczek oraz Pojemniki/wiaderka wielokrotnego użycia o pojemności 5,5l, wyposażone w specjalny system dozujący. Niewrażliwe na działanie preparatów dezynfekcyjnych, nadające się do maszynowego mycia w temp. do 70° C. System zawiera dodatkowo etykietę oraz klips zabezpieczający przed wysychaniem. lub

Chusteczki niskopyłowe, wykonane z mieszaniny wiskozy i poliestru i celulozy, o gramaturze 70g/m², wymiarze 18x25cm, dostarczane w zwojach perforowanych chusteczek, opakowanych folią wraz z etykietą. Przeznaczone do osuszania powierzchni lub po ich nasączeniu odpowiednim preparatem, do dezynfekcji i mycia wszelkich powierzchni i wyposażenia, Zwój 300szt. chusteczek oraz Pojemniki/wiaderka wielokrotnego użycia o pojemności 5,5l, wyposażone w specjalny system dozujący. Niewrażliwe na działanie preparatów dezynfekcyjnych, nadające się do maszynowego mycia w temp. do 70° C. System zawiera dodatkowo etykietę oraz klips zabezpieczający przed wysychaniem. W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odpowiedz Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 3

Grupa II, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści trójenzymatyczny preparat do manualnego i półautomatycznego mycia endoskopów oraz manualnego mycia wszelkiego rodzaju narzędzi chirurgicznych, wyrobów medycznych oraz oprzyrządowania anestetycznego, nie wytwarzający piany, zapewniający ochronę przed korozją. Opakowanie 5 l. Wyrób medyczny.

Odpowiedz Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 4

Grupa 1 pozycje 10-11

Czy Zamawiający wyłączy pozycje 10-11 i utworzy z nich osobne Zadanie? Umożliwi to złożenie ofert firmom specjalizującym się w tym asortymencie, a co za tym idzie – uzyskanie korzystnych finansowo ofert.

Odpowiedz Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Grupa 1 pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści rękawicę nasączoną m.in. siarczanem sodowolauretowym, chlorkiem sodu, kokoamidopropylobetainą zamiast dichlorowodorkiem octenidyny?

Odpowiedz Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Grupa 1 pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie asortymentu sklasyfikowanego jako wyrób higieniczny?

Odpowiedz Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Grupa 1 pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści równoważne duże, miękkie i grube myjki w formie ścierki nasączone m.in. 2% roztworem chlorheksydyny, zapewniają skuteczną dekontaminację ciała pacjenta. Zawierają delikatny, oczyszczający, odświeżający i nawilżający preparat, z dodatkowymi właściwościami ochronnymi skóry m.in. dzięki zawartości w składzie wyciągu z aloesu. Stosowane bezpośrednio po wyjęciu z opakowania. Możliwość wcześniejszego podgrzania w mikrofalówce. Nie wymagają użycia dodatkowej wody. Testowane dermatologicznie. Opakowanie z możliwością wielokrotnego zamykania, rozmiar ok. 23cm x 21cm?

Odpowiedz Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 5

Grupa I poz 1

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego wszystkie zapisy SIWZ zawierającego stężenie alkoholu w granicach 80%. Nie ma żadnej merytorycznej przesłanki aby wymagać preparatu którego stężenie wynosi jedynie 70-75%.

Odpowiedz Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Grupa III poz 15

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego zapisy SIWZ konfekcjonowanego w opakowaniu po 300 sztuk.

Odpowiedz Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Grupa III poz 16

Prosimy o dopuszczenie do oceny chusteczek spełniających wszystkie zapisy SIWZ o rozmiarze

20x20cm, konfekcjonowanych w tuby po 120 sztuk z przeliczeniem ilości na bazie QAV o znacznie szerszym spektrum mikrobójczym wobec B(w tym MRSA,VRE), F(drożdżakobójcze), V (wirusy osłonione, Rota, Noro) w czasie do 1 minuty, Tbc (Avium i Terrae) w czasie do 5 minut wszystkie badania potwierdzone w warunkach brudnych. Aspegillus i Cl. Difficile w czasie do 15 minut.

Odpowiedz Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Grupa III poz 18

Prosimy o dopuszczenie do oceny alkoholowego preparatu spełniającego wszystkie zapisy SIWZ, nie zawierającego czwartorzędowych związków amoniowych.

Odpowiedz Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Grupa III poz 19

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego wszystkie zapisy SIWZ zarejestrowanego jako wyrób medyczny. Aktualnie opisany przez Zamawiającego preparat został wycofany z rynku.

Odpowiedz Zamawiającego

Każdy preparat spełniający wszystkie zapisy SIWZ –zarejestrowany jako wyrób medyczny, produkt biobójczy zamawiający dopuszcza.

Grupa III poz 19

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego zapisy SIWZ, który wykazuje wymagane spektrum mikrobójcze w stężeniu roboczym do 0,5%. Aktualnie opisany przez Zamawiającego preparat został wycofany z rynku.

Odpowiedz Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 6

Pytanie nr 1– dotyczy pakietu 29, 30

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji dostaw częściowych do 14 dni?

Odpowiedz Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę dla pakietu nr 29,30 na wydłużenie terminu dostaw częściowych do 14 dni.

Pytanie nr 7

Dot. projektu umowy § 5 ust. 1, formularza ofertowego

W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, które mają ogromny wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje poszczególnych państw w zakresie eksportu, znaczący wzrost zapotrzebowania na środki

dezynfekcyjne na całym świecie) w nawiązaniu do zapisów projektu umowy oraz SIWZ odnośnie terminu dostaw prosimy o wydłużenie maksymalnego terminu dostawy do 6 dni roboczych.

Odpowiedz Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę i wydłuża termin dostawy do 6 dni roboczych

Dot. projektu umowy § 5 ust. 3, formularza ofertowego

W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, które mają ogromny wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje poszczególnych państw w zakresie eksportu, znaczący wzrost zapotrzebowania na środki dezynfekcyjne na całym świecie) w nawiązaniu do zapisów projektu umowy oraz SIWZ odnośnie terminu dostaw interwencyjnych prosimy o wydłużenie maksymalnego terminu dostaw interwencyjnych do 3 dni roboczych.

Odpowiedz Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę i wydłuża termin dostaw interwencyjnych do 72 godzin

Dot. projektu umowy § 5 ust. 13 i 14

Zwracamy się z prośbą o usunięcie z umowy zapisu § 5 ust. 13 i 14 dotyczącego tzw. nabycia zastępczego.

Odpowiedz Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. Ponadto obowiązujące przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw dają możliwość odpowiednich zmian umowy w razie wystąpienia określonych przesłanek.

Dot. wzoru umowy § 5 ust. 14

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się prośbą o usunięcie z projektu umowy postanowień dotyczących naliczania kar umownych w trybie § 8 ust.1 w przypadku dokonania wykonania zastępczego przez Zamawiającego, za które Wykonawca pokryje różnicę kosztu zakupu tożsamego asortymentu u innego dostawcy – poprzez wykreślenie z § 5 ust. 14 ostatniego zdania.

Naliczenie kary umownej za opóźnienie w dostarczeniu zamówionych towarów po dokonaniu nabycia zastępczego powoduje w istocie podwójne karanie Wykonawcy za to samo przewinienie.

Odpowiedz Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. Ponadto obowiązujące przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw dają możliwość odpowiednich zmian umowy w razie wystąpienia określonych przesłanek.

Dot. projektu umowy § 5 ust. 13 i 14

Zwracamy się z prośbą o modyfikacje umowy poprzez dodanie zapisu w § 5 ust. 13 o następującej treści:

Różnica nie może przekroczyć 10% wartości niedostarczonego w terminie towaru wynikającej z arkusza asortymentowo-cenowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy umowy.

Odpowiedz Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. Ponadto obowiązujące przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw dają możliwość odpowiednich zmian umowy w razie wystąpienia określonych przesłanek.

Dot. projektu umowy § 7 ust. 2

W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, które mają ogromny wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje poszczególnych państw w zakresie eksportu, znaczący wzrost zapotrzebowania na środki dezynfekcyjne na całym świecie) w nawiązaniu do zapisów projektu umowy odnośnie terminu rozpatrzenia reklamacji jakościowych prosimy o wydłużenie terminu do 5 dni roboczych.

Odpowiedz Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę i wydłuża termin rozpatrzenia reklamacji jakościowych do 5 dni roboczych.

Dot. wzoru umowy § 8 ust. 1 podpunkt 1.1

Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu w § 8 ust. 1 podpunkt 1.1 projektu umowy w sposób następujący:

„zwłokę w dostarczeniu zamawianych środków lub zwłokę w dostarczeniu towaru wolnego od wad w przypadku zgłoszenia reklamacji, o której mowa w § 7 ust. 3 umowy - w wysokości 0,2 % wartości brutto niedostarczonej/reklamowanej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli zwłoka trwała nie dłużej niż 7 dni i 0,5 % wartości brutto niedostarczonej/reklamowanej partii towaru za każdy następny dzień zwłoki, przy czym w przypadku, gdyby wysokość kary była niższa niż 10 zł, to należna kara będzie wynosić 10 zł. „

Odpowiedz Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Dot. projektu umowy § 8 ust. 5

Zwracamy się z prośbą o usunięcie z umowy zapisu § 8 ust. 5.

Odpowiedz Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Dot. projektu umowy § 8

Zwracamy się z prośbą o dodanie do umowy w §8 ustępu 7 i 8 o następującej treści:

7. Zamawiający oświadcza, że zrzeka się dochodzenia roszczeń z tytułu przewidzianych umową kar umownych i odszkodowań, za okres, w którym umowa nie mogła być należycie wykonywana z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a w szczególności siły wyższej w postaci pandemii wirusa COVID-19.

8. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności przy realizacji przedmiotu umowy i możliwe maksymalnego ograniczenia ewentualnych negatywnych skutków wywołanych stanem pandemii, o którym mowa w ust. 7.

Odpowiedz Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. Ponadto obowiązujące przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw dają możliwość odpowiednich zmian umowy w razie wystąpienia określonych przesłanek

Dot. projektu umowy § 8

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie do umowy w § 8 ustępu 7 i 8 o następującej treści:

7. Strony postanawiają, że zapisy § 8 Umowy, określające zasady naliczania kar umownych w przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania Umowy, nie znajdują zastosowania w sytuacji, gdy niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Umowy przez Wykonawcę spowodowane jest skutkami wystąpienia epidemii COVID 19.

8. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia wszelkich dokumentów i oświadczeń niezbędnych dla potwierdzenia wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy, na każde żądanie Zamawiającego.

Odpowiedz Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. Ponadto obowiązujące przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw dają możliwość odpowiednich zmian umowy w razie wystąpienia określonych przesłanek

Dot. projektu umowy § 8

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie do umowy w § 8 ustępu 7 o następującej treści:

7. Zamawiający odstępuje od stosowania kar umownych o których mowa w § 8 umowy na okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego przez władze państwowe oraz przez okres 90 dni po ich ustaniu.

Odpowiedz Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. Ponadto obowiązujące przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw dają możliwość odpowiednich zmian umowy w razie wystąpienia określonych przesłanek

Zadanie nr 2A

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o właściwościach tiktotropowych, na bazie etanolu 80 g, Spektrum:

B (Tbc), F, V (HBV, HCV, HIV), Rota, Noro, Adeno, w czasie 30 s. Polio w 60 s. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedz Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Zadanie nr 2B

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji uchwyt/wieszak wykonany z tworzywa sztucznego? Nie dopuscili

Odpowiedz Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Zadanie nr 2C

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat w pojemności 300 ml z odpowiednim przeliczeniem tj. 83, 33 op. , wartość zaokrąglić w górę czy w dół? Nie dopuscili

Odpowiedz Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Zadanie nr 3 a

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat typu *Skinman Soft Protect*. W pełni wirusobójczy preparat w płynie do dezynfekcji rąk z witaminą E, gliceryną i pantenolem. Zawierający 89 g etanolu. Wykazujący działanie na bakterie, drożdże, prątki, wirusy osłonione oraz wirusy Noro, Rota, Adeno, Polio do 30 s. Preparat występujący w pojemności 750 ml dostosowany do dozowników Nexa Wykonawca dostarczy pasujące dozowniki manualne do w/w preparatu. W przypadku zgody prosimy o określenie jakiej ilości dozowników oczekuje Zamawiający.

Odpowiedz Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Zadanie nr 3 b

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat typu *Spirigel complete*, w pełni wirusobójczy żel, zawierający 85 g etanolu oraz składniki chroniące i pielęgnujące skórę – aloes, pantenol i glicerynę. Wykazujący działanie na: bakterie, drożdże, prątki, wirusy osłonione łącznie z HBV, HCV i HIV oraz Noro, Rota do 30 s. Polio, Adeno w 2 minuty. Preparat występujący w pojemności 750 ml dostosowany do dozowników Nexa. Wykonawca dostarczy odpowiednie dozowniki manualne do w/w preparatu. W przypadku zgody prosimy o określenie jakiej ilości dozowników oczekuje Zamawiający.

Odpowiedz Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Zadanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki typu *Incidin Alcohol Wipe* gotowe do użycia chusteczki do dezynfekcji wyrobów medycznych. Na bazie 35 g propan-2-ol, 25 g propan-1-ol. Wykazujące działanie na : bakterie, drożdże, prątki, wirusy osłonkowe (łącznie z HBV, HCV, HIV), Rota do 1 min. Adeno od 5 min. Pakowane w opakowania po 90 szt. Tuba oraz wkłady uzupełniające.

Odpowiedz Zamawiającego

Zamawiający dopuści proponowane rozwiązanie w przypadku gdy proponowany preparat spełnia wszystkie wymagania SIWZ.

Zadanie nr 15

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat w tabletkach typu **Medicarine** oparty na NaDCC, przeznaczony do dezynfekcji. Opakowanie jednostkowe zawiera 300 szt. tabletek. Dezynfekcja nie zanieczyszczonych substancjami organicznymi zmywalnych powierzchni i przedmiotów przez zanurzenie. B, V, F - 0,18 % 15 min.
S (Clostridium difficile) - 1,80 % 15 min.

Odpowiedz Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Zadanie nr 16

Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki typu **Incidin OxyWipe** gotowe do użycia chusteczki nasączone roztworem do dezynfekcji i mycia powierzchni wyrobów medycznych, w tym głowice USG, wszystkich rodzajów powierzchni w obszarze medycznym, a także powierzchni mających kontakt z żywnością. Chusteczki zawierające w składzie 1, 5 g nadtlenu wodoru. Rozmiar 20 x 20 cm. Spektrum działania na bakterię, drożdże, grzyby, ograniczone działanie wirusobójcze (łącznie z HBV, HCV, HIV), Polyoma SV40, Rota do 5 min. Prątki, Noro – 60 min. Opakowanie typu flow-pack 100 chusteczek.

Odpowiedz Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Zadanie nr 17

Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki typu **Incidin Alcohol Wipe** gotowe do użycia chusteczki do dezynfekcji wyrobów medycznych. Na bazie 35 g propan-2-ol, 25 g propan-1-ol. Wykazujące działanie na : bakterie, drożdże, prątki, wirusy osłonkowe (łącznie z HBV, HCV, HIV), Rota do 1 min. Adeno od 5 minut. Pakowane w opakowania po 90 szt. Tuba oraz wkłady uzupełniające.

Odpowiedz Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Zadanie nr 19

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat typu **Surfanios Premium** do dezynfekcji i mycia wszystkich zmywalnych dużych powierzchni, wyrobów medycznych oraz wyposażenia, również tych mających kontakt z żywnością . W składzie posiadający N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, chlorek didecyloдимetyloamonowy, substancje pomocnicze. Wykazujący działanie na : B, (MRSA), C. albicans, F, V(HBV, HCV, HIV), Rota, Herpes, Vaccinia w warunkach brudnych, czas działania 15 minut stężenie do 0,25 %. Tbc w 0,25% – 60 min.

Odpowiedz Zamawiającego

Zamawiający dopuści proponowane rozwiązanie w przypadku gdy proponowany preparat spełnia wszystkie wymagania SIWZ.

Zadanie nr 27

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat typu **Seraman sensitive foam** o właściwościach myjących i pielęgnujących. Nie zawiera barwników ani substancji zapachowych, które mogłyby podrażniać skórę. Idealnie nadaje się do mycia rąk w procedurze higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Możliwość mycia noworodków od 1-go dnia życia. Preparat występujący w pojemności 750 ml dostosowany do dozowników Nexa. Wykonawca dostarczy pasujące dozowniki manualne do w/w preparatu. W przypadku zgody prosimy o określenie jakiej ilości dozowników oczekuje Zamawiający.

Zadanie nr 28

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat typu **Silonda Lipid** w postaci emulsji o działaniu pielęgnującym i regenerującym skórę. Do pielęgnacji rąk i skóry narażonej na zniszczenie. Zawiera w składzie substancje pielęgnujące takie jak kwas mlekowy, witamina E, gliceryna.

Odpowiedz Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Do formularza cenowego:

Prosimy Zamawiającego o informacje czy w przypadku otrzymania ułamkowej ilości opakowań, należy zaokrąglić do pełnych opakowań w górę?

Odpowiedz Zamawiającego

Tak.

Pytanie nr 8

1. Pytanie do części nr 16

Czy Zamawiający dopuści chusteczki do dezynfekcji powierzchni o właściwościach dezynfekcyjno-myjących, przeznaczone do stosowania na wszystkich powierzchniach i sprzętach medycznych (łącznie z głowicami USG) wrażliwych na działanie alkoholi, nasączone roztworem QAV, wolne od alkoholu i aldehydów, o bardzo szerokim spektrum działania w warunkach czystych i brudnych: B, F (Candida albicans), Noro w czasie 30 s, V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Grypa H5N1, SARS, Coronavirus) w czasie 30 sekund, Polyomavirus w czasie 5 minut, Tbc- 2min, Rota, Aspergillus niger w czasie 15 minut w opakowaniu typu Soft Pack a'100szt w rozmiarze 200x280mm?

Odpowiedz Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

2. Pytanie do części nr 17

Czy Zamawiający dopuści alkoholowe chusteczki, przeznaczone do dezynfekcji małych powierzchni i wyrobów medycznych bez zawartości aldehydów, fenoli, o szerokim spektrum działania w warunkach brudnych: B (Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Enterococcus hirae, Proteus mirabilis), F (Candida albicans), Tbc (M. Terrae, M. bovis), V (HIV, HBV HCV, Vaccinia, BVDV, Influenza A Hong Kong, Rhinovirus, Adeno) w krótkim czasie od 15 sekund do 1 minuty oraz B (Salmonella, MRSA, VREF, Klebsiella pneumoniae) do 5 minut, przebadane wg norm EN 13727, EN 14348, EN 13624, i wg standardowych metod DGHM, DVV/RKI), o rozmiarze 13 x 18,5 cm, w opakowaniu typu tuba a' 125 szt. z przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedz Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

3. Pytanie do części nr 19

Czy Zamawiający dopuści preparat do dezynfekcji i mycia powierzchni szpitalnych, który jest kompatybilny ze wszystkimi powierzchniami wodoodpornymi, bez aldehydów i fenoli, biduanidów i

aktywnego chloru na bazie chlorku didecyldimetyloamonowego, chlorku benzalkoniowego i N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diaminy, z możliwością stosowania na oddziałach dziecięcych i noworodkowych oraz w obecności pacjentów, nie wymagający sflukiwania, który osiąga pełne działanie bójcze w stężeniu 0,25%- 15min (B,F,Tbc,V) zgodnie z badaniami fazy 1 etap1, wyrób medyczny klasy IIa, pozbawiony zwrotów GHS08, H317 w opakowaniu a 2L z pompką dozująca ?

Odpowiedz Zamawiającego

Zamawiający dopuści proponowane rozwiązanie w przypadku gdy proponowany preparat spełnia wszystkie wymagania SIWZ.

4. Pytanie do części nr 19

Czy Zamawiający dopuści preparat do dezynfekcji i mycia powierzchni szpitalnych, który jest kompatybilny ze wszystkimi powierzchniami wodoodpornymi, ze szkłem, drewnem, ceramiką, plastikiem, plexiglasem, silikonem w tym krytycznych (sale operacyjne, intensywnej terapii, laboratoria..), bez aldehydów i fenoli, biduanidów i aktywnego chloru na bazie chlorku didecyldimetyloamonowego, chlorku benzalkoniowego i N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diaminy, który osiąga pełne działanie bójcze w stężeniu 0,25%- 15min (B,F,Tbc,V), w opakowaniu a 1L z dozownikiem przelewowym, wyrób medyczny klasy IIa ?

Odpowiedz Zamawiającego

Zamawiający dopuści proponowane rozwiązanie w przypadku gdy proponowany preparat spełnia wszystkie wymagania SIWZ.

5. Pytanie do części nr 22

Czy Zamawiający dopuści preparat gotowy do użycia ze spryskiwaczem pianowym, do mycia i dezynfekcji małych powierzchni wyrobów medycznych ,wrażliwych na działanie alkoholi, z możliwością stosowania do głowic usg, również do stetoskopów i inne urządzenia medyczne, we wszelkich obszarach medycznych , kompatybilny ze wszystkimi powierzchniami wodoodpornymi, ze szkłem, powierzchniami drewnianymi, akrylem, plexi ceramiką, plastikiem, plexiglasem, silikonem, materiałami nierdzewnymi, gumą posiadający pełne działanie wg norm EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, Spory (B. subtilis) **w czasie 1 min** w opakowaniu a 750ml będący wyrobem medycznym klasy IIa?

Odpowiedz Zamawiającego

Zamawiający dopuści proponowane rozwiązanie w przypadku gdy proponowany preparat spełnia wszystkie wymagania SIWZ.

6. Pytanie do części nr 23

Czy Zamawiający dopuści chusteczki przeznaczone do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych na bazie stabilnego chloru z dodatkiem detergentu, charakteryzujące się łagodnym zapachem, wykazujące szersze spektrum działania, niż wymagane w SIWZ: B, V (Adeno, Polio, Noro), S (Bacillus subtilis, Clostridium difficile, F (Aspergillus niger, Candida albicans,) , Tbc) - przebadane wg norm PN EN, US EPA w krótkim czasie od 1 minuty do 5 minut, w opakowaniu typu tuba a 50 szt.?

Odpowiedz Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

7. Pytanie do części nr 24

Czy Zamawiający dopuści bezalkoholowe chusteczki w bardzo konkurencyjnej cenie do dezynfekcji powierzchni o właściwościach dezynfekcyjno-myjących, przeznaczone do stosowania na wszystkich

powierzchniach i sprzętach medycznych (łącznie z głowicami USG) wrażliwych na działanie alkoholi, na bazie chlorku didecyldimetyloamoniowego, wolne od aldehydów, o bardzo szerokim spektrum działania w warunkach czystych i brudnych: B, F (*Candida albicans*), w czasie 1 minuty, V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Grypa H5N1, SARS, Coronavirus), Noro w czasie 30 sekund, Tbc- 2 min, Polyoma do 5 minut, Rota, F (*A. niger*) w czasie 15 minut, będące wyrobem medycznym klasy IIa w opakowaniu a' 200 sztuk w rozmiarze 20x20cm?

Odpowiedz Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 9

Grupa I

Dotyczy zadania nr 2a

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat typu Phago`gel (parametry wg załączonej ulotki)? Oferowany preparat nie zawiera substancji obciążających skórę – pozbawiony zapachu i barwników, z dodatkiem glicerolu i emolientu, który chroni skórę przed wysuszeniem, dedykowany do skóry alergicznej i bardzo wrażliwej.

Odpowiedz Zamawiającego

Zamawiający dopuści proponowane rozwiązanie w przypadku gdy proponowany preparat spełnia wszystkie wymagania SIWZ.

Grupa III

Dotyczy zadania nr 18:

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat typu Mediquick (parametry wg załączonej ulotki)? Z możliwością dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością.

Odpowiedz Zamawiającego

Zamawiający dopuści proponowane rozwiązanie w przypadku gdy proponowany preparat spełnia wszystkie wymagania SIWZ.

Dotyczy zadania nr 19:

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat typu Taski Sprint Degerm (parametry wg załączonej ulotki)?

Odpowiedz Zamawiającego

Zamawiający dopuści proponowane rozwiązanie w przypadku gdy proponowany preparat spełnia wszystkie wymagania SIWZ.

Dotyczy zadania nr 22:

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat typu Oxivir Plus Spray, myjąco-dezynfekcyjny na bazie nadtlenu wodoru, o szerokiej kompatybilności materiałowej? (pozostałe parametry wg załączonej ulotki)?

Odpowiedz Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Dotyczy zadania nr 23;

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat typu Oxivir Sporocide Wipe (parametry wg załączonej ulotki)?

Odpowiedz Zamawiającego

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
Plac Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
tel.: 71 36-89-601, 71 36-89-602;
faks: 71 36-89-219
NIP: 899-22-28-100, Regon: 000290096, KRS: 0000087868




Zamawiający dopuści proponowane rozwiązanie w przypadku gdy proponowany preparat spełnia wszystkie wymagania SIWZ.

Dotyczy zadania nr 26a:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje chust w zgrzanym opakowaniu bezpośrednim zapobiegającym kontaminacji podczas transportu i przechowywania- nie w luźnym, niezamkniętym szczelnie worku oraz wyposażonych w samoprzylepną etykietę do umieszczenia na dozowniku po wymianie zwoju?

Odpowiedz Zamawiającego
Tak, zgodnie z SIWZ.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. LECZYWICTWA

dr n. med. Ireneusz Pawlak

SPECJALISTA
ds. Zamówień publicznych

mgr Jolanta Harbacz-Przełaska