

Pytanie nr 4 – Dotyczy pakietu III Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pipet równoważnych firmy Brand w pozycjach 5 i 15 zamiast pipet HTL?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych pod warunkiem spełnienia minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych uszczegółowionych w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik nr 2)- zgodnie z rozdziałem V Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 4 – Prosimy podać merytoryczne kryteria, które będą decydowały, że już w trakcie wykonywania badań wybrany przez Zamawiającego produkt równoważny wymieniony w pakiecie IV nie spełnia warunków równoważnych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych pod warunkiem spełnienia minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych uszczegółowionych w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik nr 2)- zgodnie z rozdziałem V Specyfikacji Warunków Zamówienia.



Jednocześnie Zamawiający wykreśla część zapisu z pkt 3 z rozdziału V Specyfikacji Warunków Zamówienia („nie pogorszy osiągniętych wyników badań”). Punkt 3 rozdziału 3 otrzymuje brzmienie: 3. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt, którego jakość nie jest gorsza od jakości produktu, który Zamawiający wskazał w formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie nr 5 – Prosimy wskazać te parametry produktów wymienionych w pakiecie IV , które potencjalnie mogą powodować zwiększenie kosztów wykonywania badań przy ewentualnym zastosowaniu produktów równoważnych.


Odpowiedź: Zamawiający wykreśla zapis pkt 5 z rozdziału V Specyfikacji Warunków Zamówienia („Zamawiający zastrzega, że zastosowanie produktów równoważnych nie może spowodować zwiększenia kosztów wykonywania badań”).

Pytanie nr 6 – Czy świadectwo wzorcowania wydane przez Główny Urząd Miar lub jego jednostkę terenową dla wywzorcowanych produktów równoważnych wymienionych w pakiecie IV będzie wystarczającym potwierdzeniem, że te produkty równoważne spełniają parametry produktów wskazanych w pakiecie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza świadectwa wzorcowania wydane przez podmiot akredytowany wg norm PN-EN ISO 17025 w ramach posiadanego zakresu jego akredytacji.

Sporządziła: Irmina Klubek 
Sprawdziła: Dorota Sadowska 

p.o. Z-cy Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Lublinie


mgr inż. Józef Klajda

p.o. Z-cy Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Lublinie

/-/ mgr inż. Józef Klajda