

Zgierz, dn.16.09.2020 r.

Nr referencyjny: PN/X/2020

**ZAWIADOMIENIE**  
**o udzieleniu wyjaśnień treści**  
**Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 3**

Dotyczy postępowania pn.: **Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku i innego sprzętu niezbędnego do pracy w Oddziałach Szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu.**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu w związku z otrzymanymi zapytaniem do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – udziela poniżej odpowiedzi:

**Pytanie 1:**

**Zadanie 14**

Prosimy o sprecyzowanie czy elektrody do kardiomonitora Philips MP-30 pasują wtyczki DIN 1,5mm.

**Odpowiedź:** Tak.

**Pytanie 2:**

**Zadanie 38 poz.2**

Prosimy o dopuszczenie papieru o wymiarach 90x90x200.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 3:**

**Zadanie 38 poz.3**

Prosimy o dopuszczenie papieru o wymiarach 50x100x300.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 4:**

**Zadanie 99 poz. 1, 2**

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycjach elektrod w op. – 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 5:**

**Zadanie 112**

Prosimy o wyjaśnienie do jakiego aparatu EKG ma być przeznaczony ww.kabel prosimy o podanie dokładnego modelu/ typu i producenta aparatu.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, iż kable nie są przeznaczone do aparatu, ale do monitora.

**Pytanie 6:**

**Zadanie 112**

Prosimy o wyjaśnienie czy kable EKG w ww. pozycji ma być rozłączny czy nierozłączny?

**Odpowiedź:** Kabel nierozłączny.

**Pytanie 7:**

**Zadanie 112**

Prosimy o wyjaśnienie jakie ma być zakończenie kabla po stronie pacjenta tj. klamra, zatrask czy wtyk bananowy 4 mm?

**Odpowiedź:** Zakończenie kabla-klamra.

**Pytanie 8:**

**Zadanie 135 poz. 2,3**

Prosimy o wyjaśnienie czy w ww. pozycjach Zamawiający oczekuje papierów oryginalnych czy dopuści również papiery nieoryginalne, stanowiące zamienniki papierów oryginalnych.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza również zamienniki.

**Pytanie 9:**

**Zadanie 135 poz. 6**

Prosimy o dopuszczenie papieru o wymiarach 112x100x150 z przeliczeniem na 667szt.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 10:****Zadanie 135 poz.8**

Prosimy o wyjaśnienie czy w ww. pozycji Zamawiający miał na myśli papier EEG o rozmiarze 420 x 300 mm x 2000 kartek?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza taki papier.

**Pytanie 11:****Zadanie 135 poz.8**

Prosimy o wyjaśnienie ile kartek w składance ma posiadać papier EEG w poz. 8.

**Odpowiedź:** 2000 tys. krtek.

**Pytanie 12:****Zadanie 135 poz.8**

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do EEG bez nadruku o rozmiarze 420 x 300 mm x 2000 kartek, z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 13:**

Szanowni Państwo, chciałem zapytać o wymogi do pakietu nr 158 - pomiar rzutu serca, czy są jakieś postawione, oraz gdzie mogą je znaleźć.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga, aby zestaw wraz z czujnikiem były kompatybilne z monitorem Edwards.

**Pytanie 14:****PAKIET 99**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 99 w pozycji 2 równoważnej okrągłej elektrody EKG radioprzeiernej o rozmiarze 45 x 43 mm z wypustką ułatwiającą aplikację na skórę pacjenta. W miejscu wypustki średnica wynosi 45 mm.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 15:****Pakiet 99**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w pakiecie 99 opakowanie jednostkowe elektrod wynosi 50 sztuk.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza 50szt. w op.

**Pytanie 16:****Pakiet 29**

Czy Zamawiający w pakiecie 29 dopuści linię do żywienia bez kranika za to z dodatkowym dostępem ENFit?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 17:****Pakiet 161**

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 161 pozycje 2 do oddzielnego zadania?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 18:****Zadanie 10**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 19:****Zadanie 63**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 20:**

Zadanie 71, poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 21:**

Zadanie 131, poz. 1-2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 22:**

Zadanie 135, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 144 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 23:**

Zadanie 43, poz. 1

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrzędu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza takie przyrzędy.

**Pytanie 24:**

Zadanie 43, poz. 1

Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza takie opakowania.

**Pytanie 25:**

Zadanie 117, poz.2

Czy zamawiający wymaga koreczków zwykłych, białych?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza takie koreczki.

**Pytanie 26:**

Zadanie 132

Czy zamawiający wymaga osłonek lekko pudrowanych?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza takie osłonki.

**Pytanie 27:**

Zadanie 139

Czy zamawiający dopuści medyczny podkład ochronny, trzywarstwowy o wymiarach 50 cm x 40 cm , z perforacją co 160 cm, wykonany z 2 x warstwa bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny, o gramaturze 54 g/m<sup>2</sup>; wyrób medyczny klasy I; powierzchnia podkładu tłoczona; zakończenie brzegów – bez postrzępień; wyrób odporny na rozdzieranie, gramatura bibuły: 36 ± 0,10 g/m<sup>2</sup> ; minimalna chłonność 160 g/m<sup>2</sup> ; grubość folii 13 ± 2 μm ,25 szt. na rolce, w kolorze niebieskim, zielonym i białym?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 28:**

Zadanie 139

Czy zamawiający dopuści wycenę za rolkę z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 29:**

**dot. Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy – Zadanie nr 51, poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania w zadaniu nr 51, poz. 2 łącznika typu Y z dwoma zaworkami antyzwrotnymi o lepszej niż wymagana wytrzymałości ciśnieniowej 375 PSI? Reszta parametrów zgodnie z SIWZ.

Zgoda na naszą prośbę umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców oraz przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności cen.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 30:**

**Zadanie 26, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli bezpiecznej posiadającej 2 paski radioceniujące oraz filtr hydrofobowy umożliwiający odpowietrzenie kaniuli po nakłuciu żyły, hamujący wypływ krwi? Pozostałe zgodnie z SIWZ

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 31:**

**Zadanie 43, poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga przyrządu do przetaczania krwi posiadającego miejsce na zabezpieczenie drenu po użyciu?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza taki przyrząd.

**Pytanie 32:**

**Zadanie 59, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki dwuczęściowej j.u. ze skalą rozszerzoną i skalowaną na całej długości : 2-3 ml; 5-6 ml; 10-12 ml; 20-24 ml; takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 33:**

**Zadanie 59, poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga strzykawki dwuczęściowej w kontrastującym kolorze, z tłokiem w kolorze niebieskim i przezroczystym cylindrem?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza takie strzykawki.

**Pytanie 34:**

**Zadanie 59, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki dwuczęściowej poj. 20 ml w opakowaniu po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem a formularzu cenowym?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 35:**

**Zadanie 59, poz. 6-7**

Czy Zamawiający wymaga Strzykawki białej/ bursztyn 50/60 ml z czytelną, podwójną skalą pomiarową?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza takie strzykawki.

**Pytanie 36:**

**Zadanie 59, poz. 6-7**

Czy Zamawiający wymaga Strzykawki białej/ bursztyn 50/60 ml z podwójnie uszczelnionym tłokiem ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza takie strzykawki.

**Pytanie 37:**

**Zadanie 59, poz. 8**

Czy Zamawiający wymaga Strzykawki Janeta 100 ml z podwójnym reduktorem?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza takie strzykawki.

**Pytanie 38:**

**Zadanie 59, poz. 8**

Czy Zamawiający wymaga Strzykawki Janetta 100 ml z czytelną, podwójną skalą pomiarową?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza takie strzykawki.

**Pytanie 39:**

**Zadanie 59, poz. 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie Strzykawki 20 ml z rozszerzeniem do 22 ml?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 40:**

**Zadanie 117, poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga koreczka Combi w opakowaniu 100 szt?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza takie opakowanie.

**Pytanie 41:**

**Zadanie 117, poz. 2**

Czy Zamawiający wymaga koreczka luer lock do kaniul posiadającego Trzpień wewnętrzny położony poniżej krawędzi korka?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza takie koreczki.

**Pytanie 42:**

**Zadanie 149, poz. 1-2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki trzyczęściowej j.u. ze skalą rozszerzoną i skalowaną na całej długości: 5-6 ml; 10-12 ml, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza takie strzykawki.

**Pytanie 43:**

Czy Zamawiający w zad 2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Cewnik z PCV Foleya z końcówką Couveliera CH 20,22, kontrast RTG?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 44:**

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 35 pozycję 3 co pozwoli złożyć konkurencyjną ofertę?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 45:**

**Zadanie 3 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści cewniki od Ch 10 do Ch 24 o długości 400 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 46:**

**Zadanie 5 pozycja 1**

Czy Zamawiający oczekuje cewników o rozmiarach CH5 do CH10 długość 400 mm oraz od CH12 do CH24 długość 500 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza takie cewniki.

**Pytanie 47:**

**Zadanie 43 pozycje 2,3**

Czy Zamawiający wymaga w/w pozycjach aby na opakowaniu każdego przedłużacza znajdowała się fabrycznie umieszczona informacja na temat objętości jego wypełnienia? Pozwala to ustalić jaka część leku została w drenie i nie została podana pacjentowi?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza takie oznaczenie.

**Pytanie 48:**

**Zadanie 43 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd z igłą biorczą dwukanałową, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 49:**

**Zadanie 59 pozycje 1,2,3,4**

Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawki posiadały końcówkę Luer, tłok w kontrastującym kolorze, czarną podwójną rozszerzoną skalę pomiarową oraz posiadały podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka? Nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, op. 100 szt., sterylna. Kolorystyczne oznaczenie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku ftalanów?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza takie strzykawki.

**Pytanie 50:**

**Zadanie 59 pozycje 6,7**

Czy Zamawiający wymaga w w/w pozycjach, aby strzykawka 50-60 ml posiadała podwójne uszczelnienie tłoka oraz podwójną skalę, sterylna, pakowana w opakowanie folia – papier?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza takie strzykawki.

**Pytanie 51:**

**Zadanie 89 pozycja 1**

Czy Zamawiający oczekuje cewników do karmienia CH8, CH 10 o długości 400 mm, pozostałe parametry zgonie z SIWZ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza takie cewniki.

**Pytanie 52:**

**Zadanie 97 pozycja 1**

Czy Zamawiający oczekuje drenów o długości ramion 16/38 cm ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza takie dreny.

**Pytanie 53:**

**Zadanie 97 pozycja 13**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie w/w pozycji z pakietu? Pozwoli to nam jak i wielu innym firmom na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 54:**

**Zadanie 99 pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania elektrodę okrągłą o średnicy 43 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 55:**

**Zadanie 99 pozycja 1,2**

Czy Zamawiający dopuści elektrody pakowane po 100 sztuk w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości oraz poceniem ceny za opakowanie?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 56:**

**Zadanie 106 pozycje 1,2**

Czy Zamawiający oczekuje igły pakowane po 100 sztuk w opakowaniu?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza takie opakowanie.

**Pytanie 57:**

**Zadanie 106 pozycje 1,2**

Czy Zamawiający dopuści igły z nasadką zabezpieczającą, pozostałe parametry zgonie z SIWZ?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 58:**

**Zadanie 117 pozycje 1**

Czy Zamawiający oczekuje igły pakowane po 100 sztuk w opakowaniu?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza takie opakowanie.

**Pytanie 59:**

**Zadanie 131 pozycje 1,2**

Czy Zamawiający dopuści opaski pakowane po 100 sztuk w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości oraz podaniem ceny jednostkowej za opakowanie tj. poz. 1. 40 op. oraz poz. 2. 5 op.?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 60:**

**Zadanie 133 pozycja 1**

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 133, pozycja: 1): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających co najmniej jeden ściągacz taliowy? Należy podkreślić, że rozwiązanie technologiczne w postaci „co

najmniej jednego ściągacza taliowego” cechuje produkty o najwyższym poziomie jakości. Zakup tego typu produktów z pewnością spełni oczekiwania i potrzeby personelu medycznego, a także pacjentów, a długofalowo przyczyni się do oszczędności w wydatkach na produkty chłonne. Utrzymanie braku wymogów z SIWZ dopuszcza wszystkie produkty dostępne na rynku co może spowodować znaczne obniżenie standardu opieki nad pacjentem, a także wzrost kosztów całkowitych związanych z praniem pościeli oraz wywozem nieczystości.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza takie pieluchomajtki.

**Pytanie 61:**

**Zadanie 133 pozycja 1**

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 133, pozycja: 1): pieluchomajtek posiadających system szybkiego wchłaniania, który umożliwia maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka produktu oraz utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta? Należy podkreślić, że powyższe rozwiązania technologiczne charakteryzują produkty o wysokich standardach jakościowych i zapewniają pacjentom maksymalną ochronę. Dodatkowo korzystnie wpływają na finanse Zamawiającego, gdyż ograniczają zużycie produktów chłonnych jak również ilość prania pościeli.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza takie pieluchomajtki.

**Pytanie 62:**

**Zadanie 133 pozycja 1**

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 133, pozycja: 1, rozmiar M): pieluchomajtek o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach co najmniej 110cm oraz o poziomie chłonności co najmniej 2400g?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

**Pytanie 63:**

**Zadanie 133 pozycja 1**

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 133, pozycja: 1, rozmiar L): pieluchomajtek o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach co najmniej 140cm oraz o poziomie chłonności co najmniej 2700g?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

**Pytanie 64:**

**Zadanie 133 pozycja 2**

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 133, pozycja: 2): złożenia oferty na pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 2-5kg, które posiadają specjalne miejsce na pępowinę?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza takie pieluchomajtki.

**Pytanie 65:**

**Zadanie 152 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści torbę na wymiociny bez zastawki ?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 66:**

Czy Zamawiający potwierdza, że w trosce o jakość dostarczanego asortymentu wymaga, aby zamawiany towar dostarczany był pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dostosowanie temperatury i wilgotności przewożonego asortymentu, do wymogów ustalonych przez producenta i umieszczonych na opakowaniach?

Zbyt wysoka temperatura w czasie transportu może negatywnie wpłynąć na szczelność opakowania jednostkowego a tym samym utratę sterylności. Ze względu na obecne zagrożenie epidemiologiczne COVID-19, jest to sytuacja szczególnie niebezpieczna. Zbyt niska temperatura (ujemna), może natomiast doprowadzić do uszkodzenia sprzętu wykonanego z medycznego PVC, mikropęknięcia, rozszczelnienie zastawek itp. Wytwórcy sprzętu medycznego coraz częściej jako powód nie uznania reklamacji, podają przechowywanie (transport) towaru niezgodnie z zaleceniami producenta.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

**Pytanie 67:**

Czy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381) pkt 5.5 ppkt. 2 „produkty lecznicze oraz **wyroby medyczne chroni się od szkodliwego wpływu światła, temperatury, wilgoci i innych czynników zewnętrznych**”, w trosce o jakość dostarczanego asortymentu Zamawiający wprowadzi do umowy następujący zapis?

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamawiany towar, do siedziby Zamawiającego odpowiednimi środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu”.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

**Pytanie 68:**

Czy w świetle obecnych wydarzeń Zamawiający oczekuje, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie pozwoli na zabezpieczenie przed wzajemnym skażeniem produktów oraz ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

**Pytanie 69:**

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

**Odpowiedź:** Zamawiający oczekuje pozostawienie towaru w miejscu przez niego wskazanym.

**Pytanie 70:**

Czy Zamawiający ma na myśli w pakiecie 22 poz 1 filtr typu Sterivent z wykonany z celulozy o skuteczności filtracji względem bakterii i wirusów min. 99,9999% , objętość oddechowa 300- 1500 ml, wydajność nawilżania min. 23 mg/l przy VT 500 , utrata wilgoci max 13 mg H<sub>2</sub>O/litr przy Vt 500 ml o wadze 47 g +/-2 g , pakowany folia -papier ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza taki filtr.

**Pytanie 71:**

Czy Zamawiający ma na myśli w pakiecie 22 poz 2 filtr typu Hygroster z membraną filtrującą harmonijkową, z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci wykonany z celulozy (oddzielna warstwa), objętość oddechowa 300- 1500 ml, opakowanie folia- papier ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza taki filtr.

**Pytanie 72:**

Czy Zamawiający ma na myśli w pakiecie 22 poz 2 filtr o minimalnej skuteczności filtracji względem bakterii i wirusów min. 99,9999% oraz skuteczność filtracji wg NaCl  $\geq 99,764\%$  o wydajności nawilżania min. 34 mg/l przy VT 500 , utrata wilgoci max 6 mg H<sub>2</sub>O/litr przy Vt 500 ml, , waga 49 g ( +/- 2 gr )?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza taki filtr.

**Pytanie 73:**

Czy Zamawiający ma na myśli w pakiecie 22 poz 3 sztuczny nos o wydajności nawilżania min. 28 mg/l przy VT 500, objętość wewnętrzna 16 ml +/- 5 % , opakowanie folia- papier ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza taki filtr.

**Pytanie 74:**

Czy Zamawiający ma na myśli w pakiecie 20 poz 4 filtr typu Sterivent mini z wykonany z celulozy o mniejszej wadze 24 g +/-2 g, o mniejsze objętości wewnętrznej 42 ml +/- 5 % skuteczności filtracji względem bakterii i wirusów min. 99,999% , objętość oddechowa 150- 1200 ml, wydajność nawilżania min. 16 mg/l przy VT 500 , utrata wilgoci max 17 mg H<sub>2</sub>O/litr przy Vt 500 ml wyposażony w port kapno - nakręcana zatyczka, pakowany folia -papier ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza taki filtr.

**Pytanie 75:**

Czy Zamawiający ma na myśli w pakiecie 35 poz 4 ma na myśli wodę wypełnione sterylą, apirogeną postacią chemicznego H<sub>2</sub>O do tlenoterapii ciepłej i zimnej, możliwość zainstalowania dla wielu pacjentów. Opakowanie pozostaje sterylne w zależności od rodzaju terapii: od 5 dni (nebulizacja mechaniczna), do 77 dni (zwykła zimna terapia tlenowa) ? Pragniemy podkreślić, iż stosowanie wody dla wielu pacjentów w sposób znaczący obniża koszty związane z użytkowaniem produktu. Do tej pory Zamawiający korzystał z takiego rozwiązania.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza taki produkt.

**Pytanie 76:**

Czy Zamawiający w Pakiecie 35 poz 3 ma na myśli Zamknięty system do odsysania do stosowania przez 72 H do rurek intubacyjnych , długość 580 mm i tracheostomijnych , długość 365 mm w rozmiarach 12, 14, 16 ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza taki system.

**Pytanie 77:**

Czy Zamawiający w Pakiecie 53 poz 4 ma na myśli rurki z mankietem w kształcie stożka w swej górnej części o średnicy większej niż średnica tchawicy, zwięzający się stopniowo ku dołowi (stożek), posiadający dzięki swej konstrukcji strefę całkowitego uszczelnienia tchawicy ? Stosowanie takiego rozwiązania w sposób znaczący



minimalizuje ryzyko mikroaspiracji oraz wpływa na zmniejszenie powikłań związanych z VAP. Do tej pory Zamawiający korzystał z takiego rozwiązania.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza takie rurki.

**Pytanie 78:**

Czy Zamawiający w Pakiecie 53 poz 1 dopuści rozmiarówkę prawą 35, 37, 39, 41 ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 79:**

Czy Zamawiający w Pakiecie 53 poz 1, 2 ma na myśli rurkę dwuświatłową z mankietem poliuretanowym, który wykazuje mniejszą odporność na przebicia. Do tej pory Zamawiający korzystał z takiego rozwiązania.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza takie rurki.

**Pytanie 80:**

Skoro Zamawiający w pakiecie 22 poz 1, 2, 4 wymaga filtra mechanicznego, to czy ma on posiadać zgodnie z budową filtra mechanicznego wydzieloną plisowaną celulozową warstwę, która uniemożliwia odporność na przepływ strumienia gazu na jednostkę powierzchni. Co ważne włókna te mają właściwości hydrofobowe, co pozwala na zmniejszenie absorpcji płynów do minimum w normalnych warunkach użytkowania. Takie rozwiązanie jest stosowane u wszystkich renomowanych producentów. Pragniemy podkreślić, iż wiele firm wprowadza Zamawiających w błąd proponując filtry elektrostatyczne, które zbudowane są płaskiej warstwy materiału włókninowego, który jest spolaryzowany elektrostatycznie. Filtry elektrostatyczne nie posiadają żadnych właściwości hydrofobowych. Do tej pory Zamawiający korzystał z filtrów mechanicznych.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza taki filtr.

**Pytanie 81:**

Czy Zamawiający w pakiecie 22 poz 2 oczekuje wartości hydrofobowej? Zamawiający wymaga filtra typu Hygroster. Prosimy o doprecyzowanie, gdyż nazwa wskazuje, iż ma to być filtr hydrofobowy, który zwiększa bezpieczeństwo pacjenta dzięki nieprzenikaniu płynów w kierunku pacjenta, co zmniejsza możliwość tzw. zalania pacjenta. Do tej pory Zamawiający korzystał z takiego rozwiązania.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga filtra hydrofobowego.

**Pytanie 82:**

Skoro Zamawiający wymaga w pakiecie 22 pozycji 4 filtra mechanicznego typu Sterivent Mini, to czy on ma posiadać mniejszą wartość mechaniczną o zmniejszonej objętości wewnętrznej ok 42 ml +/- 5 % oraz cechować się niższą wagą 24 g +/- 2 g. Pragniemy podkreślić, iż tego typu filtry stosowane są na wdechu ramienia respiratora oraz aparatach do znieczulenia i nie jest zalecana wysoka objętość wewnętrzna.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza taki filtr.

**Pytanie 83:**

Czy w pakiecie 92 Zamawiający potwierdza wymóg oryginalnej technologii Nellcor, która posiada w każdym czujniku wbudowaną miedzianą klatkę Faraday'a?

Poniżej uszczegółowienie pomiędzy czujnikami generycznymi a oryginalną technologią.

Czujniki generyczne/zamienne nie posiadają ważnej cechy Nellcor Oximax, którą jest zapisany w każdym czujniku swoisty dla niego współczynnik kalibracji – dlatego czujniki generyczne są błędnie rozpoznawane przez pulsoksymetri Nellcor Oximax, monitor musi dobrać jedną z zapisanych w nim, przybliżoną krzywą kalibracji w celu dokonania pomiaru SPO2 i pulsu, a modele z funkcją wyświetlania nr katalogowego podłączonego czujnika pokazują na ekranie błędny nr katalogowy. Zatem czujnik generyczny rozpoznaje błędnie czujnik.

Czujniki generyczne/zamienne nie posiadają żadnych zabezpieczeń przed interferencjami elektromagnetycznymi. Oryginalna technologia zapewnia Nellcor Oximax wysoką jakość wykonania zapewniającą trwałość, brak szkodliwych substancji jak DEHP, lateksu, a przede wszystkim zabezpieczenia przed wpływem interferencji elektromagnetycznych które mogą zaburzyć monitorowanie. W celu zabezpieczenia przed wpływem interferencji elektromagnetycznych każdy czujnik Nellcor Oximax posiada wbudowaną miedzianą klatkę Faraday'a wokół fotodetektora oraz miedziana osłonę przewodu fotodetektora, poniżej zdjęcie „rozebranego” czujnika noworodkowego Nellcor Oximax.

Stosowanie oryginalnej technologii daje pełną gwarancję poprawności pomiaru, ponadto nie naraża Zamawiającego na utratę gwarancji, gdyż Producent zaleca wyłącznie

stosowanie oryginalnych produktów w technologii Nellcor Oximax. Zamawiający posiada 27 urządzeń objętych 24 miesięczną gwarancją.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 84:**

**Zadanie nr 14, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści elektrody wykonane z PE lub hydrożelu o średnicy 25 mm, posiadające żel stały?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 85:**

**Zadanie nr 22, pozycja 1**

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 22 g, przestrzeń martwa 35 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 0,6 przy 30 l/min, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 86:**

**Zadanie nr 22, pozycja 2**

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczno-mechaniczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 30 g, przestrzeń martwa 40 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 32 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 87:**

**Zadanie nr 22, pozycja 3**

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych o parametrach:

- Wymiennik ciepła i wilgoci: celulozowy
- Przestrzeń martwa: 16ml
- Waga: 9g
- Objętość oddechowa: 200-1000ml
- Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500
- Oporność: 0,5 hPa przy 30 l/min
- Złącza: 15F
- Port do odsysania: tak, zabezpieczony zatyczką
- Port tlenowy: tak
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 88:**

**Zadanie nr 22, pozycja 4**

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych mechaniczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,9999 %, wirusowej 99,9999 % waga 46 g, przestrzeń martwa 60 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 89:**

**Zadanie nr 35, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści obwody oddechowe o karbowanym świetle i długości 160 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 90:**

**Zadanie nr 35, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści obwody oddechowe o długości 160 cm i dodatkowym ramieniem o długości 80 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 91:**

**Zadanie nr 42, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do rurek intubacyjnych mających 27,5 cm długości (przy rozmiarze 6Fr) oraz 34 cm długości (przy rozmiarze 10Fr i 14Fr) w dostępnych rozmiarach: 6Fr dla rurek 2,5-3,5; 10Fr dla 4,0-5,5 oraz 14Fr dla 6,0-10,0?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 92:**

**Zadanie nr 123, pozycja 1-5**

Czy Zamawiający dopuści maski krtaniowe w dostępnych rozmiarach:

	1.0#	1.5#	2.0#	2.5#	3.0#	4.0#	5.0#
<b>Waga pacjenta</b>	<5kg	5-10kg	10-20kg	20-30kg	30-50kg	50-70kg	70-100kg
<b>Wielkość mankietu</b>	<4ml	<7ml	<10ml	<14ml	<20ml	<30 ml	<40ml

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 93:**

**Zadanie nr 152, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści torbę na wymiociny z funkcją Twist & lock na obręczy, która umożliwi bezpieczne zamknięcie worka po użyciu?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ

**Pytanie 94:**

**Zadanie 63**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=50szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 95:**

**Zadanie 91**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy czepek do bezwodnego mycia głowy, zewnętrzna warstwa polietylenowa, wewnętrzna warstwa włókniny nasączony substancjami myjącymi oraz odżywką, nie wymagający namoczenia oraz spłukiwania, zawierający w składzie m.in. kokamidopropylobetainę oraz dioctan glutaminianu tetrasodowego, pakowany pojedynczo, z możliwością podgrzania w mikrofalówce (20 sek. w 800W), zapachowy, zarejestrowany jako produkt kosmetyczny?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 96:**

**Zadanie 103, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści myjkę bez mydła w formie rękawicy?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 97:**

**Zadanie 110**

Czy Zamawiający dopuści gąbkę do toalety jamy ustnej bez środka dezynfekcyjnego?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 98:**

**Zadanie 129**

Czy Zamawiający dopuści okład ciepło/zimno który nie ulega biodegradacji, natomiast może być usuwany ze zwykłymi odpadami?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 99:**

**Zadanie 139**

Czy Zamawiający dopuści podkład o szerokości 50cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 100:**

**Zadanie 139**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za rolkę 40m z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 101:**

**Pakiet 6**

Czy Zamawiający dopuści cewniki do podawania tlenu dla dorosłych z częścią nosową wykonaną z miękkiego PCV?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 102:**

**Pakiet 23**

Czy Zamawiający dopuści bezigłowy przyrząd do pobierania i przygotowywania roztworów z fiolek i butelek z kolcem standardowym o dł. ok. 20mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 103:**

**Pakiet 24**

Czy Zamawiający dopuści igły do nakłuć lędźwiowych w rozm. 20G x 90mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 104:**

**Pakiet 33, pozycja 1**

Czy Zamawiający ma na myśli standardową maskę twarzową z drenem?

**Odpowiedź:** Nie.

**Pytanie 105:**

**Pakiet 33, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści maski twarzowe z mankietem powietrznym, dostępne w rozmiarach 0, 1, 2, 3, 4, 5?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 106:**

**Pakiet 33, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści maskę z nebulizatorem o pojemności 8ml ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 107:**

**Pakiet 38, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści papier do aparatu Nihon Kohden TEC 5531 w bloku o wymiarach 50mm x 100mm x 300 kartek?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 108:**

**Pakiet 42**

Czy Zamawiający dopuści prowadnice o długości 30 – 40cm, zależnie od rozmiaru (6Fr, 10Fr i 14Fr)?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 109:**

**Pakiet 57**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do stosowania do 7 dni?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 110:**

**Pakiet 59, pozycja 1-4**

Czy Zamawiający wymaga strzykawek dwuczęściowych luer?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 111:**

**Pakiet 59, pozycja 1-4**

Czy Zamawiający dopuszcza strzykawki z białym tłokiem?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 112:**

**Pakiet 59, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek w opakowaniu a'50 z jednoczesnym przeliczeniem ilości na 10 000 opakowań?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 113:**

**Pakiet 59, pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki cewnikowe o przezroczystym cylindrze i zielonym tłoku?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 114:**

**Pakiet 59, pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki cewnikowe o pojemności 100ml?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 115:**

**Pakiet 59, pozycja 6-8**

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek w opakowaniu a'25 z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 116:**

**Pakiet 59, pozycja 9**

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek w opakowaniu a'50 z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 117:**

**Pakiet 61**

Czy Zamawiający dopuści szczotkę do mycia rurek tracheostomijnych o średnicy włosa 12mm lub 17mm ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 118:**

**Pakiet 62**

Czy Zamawiający oczekuje wyceny opakowania a'50 sztuk?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza wycenę na takie opakowanie.

**Pytanie 119:**

**Pakiet 70**

Czy Zamawiający dopuści worek do DZM w systemie zamkniętym na 14 dni o pojemności 2500ml?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 120:**

**Pakiet 79**

Czy Zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną bez zbrojenia spełniającą pozostałe wymagania siwz?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 121:**

**Pakiet 89**

Czy Zamawiający dopuści cewniki wykonane z wysokiej jakości medycznego PCV bez lateksu, zawierającego śladowe ilości ftalanów?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 122:**

**Pakiet 93**

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 45cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 123:**

**Pakiet 97, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści dren silikonowy Penrose?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 124:**

**Pakiet 97, pozycja 5 i 10**

Czy Zamawiający dopuści wycenę drenów za 1 metr?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 125:**

**Pakiet 97, pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 210cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 126:**

**Pakiet 97, pozycja 8**

Proszę o sprecyzowanie do jakiej firmy zestawu mają być kompatybilne dreny?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie jest w stanie określić na dzień dzisiejszy firmy.

**Pytanie 127:**

**Pakiet 97, pozycja 10**

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 10m i wycenę jednostkową za 1m?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 128:**

**Pakiet 97, pozycja 11**

Proszę o sprecyzowanie rozmiaru łączników.

**Odpowiedź:** Łączniki uniwersalne.

**Pytanie 129:**

**Pakiet 97, pozycja 14,15**

Czy Zamawiający dopuści końcówkę w rozmiarze CH 21?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 130:**

**Pakiet 106**

Czy Zamawiający dopuści igły z osłonkami zabezpieczającymi?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 131:**

**Pakiet 109, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 90mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 132:**

**Pakiet 117, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści wycenę koreczków a'250 z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pytanie 133:**

**Pakiet 123, pozycja 5**

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję z pakietu?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 134:**

**Pakiet 125**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik z drenem? Reszta parametrów zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 135:**

**Pakiet 126**

Czy Zamawiający dopuści wycenę nerek w opakowaniu a'300 z jednoczesnym przeliczeniem ilości na 117 opakowań?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 136:****Pakiet 132**

Czy Zamawiający dopuści wycenę osłonek w opakowaniu a'144 z jednoczesnym przeliczeniem ilości na 70 opakowań?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 137:****Pakiet 135, pozycja 1,2,3**

Czy Zamawiający wymaga papieru oryginalnego zapewniającego wysoką jakość i trwałość wydruku?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 138:****Pakiet 135, pozycja 5**

Czy Zamawiający wymaga papieru w rozmiarze 104x40mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 139:****Pakiet 135, pozycja 8**

Proszę o sprecyzowanie rozmiaru.

**Odpowiedź:** Papier 420\*300 \*2000 kratek.

**Pytanie 140:****Pakiet 143, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści rurki z dwoma znacznikami w postaci półksiężycy?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.

**Pytanie 141:****Pakiet 143, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści rurkę bez ruchomego szyldu wykonaną z niesilikonowanego PCV?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 142:****Pakiet 144, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści rurkę w rozmiarze 7-10 ?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 143:****Pakiet 144, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści rurkę z mankietem walec?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 144:****Pakiet 144, pozycja 3**

Czy Zamawiający ma na myśli rurkę tracheostomijną?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający wymaga rurki zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ.

**Pytanie 145:****Pakiet 144, pozycja 3**

Proszę o sprecyzowanie składu zestawu?

**Odpowiedź:** Zamawiający ma na myśli rurkę zbrojoną.

**Pytanie 146:****Pakiet 144, pozycja 4**

Proszę o sprecyzowanie stwierdzenia „specjalna”.

**Odpowiedź:** Rurka specjalna tzn. „rurka długa” o dł. 130 mm.

**Pytanie 147:**

**Pakiet 144, pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści prowadnice o długości roboczej 25cm i całkowitej 31cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 148:**

**Zadanie 147**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd spełniający następujący

**WŁAŚCIWOŚCI:**

- Łatwy w obsłudze, ergonomiczny kształt
- W pełni szczelne i bezpieczne połączenie dzięki ostremu kolcowi biorczemu
- Możliwość pobierania leków z opakowań o różnej pojemności
- Szczelną zatyczka samozatraskowa zamykająca łącznik zapewniająca maksymalną ochronę przed zanieczyszczeniami
- Niezawodna ochrona przed skażeniem mikrobiologicznym poprzez zastosowanie filtra powietrza 1,2 µm
- Dostępny w wersji z filtrem powietrza oraz cząsteczkowym 5µm
- Pasuje do standardowych złączy luer oraz luer-lock
- Pozbawiony lateksu, PCV oraz ftalanów
- Wyrób apirogeny
- Jednorazowego użytku
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Opakowanie: papier-folia
- Opakowanie handlowe: 25 szt.



?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 149:**

**Zadanie 150**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z kłmram zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. System przebadany klinicznie, czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 150:**

**Zadanie 152**

Czy Zamawiający wymaga aby worek na wymiociny posiadał dodatkową precyzyjną skalę pomiarową co 10ml dla małych objętości?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza taki worek.

**Pytanie 151:**

**Zadanie 152**

Czy Zamawiający dopuści worek posiadający kołnierz wyposażony w specjalne nacięcie umożliwiające zamknięcie worka i higieniczną utylizację treści wymiotnej - „skręć i zaczepl”?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 152:**

**Zadanie 160, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 90mm z prowadnicą o długości 34mm?

**Odpowiedź:** Tak, dopuszcza.

**Pytanie 153:**

**Zadanie 160, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw spełniający



#### **WŁAŚCIWOŚCI:**

W skład zestawu wchodzi:

- Strzykawka niskooporowa o pojemności 10ml z mechanizmem sprężynowym skalowana co 0,5ml (skala numeryczna co 2ml) oraz 2 wycięciami na tłoku umożliwiającymi jego blokadę
- Cewnik epiduralny 20G o długości 100cm z 4 znacznikami głębokości oraz 3 otworami bocznymi, wykonany z miękkiego materiału, z nitką radiacyjną na całej długości kontrastującą w promieniach RTG. Skalowany co 1cm (od 6cm do 17cm od strony dystalnej).
- Specjalna miękka, atraumatyczna końcówka pokryta w całości znacznikiem radiocieniującym zapobiega uszkodzeniom naczyń i tkanek oraz zwiększa bezpieczeństwo wprowadzania cewnika.
- Dodatkowy łącznik ułatwiający wprowadzenie cewnika do igły Touhy
- Igła Touhy z mandrynem w rozmiarze 18G (różowa) lub 16G (biała) o długości 90mm, skalowana co 1cm, wykonana ze stali nierdzewnej ze strzałkami na skrzydełkach wskazującymi prawidłowe ułożenie igły przy wkłuciu
- Płaski filtr epiduralny 0,2µm odporny na ciśnienie 8 bar, z oznaczonym kierunkiem przepływu, obrotowym żeńskim łącznikiem luer-lock od strony cewnika epiduralnego oraz męskim łącznikiem luer-lock od strony strzykawki zabezpieczony fabrycznie koreczkiem
- Łącznik do cewnika epiduralnego
- Piankowy stabilizator cewnika pokryty hipoalergicznym klejem z systemem zatraskowym zapobiegającym przypadkowemu wysunięciu cewnika z ciała pacjenta chroniąc jednocześnie cewnik przed zamknięciem światła w miejscu jego wprowadzenia do ciała
- Piankowy stabilizator filtra umożliwiający umocowanie filtra w dowolnym miejscu na ciele pacjenta
- Samoprzylepna naklejka na cewnik epiduralny

#### **W rozmiarze:**

- 18G x 90mm
- Epifix Extra 16Gx90 mm
- 18G x 90mm ?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

#### **Pytanie 154:**

##### **Zadanie 160, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 90mm?

**Odpowiedź:** Pakiet 160 nie posiada poz.3

#### **Pytanie 155:**

do Pakietu nr 41:

Zamawiający złożył zamówienie na pokrowce na poduszki odporne na przesiąkanie cieczy nie opisując żadnych parametrów granicznych.

W ofercie posiadamy pokrowce wykonane z poliestrowej dzianiny trykotowej powleczonej membraną poliuretanową o gramaturze 135 g/m<sup>2</sup>. Dzięki niewysokiej gramaturze oferowane przez nas pokrowce są niedrogie w praniu. Mimo niskiej gramatury proponowane pokrowce są bardzo wytrzymałe na rozerwanie - po osnowie min. 80N, po wątku min. 90N. Pokrowce charakteryzują się dużą odpornością na przesiąkanie cieczy min. 500 cm oraz przepuszczalnością pary wodnej min. 800g/m<sup>2</sup>/24h.

**Czy Zamawiający w Pakiecie 41 wymaga pokrowców na poduszki o gramaturze maksymalnej 135 g/m<sup>2</sup> o odporności na przesiąkanie cieczy min. 500 cm?**

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza takie pokrowce.

**Pytanie 156:**

do Pakietu nr 41:

*Czy Zamawiający wymaga, aby pokrowce na poduszki z Pakietu nr 41 były wyrobem medycznym, co będzie potwierdzone załączonymi do oferty lub na wezwanie dokumentami, tj. deklaracją zgodności CE oraz zgłoszeniem do Rejestru Wyrobów Medycznych?*

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza takie pokrowce.

**Pytanie 157:**

do Pakietu nr 41:

*Czy Zamawiający w celu weryfikacji jakości oferowanych wyrobów oraz ich zgodności z oczekiwaniami Zamawiającego będzie wymagał załączenia do oferty lub na wezwanie próbek pokrowców na poduszki?*

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

**Pytanie 158:****Zadanie 14**

Czy Zamawiający oczekuje elektrod z wejściem 1,5 mm DIN?

Prosimy o dopuszczenie elektrod o wymiarach 23x30 mm

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

**Pytanie 159:****Zadanie 92**

Poz. 1, 2

Prosimy o dopuszczenie wysokiej jakości zamienników oryginalnych czujników, pracujących w technologii Nellcor, z kalibracją cyfrową rozumianą jako dokładność pomiaru w zakresie 70% do 100%  $\pm 3$  cyfry (dla czujników przeznaczonych dla pacjentów o wadze  $< 3$  i  $> 30$  kg) oraz  $\pm 2$  cyfry (dla czujników przeznaczonych dla pacjentów w przedziale wagowym 1-20 kg oraz 10-50 kg)

Prosimy o dopuszczenie czujników mikrobiologicznie czystych.

Prosimy o podanie zakresu wagowego pacjentów, dla których mają być przeznaczone czujniki:  $< 3$  i  $> 30$  kg, 1-20 kg lub 10-50 kg

Prosimy o odstąpienie od wymogu wyświetlania nazwy czujnika na pulsoksymetrze – rozwiązanie to oferuje tylko jeden wykonawca

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 160:****Zadanie 101**

Prosimy o podanie ile sztuk filtrów ma być w opakowaniu?

**Odpowiedź:** Zamawiający precyzuje, 1 szt. w op. w sumie 10 szt.

**Pytanie 161:****Zadanie 111**

Prosimy o podanie, czy chodzi o uchwyt do elektrochirurgii z elektrodą monopolarną i kablem zakończonym złączem 3 pin, czy o samą elektrodę monopolarną o śr. trzpienia 2,35 mm?

**Odpowiedź:** Elektroda w łączniku 3 pin.

**Pytanie 162:****Zadanie 112**

Prosimy o podanie, czy chodzi o odprowadzenia pacjenta?

Prosimy o wskazanie z jakim monitorem/jakim kablem głównym mają współpracować odprowadzenia?

**Odpowiedź:** Tak. Monitor Edan M-80.

**Pytanie 163:****Zadanie 116**

Prosimy o podanie, czy Zamawiający oczekuje kocyków na całe ciało dla dorosłych?

Czy Zamawiający dopuści zamienniki oryginalnych kocyków, pod warunkiem potwierdzenia kompatybilności?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 164:****Zadanie 120**

Czy Zamawiający ma na myśli mankiet jednopacjentowy czy wielorazowego użytku?  
Czy Zamawiający oczekuje mankietów przystosowanych do pojemników 500 ml czy 1000 ml?  
**Odpowiedź:** Chodzi o mankiety jednorazowe. Do Pojemników 500 ml.

**Pytanie 165:**

**do pakietu nr 4**

Czy Zamawiający dopuści w pak. 4 w p. 1 zestawy wysokoprzepływowych cewników dwuświatłowych, dializacyjnych, z otworami schodkowymi, z powłoką antybakteryjną zawierającą sole bizmutu, wykonanych z termoczułego poliuretanu, o rozmiarach: zagięte: 11,5F i 13F, długości 15 i 20 cm oraz proste: 11,5F i 13F, długości 15, 20 i 25 cm, składające się z: cewnika z rozszerzaczem wewnętrznym, igły wprowadzającej GPN-177, skalibrowanego przewodnika z końcówką J 0,032" x 700 mm (dla 11,5F) lub J 0,038" x 700 mm (dla 13F), 2 korków uszczelniających, rozszerzacza 12F x 150 mm (dla 11,5F) lub 13F x 150 mm (dla 13F), opatrunku?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 166:**

**do pakietu nr 4**

Czy Zamawiający dopuści w pak. 4 w p. 2 zestawy wysokoprzepływowych cewników dwuświatłowych, dializacyjnych, z otworami schodkowymi, wykonanych z termoczułego poliuretanu, o rozmiarach: 11,5F lub 13F, długości 15, 17,5 i 20 cm, składające się z: cewnika z rozszerzaczem wewnętrznym, igły wprowadzającej GPN-177, skalibrowanego przewodnika z końcówką J 0,032" x 700 mm (dla 11,5F) lub J 0,038" x 700 mm (dla 13F), 2 korków uszczelniających, rozszerzacza 12F x 150 mm (dla 11,5F) lub 13F x 150 mm (dla 13F), opatrunku?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 167:**

Zadanie 23. Czy przyrząd do pobierania z fiolet ma być wyposażony w automatyczną zastawkę która pozwala na wypływ roztworu tylko wtedy kiedy podłączona jest strzykawka?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza taki przyrząd.

**Pytanie 168:**

Zadanie 24. Czy igła do nakłuć lędźwiowych ma być z przezroczystym uchwytem o eliptycznym kształcie z czterema okienkami i dodatkowym pryzmatem wewnątrz igły który sygnalizuje pojawienie się płynu zmianą barwy?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza taką igłę.

**Pytanie 169:**

Zadanie 26. Czy nie zaszła pomyłka i dwa rozmiary kaniul dotyczą kaniul 20G i 18G?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

**Pytanie 170:**

Zadanie 26. Czy Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie przed zakłuciem wykonane z tworzywa sztucznego sztucznego?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 171:**

Zadanie 60. Czy systemy kraników mają być wykonane z poliamidu zapewniając szczelność przy podawaniu leków przez co najmniej 96 godzin?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza takie kraniki.

**Pytanie 172:**

Zadanie 84. Czy zestawy do wkłuć centralnych mają mieć przewodnicę niklowo-tytanową oraz drobne elementy poza przewodnicą i cewnikiem pakowane w dodatkowy woreczek dla ochrony przed zabrudzeniem?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający oczekuje takich zestawów.

**Pytanie 173:**

Zadanie 109. Czy igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ma być z przezroczystym uchwytem o eliptycznym kształcie z czterema okienkami i dodatkowym pryzmatem wewnątrz igły który sygnalizuje pojawienie się płynu zmianą barwy?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza takie igły.

**Pytanie 174:**

Zadanie 147. Czy igły Mini Spike do pobierania z fiolet ma być wyposażony w automatyczna zastawkę która pozwala na wypływ roztworu tylko wtedy kiedy podłączona jest strzykawka?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza takie spiki.

**Pytanie 175:**

Zadanie 162. Czy cewnik dwu i trójświatłowe do wkłuc centralnych mają mieć prowadnicę niklowo-tytanową oraz drobne elementy poza prowadnicą i cewnikiem pakowane w dodatkowy woreczek dla ochrony przed zabrudzeniem?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza takie cewniki.

**Pytanie 176:**

Prosimy o doprecyzowanie czy w zadaniu 158 pozycja 1 i 2 to produkty, które mają być kompatybilne z monitorami do pomiaru rzutu serca firmy Edwards Lifesciences?

**Odpowiedź:** Tak, to produkty kompatybilne z monitorami Edwards.

**DYREKTOR**

**Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu**

**Agnieszka Jóźwik**

*podpis na oryginale*

.....

**Otrzymują:**

a/a PN/X/2020

**Publikacja:**

[https://platformazakupowa.pl/pn/szpital\\_zgierz](https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_zgierz)