



WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU



DYREKTOR tel. 56 679 35 00

NACZELNY LEKARZ tel. 56 679 35 01

Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH tel. 56 654 33 77

NIP: 956-19-49-580, REGON: 000316068, BDO: 000014564

ul. Św. Józefa 53-59, 87-107 Toruń 9
skrytka pocztowa 7, www.wszcz.torun.pl
tel. 56 679 31 00, fax 56 654 40 54, 56 659 61 28

Toruń, dnia 24-08-2021 r.

W.Sz.Z: TZ-280-65/21

dotyczy: postępowania na **dostawę akcesoriów do karmienia noworodków, akcesoriów do respiratorów Bellavista, Stephan i kardiomonitorów Comen.**

W związku z otrzymanymi zapytaniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie Nr 1, dot. Zadania Nr 2 poz. 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania nr 2 pozycję nr 7 do osobnego zadania, co wymusi konkurencyjność składanych ofert poprzez dopuszczenie bezpośrednich producentów/dystrybutorów posiadających w ofercie zestawy do nebulizacji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie ww. pozycji do osobnego zadania.

Pytanie Nr 2, dot. Zadania Nr 2 poz. 6:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie Pkt. 6 do oddzielnego pakietu.

Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie ww. pozycji do osobnego zadania.

Pytanie Nr 3, dot. Zadania Nr 1:

Czy Zamawiający dopuści produkt o poniższych parametrach?

Poz. 1 Smoczek jednorazowy:

Smoczek dla wcześniaków:

Smoczek do butelki dla wcześniaków jednorazowy, sterylny i gotowy do użytku do karmienia wcześniaków z niską masą urodzeniową, otwór w kształcie litery W- przepływ standardowy, smoczek o regulowanym 3-stopniowym przepływie pokarmu z termoplastycznego elastomeru bez lateksu oraz bez silikonu, pasujący do butelek dla dzieci oraz mieszanek mleku RTF. Z osłonką aseptyczną z podziałką. Opakowanie umożliwiające rozróżnienie rozmiaru smoczka. Nie zawiera Bisphenolu A i ftalanów. Oznakowanie CE, zarejestrowany jako wyrób medyczny. Opakowanie typu papier-foolia zawierające informacje o dacie ważności, numerze serii, numerze referencyjnym oraz metodzie sterylizacji. Pakowany sterylnie po 1 szt.

Smoczek dla noworodków donoszonych:

Smoczek do butelki dla noworodków a 1 szt., jednorazowy, sterylny i gotowy do użytku do karmienia noworodków, smoczek z otworem nie okrągłym, podwójnym, regulowanym o 3-stopniowym przepływie pokarmu z termoplastycznego elastomeru bez lateksu oraz bez silikonu, pasujący do butelek dla dzieci oraz mieszanek mleku RTF. Z osłonką aseptyczną z podziałką. Nie zawiera Bisphenolu A i ftalanów. Oznakowanie CE, zarejestrowany jako wyrób medyczny. Opakowanie umożliwiające rozróżnienie rozmiaru smoczka. Opakowanie typu papier-foolia zawierające informacje o dacie



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ważności, numerze serii, numerze referencyjnym oraz metodzie sterylizacji. Pakowany sterylnie po 1 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 4, dot. Zadania Nr 1:

Czy Zamawiający dopuści produkt o poniższych parametrach?

Poz. 2 Butelka

Butelka 130ml lub 50 ml z nakrętką, jednorazowego użytku, sterylna o pojemności 130 ml lub 50 ml z podziałką w kolorze czarnym, materiał polipropylen bez bisphenolu A oraz ftalanów, przystosowana do zamrażania i pasteryzacji mleka w wysokiej temperaturze, przeznaczona do użytku szpitalnego, o standardowym gwincie, kompatybilna ze smoczkami, posiadająca oznakowanie CE, zarejestrowana jako wyrób medyczny. Nie zawiera Bisphenolu A i ftalanów. Opakowanie typu papier-folia zawierające informacje o dacie ważności, numerze serii, numerze referencyjnym oraz metodzie sterylizacji; pakowana sterylnie po 1 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 5, dot. Zadania Nr 1:

Czy Zamawiający dopuści produkt o poniższych parametrach?

Poz. 3 Butelka na siarę

Butelka 40ml na siarę z nakrętką, jednorazowego użytku, sterylna o pojemności 40ml z podziałką w kolorze czarnym, ze specjalnie ukształtowanym dnem – półokrągłe, które umożliwia zbieranie małych porcji siary strzykawką. Materiał polipropylen bez bisphenolu A oraz ftalanów, przystosowana do zamrażania i pasteryzacji mleka w wysokiej temperaturze, przeznaczona do użytku szpitalnego, o standardowym gwincie, kompatybilna ze smoczkami, posiadająca oznakowanie CE, zarejestrowana jako wyrób medyczny. Nie zawiera Bisphenolu A i ftalanów. Opakowanie typu papier-folia zawierające informacje o dacie ważności, numerze serii, numerze referencyjnym oraz metodzie sterylizacji; pakowana sterylnie po 1 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Z poważaniem

W trybie art 52 ust. 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych
z up. Dyrektora Wojewódzkiego
Szpitala Zespołowego w Toruniu

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Zakupów

Anna Wutrych-Krajewska