

Katowice, dnia 12.11.2018r.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę odczynników do badań diagnostycznych – II**.
Nr sprawy: ZP – 18 – 142 UN.

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust. 2 z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ([tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami](#)), udzielam następującej odpowiedzi:

Pytanie 1) Dotyczy **Pakietu nr 9**. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w poz. 64, 65 i 66 krążków pochodzących od innego producenta, kompatybilnych z zaferowanym dyspenserem? **Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 2) Dotyczy **Pakietu nr 10**. Czy Zamawiający dopuści zaferowanie testów do określania MIC wykonanych na standardowym podłożu celulozowym ? Zgodnie z informacją producenta testy te zapewniają prawidłowe przyleganie paska do podłoża, nie ma możliwości wytworzenia się mikropęcherzyków powietrza pod paskiem (nośnik ten, w przeciwieństwie do plastiku, jest przepuszczalny dla powietrza), czego konsekwencją jest równomierne i szybkie przenikanie antybiotyku do podłoża? **Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 3) Dotyczy **Pakietu nr 10**. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu złożenia opinii KORDL dla pasków MIC? **Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 4) Dotyczy wzoru umowy § 3 pkt 1 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „W przypadku braku realizacji w całości lub części zamówienia przez Wykonawcę, powstania opóźnienia w realizacji zamówienia lub nie wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminach określonych w § 1 pkt. 2 i 6 niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 1% wartości brutto niedostarczonego przedmiotu umowy - za każdy dzień opóźnienia.”? **Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w projekcie umowy.**

Pytanie 5) Dotyczy wzoru umowy § 3 pkt 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 5%? **Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w projekcie umowy.**

Pytanie 6) Dotyczy wzoru umowy § 3 pkt 4 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „W przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji którejkolwiek z dostaw częściowych, o co najmniej 4 dni Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy w celu utrzymania ciągłości działalności zastrzega sobie prawo zakupu zamówionych produktów u innego sprzedawcy z żądaniem zapłaty różnicy w cenie, jeśli nastąpiła, zachowując prawo do roszczenia o naprawienie szkody wynikającej z opóźnienia. Zamawiający jest zobowiązany do udokumentowania poniesionych kosztów”? **Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w projekcie umowy.**

Pytanie 7) Dotyczy **Pakietu nr 10**. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie pasków z niższym terminem ważności:

Pozycje: 1, 2, 4, 5 - termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy ?

Pozycje: 3, 6 – 9 - termin ważności minimum 7 miesięcy od daty dostawy ?

Uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SIWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta? **Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pasków z proponowanym terminem ważności.**

Pytanie 8) Dotyczy Rozdział VI ust. 25 pkt 1a) SIWZ – Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia powiadomień i zgłoszeń wyrobu medycznego?

Uzasadnienie: deklaracja zgodności lub certyfikat CE jest wystarczającym dokumentem dopuszczającym produkt do obrotu, świadczącym o jego zgodności z wymaganiami zasadniczymi, bowiem dokonanie powiadomienia / przeniesienia danych o wyrobie medycznym do bazy danych Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych jest czynnością materialno-techniczną, a nie jest decyzją administracyjną o dopuszczeniu do stosowania w Polsce. Pragniemy jednoznacznie podkreślić że ustawa nie określa wymagań w zakresie przedstawienia dowodu dokonania powiadomień bądź zgłoszeń ostatecznemu użytkownikowi, oraz nie określa, że ww. dokumenty są dowodem dopuszczenia do stosowania - dokumentem dopuszczającym do obrotu jest deklaracja zgodności CE? **Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 9) Dotyczy Rozdział VI ust. 25 pkt 1f) SIWZ - Czy Zamawiający odstąpi od dołączenia do oferty dokumentu zawierającego kryteria interpretacji odczytu wartości MIC wg CLSI oraz EUCAST ze względu na fakt, że kryteria interpretacji wartości MIC wg CLSI i EUCAST od kwietnia 2011r. są dostępne bezpłatnie poprzez stronę www.EUCAST.ORG? **Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 10) dotyczy ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY: Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w § 2 zapisu, żeby faktury za dostarczony towar przekazywane były Zamawiającemu razem z dostawą w formie papierowej, lub w formie elektronicznej na adres:@.... nie później niż w dniu doręczenia towaru? **Odp. Zamawiający w § 1 pkt 9 określił sposób dostarczenia faktury za dostarczony przedmiot zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza wystawienia faktury za dostarczony asortyment w formie elektronicznej.**

Pytanie 11) Dotyczy ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej w poniżej przedstawiony sposób:

§ 3 ust. 1: W przypadku braku realizacji w całości lub części zamówienia przez Wykonawcę, powstania opóźnienia w realizacji zamówienia lub nie wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminach określonych w § 1 pkt. 2 i 6 niniejszej umowy Zamawiający nalicza, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,1 % wartości brutto niedostarczonego przedmiotu umowy - za każdy dzień zwłoki. Kary umowne potrącane będą z bieżących należności Wykonawcy? **Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w projekcie umowy**

Pytanie 12) Dotyczy ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów wzoru umowy w § 3 ust. 2 poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 5 % wartości NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy? **Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w projekcie umowy**

Pytanie 13) Dotyczy **Pakietu nr 9.**, parametry wymagane dla krążków antybiotykowych, pkt. A., D. i J. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania krążków antybiotykowych pakowanych w fiolki a` 50 krążków w plastikowej tubie wraz z pochłaniaczem wilgoci znajdującym się w wieczku tuby. Takie konfekcjonowanie pozwoli Zamawiającemu na ciągłe korzystanie z pochłaniacza wilgoci, tym samym przechowywanie używanych krążków zgodnie z zaleceniami producenta, dodatkowo niweluje konieczność zabezpieczenia już otwartych opakowań w odpowiedni pojemnik do ich przechowywania? **Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. Pracownia antybiogramy metodą dyfuzyjno – krążkową wykonuje sporadycznie (nie rutynowo).**

Pytanie 14) Dotyczy **Pakietu nr 9.**, parametry wymagane dla krążków antybiotykowych, pkt. A., D. i J. Zwracamy się z pytaniem czy w przypadku, kiedy wykonawca oferuje krążki antybiotykowe pakowane po 4 fiolki w tuby wielorazowego użytku z pochłaniaczem wilgoci znajdującym się w wieczku opakowania Zamawiający dopuści zaokrąglenie ilości krążków do pełnych opakowań? **Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. Pracownia antybiogramy metodą dyfuzyjno – krążkową wykonuje sporadycznie (nie rutynowo).**

Pytanie 15) Dotyczy **Pakietu nr 9** . Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie, ilu gniazdowego dyspensera wymaga do oferowanych krążków? **Odp. Zamawiający wymaga 6-cio gniazdkowego dyspensera dla płytek Ø 90 mm.**

Pytanie 16) Dotyczy **Pakietu nr 8**. Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 8 pozycję 9 do oddzielnego pakietu dopuszczając również produkty pakowane po 1L bądź 500ml? **Odp. Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na inny / dodatkowy podział przedmiotu zamówienia (Rozdział I pkt 3 zdanie drugie SIWZ).**

Pytanie 17) Dotyczy § 6 ust. 3 Projektu umowy. Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie zaistnienia niniejszej sytuacji, możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie opakowania produktu oraz zbliżonych parametrach jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on niedostępny u producenta? W przypadku innego sposobu pakowania (konfekcji), cena za opakowanie zbiorcze oferowanego zamiennika zostałaaby przeliczona w ten sposób, że cena za sztukę lub oznaczenie zamiennika byłaby równa cenie za sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego się danej pozycji umowy.

Uzasadnienie: Wprowadzenie niniejszego zapisu pozwoli zarówno na zabezpieczenie ciągłości procesu diagnostycznego i uchroni, zarówno Zamawiającego oraz Wykonawcę przed nieoczekiwanymi oraz niezależnymi od nich skutkami wypadków losowych, do których mogą należeć: czasowa awaria linii produkcyjnej u producenta, czasowe wycofanie produktu przez producenta brak dostępności surowców, niekorzystne zmiany makroekonomiczne czy wpływ klęsk żywiołowych? **Odp. Zamawiający w Projekcie umowy w § 6 dokładnie określił, w jakim zakresie dopuszcza zmiany w umowie**

Pytanie 18) Dotyczy § 3 ust. 1 wzoru umowy. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych, których suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy? **Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w projekcie umowy.**

Pytanie 19) Dotyczy § 2 ust. 4 wzoru umowy. Czy Zamawiający wprowadzi możliwość wstrzymania dostaw w przypadku nierealizowania płatności? **Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w projekcie umowy.**

Pytanie 20) Dotyczy Rozdział VI ust. 25 pkt e) SIWZ. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia próbek, jeśli produkt był kupowany wcześniej? **Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.**

*Z upoważnienia Dyrektora SPSKM
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Molek*