



Znak sprawy: DZA.381.9.2.2023

**Do wszystkich  
Wykonawców**

**Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm) – na dostawę preparatów do mycia i dezynfekcji.**

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, 41-250 Czeladź, ul. Szpitalna 40 informuje, że Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkty z Pakietu 2 poz. 7 i 8 i czy dopuści: Suche ściereczki przeznaczone do nasączenia preparatem gotowym do użycia lub roztworem użytkowym koncentratu z wodą, do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>., niepyłące, niestrzępiące się, wytrzymałe i odporne na detergenty, wymiary: 30x34cm, bez okresu ograniczającego możliwość wykorzystania od nasączenia chusteczki, wyrób medyczny klasy 1, rolka zamknięta w wiaderku z polipropylenu o wysokiej odporności na chemikalia, wiaderko wielokrotnego użytku z wkładem 100 szt. oraz Suche ściereczki przeznaczone do nasączenia dowolnym roztworem użytkowym koncentratu, w tym z poz. 8 do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych, o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>., niepyłące, niestrzępiące się, wytrzymałe i odporne na detergenty, wymiary: 30x34cm, bez okresu ograniczającego możliwość wykorzystania od nasączenia chusteczki, wyrób medyczny klasy 1, każda z rolek posiada etykietę oraz naklejkę, na której jest miejsce na wpisanie: nazwy produktu nasączającego, stężenia, daty nasączenia, daty przydatności oraz osoby przygotowującej roztwór, op. 100szt.

lub

Suche ściereczki przeznaczone do nasączenia preparatem gotowym do użycia lub roztworem użytkowym koncentratu z wodą, do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>., niepyłące, niestrzępiące się, wytrzymałe i odporne na detergenty, wymiary: 18x25cm, bez okresu ograniczającego możliwość wykorzystania od nasączenia chusteczki, wyrób medyczny klasy 1, rolka zamknięta w wiaderku z polipropylenu o wysokiej odporności na chemikalia, wiaderko wielokrotnego użytku z wkładem 300 szt. oraz Suche ściereczki przeznaczone do nasączenia dowolnym roztworem użytkowym koncentratu, w tym z poz. 8 do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych, o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>., niepyłące, niestrzępiące się, wytrzymałe i odporne na detergenty, wymiary: 18x25cm, bez okresu ograniczającego możliwość wykorzystania od nasączenia chusteczki, wyrób medyczny klasy 1, każda z rolek posiada etykietę oraz naklejkę, na której jest miejsce na wpisanie: nazwy produktu nasączającego, stężenia, daty nasączenia, daty przydatności oraz osoby przygotowującej roztwór, op. 300szt.

**W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.**

**wyjaśniamy:**

Zamawiający nie wydziela z Pakietu 2 poz. 7 i 8 do osobnego Pakietu oraz nie dopuszcza wyżej opisanych ściereczek.



### Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 2 poz. 17 i czy dopuści: Higieniczny wielorazowy mogący być użyty również jednorazowo system dozowania chusteczek w postaci stabilnego dozownika-wiaderka z uchwytem do przenoszenia, nieprzezroczyste obszary na opakowaniu, ale łatwo kontrolować zużycie produktu, każdy dozownik zawiera rolkę 100 sztuk wysokiej jakości, nietkanych, niskopyłowych chusteczek o wymiarach 30x34cm i gramaturze 70g/m<sup>2</sup>, które są kompatybilne z dowolnymi produktami do dezynfekcji powierzchni, pokrywa z zabezpieczeniem higienicznym dostępna w trzech kolorach naklejek: zielony, czerwony, niebieski, system dozowania spełnia wymagania UE w zakresie wyrobów medycznych.

lub

Higieniczny wielorazowy mogący być użyty również jednorazowo system dozowania chusteczek w postaci stabilnego dozownika-wiaderka z uchwytem do przenoszenia, nieprzezroczyste obszary na opakowaniu, ale łatwo kontrolować zużycie produktu, każdy dozownik zawiera rolkę 300 sztuk wysokiej jakości, nietkanych, niskopyłowych chusteczek o wymiarach 18x25cm i gramaturze 70g/m<sup>2</sup>, które są kompatybilne z dowolnymi produktami do dezynfekcji powierzchni, pokrywa z zabezpieczeniem higienicznym dostępna w trzech kolorach naklejek: zielony, czerwony, niebieski, system dozowania spełnia wymagania UE w zakresie wyrobów medycznych.

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

### wyjaśniamy:

Zamawiający nie wydziela z Pakietu 2 poz. 17 do osobnego Pakietu oraz nie dopuszcza wyżej opisanego systemu dozowania chusteczek.

### Pytanie nr 3

Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 5 dopisać na końcu ustęp 5 o treści:

Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy.

lub

o dopisanie na końcu paragrafu 5 ustęp 5 o treści:

"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 0.5% wartości netto z faktury za każdą godzinę zwłoki w płatności.

lub

Prosimy o zmniejszenie kar umownych, którym podlegać ma Wykonawca. W obecnej sytuacji chronione są głównie interesy Zamawiającego. Prosimy o wprowadzenie zapisów chroniących interesy Wykonawcy, równoważnie do tych chroniących interesy Zamawiającego.

### wyjaśniamy:

Zamawiający nie dodaje proponowanego zapisu do § 5 Wzoru Umowy.

### Pytanie nr 4

do pakietu nr 4 poz. 2:

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania chusteczki do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i wyrobów medycznych włącznie z głowicami USG i optykami endoskopowymi na medycznych na bazie czwartorzędowych związków amonowych. Roztwór którym nasączone są chusteczki nie posiada w swoim składzie alkoholi, chloru, aldehydów, fenoli. wymiar



chusteczek min 20 cm x 20 cm, o gramaturze min. 30g/m<sup>2</sup>. Op. flow pack z zamknięciem w postaci klipsa, 200szt. z przeliczeniem ilości op.?

**wyjaśniamy:**

Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanych chusteczek.

**Pytanie nr 5**

do pakietu nr 4 poz. 3 i 4

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie preparatu posiadającego skuteczność sporobójczą w czasie krótszym niż wymagane w SWZ tj. do 15 minut i stężeniu nieprzekraczającym 3%, spełniającego pozostałe wymogi opisu przedmiotu zamówienia.

**wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie nr 6**

**Pakiet nr 2, poz. 3**

W związku z aktualizacją ulotki preparatu opisanego w/w pozycji prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny preparatu o higienicznej dezynfekcji rąk: 2 x 1,5 ml w 30 sek, chirurgicznej dezynfekcji rąk: 2 x 1,5 ml w 3 min. Przy podanych powyżej parametrach ilościowych preparat jest bardziej wydajny. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

**wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza preparat do higienicznej dezynfekcji rąk: 2 x 1.5ml w 30 sek., chirurgicznej dezynfekcji rąk: 2 x 1.5ml w 3 min. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie nr 7**

**Pakiet nr 2, poz. 6**

Prosimy o informację czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający miał na myśli *preparat kompatybilny z systemem suchych chusteczek poz. 7,8.*

**wyjaśniamy:**

Zamawiający miał na myśli preparat kompatybilny z systemem suchych chusteczek poz. 7, 8.

**Pytanie nr 8**

**Pakiet nr 2, poz. 7,8**

W związku z aktualizacją ulotki chusteczek opisanych w/w pozycjach prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny chusteczek o gramaturze 45 g/m<sup>2</sup>.

**wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie nr 9**

**Pakiet nr 2, poz. 8**

Prosimy o informację czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający miał na myśli *chusteczki kompatybilny z koncentratem z poz. 6 a nie 8.*

**wyjaśniamy:**

Zamawiający miał na myśli chusteczki kompatybilne z koncentratem z poz. 6, a nie 8.





**Pytanie nr 10**

**Pakiet nr 2, poz. 11**

W związku z wycofaniem maści opisanej w/w pozycji w opakowaniu 250 g prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny opakowania 100 g z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 375 op.

**wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza maści w opakowaniu 100 g z odpowiednim przeliczeniem ilości, tj. 375 op.

**Pytanie nr 11**

**Pakiet nr 3, poz. 1,2**

Czy za względu na fakt, że oczekiwany preparat posiada termin ważności 12 m-cy od daty produkcji Zamawiający wyrazi zgodę aby w w/w pozycji preparat posiadał 9 miesięczny okres ważności od daty dostawy?

**wyjaśniamy:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SWZ.

**Pytanie nr 12**

**Pakiet nr 3, poz. 3,4**

W związku z aktualizacją Charakterystyki Produktu Leczniczego produktu opisanego w/w pozycjach prosimy o odstąpienie od zapisu „*autosterylny*”. Z wiedzy Oferenta wyłącznie preparaty z zawartością nadtlenu wodoru mogą być autosterylne.

**wyjaśniamy:**

Zamawiający odstępuje od zapisu „*autosterylny*”.

**Pytanie nr 13**

**Pakiet nr 3, poz. 5,6,7**

Prosimy o informację czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający miał na myśli **NaOCl** a nie NaOH. Z wiedzy oferenta preparat opisany w/w pozycjach posiada w składzie podchlorynu sodu (NaOCl) a nie wodorotlenek sodu (NaOH).

**wyjaśniamy:**

Zamawiający miał na myśli NaOCl.

**Pytanie nr 14**

**Pytanie do SWZ**

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu składania ofert ze względu na krótki czas na przygotowanie oferty.

**wyjaśniamy:**

Zamawiający przesunął terminu składania, otwarcia ofert na dzień 27.02.2023 r. o czym powiadomił na stronie prowadzonego postępowania.

**Pytanie nr 15**

**Dot. wzoru umowy § 5 ust. 1 Lit. c)**

Zwracamy się prośbą o usunięcie z wzoru umowy postanowień dotyczących naliczania kar umownych w przypadku dokonania wykonania zastępczego przez Zamawiającego, za które Wykonawca pokryje różnicę kosztu zakupu tożsamego asortymentu u innego dostawcy – poprzez wykreślenie z § 5 ust. 1 Lit. c) zapisu dotyczącego prawa do naliczenia kary umownej z tytułu niedostarczonych lub wadliwych Preparatów - za każdy przypadek, w którym konieczny był zakup Preparatów od podmiotu trzeciego w okolicznościach wskazanych w §4 ust. 6 umowy, Naliczenie



dotatkowej kary umownej po dokonaniu nabycia zastępczego powoduje w istocie podwójne karanie Wykonawcy za to samo przewinienie.

**wyjaśniamy:**

Zamawiający nie wykreśla zapisów § 5 ust. 2 lit. c) Wzoru Umowy.

**Pytanie nr 16**

**Dot. wzoru umowy §5,**

*Prosimy o obniżenie kar umownych z § 5 ust. 1 lit a),b) do 0,2 %.*

**wyjaśniamy:**

Zamawiający nie zmienia zapisów § 5 ust. 1 lit. a) i b) Wzoru Umowy.

**Pytanie nr 17**

**Dot. wzoru umowy**

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy zapisu o następującej treści:

**SIŁA WYŻSZA**

1. Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. Do celów Umowy Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powódzie, epidemie, akty administracji państwowej, itp. Przez Siłę Wyższą Strony rozumieją również, epidemię COVID-19, potwierdzoną obowiązywaniem stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.
3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.
4. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania Siły Wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.
5. W razie zaistnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania Siły Wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.
6. Jeżeli Siła Wyższa, z wyłączeniem epidemii COVID-19 będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

**wyjaśniamy:**

Zamawiający nie dodaje do Wzoru Umowy proponowanego zapisu.

**Pytanie nr 18**

dot. zał. nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 5 ust. 1a)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu § 5 ust. 1a) na następujący:

„a) w wysokości 0,5% wartości netto danego zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki w zrealizowaniu dostawy częściowej, względem terminu określonego w § 2 ust. 10 umowy,?”



**wyjaśniamy:**

Zamawiający nie zmienia zapisów § 5 ust. 1 lit. a) Wzoru Umowy.

**UWAGA**

Stosownie do art.286 ust.1 Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

1. Zmianie ulega treść Załącznika nr 2 – Pakiet 3 poz. 3 i 4 (Formularz asortymentowo-cenowy) – zmieniony Formularz asortymentowo-cenowy w załączeniu.

W związku z art. 286 ust. 3 Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert, a także termin związania ofertą:

**Termin składania ofert upływa w dniu 01.03.2023r., o godzinie 09.00.**

**Termin otwarcia ofert upływa w dniu 01.03.2023r., o godzinie 10.00.**

**Termin związania ofertą upływa w dniu 30.03.2023 r.**

Niniejsze terminy mogą ulec dalszemu przedłużeniu

**DYREKTOR**  
**Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej**  
**41-250 Czeladź, ul. Szpitalna 40**

*mgr Aldona Sylwa*