



Białystok, 16.05.2022 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu nr 37/W1/2022

Dotyczy: odpowiedzi na pytanie do postępowania: „Dostawa wyrobów medycznych, środków ochrony osobistej, i sprzętu medycznego oraz leków przeznaczonego dla 25 WOG oraz jednostek i instytucji wojskowych będących na jego zaopatrzeniu z podziałem na 4 zadania”.

Zamawiający – 25. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.) zawiadamia, iż w postępowaniu nr 37/W1/2022 do Zamawiającego wpłynęły pytania o następującej treści:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość dostawy asortymentu z terminem ważności w dniu dostawy wynoszącym min. 80% całkowitego terminu ważności oferowanego przez producenta, zgodnie z zaleceniami Wojskowej Służby Zdrowia, gdyż terminy wskazane w kolumnie nr 3 Formularza cenowego to głównie całkowite terminy ważności dla tych wyrobów, które producent nadaje na wyrób w dniu produkcji. Nierealna jest więc dostawa opatrunku hemostatycznego z maksymalnym terminem ważności w dniu dostawy, bo asortyment ten trzeba zaimportować i dostarczyć do Zamawiającego. a opaski elastyczne mają obecnie zazwyczaj 36 miesięcy od dnia produkcji. Nierealna jest więc dostawa opaski z terminem 38 miesięcy.

Odpowiedź:

Do części I- zalecany okres ważności nie powinien być krótszy niż 80% całkowitego okresu przydatności

Do części II, szczegółowy opis asortymentu znajduje się w OPZ

Do części IV, poz. nr: 9,10,11,12,17,18- zalecany okres ważności nie powinien być krótszy niż 80% całkowitego okresu przydatności. Pozostałe pozycje- bez zmian

Pytanie 2:

Prosimy o zmodyfikowanie wymiaru opakowania rurki nosowo-gardłowej w pozycji nr 9 i 10 na właściwy tj. maksymalnie 12x22 cm, gdyż taki właśnie wymiar mają rurki nosowo-gardłowe opisane przez Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na opakowania w rozmiarze 12x22 cm, jeśli produkt spełnia pozostałe wymagania.

Pytanie 3:

Dotyczy pozycji 24 i 33 oraz 12

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku hydrożelowego posiadającego badanie potwierdzające brak cytotoksyczności opatrunku zgodnie z normą ISO 10993-5 wykonane w „Consumer Product Testing Co. z siedzibą w New Jersey? Są to opatrunki hydrożelowe WaterJel produkcji amerykańskiej, które od lat są dostarczane do wojska polskiego i charakteryzują się najwyższą jakością i skutecznością. Badanie zgodne z normą ISO 10993-5 wykonane w „Consumer Product Testing Co. z siedzibą w New Jersey to badanie wykonane tą samą normą co wymagane i potwierdzają brak cytotoksyczności opatrunku, w taki sam sposób jak polska wersja normy. Obecne zapisy SWZ naruszają zasady równego traktowania Wykonawców i uczciwej konkurencji, gdyż powodują, że jedynymi opatrunkami, które są dopuszczalne do zaoferowania to opatrunki hydrożelowe produkcji polskiej o stałej konsystencji. Takie sformułowanie zapisów SWZ nie tylko ogranicza możliwości oferowania opatrunku hydrożelowego tylko do jednego produktu, ale również stwarza dla Zamawiającego ryzyko, iż nie otrzyma w postępowaniu żadnej oferty, gdyż w dostępności opatrunków hydrożelowych produkcji polskiej często występują nawet kilkumiesięczne przerwy. Powoduje to, iż Zamawiający może nie otrzymać żadnej oferty lub wystąpi konieczność wydłużenia terminu realizacji zamówienia.

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem zawartym w OPZ poz.: 24, 33, 12

Pytanie 4:

Dotyczy rurka intubacyjna - pozycja nr 28-30

Czy Zamawiający poprawi wymiar opakowania rurek intubacyjnych opisanych w Opisie Przedmiotu zamówienia na 13x34 cm. Jest to właściwy wymiar dla opisanych rurek intubacyjnych? Zgodnie z Normą PN-EN ISO 5361:2017-01 Rurki dotchawicze i łączniki, która określa długości rurek intubacyjnych, nierealne jest zmieszczenie rurki intubacyjnej o długości minimum 30 cm (tak mówi norma) do opakowania o długości 22 cm. Na przykład rurki 7,0 o długości 32cm (a taka według normy jest długość) nie można zapakować w opakowanie długości 22cm.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na opakowanie 13x34 cm, jeśli produkt spełnia pozostałe wymagania.

Pytanie 5:

Prosimy o odstąpienie od wymogu terminu ważności dla zestawu do ciśnieniowego podawania płynów, gdyż jest to wyrób, który nie ma terminu ważności.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na produkt, który nie posiada terminu ważności dla zestawu do ciśnieniowego podawania płynów, jeśli spełnia pozostałe wymagania.

Pytanie 6:

Prosimy o dopuszczenie w pozycji nr 38 możliwości zaoferowania defibrylatora Zoll AED Plus lub Samaritan 360P, gdyż defibrylatory, których wymaga Zamawiający są obecnie niedostępne co najmniej do końca lipca. Ewentualnie prosimy o wydzielenie tej pozycji z pakietu lub wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 90 dni dla tej pozycji, gdyż niedopuszczenie żadnej z tych propozycji spowoduje, że niemożliwe będzie złożenie oferty na ten pakiet przez Wykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wskazany sprzęt. Zamawiający nie wydziela produktu z oferty.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 55 filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci? Filtry mają tą samą funkcjonalność, a w przypadku tych wskazanych w Opisie Przedmiotu zamówienia występują problemy z dostępnością filtrów.

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem OPZ poz.: 55

Pytanie 8:

Dotyczy OPATRUNKU NA RANY PENETRACYJNE KLATKI PIERSIOWEJ

Czy Zamawiający dopuści STERYLNY opatrunek na rany penetracyjne klatki piersiowej renomowanego producenta taktycznych wyrobów medycznych tj. firmy MEDTRADE (producent opatrunków hemostatycznych Celox) w kształcie kwadratu o wymiarach 13cm x 13,3cm? Opatrunek spełnia wszystkie pozostałe wymagania Opisu Przedmiotu zamówienia, w tym między innymi posiada informacje takie jak: znak CE, termin ważności, numer serii i oznaczenia sterylności umieszczone na opakowaniu w sposób nieusuwalny, w tym: nie da się ich dłonią zetrzeć, zmasać czy odkleić. Z uwagi na konflikt zbrojny w Ukrainie terminy dostaw opatrunków na rany penetracyjne klatki piersiowej znacznie się wydłużyły, nawet do kilku tygodni. Ponadto ich ceny znacznie wzrosły. Część z opatrunków nie jest już dystrybuowanych na Europę. Opatrunek FOX SEAL natomiast jest dostępny w korzystnej cenie i co najważniejsze jest wyrobem wysokiej jakości produkowanym przez znanego producenta opatrunków hemostatycznych Celox.

W załączeniu przesyłamy kartę katalogową opatrunku.

<https://www.boxmetmedical.pl/opatrunek-wentylowy-foxseal-chest-seal,p369,380.html>

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem OPZ poz.: 59

Pytanie 9:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 55 filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci? Filtry mają tą samą funkcjonalność, a w przypadku tych wskazanych w Opisie Przedmiotu zamówienia występują problemy z dostępnością filtrów.

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem OPZ poz.: 55

Pytanie 10:

Czy w pozycji nr 62 Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zimnego kompresu w rozmiarze 14,5x17cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zimnego kompresu w rozmiarze 14,5x17 cm

Pytanie 11:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 64 siatkę Codotex jako produkt równoważny?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na produkt równoważny, jeśli spełnia pozostałe wymagania

Pytanie 12:

Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę w Formularzu cenowym kolumny „C - Minimalny termin ważności w miesiącach”. Nie ma możliwości, aby dostarczyć towar zgodny z tymi wymaganiami. Aby dochować te terminy Wykonawca musiałby dostarczyć towar wyprodukowany w dniu składania ofert. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie produktów, których data ważności na dzień dostawy wynosi min. 80% ważności całkowitego okresu określonego przez producenta. Zwracamy uwagę, że zapis taki jest stosowany w postępowaniach przetargowych między innymi przez Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie.

Odpowiedź:

Odpowiedzi udzielono jak w pytaniu nr 1, tj.:

Do części I- zalecany okres ważności nie powinien być krótszy niż 80% całkowitego okresu przydatności

Do części II, szczegółowy opis asortymentu znajduje się w OPZ

Do części IV, poz. nr: 9,10,11,12,17,18- zalecany okres ważności nie powinien być krótszy niż 80% całkowitego okresu przydatności. Pozostałe pozycje- bez zmian

Pytanie 13:

Zadanie 2 poz. 20,21,22

W związku z wycofaniem z produkcji rurek LT-D prosimy o dopuszczenie rurki krtaniowej LTS -D, czyli dwuświatłowej z możliwością zgłębnikowania żołądka posiadającej znacznik głębokości oznakowany wyłącznie kreskami a nie cyframi.

Odpowiedź:

Zgodnie z OPZ poz.: 20,21,22

Pytanie 14:

Zadanie 2 poz. 20,21,22, 51

Czy w związku z tym, że rurka typu LTS-D jest dostarczana w komplecie ze strzykawką Zamawiający wymaga dodatkowo zaoferowania strzykawek do rurek krtaniowych (poz.. 51) czy zrezygnuje z tej pozycji i należy w formularzu w tej pozycji wpisać wartość 0zł ?

Odpowiedź:

Zamawiający prosi o rozbięcie kompletu na strzykawkę oraz rurkę krtaniową.

Pytanie 15:

Dotyczy zadania nr 2

Dotyczy Wkłucia doszypikowe :

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 2 produktu o poniższych parametrach:

Zestaw do szybkiej infuzji doszypikowej NIO z 5-letnim całkowitym terminem ważności, o następujących parametrach:

- bardzo prosta, automatyczna konstrukcja, pozwalająca na szybką lokalizację miejsca wkłucia i dostęp naczyniowy w ciągu 10 sekund zarówno z kości piszczelowej oraz z kości ramiennej w każdych warunkach
- system jest bardzo prosty w stosowaniu, a umiejętności konieczne do obsługi wymagają minimalnego treningu,
- konstrukcja zabezpieczająca przed zbyt głębokim wbiciem mandrynu w szpik, a po założeniu dostępu
- pozwalająca na jego automatyczną stabilizację
- sterylny, nie wymagający czynności konserwacyjnych, gotowy do natychmiastowego użycia
- niewielkie wymiary opakowania.

Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności wyżej oferowanego rozwiązania

Odpowiedź:

Zgodnie z OPZ w części II poz. 39

Pytanie 16:

Dotyczy zadania nr 2

Dotyczy opatrunku hemostatycznego :

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku hemostatycznego z minimalnym terminem ważności 50 miesięcy ? Aktualnie wymagany termin stanowi 100% minimalnego pełnego terminu ważności wskazanego w OPZ.

Odpowiedź:

Szczegółowa informacja dotycząca maksymalnego terminu ważności oraz skróconego terminu ważności, który nie może być krótszy niż 80% całkowitego okresu ważności ,zawarta jest w OPZ.

Pytanie 17:

Dotyczy terminu dostawy :

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostawy do 90 dni od podpisania umowy dla gwarantu oraz do 90 dni od złożenia zamówienia dla opcji ?

Ze względu na trudną sytuację na świecie, opóźnienia w produkcji i opóźnienia w dostawach wskazane w projekcie umowy termin 20 dni jest zbyt krótki na wykonanie umowy.

Odpowiedź:

Za względu na pilną potrzebę realizacji umów w części zadań 25.WOG nie może wydłużyć terminu dostawy do 90 dni w części gwarantowanej i opcjonalnej. Maksymalny czas wydłużenia, dotyczący realizacji umowy dla cz. II wydłużamy o 10 dni, tj. łącznie termin realizacji wynosi maksymalnie 30 dni w części gwarantowanej i opcjonalnej. Pozostałe części pozostają bez zmian.

Pytanie 18:

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 1, 2, 14, 15, 16, 38, 39 do odrębnego zadania ?

Wskazane rozwiązanie pozwoli złożyć oferty większej liczbie Wykonawców, przez co zwiększy się konkurencyjność.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Wskazane pozycje stanowią wyposażenie tych samych zestawów ratownictwa taktycznego. W związku z powyższym brak uzasadnienia na wydzielenie wskazanych pozycji do odrębnego zadania

Pytanie 19:

Prosimy o odstąpienie od wymogu terminu ważności dla pozycji nr 70-71, gdyż jest to wyrób, który nie ma terminu ważności.

Odpowiedź:

Jeśli oferta nie będzie posiadała terminu ważności, Zamawiający odstępuje od wymogu terminu ważności

Pytanie 20:

DOTYCZY ZADANIA NR 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość dostawy asortymentu z terminem ważności w dniu dostawy wynoszącym min. 80% całkowitego terminu ważności oferowanego przez producenta, zgodnie z zaleceniami Wojskowej Służby Zdrowia, gdyż terminy wskazane w kolumnie nr 3 Formularza cenowego mogą być nierealne do osiągnięcia z uwagi na to iż np. opaski elastyczne czy zestaw do płukania oka mają maksymalnie 3letnie terminy ważności od produkcji.

Odpowiedź:

Do części IV, poz. nr: 9,10,11,12,17,18- zalecany okres ważności nie powinien być krótszy niż 80% całkowitego okresu przydatności. Pozostałe pozycje- bez zmian

Pytanie 21:

Czy Zamawiający dopuści możliwość dostawy asortymentu z terminem ważności w dniu dostawy wynoszącym min. 80% całkowitego terminu ważności oferowanego przez producenta lub maksymalnie najdłuższy z dostępnych w chwili realizacji zamówienia, gdyż paski do glukometrów są produktem, który w zależności od partii może mieć różne całkowite terminy ważności. Żaden producent pasków do glukometrów nie gwarantuje jaki termin ważności będzie miał dana partia pasków. Czasami jest to tylko 12-16 miesięcy od dnia produkcji. nie ma więc gwarancji, że w chwili realizacji zamówienia Wykonawca będzie w stanie dostarczyć paski z datą min. 18 miesięcy. Ewentualnie jeśli Zamawiający nie dopuści powyższego prosimy o wydzielenie pozycji nr 17-18 z pakietu, bo uniemożliwi to Wykonawcą złożenie realnej do zrealizowania oferty.

Odpowiedź:

Do części IV, poz. nr: 9,10,11,12,17,18- zalecany okres ważności nie powinien być krótszy niż 80% całkowitego okresu przydatności. Pozostałe pozycje- bez zmian

Pytanie 22:

Czy w pozycji nr 16 Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania nakłuwaczy w opakowaniu a 200 szt.? Jednorazowe nakłuwacze dostępne są w opakowaniach a 200 szt.

Odpowiedź:

Zgodnie z OPZ poz.: 16

Zamawiający zgodnie z art. 286 ust. 5 informuje, iż dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu z dnia 16.05.2022r. na dzień 19.05.2022r. Godzina pozostaje bez zmian.

Zamawiający – 25. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku działając zgodnie z art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.) przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.

**Z upoważnienia KOMENDANTA
25. Wojskowego Oddziału Gospodarczego**

**/-/ Elżbieta MURAWSKA
Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych**

Magdalena Piekutowska, tel. 261 39 88 39 - SZP
16.05.2022r.

T: 2712/B5

Postępowanie nr: 37/W1//2021