



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ W RADZIEJOWIE**

ul. Szpitalna 3, 88-200 Radziejów
REGON 910333036 NIP 889-12-69-126
tel. 54/285-62-00; fax 54/285-37-01
e-mail: sekretariat@szpitalradziejow.pl
<https://www.szpitalradziejow.pl>

Radziejów, dnia 24.11.2023 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego niepodlegającego ustawie z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, ze zm.), o wartości nieprzekraczającej kwoty na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1) ustawy PZP na: „**Dostawa wyrobów medycznych do infuzji środków kontrastowych, filtru oddechowego oraz rurek ustno-gardłowych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie**” (oznaczenie sprawy ZO-28/2023) – ogłoszonego na platformie zakupowej w dniu 24 listopada 2023 r. <https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalradziejow/proceedings> ID (850709)

Niniejszym, na mocy przysługujących nam jako Zamawiającemu uprawnień i obowiązków poniżej przekazujemy treść zapytań i udzielonych wyjaśnień.

1. Zadanie nr 2, pozycja nr 1. W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych: Zamiast parametru:

„ANESTEZJOLOGIA: FILTR ODDECHOWY ELEKTROSTATYCZNY Z HME

- sterylny lub mikrobiologicznie czysty, jednorazowego użytku
- z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności przeciwbakteryjnej i przeciwwirusowej 99,999% -
- z portem kapno, martwa przestrzeń max. 45 ml, waga max. 30 g
- objętość oddechowa Vt 300 - 1500ml
- z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami: minimalną i maksymalną objętością oddechową Vt
- wydajność nawilżenia przy Vt 1000 ml - min. 32,4 mg/l”

Produktu o poniższych parametrach:

„Filtr oddechowy, okrągły elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej i przeciwwirusowej 99,999%, z portem kapno z zatyczką, martwa przestrzeń max. 45 ml, waga max. 29 g, objętość oddechowa VT300-1500ml z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami: minimalną i maksymalną objętością oddechową V_t . Opory przepływu przy: 30l/min. - 1cmH₂O, 60l/min. - 2,4cmH₂O. Opakowanie folia

ODPOWIEDŹ: Dopuszczamy

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i są dla Wykonawców wiążące. Pozostała treść specyfikacji pozostaje bez zmian.

Radziejów, dnia 24 listopada 2023 r.

DYREKTOR

dr Sebastian JANKIEWICZ