

Zakup manekinów wysokiej wierności do symulacji medycznej

Znak DZP-RJ-TP.006-P.2021

Poznań, 5 listopada 2021 r.

Wykonawcy zainteresowani postępowaniem /strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy: Zakup manekinów wysokiej wierności do symulacji medycznej

Zamawiający informuje, że zostały złożone pytania do treści SWZ dotyczącej ww. postępowania. W związku z tym, zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami i informuje, że są one wiążące dla Wykonawców składających ofertę:

Pytanie 1:

Pytanie do SWZ, Pkt 9.

Zamawiający wymaga 15 dni termin realizacji – czy Zamawiający mógłby wydłużyć termin realizacji do 30 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

Pytanie 2:

Pytania do: Część 2 – Fantom ALS dorosły, dziecko, niemowlę, Pkt 30.

Zamawiający wymaga: Komplet części zapasowych:

a) skóra wymienna ręki lewej 2 szt.

b) skóra wymienna ręki prawej 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania manekin z wymienną skórą tylko ręki prawej?

Ręka lewa służy do pomiaru ciśnienia, badania tętna i nie wymaga wymiany skóry.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza do postępowania manekin z wymienną skórą tylko ręki prawej z jednoczesną dostawą 4 skór wymiennych ręki prawej zamiast 2 ręki prawej i 2 ręki lewej.

Zakup manekinów wysokiej wierności do symulacji medycznej

Znak DZP-RJ-TP.006-P.2021

Pytanie 3:

Pkt 114 – Zamawiający wymaga: 1 tętnica – czy Zamawiający dopuści od postępowania na zasadach równoważności ramię bez tętnicy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza do postępowania na zasadach równoważności ramię bez tętnicy.

Pytanie 4:

Pkt 115 – Zamawiający wymaga ruchomy nadgarstek i obrotowe ramię – czy Zamawiający dopuści do postępowania na zasadach równoważności brak ruchomości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza brak ruchomości.

Pytanie 5:

Pkt 118 – Zamawiający wymaga panel wskaźników – czy Zamawiający dopuści do postępowania na zasadach równoważności rękę bez wskaźników?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rękę bez wskaźników.

Pytanie 6:

Pkt 119 – Zamawiający wymaga zmywalna mata treningowa – czy Zamawiający dopuści do postępowania na zasadach równoważności brak maty?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza do postępowania na zasadach równoważności brak maty.

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz zamieszcza Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

- termin składania ofert – 10.11.2021 r.– do godz. 10:00;**
- termin otwarcia ofert – 10.11.2021 r. – godz. 11:00.**
- termin związania ofertą – 09.12.2021 r.**