



Gdańsk, dnia 20 kwietnia 2023 r.

nr sprawy: D10.251.20.C.2023

**Wykonawcy ubiegający się o  
udzielenie zamówienia  
publicznego**

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy Pzp. na „*Dostawa materiałów zużywalnych do patomorfologii, pasów i rękawic do bezpiecznego unieruchamiania pacjentów, stetoskopów oraz ramy przestrzennej do wieloosiowej korekcji deformacji kończyn oraz narzędzi dla COPERNICUS PL Sp. z o.o. w Gdańsku.*”

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ).

**Zestaw 1**

**Pytanie 1, dot. części 4- Stetoskop**

Czy Zamawiający dopuści stetoskopy ze sprężyną jak na zdjęciu poniżej – reszta parametrów zgodna z opisem ?



**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Zestaw 2**

**Pytanie 1, dot. części 1, poz. 1**

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie, czy wartości podane w kolumnie „ilość” należy interpretować jako opakowania handlowe czy też pojedyncze sztuki.

**Odpowiedź:**

Podane wartości w kolumnie „ilość” oznaczają pojedyncze sztuki.

**Pytanie 2, dot. części 1, poz. 2**

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie, czy wartości podane w kolumnie „ilość” należy interpretować jako opakowania handlowe czy też pojedyncze sztuki.

**Odpowiedź:**

Podane wartości w kolumnie „ilość” oznaczają pojedyncze sztuki.

**Pytanie 3, dot. części 1, wymagania bezwzględne poz. 1, poz. 3**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie żyłek mikrotomowych wykonanych w technologii plazmowej podnoszącej trwałość ostrza.



Zastosowana w zaproponowanym przez nas rozwiązaniu technologia produkcji, zapewnia najwyższe parametry ostrza, bez konieczności platerowania platyną oraz stosowania dodatkowej powłoki żywicznej, które po za zwiększeniem kosztów produkcji, nie wnoszą żadnych korzyści dla Użytkownika.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 4, dot. część nr 1, wymagania bezwzględne poz. 1, poz. 4**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaproponowania żyłek mikrotomowych, które posiadają wszystkie 4 narożniki sfazowane pod kątem 45° co minimalizuje ryzyko zacięcia się ostrzem podczas montażu w uchwycie mikrotomu.

Z punktu widzenia Użytkownika, jest to istotny parametr, wpływający bezpośrednio na komfort i bezpieczeństwo pracy.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wymaga.**

**Pytanie nr 5, dot. część nr 1, wymagania bezwzględne poz. 2, poz. 2**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie żyłek mikrotomowych wykonanych w technologii plazmowej podnoszącej trwałość ostrza.

Zastosowana w zaproponowanym przez nas rozwiązaniu technologia produkcji, zapewnia najwyższe parametry ostrza, bez konieczności platerowania platyną oraz stosowania dodatkowej powłoki żywicznej, które po za zwiększeniem kosztów produkcji, nie wnoszą żadnych korzyści dla Użytkownika.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 6, dot. część nr 1, wymagania bezwzględne poz. 2, poz. 3**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaproponowania żyłek mikrotomowych, które posiadają wszystkie 4 narożniki sfazowane pod kątem 45° co minimalizuje ryzyko zacięcia się ostrzem podczas montażu w uchwycie mikrotomu.

Z punktu widzenia Użytkownika, jest to istotny parametr, wpływający bezpośrednio na komfort i bezpieczeństwo pracy.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wymaga.**

**Zestaw 3**

**Pytanie 1, dot. części 3, poz. 4 i 9**

Prosimy o odstąpienie od wymogu posiadania systemu numerycznego i kodowania alfanumerycznego w przypadku uprząży na klatkę piersiową rozmiar M/L i uprząży na klatkę piersiową rozmiar XL.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający odstępuje od wymogu posiadania systemu numerycznego i kodowania alfanumerycznego w przypadku uprząży na klatkę piersiową rozmiar M/L oraz rozmiar XL.**

**Wszelkie wyjaśnienia, dopuszczenia i zmiany SWZ stanowią integralną część SWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.**

**W związku z odpowiedzią Zamawiający udostępnia zmieniony formularz asortymentowo-cenowy w zakresie części nr 3.**

**Zatwierdził**

**Wiceprezes Zarządu – Piotr Wróblewski**

*Sporządziła: Magdalena Czerniawska- Specjalista ds. Zamówień Publicznych*