

Górno, dn. 12.08.2019 r.

Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnicy
36-051 Górno, ul. Rzeszowska 5, woj. podkarpackie

**ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
z dnia 12.08.2019 r. w przetargu nieograniczonym na:**

**Dostawę łóżek szpitalnych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnicy w ramach inwestycji
pn. „Przebudowa pawilonu nr 3 Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc SPZZOZ
„Sanatorium” w Górnicy z wyposażeniem oraz budowa budynku urządzeń
technicznych dla gazów medycznych”**

W oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, ZAMAWIAJĄCY zmienia treść SIWZ w zakresie:

1. Treść SIWZ w formularzu oferty – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY WYMAGANE (GRANICZNE) - Tabela 1 w sekcji I. Wymagania ogólne poz. 1 w brzmieniu:

1	Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka oraz przestrzeń pomiędzy podstawą a leżem pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. Podstawa łóżka pantografowa lub kolumnowa podpierająca leże w minimum 6 punktach gwarantująca stabilność leża.	TAK PODAĆ	
---	--	-----------	--

Zmienia się i otrzymuje brzmienie:

1	Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka oraz przestrzeń pomiędzy podstawą a leżem pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. Podstawa łóżka pantografowa lub kolumnowa podpierająca leże w minimum 6 punktach dla podstawy pantografowej lub 4 punktach dla podstawy kolumnowej gwarantująca stabilność leża.	TAK PODAĆ	
---	--	-----------	--

2. Treść SIWZ w formularzu oferty – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY WYMAGANE (GRANICZNE) - Tabela 1 w sekcji I. Wymagania ogólne poz. 6 w brzmieniu:

6	Leże wypełnione łatwo odejmowanymi panelami (bez konieczności użycia narzędzi) z tworzywa typu polipropylen odporne na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV. Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania - CPR. Segment wezgłowia wypełniony płytą HPL (który może być montowany na stałe) wraz z tunelem na kasetę RTG.	TAK PODAĆ	
---	---	-----------	--

Zmienia się i otrzymuje brzmienie:

6	Leże wypełnione łatwo odejmowanymi panelami (bez konieczności użycia narzędzi) z tworzywa typu polipropylen lub HPL odporne na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV. Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania - CPR. Segment wezgłowia wypełniony płytą HPL (który może ale nie musi być montowany na stałe) wraz z tunelem na kasetę RTG.	TAK PODAĆ	
---	--	-----------	--

3. Treść SIWZ w formularzu oferty – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY WYMAGANE (GRANICZNE) - Tabela 1 w sekcji II. Sterowanie funkcjami łóżka poz. 1 w brzmieniu:

1	Panel w barierkach od wewnątrz dla pacjenta, umożliwiający czytelne zastosowanie funkcji takich jak min.: Regulacja wezgłowia, pozycja fotelowa, regulacja wysokości leża, regulacja uda.	TAK PODAĆ	
---	---	-----------	--

Zmienia się i otrzymuje brzmienie:

1	Panel w barierkach od wewnątrz dla pacjenta, umożliwiający czytelne zastosowanie funkcji takich jak min.: Regulacja wezgłowia, regulacja wysokości leża, regulacja uda.	TAK PODAĆ	
---	---	-----------	--

4. Treść SIWZ w formularzu oferty – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY WYMAGANE (GRANICZNE) - Tabela 1 w sekcji II. Sterowanie funkcjami łóżka poz. 2 w brzmieniu:

2	Panel dla personelu medycznego po stronie zewnętrznej barierki, panel z wyświetlaczem LCD pokazujący uruchomioną funkcję.	TAK	
---	---	-----	--

Zmienia się i otrzymuje brzmienie:

2	Panel dla personelu medycznego po stronie zewnętrznej barierki, panel z wyświetlaczem LCD pokazujący uruchomioną funkcję lub bez wyświetlacza.	TAK PODAĆ	
---	--	-----------	--

5. Treść SIWZ w formularzu oferty – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY WYMAGANE (GRANICZNE) - Tabela 1 w sekcji III. Elektryczne regulacje poz. 1 w brzmieniu:

1	Elektryczna regulacja wysokości leża w zakresie przynajmniej od 400 do 750mm.	TAK PODAĆ	
---	---	-----------	--

Zmienia się i otrzymuje brzmienie:

1	Elektryczna regulacja wysokości leża w zakresie przynajmniej od 420 mm do 735 mm.	TAK PODAĆ	
---	---	-----------	--

6. Treść SIWZ w formularzu oferty – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY WYMAGANE (GRANICZNE) - Tabela 1 w sekcji III. Elektryczne regulacje poz. 3 w brzmieniu:

3	- segment oparcia pleców od 0 do 75 stopni (+/- 5 ⁰) - pozycja Trendelenburga od 0 do 15 stopni (+/- 2 ⁰) - pozycja anti-Trendelenburga od 0 do 15 stopni (+/- 2 ⁰) - segment uda od 0 do min. 30 stopni	TAK PODAĆ	
---	---	-----------	--

Zmienia się i otrzymuje brzmienie:

3	- segment oparcia pleców od 0 do 75 stopni (+/- 5 ⁰) - pozycja Trendelenburga od 0 do 15 stopni (+/- 2 ⁰) - pozycja anti-Trendelenburga od 0 do 15 stopni (+/- 2 ⁰) - segment uda od 0 do min. 28 stopni	TAK PODAĆ	
---	---	-----------	--

7. Treść SIWZ w formularzu oferty – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY WYMAGANE (GRANICZNE) - Tabela 1 w sekcji III. Elektryczne regulacje poz. 7 w brzmieniu:

7	Wysuwana półka na prowadnicach teleskopowych do odkładania pościeli z miejscem na panel centralny.	TAK	
---	--	-----	--

Zmienia się i otrzymuje brzmienie:

7	Wysuwana półka na prowadnicach teleskopowych do odkładania pościeli z miejscem na panel centralny lub do podwieszenia pod nią panelu centralnego	TAK PODAĆ	
---	--	-----------	--

8. Treść SIWZ w formularzu oferty – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY WYMAGANE (GRANICZNE) - Tabela 1 w sekcji III. Elektryczne regulacje poz. 8 w brzmieniu:

8	Przedłużenie leża minimum 20 cm, Łóżko wyposażone w dodatkowe elementy uzupełniające leże po przedłużeniu.	TAK PODAĆ	
---	--	-----------	--

Zmienia się i otrzymuje brzmienie:

Znak sprawy: ST/DZP/11/2019

8	Przedłużenie leża minimum 15 cm, Łóżko wyposażone w dodatkowe elementy uzupełniające leże po przedłużeniu	TAK PODAĆ	
---	---	-----------	--

9. Treść SIWZ w formularzu oferty – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY WYMAGANE (GRANICZNE) - Tabela 1 w sekcji III. Elektryczne regulacje poz. 9 w brzmieniu:

9	Koła o średnicy min. 150mm (+/-10mm) z systemem sterowania jazdy na wprost i z centralnym systemem hamulcowym. System obsługiwany dźwigniami.	TAK PODAĆ	
---	---	-----------	--

Zmienia się i otrzymuje brzmienie:

9	Koła o średnicy min. 150mm (+/-10mm) z systemem sterowania jazdy na wprost i z centralnym systemem hamulcowym. System obsługiwany dźwigniami lub system obsługiwany jedną dźwignią dostępną od strony nóg pacjenta (na całej szerokości podstawy)	TAK PODAĆ	
---	---	-----------	--

10. Treść SIWZ w formularzu oferty – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY WYMAGANE (GRANICZNE) - Tabela 1 w sekcji III. Elektryczne regulacje poz. 11 w brzmieniu:

11	Łóżko wyposażone w system ważenia (waga) zintegrowana z konstrukcją łóżka, - funkcja zamrażania (zerowania) - dokładność pomiarów min. 100gram.	TAK PODAĆ	
----	---	-----------	--

Zmienia się i otrzymuje brzmienie:

11	Łóżko wyposażone w system ważenia wraz z wyświetlaczem. Waga wbudowana w konstrukcję łóżka. Minimalne parametry: - funkcja zamrażania (zerowania) - dokładność pomiarów min. 100 gram.	TAK PODAĆ	
----	--	-----------	--

11. Treść SIWZ w formularzu oferty – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY OCENIANE - Tabela 2 w sekcji I. Wymagania ogólne poz. 1 w brzmieniu:

1	Podstawa łóżka podpierająca leże w minimum 8 punktach gwarantująca stabilność leża	TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt	
---	--	----------------------------	--

Zmienia się i otrzymuje brzmienie:

1	Podstawa łóżka podpierająca leże w minimum: 8 punktach - podstawa pantografowa lub 6 punktach - podstawa kolumnowa – gwarantująca stabilność leża	TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt	
---	---	----------------------------	--

12. Treść SIWZ:

a) §10. Opis sposobu przygotowywania ofert - ust 6 w brzmieniu:

"6. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i/lub dokumentami należy złożyć (wczytać) w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod

Znak sprawy: ST/DZP/11/2019

adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/gorno> do dnia 20.08.2019 r. do godz. 10.00."

zmienia się i otrzymuje brzmienie:

"6. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i/lub dokumentami należy złożyć (wczytać) w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/gorno> do dnia 05.09.2019 r. do godz. 10.00."

b) §11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert - ust 1 i 2 w brzmieniu:

"1. Termin składania ofert upływa w dniu 20.08.2019 roku o godzinie 10:00. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i/lub dokumentami należy złożyć (wczytać) w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/gorno>
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.08.2019 roku o godzinie 10:15 na Sali konferencyjnej (siedziba zamawiającego, budynek nr 5 administracja)."

zmienia się i otrzymuje brzmienie:

"1. Termin składania ofert upływa w dniu 05.09.2019 roku o godzinie 10:00. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i/lub dokumentami należy złożyć (wczytać) w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/gorno>
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.09.2019 roku o godzinie 10:15 na Sali konferencyjnej (siedziba zamawiającego, budynek nr 5 administracja)."