

*Do wiadomości
wszystkich uczestników
postępowania*

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym nr 340/2022/TP/DZP pt. „Dostawa sukcesywną nici chirurgicznych na potrzeby Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i innych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie”.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania.

Pytanie nr 1:

Dot. Załącznika nr 1, poz. 1-25

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny o podtrzymywaniu tkankowym po 2 tygodniach 80%, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza materiał szewny o podtrzymywaniu tkankowym po 2 tygodniach 80%, pozostałe parametry pozostawia bez zmian

Pytanie nr 2:

Dot. Załącznika nr 1, poz. 1

Zwracam się z prośbą o uzupełnienie przedmiotu zamówienia poprzez podanie parametrów igły oraz długość i grubość nici.

Odpowiedź:

USP 2, igła 37 $\frac{1}{2}$ okrągła.



Pytanie nr 3:

Dot. Załącznika nr 1, poz. 26

Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycję do osobnego pakietu lub dopuści złożenie oferty z pominięciem pozycji 26?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wydzielenia ww. pozycję do osobnego pakietu oraz wymaga złożenia oferty z uwzględnieniem pozycji 26 zgodnie z załącznikiem numer 1 do SWZ.

Pytanie nr 4:

Dot. Załącznika nr 1, poz. 26

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny o podtrzymywaniu tkankowym po 2 tygodniach 80%, grubość nici 2 USP, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza materiał szewny o podtrzymywaniu tkankowym po 2 tygodniach 80%, grubość nici 2 USP, pozostałe parametry pozostawia bez zmian

Pytanie nr 5:

Dot. Załącznika nr 1, poz. 27-37

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny o podtrzymywaniu tkankowym po 7 dniach 65%, po 8-11 dniach 50%, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza materiał szewny o podtrzymywaniu tkankowym po 7 dniach 65%, po 8-11 dniach 50%, pozostałe parametry pozostawia bez zmian.

Pytanie nr 6:

Dot. Załącznika nr 1, poz. 38-42

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny o podtrzymywaniu tkankowym po 7 dniach 70%, po 14 dniach 40%, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza materiał szewny o podtrzymywaniu tkankowym po 7 dniach 70%, po 14 dniach 40%, pozostałe parametry pozostawia bez zmian.


Pytanie nr 7:

Dot. Załącznika nr 1, poz. 43-61

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny o podtrzymywaniu tkankowym po 14 dniach 75%, po 28 dniach 70-65%, po 43 dniach 60-55%, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza materiał szewny o podtrzymywaniu tkankowym po 14 dniach 75%, po 28 dniach 70-65%, po 43 dniach 60-55%, pozostałe parametry pozostawia bez zmian.



Pytanie nr 8:

Dot. Załącznika nr 1, poz. 77

Czy Zamawiający dopuści szew barwiony na niebiesko, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza szew barwiony na niebiesko, pozostałe parametry pozostawia bez zmian.

Pytanie nr 9:

Dot. Załącznika nr 1, poz. 25, 42, 82

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrótnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point)?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 10:

Dot. Załącznika nr 1

Czy Zamawiający dopuści szew o długości 75 cm wszędzie tam, gdzie wymagana jest nitka 70 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza szew o długości 75 cm wszędzie tam, gdzie wymagana jest nitka o długości 70 cm.

Pytanie nr 10:

Dotyczy poz. nr 1

Odpowiedź:

USP 2 igła 37 ½ okrągła

Pytanie nr 11:

Dotyczy poz. nr 26

Odpowiedź:

Dotyczy USP 5

Pytanie nr 12:

Dotyczy poz. nr 33 i 59

Odpowiedź:

Długości igieł dopasowane stosownie do składanych zamówień.

Sporządziła: Anna Opalach, Izabela Jurczak-Łojewska

mgr Anna Opalach

Z poważaniem,

KANCLERZ
mgr inż. Bogusław Stec

