

Olsztyn, dnia 19.06.2019 r.

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  
z Warmińsko- Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie  
Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn  
tel: (89) 539-82-17  
adres e-mail: [administracja@policlinika.net](mailto:administracja@policlinika.net)

Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądu technicznego Respiratora iVent Sn HCIF1121S69 (ID 233793)

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie jednego z wykonawców.

**Pytanie nr 1:**

Dla respiratora iVent 101 producent wymaga, aby co cztery lata podczas przeglądu został wymieniony cały układ pneumatyki na układ fabrycznie nowy. W związku z powyższym prosimy o podanie daty instalacji lub daty pierwszego przeglądu respiratora będącego przedmiotem zamówienia oraz o informację, czy jeśli wystąpi taka konieczność, Zamawiający będzie wymagał, aby układ taki został wymieniony zgodnie z wymogiem producenta dotyczącym wykonania przeglądu technicznego? Układ pneumatyki jest bardzo droгим elementem, dlatego prosimy o informację czy ma zostać uwzględniony w ofercie czy ostatecznie rozliczony na podstawie osobnej oferty?

**Odpowiedź:**

W związku z wymogami producenta prosimy o przedstawienie jednej oferty na przegląd techniczny oraz drugiej na przegląd z wymianą układu pneumatyki.

STARSZY INSPEKTOR  
Sekcji Eksploatacji i Inwestycji

  
Iwona Bukowska